

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE
SZPITAL IM. DR ROBERTA KOCHA



ul. Wschowska 3,
64-200 Wolsztyn
tel.: 68 347 73 00
fax: 68 384 25 90
e-mail: sekretariat@spzowolsztyn.pl
http://www.spzowolsztyn.pl
NIP: 923-15-06-721, REGON: 970773426

Wolsztyn, dnia: 17.05.2022 r.

Wykonawcy

SPZOZ/DZPiZ/100/2022

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: " **sukcesywna 12 miesięczna dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla SPZOZ w Wolsztynie", TP/8/2022**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz.

2021.11.29 tj.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zestaw I

Pytanie 1 Pakiet 20 Pozycja 1
Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika dla dzieci i dorosłych w przedziale wagowym do 3 kg oraz powyżej 40 kg? Reszta bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowanie czujnika dla dzieci i dorosłych w przedziale wagowym do 3 kg oraz powyżej 40 kg pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SWZ. **W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.**

Pytanie 2 Pakiet 20 Pozycja 2
Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika dla dzieci w przedziale wagowym do 3 kg do 20 kg? Reszta bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowanie czujnika dla dzieci w przedziale wagowym do 3 kg do 20 kg pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SWZ. **W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.**

Pytanie 3 Pakiet 20 Pozycja 3,4,5

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów w pakietie 20, wydzieli pozycje 3,4,5 i utwory z niej odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4 Pakiet 22 Pozycja 2
Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie przewodu połączennego o długości 2,4 metra? Reszta bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowanie przewodu połączennego o długości 2,4 metra pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SWZ. **W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.**

Pytanie 5 Pakiet 22 Pozycja 7
Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów w pakiecie 22, wydzieli pozycje 7 i utwory z niej odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwością osiągnięcia niższych cen.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zestaw II

PYTANIE 1 - dotyczy pakietu 2, pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie do zaofrowania, jako produkt równoważny, worków na wymiary z przebroczystej folii i z żółtym kominierzem, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia w SWZ. Przebroczysta folia pozwala od razu weryfikować treść wymiocin.

Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązań równoważnych. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymać większe ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia, przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstawa prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza worków na wymiary z przebroczystej folii i z żółtym kominierzem, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SWZ. **W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.**

PYTANIE 2 - dotyczy pakietu 2, pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie do zaofrowania, jako produkt równoważny, worków na wymiary przebroczystych wykonanych z folii PE nie zawierającej PCV, ani lateksu, z plastikowym (sztywnym) ustnikiem umożliwiającym objęcie ust pacjenta, gwarantującym, że całość wymiocin zostanie dokładnie wyhvyciona. Specjalne wycięcie pozwala na szczelne zamknięcie worka. Pojemność worka, to 2000 ml (skala pomiarowa do 1500 ml, co 100 ml, skala pomiarowa do 100 ml co 10 ml). Wyrob jednorazowego użytku z instrukcją obsługi na opakowaniu.

Opisany wyrob nie odblega w znaczący sposób od wymaganego przez Zamawiającego, a z pewnością nie wpływa negatywnie na jakość i funkcjonalność, pozwala natomiast zaproponować tańszy assortyment, na czym winno Zamawiającym, jako dysponentowi środków publicznych, zależeć. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne opisywanym.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia, przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstawa prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaofrowania, jako produkt równoważny, worków na wymiary przebroczystych wykonanych z folii PE nie zawierającej PCV, ani lateksu, z plastikowym (sztywnym) ustnikiem umożliwiającym objęcie ust pacjenta, gwarantującym, że całość wymiocin zostanie dokładnie wyhvyciona. Specjalne wycięcie pozwala na szczelne zamknięcie worka. Pojemność worka, to 2000 ml (skala pomiarowa do 1500 ml, co 100 ml, skala pomiarowa do 100 ml co 10 ml). Wyrob jednorazowego użytku z instrukcją obsługi na opakowaniu. Pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SWZ. **W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.**

PYTANIE 3 - dotyczy pakietu 6, pozycja 2



**RANKING |20
SZPITALI |19**



Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 2L w kształcie wiaderka, średnica góra: 140 mm,

średnica dółka: 105 mm, wysokość całkowita: 230 mm?
Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymaniewiększej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najlepszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przestanki medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstawa prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pojemnik o pojemności 2L w kształcie wiaderka, średnica góra: 140 mm, średnica dółka: 105 mm, wysokość całkowita: 230 mm Pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SWZ. W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.

PYTANIE 3 - dotyczy pakietu 6

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga pojemników na odpady medyczne wykonanych w technologii wtrysku pod wysokim ciśnieniem?

Obecnie na rynku są dostępne również pojemniki na odpady medyczne produkowane w technologii rozdmuchu, co sprawia, że powstałe pojemniki mogą posiadać znieskończalnia i zmienia, nie jednorazową grubość ścianki. Rozdmuch jest metodą dedykowaną do opakowań średniej wielkości, o stożkowo małej grubości ścianki i niewygórowanych wymaganiach technicznych (np. butelka PET). Tylko i wyłącznie metoda wtrysku pod ciśnieniem gwarantuje odpowiednią strukturę i twardość pojemników oraz jednakową grubość ścianek na całej powierzchni pojemnika, co zapewnia zgodną z obowiązującą normą odporność na przebicie, a w rezultacie zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo personelu medycznego, podczas użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemniki na odpady medyczne wykonane w technologii wtrysku pod wysokim ciśnieniem. Pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SWZ. W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.

Dotyczy Pakietu nr: 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 1,2, 3 i 4 z zadania nr 22 i utworzy nowe, odrebine zadanie nr 22a? Wydzielenie tych pozycji nie zmieni zakresu zamówienia, a jedynie zwiększy konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

ZESTAW III

ZESTAW IV

Pakiet 5 poz. 3

Czy w powyższej pozycji Zamawiający ocenkuje papieru oryginalnego producenta Mitsubishi, czy też dopuszcza zaofrowanie papieru kompatybilnego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaofrowanie papieru kompatybilnego pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SWZ. W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.

Pakiet 5 poz. 8

Prosimy o podanie czy papier ma być gładki czy w kratkę?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga papieru w role bez nadruku. W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.

RANKING |20
SZPITALI |19



Pakiet 18 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody równoważnej o wymiarach 50mm x 35mm. Proponowany przez Państwa opis elektrody wprowadza konkretny wyrob konkretnego producenta. Elektroda EKG dla dorosłych, hydrożelowa, ze złączem zatraskowym do monitorowania, 48mm x 34mm, to inny jak elektroda H91SSG firmy Cardinal Health. Taki opis assortymentu nie tylko utrudnia użycią konkurencję, ale wręcz uniemożliwia Wykonawcy złożenie ważnej konkurencyjnej nie podlegającej odrzuceniu oferty. Zamawiający określił parametry elektrody w taki sposób, że oferuj w przypadkowym postępowaniu może złożyć wyłączne dostawca spółce Cardinal Health.. Wprowadzony opis elektrody ergonomicznej i różnych traktowanie wykonawców, gdyż nie mając uzasadnienia menotypycznego jest charakterystyczny dla jednego dostawcy i tym samym pozwala pozostałych wykonawców możliwości złożenia oferty spełniającej wymogi SWZ. Na rynku są bowiem dostępne także inne elektrody o identycznych istotnych dla funkcji, jakie mają elektrody pełni, parametramach.

Zatem wnioskujemy jak na wstępie o dopuszczenie elektrody równoważnej o wymiarach 50mm x 35 mm pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SWZ. W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.

Umowa par 7 pkt 2

Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 12 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

ZESTAW V

Pak. 18 poz. 1

Czy zamawiający mając na myśl Elektroda do EKG dla dorosłych- hydrożel do długotrwałego użytku 48 x 34 mm ze złączem zatraskowym, op. a 50 szt. oczekuje Elektrody do EKG jednorazowego użytku; ze stykiem Ag/AgCl i podłożem piankowym, specjalny hydrolit wymiar końcowy (B, mocny, łagodny dla skóry klej); (57x34 mm - dółkały wymiar końcowy) - (48 x 34 mm, wymiar elektrody bez części nielepkich) ze złączem zatraskowym, całkowita powierzchnia 1522 mm², powierzchnia zelu 254 mm², grubość 1mm, odporność na odrywanie 5N ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza Elektrody do EKG jednorazowego użytku; ze stykiem Ag/AgCl i podłożem piankowym, specjalny hydrolit do długotrwałego użytku, (B, mocny, łagodny dla skóry klej); (57x34 mm - dółkały wymiar końcowy) - (48 x 34 mm, wymiar elektrody bez części nielepkich) ze złączem zatraskowym, całkowita powierzchnia 1522 mm², powierzchnia zelu 254 mm², grubość 1mm, odporność na odrywanie 5N. W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja

Pak.18 poz. 2

Czy zamawiający mając na myśl Elektroda dla EKG - hydrożel, skuteczność przez 72 h, wym. 45mm ze złączem zatraskowym* op. a 50 szt. oczekuje Elektroda dla dorosłych radioprzemiera do EKG - hydrożel, skuteczność przez 72 h, wym. 45mm ze złączem zatraskowym ze zintegrowanym skrobakiem do przygotowania skóry, całkowita powierzchnia 1730 mm², powierzchnia zelu 380 mm², grubość 1mm , odporność na odrywanie 19N ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza Elektrody dla dorosłych radioprzemiera do EKG - hydrożel, skuteczność przez 72 h, wym. 45mm ze złączem zatraskowym ze zintegrowanym skrobakiem do dorosłych radioprzemiera do EKG - hydrożel, skuteczność przez 72 h, wym. 45mm ze złączem zatraskowym ze zintegrowanym skrobakiem do przygotowania skóry, całkowita powierzchnia 1730 mm², powierzchnia zelu 380 mm², grubość 1mm , odporność na odrywanie 19N. W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.

ZESTAW VI

PAKIET 17, POZYCJA 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie szczoteczek z włosem jednakowej długoci, które obecnie są dostarczane do Państwa jednostki? Oferowane przez nas szczoteczki są wykonane z elastycznego materiału, a pojedyncze włoski utozone są w specjalny system, który jest nie tylko wyjątkowo przyjazny

RANKING |20
SZPITALI |19



dla naskórka, ale także utatwia dokładne umycie rąk.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szczoteczki z włosem jednakoowej długości pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SWZ. **W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja**

PAKET 17, POZYCJA 2

Czy Zamawiający dopuszcza szczoteczki o wymiarze 8x5x3,7 cm, które obecnie są dostarczane do Państwa jednostki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szczoteczki o wymiarze 8x5x3,7 cm pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SWZ. **W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.**

PAKET 8, 9, 17

Czy Zamawiający wymaga próbek na wezwanie (tak jak folderów), czy też wraz z ofertą?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga próbek na wezwanie.

PAKET 17, POZYCJA 2

Czy Zamawiający dopuszcza szczoteczki bez znaku CE, które obecnie są dostarczane do Państwa jednostki?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza szczoteczki bez znaku CE pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań. **W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.**

ZESTAW VII

Dotyczy SWZ (przedmiotowe środki dowodowe) – Prosimy o doprecyzowanie, czy zamawiający wymaga w postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych dołączonych do oferty, gdyż w treści SWZ widnieje informacja, iż Zamawiający nie wymaga przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych, natomiast w formularzu cenowym są informacje o przedmiotowych środkach dowodowych (kartach katalogowych / próbach).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych składanych wraz z ofertą. Jednakże zgodnie z § 9 ust 11 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do żądania podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału. Tym samym wskazane w pkt 9.1, pkt 5 podmiotowe środki dowodowe składowane będą wyłącznie przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

Pakiet nr 10, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuszcza okularki do fototerapii postabdające mocowanie główne z tyłu głowy oraz dodatkowe mocowanie stabilizujące z boku głowy (przechodzące przez czubek)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 10, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuszcza okularki w następujących rozmiarach: - S - 20-31cm, szerokość paska: 1,5cm, szerokość opaski na oczy: 2,7cm
- M - 25-35cm, szerokość paska: 2cm, szerokość opaski na oczy: 3,6cm
- L - 30-40cm, szerokość paska: 2,5cm, szerokość opaski na oczy: 4,5cm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza okularki do fototerapii w następujących rozmiarach: - S - 20-31cm, szerokość paska: 1,5cm, szerokość opaski na oczy: 2,7cm M - 25-35cm, szerokość paska: 2cm, szerokość opaski na oczy: 3,6cm L - 30-40cm, szerokość opaski: 2,5cm, szerokość opaski na oczy: 4,5cm. **W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.**

Pakiet nr 17, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuszcza produkt równoważny innego producenta?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza produkt równoważny innego producenta

Pakiet nr 17, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuszcza myjki, których grubość poczałkowa (po wyjęciu z opakowania) wynosi 0,2cm, wartość ta się zwiększa do 0,5cm w trakcie użytkowania?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 17, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuszcza myjki wykonane z podkładów poliestrowych o granaturze jącznej 170g/m² tj. 100g/m² (część przednia) + 70g/m² (część tylna)?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 17, pozycja nr 1 – Czy zamawiający odstąpi od wymogu możliwości stosowania myjek u niemowląt?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 17, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuszcza szczotkę o wymiarach 9cm x 4,5cm x 3,5cm?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza szczotkę o wymiarach 9cm x 4,5cm x 3,5cm. **W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.**

Pakiet nr 17, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuszcza myjki w formie prostokątnej rękawicy o wymiarach 15cm x 23cm, wykonane z Molton o gramaturze 75g/m², pakowane po 50 sztuk, z przedłużeniem ilości?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 24, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuszcza resuscytator z workiem o antypoślizgowej powierzchni zapewniającej pewnych chwyty (zamiast pastki)?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 24, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuszcza resuscytator z drenem o długości 2,1m?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza resuscytator z drenem o długości 2,1m. **W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja**

Pakiet nr 24, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuszcza resuscytator z workiem o antypoślizgowej powierzchni zapewniającej pewnych chwyty (zamiast pastki)?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 24, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuszcza resuscytator z drenem o długości 2,1m?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza resuscytator z drenem o długości 2,1m. **W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja**

Pakiet nr 24, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuszcza resuscytator z workiem o antypoślizgowej powierzchni zapewniającej pewnych chwyty (zamiast pastki)?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 24, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuszcza resuscytator z workiem o pojemności 1650ml oraz dremem o długości 2,1m?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza resuscytator z workiem o pojemności 1650ml oraz dremem o długości 2,1m. **W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja**

Pakiet nr 24, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuszcza resuscytator dla dorosłych z workiem o pojemności 1650ml, posiadający antypoślizgową powierzchnię zapewniającą pewnych chwyty (zamiast



paska), wyposażony w dren o długości 21 m, zastrawkę 60cm H2O oraz przezroczystą maskę z miękką poduszką o anatomicznym kształcie w rozmiarze 5?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 24, pozycja nr 5 – Czy zamawiający dopuści maskę tlenową z zastrawkami Venturiego o stężeniach: 26%, 28%, 31%, 35%, 40% oraz 50%, z maską wykonaną z medycznego PCV bez zawartości DEHP, wyposażoną w metalową blaszkę na nos, z mankiem z pojedynczym podbrodkiem o długości 2,1m?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 24, pozycja nr 6 – Czy zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji z maską wykonaną z medycznego PCV bez zawartości DEHP, wyposażoną w metalową blaszkę na nos, z mankiem z pojedynczym podbrodkiem oraz z drenem o długości 2,1m?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 24, pozycja nr 7 – Czy zamawiający dopuści pediatryczną maskę tlenową wykonaną z medycznego PCV bez zawartości DEHP, wyposażoną w metalową blaszkę na nos, z mankiem z pojedynczym podbrodkiem oraz z drenem o długości 2,1m?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 24, pozycja nr 8 – Czy zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji z maską wykonaną z medycznego PCV bez zawartości DEHP, wyposażoną w metalową blaszkę na nos, z mankiem z pojedynczym podbrodkiem, nebulizator o pojemności 6ml, skalowany co 1ml (numerycznie co 2)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 24, pozycja nr 9 – Czy zamawiający maskę tlenową dla dorosłych wykonana z medycznego PCV bez zawartości DEHP, wyposażoną w metalową blaszkę na nos, z mankiem z pojedynczym podbrodkiem oraz z drenem o długości 2,1m, nebulizator o pojemności 6ml, skalowany co 1ml (numerycznie co 2) o średnicy 2cm na wysokość nosa?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 24, pozycja nr 10 – Czy zamawiający dopuści maskę tlenową do wysokich stężeń wykonaną z medycznego PCV bez zawartości DEHP, wyposażoną w metalową blaszkę na nos?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

ZESTAW VIII

Zapytania do SWZ

1.W związku z wątpliwościami prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje złożenia opisów oferowanego produktu oraz próbki wrzaz ofertą czy na wezwanie Zamawiającego.
Odpowiedź: Zgodnie z wyżej udzielona odpowiedzia Zamawiający oczekuje złożenia opisów oferowanego produktu oraz próbki na wezwanie Zamawiającego.

2. Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się nie wystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy przetargowej.

Oferent, który wygrał przetarg, w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do

zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej. W efekcie, wykonawca przetargu może finansowo nie podobać tej sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy przetargowej, z niekorzystią dla Zamawiającego.

W świetle powyższego prosimy o dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgódzie z art. 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie stużyto nie tylko obronię wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakończoną realizację dostaw produktów objętych umową przetargową.

Odpowiedź: W tym zakresie zostanie zmodyfikowany wzór umowy.

ZESTAW IX

Pakiet nr 8. Zgodnie z oczekiwaniem zamawiającego i ustawą o ZP, oferujemy system równoważny w skutecznym odysaniu i zarządzaniu bezpieczeństwem na właściwości antybakteryjne badania do oglądu zamawiającego) o następujących cechach szczegółowych (nieco innego niż w opisie) - prosimy o dopuszczenie. Wkładki posiadały w pokrywie dwa krótkie (pacjent, przeźnaczone z pokrywą), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króćce przykrytejno do pacjenta jest uniwersalny; gładki, rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy oraz zabiegów ortopedycznych. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zatamaniem i pacjentem przed kontaktem z odysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu oraz zatyczką do zabezpieczenia portu pacjenta. Wkładki (certyfikowane regulacjach prawnych) samo uszczelniają się po uruchomieniu ssania. Wkładki okrągłe, wykonane z politylenu pakowane w formie częstowo sprawowanej dla zmniejszenia objętości, z szerokim portem do pobierania próbek lub zadawania środka żaluzującego. Wkładki oraz kanistry o pojemności 1000ml,2000ml. Kanistry(okrągłe) kompatylne z oferowanymi wkładkami, ze skalą pomiarową (która umożliwia prowadzenie dokładnego bilansu płynów, bez stosowania dodatkowych urządzeń), z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego i sterylizacji w temp.121stC, wyposażone tylko w zaczep do mocowania. Kanistry z przejrzystego tworzywa, odpornego na uszkodzenia mechaniczne, certyfikowane jako produkt medyczny, spełniający wszystkie wymagania określone w odpowiednich regulacjach prawnych. Wkładki i pojemniki są oznakowane znakiem CE (do wglądu deklaracji zgodności). Zgodą Zamawiającego umożliwi zaferowanie nowoczesnego systemu, ze względu na cechy użytkowe (szczelność, prostotę użytkowania) oraz na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22219-6 – do wglądu dla zamawiającego). Pakiet nr.8. Oferujemy certyfikowany jako wyroby medyczne system wkładów i kanistrów ze znakiem CE, co oznacza że spełniają wszystkie prawem wymagane aspekty użytkowe; w związku z tym, prosimy o odstąpienie przez zamawiającego od wymogu „.certyfikowanej funkcji miarowej...”, gdyż taki wymóg prawnie nie występuje w stosunku do tego typu produktów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaofrowanie systemu równoważnego pod warunkiem zachowania w nim krótką schodkowego, zapobiegającego zsuwaniu się drenów.

ZESTAW X

Pakiet 1 poz. 2
Czy Zamawiający dopuszcza Koszula dla położnic - zakładana przez głowę, z drugim rozcięciem z przodu umożliwiającym wykonywanie badań lub karmienie noworodków. Rozcięcie wiązane na dwie pary troków.

7

RANKING SZPITALI | 19



8

RANKING SZPITALI | 20



Czy Zamawiający dopuszcza spodenki do kolonoskopii wykonane z włókieny SMS o gramaturze 35 g/m²?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza spodenki do kolonoskopii wykonane z włókieny SMS o gramaturze 35 g/m². **W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja**

Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuszcza spodenki do kolonoskopii wykonane z włókieny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m²?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuszcza przesieradło o gramaturze 25 g/m²?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przesieradło o gramaturze 25 g/m² pod warunkiem zachowania pozostacych wymagań SWZ. **W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja**

Pakiet 3, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuszcza podkład chłonny o długości 20 m z odpowiednim przełożeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podkład chłonny o długości 20 m z odpowiednim przełożeniem zamawianej ilości, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SWZ. **W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja**

Pakiet 1, pozycja 9a

Czy Zamawiający dopuszcza podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm, wykonany z pięciu warstw tj. włóknienny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g, warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m², o chłonności 3820,18 ml?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 1, pozycja 9b

Czy Zamawiający dopuszcza termiczne okrycie pacjenta jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z bardzo miękkiej włókni. Spunlace 40 g/m² w kolorze białym, warstwa wewnętrzna z poliestru (50 g/m²), z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów po szczególnych warstw, ze szwami ultrazdziwiskowymi, w rozmiarze 110 x 210 cm?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuszcza podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm, wykonany z pięciu warstw tj. włóknienny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g, warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m², o chłonności 3820,18 ml?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przełożeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie 3, poz. 1 wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przełożeniem zamawianej ilości. **W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja**.

Pakiet 3, pozycja 2-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'25 sztuk z odpowiednim przełożeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie 3, poz. 2-4 wycenę za opakowanie a'25 sztuk z odpowiednim przełożeniem zamawianej ilości. **W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja**.

Pakiet 3, pozycja 3-4

Czy Zamawiający dopuszcza podkład chłonny w kolorze białym zabezpieczony od spodu folią w kolorze niebieskim?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podkład chłonny w kolorze białym zabezpieczony od spodu folią w kolorze niebieskim. **W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja**

RANKING SZPITALI | 19



Pakiet nr 6, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuszcza pojemniki wykonane metodą rozmuchi z politylenu wysokiej gęstości (HDPE), pokrywa z wiekiem wykona z polipropylenu (PP)?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuszcza pojemniki 21 – wysokość 246 mm, średnica góra 109 mm, średnica dolna 95mm?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuszcza pojemniki 21 – wysokość 220 mm, średnica góra 109 mm, średnica dolna 95mm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pojemniki 21 – wysokość 220 mm, średnica góra 109 mm, średnica dolna 95mm. **W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja**

Pakiet nr 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuszcza pojemniki 21 – wysokość 220 mm, średnica góra 120 mm, średnica dolna 105mm.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pojemniki 21 – wysokość 220 mm, średnica góra 120 mm, średnica dolna 105mm. **W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja**

Pakiet nr 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuszcza pojemniki 21 – wysokość 220 mm, średnica góra 120 mm, średnica dolna 105mm, nasączoną jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonaną z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny, obie warstwy myki niepodfolowane, w rozmiarze 14 cm x 20 cm, o gramaturze 90g/m², produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015, w opakowaniu a'10 sztuk z odpowiednim przełiczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuszcza dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy, nasączoną jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonaną w 100% z włókien poliestrowych, obie warstwy myki niepodfolowane, w rozmiarze 15cm x 22cm, o gramaturze 60g/m², produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 w opakowaniu a'12 sztuk z odpowiednim przełiczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 17, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia możliwości stosowania u niemowląt. Zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie atrakcyjnej oferty a tym samym będzie korzystniejsza dla Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 17, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuszcza szczoteczki chirurgiczne w opakowaniu zbiorczym a'40 sztuk z podaniem ceny za 1 sztukę?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szczoteczki chirurgiczne w opakowaniu zbiorczym a'40 sztuk z podaniem ceny za 1 sztukę. **W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja**.

Pakiet nr 17, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuszcza myjkę jednorazowego użytku w formie prostokątnej rękawicy wykonana z bardzo miękkiego materiału włókninowego Spunlace o gramaturze 80 g/m², miękka, bez zawartości środka myjącego, w rozmiarze 16cm x 22cm, sztywa ultradziwniękowo?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 17, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuszcza myjkę jednorazowego użytku w formie prostokątnej rękawicy wykonana z materiału celulozowego Airlaid pokrytego od wewnętrz folią, o gramaturze 80 g/m², bez zawartości środka myjącego, w rozmiarze 16 x 22 cm, sztywa ultradziwniękowo?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 17, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuszcza myjkę jednorazowego użytku pakowaną zbiorczo a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza głębokie baseny pakowane w opakowaniu zbiorcze a'120 szt.

Pakiet nr 21, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuszcza głębokie baseny pakowane w opakowaniu zbiorcze a'120 szt?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza głębokie baseny pakowane w opakowaniu zbiorcze a'120 szt.
W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.

Pakiet nr 21, pozycja 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozwoliło rzeczywiście korzystnych ofert.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 21, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuszcza proszek żelujący w saszetkach 15g ma 500ml płynów lub 32g na 1000ml płynu, pakowane w opakowaniu 200szt?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proszek żelujący w saszetkach 15g ma 500ml płynów lub 32g na 1000ml płynu, pakowane w opakowaniu 200szt, pod warunkiem właściwego przeliczenia do pełnych opakowań w góre. **W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.**

Pakiet nr 21, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuszcza nerki o pojemności 900ml?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza nerki o pojemności 900ml. **W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.**

Pakiet nr 23, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuszcza kombinezon ochronny wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze minimum 63 g/m², kolor biały z niebieskim oklejeniem szwów, wyposażony w trzyczęściowy kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamiek zakryty samoprzylepną patką, będący środkiem ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4B, 5B, 6B; spełniające normy i poziomy ochrony:
- EN ISO 13688:2013,
- typ 4B wg EN 146405:2005 +A1:2009,
- typ 5B wg EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010,
- typ 6B wg EN 13034:2005 + A1:2009,
- klasa 1 wg EN 1073-2:2002, EN 14126:2003 +AC:2004 (klasa 6 Odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, klasa 6 Odporności a przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami skażone ciecz, klasa 3

odporności na przenikanie skażonych cieplnych aerozoli, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych),

- EN 1149-5:2008,
- EN 14325:2018,

dostępne w rozmiarach S-XXXL?

Odpowiedź: W pakiecie 23 poz.1 Zamawiający dopuszcza zaferowanie kombinezonu ochronnego o w/w parametrach, natomiast w poz. 5 - nie wyraża zgody. W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.

Pakiet nr 23, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuszcza ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymalej włókniny polipropylenowej 30 g/m², ściągane gumką, o wymiarach: wysokość 47cm, szerokość 38,5 cm, w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymalej włókniny polipropylenowej 30 g/m², ściągane gumką, o wymiarach: wysokość 47cm, szerokość 38,5 cm, w kolorze niebieskim. W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja

Pakiet nr 23, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuszcza ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymalej włókniny polipropylenowej 30 g/m², ściągane gumką, o wymiarach: wysokość 47cm, szerokość 38,5 cm, w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymalej włókniny polipropylenowej 30 g/m², ściągane gumką, o wymiarach: wysokość 47cm, szerokość 38,5 cm, w kolorze niebieskim. W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczaniem zamawianej ilości. W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja

Pakiet nr 27, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuszcza ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymalej folii polietylenowej o grubości 18 µm, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo, o wymiarach 41 cm x 15cm, w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 27, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuszcza ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymalej włókniny polipropylenowej 40 g/m² z warstwą antypoślizgową, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo, o wymiarach 38cm x 17cm, w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymalej włókniny polipropylenowej 40 g/m² z warstwą antypoślizgową, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo, o wymiarach 38cm x 17cm, w kolorze niebieskim. W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja

Pakiet nr 27, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuszcza ochraniacze na buty wykonane z włókniny polipropylenowej oraz polietylenu o grubości 30 g/m², ściągane gumką, o wymiarach: wysokość 47cm, szerokość 38,5 cm, w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 27, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuszcza ochraniacze na buty wykonane z włókniny polipropylenowej oraz polietylenu o grubości 63 g/m² wykonane gumką oraz dodatkowo wiązane? Zdjęcie poglądowe poniżej.



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

ZESTAW XII

PYTANIA

Pytanie nr 1 dot. pakietu nr 10 - Okularki ochronne Czy Zamawiający dopuszcza okularki w następujących rozmiarach; micro poniżej 28 cm, Small - 28-34 cm oraz Large - powyżej 34 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 2 dot. pakietu nr 10 - Okularki ochronne

Czy w związku z coraz częstszym występowaniem na oddziałach zapalenia spojówek u noworodków, Zamawiający wynaga, aby okularki posiadały wkleśnienia od strony oczodołu, co umożliwia fizjologiczne nawilżenie oka poprzez naturalny ruch powieki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie okularków z wkleśnieniem od strony oczodołu.

RANKING |20
SZPITALI |9



Wysoka jakość
w chacie i życzliwość



Wysoka jakość
w chacie i życzliwość



Wysoka jakość
w chacie i życzliwość

1

RANKING |20
SZPITALI |9



Wysoka jakość
w chacie i życzliwość

Pytanie nr 3 dot. pakietu nr 10 - Okularki ochronne

Czy Zamawiający dopuszcza aby okularki składały się z dwóch niezależnych części oraz posiadały dwa rzepy o długości około 24 mm, do regulacji w okolicy skroniowej celem idealnego dopasowania do głowy dziecka?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

ZESTAW XIII

PAKIELT 20

Poz. 1,2 -Prosimy o dopuszczenie czujników kompatybilnych z technologią Oximax.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza czujniki kompatybilne z technologią Oximax. Zamawiający w tym zakresie dokona modyfikacji SWZ

Poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie czujników przeznaczonych dla pacjentów o wadze od 1 do 20 kg.
Odpowiedź: Tak, zgodnie z SWZ.

Poz. 7, 9 - Prosimy o dopuszczenie mankietów w zakresie 34-47 cm.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza mankiety w zakresie 34-47 cm. Zamawiający w tym zakresie dokona modyfikacji SWZ

Poz. 3, 4, 5
Prosimy o wydzielienie poz.3, 4, 5 do oddzielnego zadania.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

PAKIELT 22
Prosimy o wydzielienie poz.7 do oddzielnego zadania.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

ZESTAW XIV

Pakiet 27, poz. 1

Proszę o dopuszczenie czepka typu beret
Odpowiedź: Tak, zgodnie z SWZ.

Pakiet 27, poz. 2

Proszę o dopuszczenie czepka typu furażerka wykonanego z włókniny Spunlace, z tyłu ściągany gumką z wstawką chloniącą pot w okolicy czoła, gramatura 35 g/m², rozmiar uniwersalny, opakowanie 100 szt. w kartoniku, kolor niebieski (kratka)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 27, poz. 5

Proszę o dopuszczenie koszul z rozcięciem z tyłu
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza koszulę z rozcięciem z tyłu, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SWZ. W tym zakresie Zamawiający dokona modyfikacji SWZ

Pakiet 27, poz. 6

Proszę o dopuszczenie ochraniaczy foliowych bez dodatkowej warstwy antypoślizgowej.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

ZESTAW XV

Pytanie 1 - dotyczy §14 ust. 1

RANKING SZPITALI 2019

Szpital Jana Pawła II w Katowicach

Szpital im. prof. Jana Piotra Chodkiewicza w Katowicach

Szpital im. prof. Jana Piotra Chodkiewicza w Katowicach

Zwracamy się z prośba o modyfikację w/w ustępu w sposób następujący:

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia liczonego od wartości niezrealizowanej umowy.
- b) za zwolke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości **0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki**. Zamawiający staje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy zwłoka w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 14 dni.
- c) w razie zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji w terminach określonych w § 3 wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie **50,00 zł** za każdy stwierdzony przypadek zapłaty kary umownej nie pozbawia Zamawiającego do skorzystania z uprawnienia określonych w § 6.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

ZESTAW XVI

pakiet 1, poz. 1

czy zamawiający dopuszcza zakončony elastycznym mankiem ze ściągaczem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1, poz. 1 rękaw zakončony elastycznym mankiem ze ściągaczem. **W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.**

pakiet 1, poz. 8

czy zamawiający dopuszcza gramaturę min. 25 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1, poz. 8 gramaturę min. 25 g/m². **W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.**

pakiet 1, poz. 1,5,7-B,10

Czy zamawiający wydzieli poz. 1,5-7-8-10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniężnych jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

pakiet 4, poz. 2

czy zamawiający dopuszcza dt. ok. 245 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

pakiet 4, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeleciem ilości z zaokrągleniem w gorę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeleciem ilości z zaokrągleniem w gorę do pełnych opakowań. **W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.**

pakiet 23, poz. 2-3

Czy zamawiający dopuszcza maski zarejestrowane wyłącznie jako środek ochrony osobistej?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza maski zarejestrowane wyłącznie jako środek ochrony osobistej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

pakiet 23, poz. 4

Czy zamawiający dopuszcza ochraniacze na obuwie wykonane z folii , z gumką, w rozmiarze uniwersalnym – długosz ochroniaca w stanie rozciętym ok. 40 cm, głębokość 16 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

pakiet 23, poz. 1-3

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniężnych jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

RANKING SZPITALI 2019

Szpital Jana Pawła II w Katowicach

Szpital im. prof. Jana Piotra Chodkiewicza w Katowicach

Szpital im. prof. Jana Piotra Chodkiewicza w Katowicach

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 27, poz. 2
Czy zamawiający dopuszcza czepki typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodząca z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z twórnicy polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m²) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dt. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 27, poz. 6
czy zamawiający dopuszcza ochraniacze bez moletu antypoślizgowego, wykonane z folii lekko teksturowanej?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 27, poz. 1-5
Czy zamawiający wydzieli poz. 1-5 do osobnego pakietu, takie rozwijanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racionalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podziel pakietu to unośmieliwa. Znaczenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy Pzp, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 2, poz. 1
Czy zamawiający dopuszcza worki na wymiary wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, ustruik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skałką co 100 ml, skała do 1,5 l, zakończony obreżką w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użyczkowania w postaci pictogramu umieszczona na każdym worku, wymiary ok. 35 cm dh x 16,5 cm szer.?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 2, poz. 2
Czy zamawiający dopuszcza worki na wymiary wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, ustruik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skałką co 100 ml, skała do 1,5 l, zakończony obreżką w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użyczkowania w postaci pictogramu umieszczona na każdym worku, wymiary ok. 35 cm dh x 16,5 cm szer.?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

ZESTAW XVII

Pakiet 20 poz. 2
Prosimy o dopuszczenie Czujnika SP02 jednorazowego użytku - Nellcor OxiMAX - dla dzieci w przedziale wagowym 3-20 kg.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający zgodnie z wstępnie udzielonymi odpowiedziami dopuszcza Czujnik SP02 jednorazowego użytku - Nellcor OxiMAX - dla dzieci w przedziale wagowym 3-20 kg.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i muszą być uwzględnione w treści składanej oferty.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR

Karol Morońko



Sporządzila: Bernadeta Kurn we współpracy z KP

RANKING 20
SZPITALI | 19

