

Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Szpital Miejski w Piekarach Śląskich

p.w. św. Łukasza

ul. Szpitalna 11, 41-940 Piekary Śląskie


KRS nr 0000351024, NIP: 498-024-81-12

kapitał zakładowy 90.695.000,00 zł

www.szpital.piekary.pl

e-mail: sekretariat@szpital.piekary.pl

tel. 32 39-38-100, fax 32 39-38-101



Piekary Śląskie, dn. 10.01.2023 r.

ZP - 1/2023

Wyjaśnienia treści SWZ
do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym
na dostawę wyrobów medycznych specjalistycznych

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 dot. pakiet nr 7, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mankietu 1-żyłowego, dla dorosłych, o obwodzie 25-35 cm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 dot. pakiet nr 7, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mankietu 1-żyłowego, dla dorosłych, o obwodzie 34-43 cm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 dot. pakiet nr 7, poz. 6

Z racji kompatybilności czujnika z kardiomonitorem EDAN prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czujnika SpO2 wielokrotnego użytku, silikonowego, dla dorosłych, typu EDAN.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 dot. wzór umowy - § 3 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę dla Pakietu nr 1 na wydłużenie terminu dostaw do min. 3 dni roboczych?

Odp.: Zamawiający informuje, iż § 3 ust. 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„2. Dostawa zamówionego towaru następować będzie w terminie do 3 (trzech) dni roboczych licząc od dnia przesłania zamówienia faxem lub e-mailem.”

Pytanie nr 5 dot. pakiet nr 1

Prosimy o wydzielenie poz. od 1 do 8 do oddzielnego zadania co umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie wykonawców.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, że w sytuacji gdy postępowanie jest już ogłoszone na platformie „e-zamowienia” nie ma możliwości zmiany ogłoszenia w zakresie zwiększenia / zmniejszenia liczby zadań częściowych.


Pytanie nr 6 dot. pakiet nr 1, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie kabla o dł. 5m.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 dot. pakiet nr 1, poz. 2


Prosimy o dopuszczenie elektrody nożowej krótkiej z ostrzem o wymiarach 3,2 x 26 mm.



Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 dot. pakiet nr 1, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie elektrody igłowej prostej, krótkiej - wymiary igły fi 0,8 x 23 mm.



Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 dot. pakiet nr 1, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie kabla o dł. 5m.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Handwritten signature or initials in black ink, appearing to be 'Z R'.

Pytanie nr 10 dot. pakiet nr 1, poz. 6

Prosimy o dopuszczenie dł. 195 mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 dot. pakiet nr 1, poz. 7

Prosimy o dopuszczenie dł. 180 mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 dot. pakiet nr 1, poz. 8

Prosimy o dopuszczenie pincety z trzpieniem prowadzącym w przypadku spełniania pozostałych wymogów lub prosimy o dopuszczenie pincety o dł. 11 cm z końcówką 0,5 mm bez trzpienia prowadzącego.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 13 dot. pakiet nr 6

Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych o szerokości ostrza 36 mm innych, niż do strzygarki 3M pod warunkiem niedopłatnego użyczenia strzygarek z obrotową głowicą, kompatybilnych z zaoferowanymi ostrzami, na czas realizacji umowy. W przypadku dopuszczenia prosimy o podanie potrzebnej ilości strzygarek.

Odp.: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający informuje, iż na stanie posiada 5 szt. strzygarek.

Pytanie nr 14 dot. pakiet nr 7

Prosimy o wydzielenie poz. 9 do oddzielnego pakietu.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, że w sytuacji gdy postępowanie jest już ogłoszone na platformie „e-zamowienia” nie ma możliwości zmiany ogłoszenia w zakresie zwiększenia / zmniejszenia liczby zadań częściowych.

Pytanie nr 15 dot. pakiet nr 7

Prosimy o wydzielenie poz. 15,16,18 do oddzielnego pakietu.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, że w sytuacji gdy postępowanie jest już ogłoszone na platformie „e-zamowienia” nie ma możliwości zmiany ogłoszenia w zakresie zwiększenia / zmniejszenia liczby zadań częściowych.

Pytanie nr 16 dot. pakiet nr 7, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie mankietów o długość 69 cm i szerokości 15,5cm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17 dot. pakiet nr 7, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie mankietów w rozmiarze 34-47 cm i wymiarach długość: 65cm; szerokość 17.5cm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 dot. pakiet nr 7, poz. 5

Prosimy o wskazanie numeru katalogowego dotychczas używanych odprowadzeń w celu poprawnej identyfikacji potrzeb zamawiającego.

Odp.: nr ref. ET0SDGS121.

Pytanie nr 19 dot. pakiet nr 7, poz. 6

Prosimy o wskazanie numeru katalogowego dotychczas używanych czujników w celu poprawnej identyfikacji potrzeb zamawiającego.

Odp.: nr ref. SH1-D.

Pytanie nr 20 dot. pakiet nr 7, poz. 10

Prosimy o dopuszczenie czujnika z przewodem o długości 0.9m.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21 dot. pakiet nr 7, poz. 11

Prosimy o dopuszczenie mankietów o wymiarach długość 57,5 cm i długości drenu 100 cm, reszta bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22 dot. pakiet nr 1, poz. 1

Prosimy o wskazanie modelu urządzenia, do którego będzie podłączany przewód.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 23 dot. pakiet nr 1, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie przewodu o długości 3 m.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 24 dot. pakiet nr 1, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie przewodu o długości 5 m.

Odp.: Patrz odpowiedź na pyt. nr 6.

Pytanie nr 25 dot. pakiet nr 4

Czy z uwagi na fakt, iż przedmiotem zamówienia w Pakiecie nr 4 są w większości wyroby wielorazowe i nie są to leki ratujące życie, a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu dostawy do 14 dni od daty otrzymania zamówienia?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę wyłącznie dla pakietu nr 4.

Pytanie nr 26 dot. wzór umowy § 9 ust. 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację wzoru umowy § 9 ust. 2 na następujące brzmienie:

„Wykonawca w czasie 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od uznania reklamacji jest zobowiązany do wykonania dostawy zgodnie z zamówieniem”.

Odp.: Zamawiający informuje, iż § 9 ust. 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonawca w czasie 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od uznania reklamacji jest zobowiązany do wykonania dostawy zgodnie z zamówieniem.”

Z poważaniem

PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.

PROKURENT

Izabela Bacik