



Znak sprawy: DEA.ZP-291/15/2020

Łódź, dnia 24 lutego 2021 r.

**Do zainteresowanych
prowadzonym postępowaniem**

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, 91-202 Łódź, ul. Warecka 2 działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) ogłasza wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansów typu C/B wraz z wyposażeniem dla WSRM w Łodzi.

1. **Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.**
2. **Termin składania ofert upłynął w dniu 9 lutego 2021 r. o godz. 11:15.**
3. **W wyznaczonym terminie złożono 4 oferty.**
4. **Oferty otworzono na posiedzeniu komisji przetargowej w dniu 9 lutego 2021 r. o godz. 11:30.**
5. **W wyniku prowadzonego postępowania Zamawiający postanawia:**

1) Odrzucić ofertę:

RATOWNIK-AMBULANSE Sp. z o.o. Sp. K.
05-110 Jabłonna ul. Konwaliowa 47

Uzasadnienie:

Wykonawca wraz z ofertą złożył Formularz spełnienia parametrów wymaganych i parametrów punktowanych – Załącznik nr 1 do SIWZ w którym w pkt 34 nie określił pojemności akumulatorów zamontowanych w oferowanych pojazdach. Zamawiający wymagał „Min. Dwóch akumulatorów o pojemności min. 90 Ah.....” natomiast wykonawca jako parametr oferowany określił „dwa akumulatory głębokiego rozładowania o pojemności Ah....”(bez określenia wielkości Ah). Z zapisu takiego nie wynika jednoznacznie czy oferowane akumulatory spełniają minimalny parametr określony przez Zamawiającego, a jedynie potwierdzają że będą zamontowane dwa akumulatory bez informacji o jakiej pojemności.

Był to jeden z parametrów bezwzględnie wymaganych przez Zamawiającego. Informacja ta nie podlega uzupełnieniu i nie można uznać braku wpisania konkretnego parametru wymaganego jako oczywistej omyłki pisarskiej, a co za tym idzie oferta nie odpowiada treści SIWZ.

Ponadto w pkt 88 załącznika nr 1 Zamawiający wymagał zaoferowania szafki montowanej na ścianie działowej wyposażonej w min. 3 szuflady na drobny sprzęt medyczny, Wykonawca potwierdził parametr wypełniając tabelę załącznika nr 1 natomiast zaoferowane rozwiązanie nie ma odzwierciedlenia w dokumentacji będącej załącznikiem do homologacji. Na schemacie zabudowy widnieje szafka z dwiema szufladami, a nie trzema wymaganymi przez Zamawiającego, a co za tym idzie parametr nie został potwierdzony i nie odpowiada treści SIWZ.

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający w załączniku nr 1 określił minimalne parametry wymagane, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Podstawa prawna odrzucenia oferty art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z póź. zm).



2) Wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych biorących udział w postępowaniu:

W.A.S. WIETMARSCHER Polska Sp. z o.o.

87-162 Lubicz Górny, ul. Nowa 2

Oferta otrzymała następującą ilość punktów:

- cena: 60 pkt,

- parametry techniczne: 37 pkt

Ogółem: 97 pkt

Pozostali wykonawcy biorący udział w postępowaniu:

AUTO-FORM Distribution Sp. z o.o.

ul. Inwestycyjna 5, 41-208 Sosnowiec

Oferta otrzymała następującą ilość punktów:

- cena: 58,81 pkt,

- parametry techniczne: 38 pkt

Ogółem: 96,81 pkt

BFF MEDFinance S.A.

ul. Jana Kilińskiego 66, 90-118 Łódź

Oferta otrzymała następującą ilość punktów:

- cena: 58,34 pkt,

- parametry techniczne: 29 pkt

Ogółem: 87,34 pkt

Umowa w prowadzonym postępowaniu może być zawarta po terminie 6 marca 2021 r.

6. Inne informacje:

Wykonawcom przysługują środki odwoławcze określone w Dziale VI – Środki ochrony prawnej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z póź. zm).

DYREKTOR
ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych
WSFM w Łodzi

dr n. ekon. Witold Olszewski



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

