

Wołów, 05.05.2022 r.

7/PCM/2022/ZP/A

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 1

**Dotyczy:** postępowania nr 7/PCM/2022/ZP/A **Sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o. o. przez okres 12 miesięcy**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

### Pytanie 1

Czy Zamawiający posiada fundamenty pod zbiorniki konstrukcji płytowej czy punktowej (cokołowej) ?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający posiada fundamenty pod zbiorniki konstrukcji płytowej.**

### Pytanie 2

Czy Zamawiający posiada na fundamentach odpowiednią ilość miejsca tak aby umieścić na nich obok zbiorników również parownice ?

**ODPOWIEDŹ: Tak.**

### Pytanie 3

Czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnej mapki terenów służącej do celów projektowych?

**ODPOWIEDŹ: Nie.**

### Pytanie 4

Czy Zamawiający posiada rampy butlowe zgodne z normą PN-EN ISO 7396-1 z której będzie można zasilać Szpital z należytą dbałością o zdrowie i życie pacjentów w tlen medyczny podczas terminu przewidzianego na montaż zbiorników i parownic ?

**ODPOWIEDŹ: Nie.**



#### **Pytanie 5**

Czy butle mają być zgodne z aktualną normą PN-EN 1089-3 ?

**ODPOWIEDŹ: Tak.**

#### **Pytanie 6**

Rozumiemy, że Zamawiający żąda dostaw gazów w butlach które mają być wyposażone w zwykłe/standardowe zawory. Prosimy o potwierdzenie.

**ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający potwierdza.**

#### **Pytanie 7**

Jeżeli Zamawiający używa azotu ciekłego do leczenia pacjentów prosimy o dopuszczenie zaferowania azotu ciekłego zarejestrowanego jako wyrób medyczny.

**ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający potwierdza.**

#### **Pytanie 8**

Prosimy o dopisanie w Formularzach Cenowych dla ciekłego tlenu medycznego w tabeli cenowej pozycji:

„Montaż zbiornika wraz z parownicą i osprzętem”. Usługa ta nie może być wliczona ani w dzierżawę zbiornika ani w cenę tlenu, ponieważ te pozycje objęte są innymi stawkami podatku VAT. Brak odrębnej opłaty za montaż zbiornika, czyli ukrywanie usługi objętej VAT 23% w usłudze objętej VAT 8%, może pociągać za sobą negatywne skutki karno-skarbowe zarówno po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację formularza cenowego w zakresie Pakietu nr 1 oraz Pakietu nr 2 (tlen ciekły). Zamawiający wskazuje, że przedmiotem zamówienia jest wyłącznie dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli. Zamawiający nie wnika i nie narzuca Wykonawcy sposobu wykonania usług pomocniczych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Z całą jednak pewnością montaż zbiornika, przywołany w pytaniu, nie jest jedyną, wyłączną metodą rozpoczęcia wykonania umowy.**

#### **Pytanie 9**

Czy Zamawiający żąda aby przynajmniej część butli na tlen medyczny o poj 10l była aluminiowa? Są to butle o około połowę lżejsze od butli stalowych, co nie jest bez znaczenia przy transporcie tych butli na terenie Szpitala, zwłaszcza przez kobiety, przy jednoczesnym spełnianiu przepisów BHP. Prosimy o potwierdzenie.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga.**

#### **Pytanie 10**

Prosimy o zmianę zawartości podtlenu azotu medycznego w butlach na 7,0 kg. Tyle właśnie gazu mieści się w butli.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**



#### **Pytanie 11**

Rozumiemy, iż zgodnie z obowiązującymi normami mówiącymi o obowiązkowym wyposażeniu karetki zawartość gazu w butlach 2l ma wynosić minimum 0,4m<sup>3</sup> ? Czy butle mają być wyposażone w zwykłe/standardowe zawory kompatybilne z przyłączem reduktorowym i przyłączem w karetce ?

**ODPOWIEDŹ: Tak.**

#### **Pytanie 12**

Prosimy o wprowadzenie pozycji transport do poszczególnych pakietów w j.m „dostawa”.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 13**

Prosimy o zmiany w stosownych miejscach dotyczących terminów płatności z „daty przyjęcia faktury” na „daty wystawienia faktury”, „daty odbioru towaru” lub „daty sprzedaży”.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 14**

Prosimy o następujące zmiany w Formularzu Oferty:

- powinna być możliwość podania terminu dostawy do każdego z pakietów z osobna, ponieważ każdy z pakietów oceniany jest oddzielnie. Proszę o stosowne zmiany.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę oraz modyfikuje SWZ w ww zakresie.**

#### **Pytanie 15**

Prosimy o następujące zmiany we Wzorzec Umowy:

- w paragrafie 1 ust. 6 – prosimy o wykreślenie w całości. To wymóg niemożliwy do zrealizowania przez większość firm w Polsce mających w swojej ofercie gazy medyczne.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę oraz modyfikuje SWZ w ww zakresie.**

- w paragrafie 1 ust. 10 - prosimy o wykreślenie w całości. To wymóg niemożliwy do zrealizowania przez większość firm w Polsce mających w swojej ofercie gazy medyczne. Dostawy będą realizowane zgodnie z zapisami Umowy.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów oraz modyfikuje SWZ w ww zakresie.**

- w paragrafie 1 ust. 14 – prosimy o wykreślenie w całości. Żadna z Firm działających w Polsce nie jest w stanie zagwarantować dostaw w czasie np. wojny w Polsce. W czasie wojny tylko wojsko może cokolwiek gwarantować.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.**

- w paragrafie 2 ust. 6 – prosimy o zmianę z „24 godzin” na minimum „14 dni roboczych”. Reklamacje jakościowe muszą być rozpatrywane po analizach w niezależnych laboratoriach. Zorganizowanie takich działań jest niemożliwe w 24 godziny.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.**



- w paragrafie 5 ust. 4 - prosimy o zmianę z „24 godzin” na minimum „14 dni roboczych”.  
Reklamacje jakościowe muszą być rozpatrywane po analizach w niezależnych laboratoriach. Zorganizowanie takich działań jest niemożliwe w 24 godziny.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.**

- w paragrafie 7 ust. 4 – w celu równego traktowania Stron Umowy prosimy o zmianę z „Zamawiający” na „Każda ze Stron”.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.**

- w paragrafie 7 ust. 6 – w celu równego traktowania Stron Umowy prosimy o zmianę z „Zamawiający” na „Każda ze Stron”.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający zwraca uwagę, że we wzorze umowy paragraf 7 zawiera wyłącznie 5 ustępów.**

- w paragrafie 8 ust. 1. 2) – prosimy o zmianę z „wartości umowy” na „niezrealizowanej części wartości umowy”. Kara swym zasięgiem nie może obejmować należycie wykonanej części umowy.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.**

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem



PREZES  
ZARZĄDU SPÓŁKI  
Piotr Burdach

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE  
w WOŁOWIE sp. z o.o.  
56-100 Wołów ul. Inwalidów Wojennych 26  
tel 71/380 58 01  
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE  
NIP-988-02-67-118 REGON:020749596  
(2)

Sporządził: Anna Chechelska, Tel: 71/ 38 05 807, e-mail: [annachechelska@pcm-wolow.pl](mailto:annachechelska@pcm-wolow.pl)