



4. Wojskowy Szpital Kliniczny  
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu  
ul. R. Weigla 5 Wrocław 50 - 981

Wrocław, 20.02.2020r

### WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

*dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych materiałów medycznych, znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.8.2020*

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust.1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn.zm.) dalej PZP informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pytanie nr 12 - Pakiet nr 18 poz. 3 -** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie igły insulinowej typ pen w rozmiarze 29G x12,7mm?

**Odpowiedź na pytanie nr 12: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 13 - Pakiet nr 18 poz. 1-3 -** Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie igły pochodziły od jednego producenta?

**Odpowiedź na pytanie nr 13: Nie**

**Pytanie nr 14 - Pakiet nr 43 poz. 1,6 -** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

**Odpowiedź na pytanie nr 14: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 15 - Pakiet nr 43 poz. 3,4 -** Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku do kaniul bez okienka z folii poliuretanowej w rozmiarze 9x11cm z dodatkowa etykieta pozwalająca zapisać datę umieszczenia z trzema dodatkowymi włókninowymi paskami pozwalające na stabilniejsze umocowanie opatrunku?

**Odpowiedź na pytanie nr 15: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 16 - Pakiet nr 43 poz. 3,4 -** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika bezigłowego, przeznaczonego do wielokrotnych, bezigłowych iniekcji, nie wymagającego zastosowania koreczków zabezpieczających o konstrukcji zapewniającej brak przestrzeni martwej pomiędzy obudową a silikonową membraną ;duża przestrzeń wewnętrzna gwarantująca przepływ na poziomie 18,7 l/h czyli 312 ml/min; Wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2 Ba 29 PSI oraz płynu iniekcyjnego 4 Ba 58 PSI, objętość wypełnienia 0,085 ml; możliwość stosowania przez 7 dni lub 600 aktywacji ( które wystąpi pierwsze); wolny od PVC, lateksu, kompatybilny z lipidami i chemioterapeutykami; można stosować do przetaczania krwi; opakowanie jednostkowe folia papier.

**Odpowiedź na pytanie nr 16: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 17 - Pakiet nr 43 poz. 5 -** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kranika trójdrożnego z optycznym identyfikatorem pozycji otwarty zamknięty objętość wypełnienia 0,32ml ?

**Odpowiedź na pytanie nr 17: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 18 - Pakiet nr 43 poz. 7,8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie igieł w formularzu cenowo asortymentowym pakowanych po 100 sztuk?**

**Odpowiedź na pytanie nr 14: Pytanie bez związku :w SIWZ jednostką miary jest sztuka.**

**Pytanie nr 19 - Pakiet nr 43 poz. 7- Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie tylko igły bez filtra tylko w rozmiarze 1,2x40mm?**

**Odpowiedź na pytanie nr 19: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 20 - Pakiet nr 43 poz. 7 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie tylko igły z filtrem tylko w rozmiarze 1,2x40mm i 1,2x50mm?**

**Odpowiedź na pytanie nr 20: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 21 - Pakiet nr 43 poz. 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczanie igieł bezpiecznych z przezroczystym ramieniem zabezpieczającym personel przed przypadkowym zakłuciem tylko w rozmiarach 0,6x30mm, 0,70x40mm, 0,8x40mm, 0,90x40mm sterylizowane tlenkiem etylenu?**

**Odpowiedź na pytanie nr 21: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 22 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby Igła Spike znajdowała się w zestawie z liniami krwi tętniczo – żylnymi?**

**Pytanie nr 23 - Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w punkcie 7 wyrazi zgodę na zaoferowanie kapsuły BiCart o gramaturze 720 g?**

**Odpowiedź na pytanie nr 22 - 23: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 24 - Pakiet nr 29- Czy Zamawiający dopuści taśmę o następujących parametrach:**

- grubość przędzy taśmy: 0,16 mm;
- długość: 45 cm;
- szerokość: 0,9 – 1,3 cm;
- grubość: 0,54 mm;
- gramatura: 64-73 g/m<sup>2</sup>;
- porowatość: 67%;
- rozmiar porów w mm: 4,1 x 1,2

**Odpowiedź na pytanie nr 24: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 25 - dot. projektu umowy- Czy za dni w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni robocze, czyli dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?**

**Odpowiedź na pytanie nr 25: Nie. Terminy liczone zgodnie z art.111 i n. k.c.**

**Pytanie nr 26 - dot. projektu umowy- Czy Zamawiający zgadza się odstąpić od § 1 ust. 12 wzoru umowy?**

**Odpowiedź na pytanie nr 26: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 27 - dot. projektu umowy- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?**

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

**Odpowiedź na pytanie nr 27: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 28- dot. projektu umowy- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 pkt: 1, 3, wzoru umowy słowa „opóźnienia”, zostało zastąpione słowem „zwłoki”?**



Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez Wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez Wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności Wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.

**Odpowiedź na pytanie nr 28: Nie, zapisy SIWZ bez zmian. Ewentualne kary będą naliczane, gdy opóźnienie będzie wynikać tylko z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.**

**Pytanie nr 29 - dotyczy pakietu 2-** W celu przedłożenia oferty KONKURENCYJNEJ JAKOŚCIOWO, prosimy o dopuszczenie elektrod w pozycji 2 dzielonych (REM) z bezpiecznym pierścieniem ekwipotencjalnym (dodatkowa korzyść = bezpieczeństwo pacjenta) O WYMIARACH 170,5mm x 128,5mm;

**Pytanie nr 30 - dotyczy pakietu 2 -** W celu przedłożenia oferty KONKURENCYJNEJ JAKOŚCIOWO, prosimy o dopuszczenie końcówki 153mm (wymagane 150mm) - wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ;

**Pytanie nr 31 - dotyczy pakietu nr 9 -** Prosimy o dopuszczenie elektrod nasierdziowych, dla których igła sercowa o długości 22mm ma kształt  $\frac{1}{2}$  koła a igła przezskórna – pełna, łamana, prosta (brak możliwości dostania się krwi do przewodu – dodatkowy atut) ma długość 63mm lub 90 mm (do wyboru Zamawiającego) i po odłamaniu staje się wejściem do stymulatora; Średnica przewodu: 0.3mm; Długość użytkowa: 60cm;

Dodatkowym atutem naszej oferty jest DOWOLNY WYBÓR SPOSOBU FIKSACJI W TRAKCIE TRWANIA KONTRAKTU, PONIEWAŻ ZAMAWIAJĄCY MA DO WYBORU KSZTAŁT:

- PROSTY
- ZIG-ZAG
- „WĄSY”
- PĘTELKĘ
- HACZYK

Każda opcja fiksacji dostępna jest w dwóch kolorach do wyboru: białym i niebieskim;

**Odpowiedź na pytanie nr 29 - 31: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 32 - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 29** oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również taśmę polipropylenową, monofilamentową, taśma w plastikowej osłonce zintegrowanej z plastikowymi osłonkami na trokar, taśma cięta laserowo. Grubość taśmy ok 0,7mm, wielkość porów 100 mikronów, szerokość min. 1,1 cm, długość 45cm. Jednorazowy trokar ze stali nierdzewnej, profilowany do przejścia załonowego z plastikową rękojeścią?

**Pytanie nr 33 -Czy Zamawiający w Pakiecie nr 29** oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również taśmę polipropylenową, monofilamentową, taśma w plastikowej osłonce, nici polipropylenowe łączące taśmę z plastikową osłonką na prowadnicach helikalnych, taśma cięta laserowo. Wielkość porów 100 mikronów, szerokość taśmy min. 1,1 cm, długość 12cm.

- Dwie jednorazowe heliakalne prowadnice ze stali nierdzewnej, profilowane do przejścia przez otwory zasłonowe metodą „inside-out”, z plastikową osłonką, połączone na stałe z taśmą poprzez polipropylenowe nici.

- Stalowa prowadnica skrzydełkowa o regulowanej długości służąca do prawidłowego przeprowadzenia helikalnych prowadnic z wskaźnikiem głębokości położenia w tkance.

System całkowicie jednorazowy?

**Odpowiedź na pytanie nr 32 - 33: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 34 - dot. Załącznika nr 2 do SIWZ- Zestawienia asortymentowo– cenowego przedmiotu zamówienia, pakiet 23, poz. 1 -** Czy Zamawiający w pakiecie nr 23, poz. 1 dopuści złącze do napełniania środkiem cieniującym, z drenem Y 150 cm z jednym zaworem zwrotnym? Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.



Pytanie nr 35 - dot. Załącznika nr 2 do SIWZ- Zestawienia asortymentowo- cenowego przedmiotu zamówienia, pakiet 23, poz. 2 - Czy Zamawiający w pakiecie nr 23, poz. 2 dopuści złącze do napełniania środkiem cieniującym bez drenu Y? Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.  
Odpowiedź na pytanie nr 34 - 35: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 36 - dot. Załącznika nr 2 do SIWZ- Zestawienia asortymentowo- cenowego przedmiotu zamówienia, pakiet 23, poz. 3 - Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający w pakiecie nr 23, poz. 3 wymaga zaoferowania przedłużacza o długości 150 cm czy 250 cm oraz czy przedłużacze mają posiadać trójnik Y czy też nie.  
Odpowiedź na pytanie nr 36: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 37 - Prosimy Zamawiającego o poprawę numeracji pozycji w zakresie pakietu Nr 44.  
Odpowiedź na pytanie nr 37: Zamawiający poprawia omyłką pisarską w numeracji:

Nazwa pakietu	Nr pakietu	Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Parametry dodatkowe
ARTYKUŁY DO TOALETY PACJENTA  CPV 33140000-3	44	1	Myjki do toalety pacjenta - o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu z dodatkową warstwą termoizolacyjną wewnątrz opakowania, pomagającymi utrzymać temperaturę myjek, oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchenke mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. Skuteczność oferowanego produktu w zakresie zmniejszenia częstości zakażeń dróg moczowych potwierdzona dołączonymi do oferty badaniami klinicznymi. Opakowanie z mini-kartą obserwacji do zaznaczenia zmian skórnych (zespólna fabrycznie z opakowaniem samoprzylepna etykieta). Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny. Opakowanie 8 sztuk.	
		2	Tampony nasyczone 2% roztworem diglukonianu chlorheksydyny z zarejestrowanymi wskazaniami do ogólnej antyseptyki skóry oraz antyseptyki skóry jako części schematu postępowania przedoperacyjnego. Skuteczność oferowanego produktu w zakresie zmniejszenia częstości zakażeń szpitalnych potwierdzona badaniami klinicznymi. W składzie 500 mg diglukonianu chlorheksydyny w 1 tamponie, żel aloesowy, bez lateksu, niewymagający spłukiwania, wykonane w 100% z poliestru, wymiary 19x19 cm. Pakowane w saszetki flip-top z dodatkową warstwą termoizolacyjną. Opakowanie 6 szt.	
		3	Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 2 gąbki z poprzecznym pofalowaniem pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem, z 2 otworami ssącymi, z zagiętą końcówką oraz z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z witaminą E. Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa.	
		4	Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofalowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem diglukonianu chlorheksydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofalowaniem. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa.	

**Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.**

**W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego/zmodyfikowanego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).**

4. WOJSKO WETERYNARYJNEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKI  
SP ZOZ we Wrocławiu  
Piotrusiak  
(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)