



Piekary Śląskie, dn. 26.10.2022 r.

ZP - 14/2022

Wyjaśnienia treści SWZ
do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym
na dostawę wyrobów medycznych

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęło pytanie dotyczące przedmiotowego postępowania, którego treść wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 - dot. Pakietu nr 21 poz. 1

Prosimy o doprecyzowanie czy przez określenie pas bezpieczeństwa gwarantujący równomierne rozproszczenie prądu na elektrodzie niezależnie od kierunku aplikacji zamawiający rozumie dodatkową powierzchnię (pas) nie połączony w sposób mechaniczny i elektryczny z połówkami elektrody? Gdyż tylko taka konstrukcja zapewnia równomierne rozproszczenie prądu na połówkach elektrod, niezależnie od kierunku aplikacji elektrody.

Odp.: Tak, Zamawiający rozumie dodatkową powierzchnię (pas) nie połączony w sposób mechaniczny i elektryczny z połówkami elektrody.

Pytanie nr 2 - dot. Pakietu nr 21 poz. 1

Prosimy o doprecyzowanie czy przez określenie elektroda neutralna dwudzielna z dodatkowym pasem bezpieczeństwa zamawiający rozumie elektrodę dwudzielną podzieloną na dwie równe połówki oraz dodatkową całkowicie oddzielną powierzchnię pasa bezpieczeństwa?

Odp.: Tak, Zamawiający rozumie elektrodę dwudzielną podzieloną na dwie równe połówki oraz dodatkową całkowicie oddzielną powierzchnię pasa bezpieczeństwa.

Pytanie nr 3 - dot. Pakietu nr 21 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do postępowania Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, wyposażone w okalający pas bezpieczeństwa nie połączony z połówkami elektrody, który gwarantuje równomiernie rozproszanie prądu na elektrodzie, niezależnie od kierunku aplikacji, o powierzchni przewodzącej (połówek elektrody) 23cm² oraz powierzchni łącznej połówek + pas bezpieczeństwa 108 cm²; elektrody pakowane w pakietach po 5 szt, do każdego pakietu załączone naklejki z informacją o numerze serii i datą ważności elektrody, gotowe do wklejenia do protokołu pacjenta ; opakowanie 50 szt.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 - dot. Pakietu nr 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 4, 5 dni roboczych, ze względu na konieczność wysyłki niektórych towarów bezpośrednio z fabryki / magazynu z Niemiec.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych - wyłącznie w zakresie pakietu nr 21.

Z poważaniem

PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu

mgr Marcin Baron

PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.
PROKURENT

Izabela Bacik