

Wołów, 18.09.2023 r.

14/PCM/2023/ZP/A

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 19

Dotyczy: postępowania nr 14/PCM/2023/ZP/A **Sukcesywna dostawa zużywalnego sprzętu medycznego przez okres 12 miesięcy**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1 – Dot. pakiet 14, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do wyceny kompatybilny zamiennik czy oczekuje papieru oryginalnego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza kompatybilny zamiennik.

Pytanie 2 - Dot. pakiet 25, poz. 1

W związku z faktem, iż nakłuwacze typu Medlance zostały wycofane z produkcji czy Zamawiający dopuści nakłuwacze podobnego typu co Medlance w obudowie w kształcie litery T lub zbliżonym, konstrukcyjnie zabezpieczony przed ponownym użyciem, ostrzem schowanym, silikonowanym ze stali nierdzewnej, szlifowanym, sterylizowanym promieniami Gamma, pozostaje sterylny przez 5 lat od daty sterylizacji, nakłuwacz bezpieczny przyciskowy z igłą w rozmiarze 21G i głębokości nakłucia 1,8 mm? Zdjęcie poglądowe poniżej.



ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, iż nie przedłuża terminu składania ofert. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem


Agnieszka Poprawiska-Cierpiat
Pełnomocnik Zarządu

Sporządziła: Anna Chechelska, Tel: 71/ 38 05 807, e-mail: annachechelska@pcm-wolow.pl