



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W PRZASNYSZU**



06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9, centrala tel. 29 753 43 00, sekretariat 29 753 43 18, fax 29 753 43 80

NIP 761-13-33-881 REGON 000302480  
www.szpitalprzasnysz.pl sekretariat@szpitalprzasnysz.pl

BDO: 000110316

SPZZOZ.ZP/19/2024

Przasnysz, 15.03.2024 r.

**Do wszystkich,  
którzy pobrali zapytanie**

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę artykułów do sterylizacji dla SPZZOZ w Przasnyszu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu na otrzymane pytania udziela odpowiedzi:

**Pyt. 1**

**Dotyczy zapisów SWZ:**

**Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.**

*Odp. Zamawiający nie wymaga.*

**Pyt. 2**

**Dotyczy zapisów SWZ:**

**Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.**

*Odp. Zamawiający nie wymaga.*

**Pyt. 3**

**Dotyczy Parametry Techniczne:**

**Dotyczy Pakietu I poz. 2 – Etykieta identyfikacyjna do kontenerów mini**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie etykiety identyfikacyjnej nieprzylepnej, spełniającej pozostałe wymagania zapytania ofertowego?**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę.*

**Pyt. 4**

**Dotyczy Pakietu I poz. 5**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtrów o wymiarach 115/230?**

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.*

**Pyt. 5**

**Dotyczy Pakietu I poz. 2**

**Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek, na rzecz otrzymania ulotki do oferty? W związku z problemami logistycznymi, czekamy obecnie na dostawę.**

*Odp. Zamawiający nie odstępuje.*

Z poważaniem

Z-ca DYK KTORA  
dz. Administracyjno-Technicznych  
  
mgr Urszula Maćkowska

Sporządziła:  
Magdalena Krzykowska  
st. insp. ds. zamówień publicznych  
i eksploatacji sprzętu  
tel. 29 75 34 405