

### Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 135 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.30.D.2023, odpowiadamy na pytania Wykonawców:

**Pytanie 1 – zadanie nr 49 . Poz. 3** - prosimy o dopuszczenie możliwości **zaoferowania pojemników o pojemności 3,5-4 L i wysokości 155 mm**. Przeważająca większość pojemników na odpady medyczne, faktycznie ma większe pojemności, od nominalnych, deklarowanych przez producentów. W praktyce nie ma to znaczenia dla tego rodzaju wyrobu, ale zwiększa jego funkcjonalność, co w prosty sposób przekłada się na oszczędność, zarówno przestrzeni magazynowej, jak i ilości zużywanych pojemników.

W razie odmowy, żądamy wskazania merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: TAK

**Pytanie 2 – zadanie nr 63 . Poz. 6** - prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania **zestawu do nebulizacji składającego się: z drenu o dł.2,1 m, rurki o dł. 15 cm, ustnika z łącznikiem typu T, nebulizatora o pojemności 6ml (skalowanego co 1ml)**. Takiego jak poniżej na załączonym zdjęciu.

Zamawiający oceniając jakość, sam zdecyduje czy zaoferowany zestaw odpowiada jego oczekiwaniom.

W razie odmowy, żądamy wskazania merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.



Odpowiedź: TAK

**Pytanie 3** – Proszę o uściślenie terminu wykonania zamówienia, w SWZ jest podany 24 miesiące , natomiast w warunkach umowy 12 miesięcy.

Odpowiedź: Nastąpiła myłka pisarska w SWZ, zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu i projektem umowy, termin realizacji 12 miesięcy.

**Pytanie 4** - Czy Zamawiający w **Zadaniu 23** w pozycji 1 dopuści rurki w rozmiarach: 6 – 9,5; spełniające pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: TAK

**Pytanie 5** - Czy Zamawiający w **Zadaniu 23** wyrazi zgodę na dostarczenie próbek tylko do pozycji 1 i 2. W pozycjach 3,4 i 5 – wymagane próbki stanowiłyby odpowiednio: 10%, 10% i 20% całego zapotrzebowania.

Odpowiedź: NIE

**Pytanie 6** - Czy Zamawiający w **Zadaniu 24** mógłby doprecyzować, czy oczekuje, aby wymiennik posiadał port tlenowy i port do odsysania.

Odpowiedź: Musi posiadać port tlenowy

**Pytanie 7** - Czy w Zadaniu nr 56 poz. nr 5 i 6 Zamawiający wymaga zaoferowania wkładów kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego systemem Serres?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

**Pytanie 8** – Wnosimy o dopuszczenie w Zadaniu nr 69 drenażu o pojemności 2250 ml, z pokrętkiem umieszczonym na szczycie drenażu dla łatwiejszego dostępu oraz z samouszczelniającym bezigłowym portem do pobierania próbek drenowanego płynu na przedniej ścianie zestawu, spełniającego wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego. Dopuszczenie w/w rozwiązania umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu

Odpowiedź: TAK

**Pytanie 9** – Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 7 ust. 1 wzoru Umowy. Zamawiający w § 7 ust. 1 wskazał: 1. W przypadku zwłoki w dostawie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym upływa umowny czas dostawy wymieniony w § 2 ust. 1. W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 0,5% za każdy dzień uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy. Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 0,5% za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający. W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 7 ust 1 wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 0,25% wartości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 10** - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 37 - Zestaw do pomiaru ciśnienia metodą krwawą jedn. użytku. Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia, pojedynczy, wyposażony w następujące elementy: długość linii pomiarowych 1 x 150 cm (1 x 125 cm + 1 x 25 cm); 1 x przetwornik wyposażony w podwójny system zintegrowany płuczące o przepływie min. 3 ml/godz.; igła zakrzywiona w zbiorniku wyrównawczym, kalibracja zestawu bez rozszczelniania systemu bez konieczności zdejmowania koreczka. Zestaw dający zapis ciśnienia z dokładnością odwzorowania na poziomie <5% błędu pomiarowego dla całej linii pomiarowej potwierdzony przeprowadzonym testem w fazie produkcyjnej. Połączenie – pinowe

kompatybilne z kablami typu PMSET.

Odpowiedź: TAK

**Pytanie 11** – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 69 - Zestaw do drenażu opłucnej z zaworem mechanicznym. Zestawy do drenażu klatki piersiowej typu suche odsysanie (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania wyposażony w wyskalowane pokrętko umożliwiające regulację w zakresie do 40cmH<sub>2</sub>O, bezgłośny, z komorami zbiorczymi wyskalowanymi do objętości 2300ml, z dwoma drenami bez konieczności stosowania dodatkowych łączników, umożliwiającymi ilościową ocenę drenowanego płynu z każdego drenu oddzielnie, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do pobierania próbek drenowanego płynu. Konstrukcja nie wymagająca mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas nie powodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany sterylnie w folię i serwetę, z oznaczonym miejscem jej otwarcia, z dwoma drenami łączącymi bezlateksowymi zabezpieczonymi przed zagięciem sprężyną, zestaw ze stałym monitoringiem ciśnienia śródopłucnego.

Odpowiedź: TAK

**Pytanie 12** – Pytanie do wzoru umowy: W przypadku, gdy producentem produktów medycznych dostarczanych w ramach Umowy jest podmiot inny niż Wykonawca, Wykonawca ma prawo, za zgodą Zamawiającego, przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na producenta dostarczanych produktów medycznych lub inną spółkę z grupy kapitałowej producenta. W celu przeniesienia praw i obowiązków Wykonawca, Zamawiający oraz producent lub inna spółka z grupy kapitałowej producenta podpiszą umowę trójstronną przenoszącą prawa i obowiązki z niniejszej Umowy. Wszelkie inne postanowienia Umowy pozostaną bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 13** - Zadanie nr.56. poz.5,6. Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma wówczas pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności(data ważności) i identyfikacji(numer serii) nad asortymentem, po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały i oddaniem zbiorczego opakowania do utylizacji. Fabrycznie nadrukowana data ważności, warunkuje także, kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie.

Odpowiedź: NIE

**Pytanie 14** - Zadanie 62. Prosimy o dopuszczenie ostrzy innych, niż do strzygarki Mediclip/DYNDE 70880E pod warunkiem nieodpłatnego użyczenia strzygarek kompatybilnych z zaferowanymi ostrzami na czas realizacji umowy. W przypadku dopuszczenia powyższego rozwiązania prosimy o podanie potrzebnej ilości strzygarek, które użyczymy bezpłatnie na czas trwania umowy

Odpowiedź: TAK

**Pytanie 15** – Zadanie 62. Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych o szerokości ostrza 36 mm w przypadku gdy strzygarka kompatybilna z nimi posiada trzyczakresową obrotową głowicę: 45° w lewo,45° w prawo. Pozwala to na bezpieczne operowanie strzygarką w trudnodostępnych miejscach na ciele. Sposób pakowania:1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami OPZ

**Pytanie 16** - Dotyczy SWZ rozdział IV oraz załącznik nr 4 - projekt umowy § 6 ustęp 1 : Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisami przytoczonych dokumentów i ustanowienie jednolitego terminu obowiązywania umowy.

Odpowiedź: Nastąpiła myłka pisarska w SWZ, zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu i projektem umowy, termin realizacji 12 miesięcy.

**Pytanie 17** - Dotyczy SWZ rozdział X ustęp 1.7) : Prosimy Zamawiającego o zwolnienie z obowiązku dostarczenia próbek do każdej pozycji w zakresie **zadania nr 45** (akcesoria do pracy aparatu do hemodiafiltracji - MultiFiltrate). Produkty wchodzące w skład powyższego pakietu są od lat dostarczane przez naszą firmę i powszechnie znane wśród personelu OIT użytkującego wspomniany aparat. Nasza firma jest jedynym w Polsce dystrybutorem producenta aparatu MultiFiltrate i osprzętu do niego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 18** - Dotyczy załącznika nr 1 – formularz cenowy zadanie nr 45 pozycja nr 2 : W związku z koniecznością sprzedaży produktu z powyższej pozycji w niepodzielnym opakowaniu zbiorczym a'100 sztuk, prosimy Zamawiającego o zgodę na wycenę tej pozycji w ilości odpowiadającej powyższemu opakowaniu zbiorczemu, czyli 100 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 19** - Zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytanie do pak. 47 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację składanych zamówień w ilościach odpowiadających krotnościom ilości sztuk w opakowaniach zbiorczych ? Wyroby medyczne będące przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 47 dystrybuowane są jedynie w opakowaniach zbiorczych tj. Poz. 1 i 2 - po 20 szt. w opakowaniu i poz. 3 - po 50 szt w opakowaniu. Ze względów m.in. bezpieczeństwa nie jest możliwa dekompletacja tych opakowań (konfekcjonowanie). Dlatego wnosimy o uwzględnienie możliwość realizacji składanych zamówień częściowych w ilościach odpowiadających krotnościom ilości towarów w opakowaniach zbiorczych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, w formularzu cenowym należy przeliczyć ilości na opakowania.

Poz. 1 - 7 op.

Poz. 2 – 5 op.

Poz. 3 – 34 op.

**Pytanie 20** – Zadanie 41 poz 1. Czy zamawiający dopuści rękawice z poziomem AQL 1,5, przebadane na min. 13 substancji chemicznych w tym alkohole 70% etanol i 70% izopropanol wchodzące w skład środków dezynfekcyjnych zamiast dwóch gotowych preparatów dezynfekcyjnych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 21** - Zadanie 41 Poz 2. Czy zamawiający dopuści rękawice o powierzchni gładkiej z teksturą na czubkach palców, o grubości na palcu min. 0,14 mm i sile zrywania przed i po starzeniu min. 10,5N?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 22 - Zadanie nr 55 poz. 2** . Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji możliwości wyceny papieru do aparatu Lifepack o rozmiarze 107 mm x 23 m, szerokość kratki 100 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga papieru w rozmiarze 110mmx30m

**Pytanie 23 - Zadanie nr 55 poz. 4** . Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o wymiarach 143x150x300 z przeliczeniem na 33 szt.

Odpowiedź: NIE

**Pytanie 24 - Zadanie nr 55 poz. 6** . Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru USG SONY o rozmiarze 210 mm x 25 m, ponieważ papier USG o rozmiarze 216 mm x 20 nie jest produkowany.

Odpowiedź: TAK

**Pytanie 25 - Zadanie nr 55 poz. 6**. Prosimy o wyjaśnienie jakiej czułości papieru USG oczekuje Zamawiający tzn. czy należy zaoferować papier o czułości HD czy o czułości SE?

Odpowiedź: Czułość HD

**Pytanie 26 - Zadanie nr 55 poz. 6** . Prosimy o odstąpienie od wymogu załączenia próbki papieru z pozycji 6 w przypadku gdy wykonawca zaoferuje oryginalny papier firmy SONY, którego jakość jest z pewnością znana Pracownikom Zamawiającego, ze względu na wysoki koszt 1 szt. próbki (ok. kilkadziesiąt do ponad 100 zł za 1 rolkę w zależności od czułości papieru).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 27 - Zadanie nr 55 poz. 7** . Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru kompatybilnego do videoprintera Sony 110S/K-61B, który jest tańszym odpowiednikiem papieru oryginalnego producenta Sony.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 28 - Zadanie nr 55 poz. 7** . Prosimy o odstąpienie od wymogu załączenia próbki papieru z pozycji 7 w przypadku gdy wykonawca zaoferuje oryginalny papier firmy SONY, którego jakość jest z pewnością znana Pracownikom Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 29 - Zadanie nr 55 poz. 12 .** Prosimy o wyjaśnienie czy w pozycji 12 należy zaferować wszystkie trzy typy elektrod AMBU BLUE SENSOR tj. typ L, typ P, typ R czy tylko jeden typ elektrod? Jeśli tylko 1 typ prosimy o jego wskazanie.

Odpowiedź: Typ L i R

**Pytanie 30 - Zadanie nr 55 poz. 12.** Prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia próbki tylko 1 wybranego typu elektrody AMBU BLUE SENSOR z pozycji nr 12.

Odpowiedź: NIE

**Pytanie 31 - Zadanie nr 55 poz. 12 .** Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod EKG do badań wysiłkowych standardowych na włókninie, z żelom stałym, rozmiar 50 mm, w op. – 50 szt., z jednoczesną wyceną op. – 50 szt. i przeliczeniem wymaganych ilości.

Odpowiedź: TAK

**Pytanie 32 - Zadanie nr 55 poz. 12.** Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod EKG do badań wysiłkowych standardowych na piance, z żelom stałym, rozmiar 50 x 35 mm (prostokątna o zaokrąglonych bokach z języczkiem ułatwiającym aplikację), w op. – 50 szt., z jednoczesną wyceną op. – 50 szt. i przeliczeniem wymaganych ilości.

Odpowiedź: NIE

**Pytanie 33 - Zadanie nr 55 poz. 12 .** Prosimy o wyjaśnienie czy w poz. nr 12 należy zaferować wszystkie 3 typy elektrod tj. typ L, P, R? Elektrody typu L i R są pakowane w op. – 25 szt., natomiast elektrody typu P są pakowane w op. – 50 szt. Czy w związku z tym należy podać w poz. nr 12 cenę elektrod typu P przeliczoną dla op. = 25 szt. czy zamawiający utworzy nową pozycję dla elektrod typu P i poda ilość op.=50 szt., które należy wycenić.

Odpowiedź: Typ L i R

**Pytanie 34 - Zadanie nr 55 poz. 13 .** Prosimy o wyjaśnienie czy w pozycji 13 należy zaferować papier gładki czy w kratkę?

Odpowiedź: papier bez nadruku

**Pytanie 35 - Zadanie nr 55 poz. 8, 9.** Prosimy o dopuszczenie możliwości przedłożenia próbek identycznego żelom, jak ten który zostanie zaferowany w pozycji nr 8 i 9 przez wykonawcę, lecz o mniejszej pojemności tj. 0,25 l celem jego przetestowania.

Odpowiedź: TAK

**Pytanie 36 - Projekt umowy/SWZ .** Prosimy o wyjaśnienie, w projekcie umowy par.6 Zamawiający wpisał obowiązywanie umowy na 12 m-cy, w SWZ pkt IV termin wykonania zamówienia podano 24 m-ce

Odpowiedź: Nastąpiła myłka pisarska w SWZ, zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu i projektem umowy, termin realizacji 12 miesięcy

**Pytanie 37 - Zadanie 58.** Czy Zamawiający w pozycji 1 opuści zaferowanie endoprotez o średnicach: 7F, 8,5F, 10F i 11,5F.

Odpowiedź: TAK

**Pytanie 38 – Zadanie 58.** Czy Zamawiający odstąpi od obowiązku dostarczenia próbek w przypadku gdy oferowane protezy są dostarczane do ZOZ w Sochaczewie.

Odpowiedź: NIE

**Pytanie 39 - Zadanie 66.** Czy zamawiający dopuści zaferowanie zestawów PEG-24-silikon.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 40 - pytanie do Zadania 19 pozycja 5:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do odrębnego pakietu? Jeśli produkt znajdzie się w odrębnym pakiecie pozwoli to oferentom na złożenie oferty efektywnej kosztowo.

Odpowiedź: NIE

**Pytanie 41** - Zadanie 44, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści elektrodę bierną neutralną jednorazową, uniwersalną dla dzieci i dorosłych, owalną, żelową, dzieloną na dwie równe symetryczne części, powierzchnia czynna 105cm<sup>2</sup>, pakowana pojedynczo, z systemem ścisłego przylegania zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, wymiary elektrody: 163,5x117mm? Elektroda kompatybilna z diatermią VIO300D.

Odpowiedź: NIE

Z poważaniem