



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4
W BYTOMIU**

ALEJA LEGIONÓW 10 41-902 BYTOM

TEL.: 32 281-02-71-7 FAX: 32 281-02-70 NIP: 626-25-10-567
KONTO BANKOWE ING Bank Śl. O/Bytom 26 1050 1230 1000 0022 1313 7165



Bytom, dnia 16.06.2021 r.

DZP – 8/2021

**Wyjaśnienia treści SWZ
do wszystkich zainteresowanych**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę sprzętu i implantów do zabiegów neurochirurgicznych**

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęło pytanie dotyczące przedmiotowego postępowania, którego treść wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej:

Pytanie nr 1 – dot. pakietu nr 16

Czy Zamawiający wymaga, aby do podstawowego instrumentarium był również dostarczony obowiązkowo na cały czas umowy zestaw rozwieraczy szyjnych?

Zestaw rozwieraczy szyjnych złożony z :

- rozwieracza o ramionach równoległych z motylkowym regulatorem, końce ramion ruchome, połączone zawiasowo, podwójnie łamane z mechanizmem bocznego mocowania łopatek, przeziernie dla promieni RTG.
- dwa uchwyty do ustawiania łopatek
- głębokościomierz do określenia właściwej długości łopatek
- łopatki z materiału PEEK całkowicie przenikalne dla promieni RTG, zakończone zębami w rozmiarach:
 - szerokość 19mm długość 40mm – x 2 szt.
 - szerokość 19mm długość 45mm – x 2 szt.
 - szerokość 19mm długość 50mm- x 2 szt.
 - szerokość 19mm długość 55mm x 2szt.
 - szerokość 19mm długość 60mm x 2szt.

- łopatki z materiału PEEK całkowicie przenikalne dla promieni RTG tępo zakończone w rozmiarach:
 - szerokość 19mm długość 40mm – x 2 szt.
 - szerokość 19mm długość 45mm – x 2 szt.
 - szerokość 19mm długość 50mm- x 2 szt.
 - szerokość 19mm długość 55mm x 2szt.
 - szerokość 19mm długość 60mm x 2szt.
- taca z pokrywą na zestaw przeziernych łopatek z pozycjonowaniem wszystkich elementów i ułożeniem wg. rozmiaru.
- rozwieracz typu Caspar lewy oraz prawy z automatycznym mechanizmem blokującym śruby dystrakcyjne . Rozwieracze posiadają motylkowy regulator rozbieralny do sterylizacji.
- ręczne wiertło spiralne
- śrubokręt z mocowaniem na śruby dystrakcyjne
- śruby standardowe dystrakcyjne dotrzonowe proste do rozwieracza typu Caspar o długościach:
 - 12mm – 2szt.
 - 14mm – 2 szt.
 - 16mm- 2 szt.
- śruby dystrakcyjne dotrzonowe z offsetem bocznym o długościach:
 - 12mm - 2 szt.
 - 14mm – 2 szt.
 - 16mm – 2 szt.

Odp.: Tak.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu
lek. Janusz Milejski