



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

Września, dnia 27.08.2024r.

SA-381-18/24

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów”

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	<p>SWZ 4. Opis przedmiotu zamówienia 1) f). - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczania faktury wraz z towarem?</p> <p>Uzasadnienie: Z uwagi na fakt, że produkty są wysyłane z magazynów, które nie mają dostępu do procesu fakturowania, nie ma możliwości, aby faktura była dostarczana wraz z zamówieniem. Wraz z zamówieniem dostarczany jest dokument WZ. Faktury wysyłane są drogą mailową lub pocztą tradycyjną. Mając powyższe na uwadze prosimy o modyfikację.</p>	Tak, Zamawiający odstąpi
2.	<p>SWZ 10. Przedmiotowe środki dowodowe, pkt. 1) 2. - Czy Zamawiający wymaga przedstawienia folderów i opisów technicznych oferowanych analizatorów czy również ulotek dotyczących odczynników laboratoryjnych?</p>	Tak, Zamawiający wymaga
3.	<p>Załącznik nr 1, Formularz ofertowy - Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w formularzu ofertowym zostawić wycenę tylko tego pakietu, na który składana jest oferta?</p>	Tak, Zamawiający wyraża zgodę
4.	<p>Załącznik nr 3, Opis przedmiotu zamówienia, pakiet 2, strona 32 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie kart charakterystyki substancji niebezpiecznej tylko w formie elektronicznej lub wyrazi zgodę na samodzielne pobieranie kart ze strony wykonawcy, na której są udostępniane całodobowo?</p>	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody
5.	<p>Załącznik nr 3, Opis przedmiotu zamówienia, pakiet 2, strona 32 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie kart charakterystyki substancji niebezpiecznej po podpisaniu umowy lub wyrazi zgodę na samodzielne pobieranie kart ze strony wykonawcy, na której są</p>	<p>Tak, Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie kart charakterystyki substancji niebezpiecznej po podpisaniu umowy.</p> <p>Nie, Zamawiający nie wyraża zgody</p>



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	udostępniane całodobowo? Uzasadnienie: Towar wysyłany jest z magazynu – gdzie pracownicy nie wiedzą która dostawa jest pierwsza.	na samodzielne pobieranie kart ze strony wykonawcy
6.	Załącznik nr 3, Opis przedmiotu zamówienia, pakiet 3, strona 34 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie kart charakterystyki substancji niebezpiecznej tylko w formie elektronicznej lub wyrazi zgodę na samodzielne pobieranie kart ze strony wykonawcy, na której są udostępniane całodobowo?	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody
7.	Załącznik nr 3, Opis przedmiotu zamówienia, pakiet 3, strona 34 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie kart charakterystyki substancji niebezpiecznej po podpisaniu umowy lub wyrazi zgodę na samodzielne pobieranie kart ze strony wykonawcy, na której są udostępniane całodobowo? Uzasadnienie: Towar wysyłany jest z magazynu – gdzie pracownicy nie wiedzą która dostawa jest pierwsza?	Tak, Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie kart charakterystyki substancji niebezpiecznej po podpisaniu umowy. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na samodzielne pobieranie kart ze strony wykonawcy
8.	Pakiet 2: Prosimy Zamawiającego o korektę omyłki pisarskiej, w ostatniej kolumnie z ilościami badań immunochemicznych „ilość opakowań na 2 lata”.	Zamawiający poprawia omyłkę pisarską na „ilość opakowań na 2 lata”.
9.	Pakiet 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kalkulując częstość kalibracji i ilość kalibratorów założyć, że kalibracja będzie wykonywana dopiero w sytuacji, kiedy kontrole jakości będą przekraczały dopuszczalne granice, a tym samym będą wskazywały na konieczność jej wykonania? Takie rozwiązanie pozwoli na zaoferowanie ilości materiału kontrolnego i kalibratorów zgodnie z ich rzeczywistym zużyciem, a nie z ich teoretyczną stabilnością? Taka kalkulacja pozwoli na ekonomiczne wyliczenie wartości oferty.	Tak, Zamawiający wyraża zgodę
10.	Pakiet 2: Prosimy o potwierdzenie czy zapis „wymagane odczynniki konfekcjonowane max 50 testów” oznacza, że opakowanie umieszczane w analizatorze zawiera odczynniki na maksymalnie 50 oznaczeń?	Tak, Zamawiający potwierdza





"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

11.	Pakiet 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dwóch odczynników w opakowaniach umieszczonych na pokładzie analizatora konfekcjonowanych po 100 testów?	Tak, Zamawiający wyraża zgodę
12.	Pakiet 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby jeden spośród oferowanych kalibratorów nie był płynny, gotowy do użycia, a wymagał rozpuszczenia liofilizatu w wodzie destylowanej?	Tak, Zamawiający wyraża zgodę
13.	Pakiet 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednego odczynnika charakteryzującego się stabilnością 14 dni na pokładzie aparatu?	Tak, Zamawiający wyraża zgodę
14.	Pakiet 2: W związku z zapisem „Możliwość umieszczania odczynników na pokładzie i pracy bezpośrednio po wyjęciu z lodówki bez konieczności zużywania dodatkowego czasu na doprowadzania odczynników do temperatury wymaganej przez producenta, oraz procesu mieszania odczynników” , prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby odczynniki po wstawieniu na pokład aparatu umożliwiły natychmiastowe rozpoczęcie wykonywania badań, bez konieczności zużywania dodatkowego czasu na proces mieszania odczynników na pokładzie analizatora.	Tak, Zamawiający potwierdza
15.	Pakiet 2: Czy ze względu na konieczność zachowania ciągłości pracy Zamawiający wymaga, aby w sytuacjach awaryjnych oferent zapewnił możliwość wykonywania oznaczeń dla minimum parametrów krytycznych w innym laboratorium pracującym całodobowo w odległości nie większej niż 40 km, w którym oznaczenia wykonywane są przy użyciu odczynników identycznych z oferowanymi w niniejszym postępowaniu przetargowym?	Tak, Zamawiający wymaga
16.	Pakiet 2: Czy ze względu na konieczność zachowania ciągłości pracy, Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał minimum 10 inżynierów autoryzowanego serwisu	Tak, Zamawiający wymaga



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	technicznego producenta na terenie Polski uprawnionych do instalacji i serwisowania zaoferowanego analizatora?	
17.	Pakiet 2: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość krótkiego wymieszania odczynników przed ich pierwszym wstawieniem na pokład analizatora.	Tak, Zamawiający dopuszcza
18.	Pakiet 3: Prosimy o potwierdzenie czy w ilości wymienionych oznaczeń na okres 24 m zostały wliczone oznaczenia na kalibrację i kontrole?	Tak, Zamawiający potwierdza
19.	Pakiet 3: Prosimy o wyrażenie zgody, aby tylko jeden z oferowanych odczynników pochodził od zewnętrznego producenta?	Tak, Zamawiający wyraża zgodę
20.	Pakiet 3: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do wszelkich procedur instalacyjnych i konserwacyjnych elektrody referencyjnej, nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym elektrody referencyjnej i jakichkolwiek płynów niezbędnych do konserwacji tej elektrody. Płyny oraz elektrody referencyjne są dostarczane, wymieniane i uzupełniane przez serwis producenta w razie potrzeby.	Tak, Zamawiający potwierdza
21.	Pakiet 3: Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie liczby lamp fotometru do oferowanych analizatorów biochemicznych na podstawie najlepszej wiedzy i doświadczenia oferenta, a nie zapisów w instrukcjach obsługi analizatorów.	Tak, Zamawiający wyraża zgodę
22.	Pakiet 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników biochemicznych zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych opakowań i zaoferować ich ilości zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o trwałości odczynnika po otwarciu przechowywanego w analizatorze? Odczynniki we wtórnych opakowaniach umieszczone będą w	Tak, zamawiający wyraża zgodę



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	<p>przypisanych im miejscach w karuzeli odczynnikowej. Takie rozwiązanie umożliwi bardziej ekonomiczne wykorzystanie odczynników w okresie ich gwarantowanej stabilności na pokładzie analizatora i pozwoli na ekonomiczną kalkulację oferty odczynnikowej i zaoferowanie ilości odczynników zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem oferenta o stabilności użytego do porcjowania pierwotnego opakowania odczynnika.</p>	
23.	<p>Pytania do umowy dla pakietów 2 i 3: §3 ust. 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na składanie zamówień przy pomocy sklepu internetowego „E-store”? Uzasadnienie: Zamawiający korzystając z tej opcji ma możliwość składania zamówień przez całą dobę, może kontrolować prawidłowość zamówienia: nr katalogowe i ceny, otrzymuje automatyczne informacje o statusie zamówienia przy pomocy poczty elektronicznej, ma możliwość śledzenia przesyłki znajdującej się w dostawie, posiada dostęp do historii zamówień oraz dostęp do faktur oraz informacji o zaległych płatnościach.</p>	Nie. Zamawiający nie wyraża zgody
24.	<p>Pytania do umowy dla pakietów 2 i 3: §3 ust. 3 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczania faktury wraz z towarem? Uzasadnienie: Z uwagi na fakt, że produkty są wysyłane z magazynów, które nie mają dostępu do procesu fakturowania, nie ma możliwości, aby faktura była dostarczana wraz z zamówieniem. Wraz z zamówieniem dostarczany jest dokument WZ. Faktury wysyłane są drogą mailową lub pocztą tradycyjną. Mając powyższe na uwadze prosimy o modyfikację.</p>	Tak, Zamawiający odstąpi od wymogu
25.	<p>Pytania do umowy dla pakietów 2 i 3: §9 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na podłączenie analizatorów do usługi zdalnego dostępu o nazwie ProService? Uzasadnienie: Usługa umożliwi serwisowi technicznemu i aplikacyjnemu na zdalne rozwiązywanie problemów. W badaniach laboratoryjnych czas odgrywa kluczową rolę, a przestój analizatora spowodowany jego awarią może znacznie wydłużyć oczekiwanie na wynik. Jeżeli Zamawiający wyraża zgodę to prosimy o techniczne zapewnienie naszym analizatorom łącza z dostępem do Internetu.</p>	Tak, Zamawiający wyraża zgodę





"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

26.	Pytania do umowy dla pakietów 2 i 3: §13 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje postanowienia na: „Jeżeli dostarczony towar jest wadliwy Wykonawca dostarczy towar wolny od wad. Maksymalny termin na dostarczenie towaru wolnego od wad wynosi 5 dni roboczych.”?	Tak, Zamawiający wyraża zgodę
-----	---	-------------------------------

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Przetargowej
Przybylska
Stefania Przybylska

