

Łódź, dnia 14.08.2024 r.

Do wszystkich Wykonawców

dotyczy: **Dostawa zamrażarki kompaktowej niskotemperaturowej – nr postępowania 21/ZP/2024/N.**

#### ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Zamawiający informuje, że Wykonawcy zwrócili się z wnioskiem o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu. Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.

**Pytanie nr 1.**

*Czy Zamawiający dopuści pojemność komory 100 litrów?*

**Ad 1.** Nie.

**Pytanie nr 2.**

*Czy Zamawiający dopuści zakres temperatury do -85st.C?*

**Ad 2.** Nie.

**Pytanie nr 3.**

*Czy Zamawiający dopuści izolację z pianki poliuretanowej oraz paneli próżniowych VIP Plus?*

**Ad 3.** Nie.

**Pytanie nr 4.**

*Czy Zamawiający dopuści sterowanie mikroprocesorowe układem kontroli temperatury z wyświetlaczem LED oraz przyciskami membranowymi umożliwiającymi obsługę w rękawiczkach? Graficzna prezentacja danych jest możliwa po zgraniu danych na komputer pc. Brak możliwości graficznej prezentacji danych bezpośrednio na wyświetlaczu zamrażarki.*

**Ad 4.** Nie.

**Pytanie nr 5.**

*Czy Zamawiający dopuści brak funkcji programowania rozmieszczenia próbek w komorze zamrażarki?*

**Ad 5.** Tak.

**Pytanie nr 6.**

*Czy Zamawiający dopuści brak aplikacji do zdalnego monitorowania pracy zamrażarki?*

**Ad 6.** Nie.

**Pytanie nr 7.**

*Czy Zamawiający dopuści brak możliwości połączenia zamrażarki z siecią wifi?*

**Ad 7.** Nie.

**Pytanie nr 8.**

*Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną w filtr skraplacza? Filtr nie jest częścią eksploatacyjną i nie wymaga wymiany. Zastosowanie filtra skraplacza zapewnia lepsze odprowadzanie ciepła a tym samym oszczędności energii elektrycznej.*

**Ad 8.** Tak.

**Pytanie nr 9.**

*Czy Zamawiający dopuści drzwi wewnętrzne bez izolacji termicznej?*

**Ad 9.** Nie.

**Pytanie nr 10.**

*Czy Zamawiający dopuści wagę 145kg?*

**Ad 10.** Nie.

**Pytanie nr 11.**

*Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne*

*-Szerokość:1066mm*

*-Głębokość:742mm*

*-Wysokość:820mm?*

**Ad 11.** Nie.

**Pytanie nr 12.**

*Czy Zamawiający dopuści wymiary komory:*

*-głębokość 439mm*

*-wysokość: 514mm?*

**Ad 12.** Nie. Podano niekompletne parametry.

Zamawiający informuje, że zapisy w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki pozostają bez zmiany.

Sebastian Rudziński  
Kierownik Działu Zakupów UŁ