

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup przyrządu pomiarowego

MIER-LCR700 Mostek LCR – 1 sztuka w oparciu o poniższe minimalne wymagania określone specyfikacją techniczną:

MIER-LCR700 Mostek LCR, 100kHz, dokładność: 0.3%

- 20000/2000 Podwójny wyświetlacz
- Automatyczny wybór pomiaru LCR
- Automatyczny dobór zakresów
- Automatyczne podświetlenie
- 0,2% dokładność podstawowa (pojemność i indukcyjność)
- Pomiar parametrów: Ls, Lp, Cs, Cp, Rs, Rp, DCR, D, Q, Θ , EsR/PR
- Zakres częstotliwości: 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz
- Sortowanie tryb QC
- Tryb pomiaru szeregowy, równoległy
- Automatyczny wyłącznik zasilania
- SMD clip lead : CL-700SMD
- Fabrycznie nowy, zakupiony w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta i objęty pakietem usług gwarancyjnych świadczonych przez sieć serwisową producenta na terenie Polski
Gwarancja od daty podpisania protokołu odbioru.
- Na dostarczany przyrząd wymagane jest min. 24 m-cy gwarancji,
- Na baterię wymagane jest 6 m-cy gwarancji.