

Nasz znak: ZOZ.V.010/DZP/14/19

Sucha Beskidzka, dnia 26.03.2019r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa sprzętu medycznego dla oddziału Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - Położniczego wraz z Blokiem Porodowym (II)

w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629/17 pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno – Położniczego wraz z Blokiem Porodowym” złożony w postępowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Pakiet nr 1

1. Czy Zamawiający dopuści łóżka szpitalne i szafki przyłóżkowe z deklaracją zgodności i powiadomieniem/zgłoszeniem do RWMiPB, ale bez certyfikatu ze znakiem CE? Deklaracja zgodności oraz powiadomienie/zgłoszenie do RWMiPB, są dokumentami właściwymi pod względem prawnym dla wyrobów medycznych klasa I. Znak CE znajdują się zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpośrednio na produkcie.

Odp. Zamawiający wyrażą zgodę.

2. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 875 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, z zastrzeżeniem odpowiedzi w pytaniu nr 2.

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko (26 szt.) z autoregresją w części lędźwiowej w zakresie 9 cm, zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego, która nie ma wpływu na profilaktykę przeciwoleżynową? Funkcja autoregresji nie ma nic wspólnego z odleżynami. Przy odleżynach wyższego stopnia w okolicach kości ogonowej nie powinno stosować się pozycji łamanych wysokich leża. Pacjenci z odleżynami powinni leżeć na leżu prostym i właściwym materacu przeciwoleżynowym zmiennociśnieniowym. Autoregresja służy tylko i wyłącznie do bezpiecznego załamywania się i nie zakleszczania materaca piankowego podkładowego oraz większego komfortu siedzenia. Dzięki autoregresji przedłużamy czas użytkowania


materaca, który nie posiada ryflowań (nacięć) we właściwych miejscach załamań leża.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko (23 szt.) z realizacją funkcji autokontur na zintegrowanym sterowniku w barierkach bocznych od strony wewnętrznej dla pacjenta za pośrednictwem przycisku „pozycja siedząca kardiologiczna”?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem:


Kierownik
Zespołu Opieki Zdrowotnej
Suchej Beskidzkiej
Janusz Baczewski

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Sabina Kieczek