

Konin, 20.09.2019 r.

WSZ-EP-33/922/2019

wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na utworzenie pracowni radiologii zabiegowej wraz z zakupem angiografu, nr sprawy: WSZ-EP-33/2019

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

1. Dotyczy: Załącznika nr 2 do SIWZ pkt. 30

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparatu z lampą bez siatki posiadającą 3 ogniska i płaski emiter ?

Wykonawca pragnie zaoferować aparat z nowoczesną lampą bez siatki z ogniskami 0,3/0,6/1,0 oraz z płaskim emiteryem dla małego ogniska, który to aparat zostanie wyposażony w nowoczesny detektor 30x40 typu HDR oraz system automatycznie zmienianych filtrów miedziowych w kołpaku lampy.

Informujemy, że nasze doświadczenia w zakresie stosowania detektorów HDR w angiografach różnych typów wskazują, że w oferowanych przez nas systemach dawka wymagana do wygenerowania obrazu jest taka sama bez względu na to, czy w aparacie użyto lampy z siatką czy lampy bez siatki.

Jest to zgodnie z zasadami fizyki bowiem to **czułość detektora decyduje o dawce.**

Dzięki zastosowaniu we wszystkich naszych angiografach automatycznej filtracji promieniowania miękkiego (uwzględniającej aktualną przepuszczalność pacjenta dla promieniowania rtg przy różnych projekcjach skośnych) oraz innych mechanizmów obniżających dawkę i poprawiających jakość obrazowania, nie zaobserwowano w przypadku aparatów z detektorem HDR zmiany jakości obrazowania w związku z użyciem lampy z siatką lub bez siatki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lampę bez siatki sterującą funkcją włączania i wyłączania fluoroskopii, wyposażoną w trzy ogniska, posiadającą płaski emiter, zapewniającą wysoką rozdzielczość obrazowania i pozwalającą na ograniczenie dawki promieniowania.

W związku z tym Zamawiający zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-33/2019, który udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na platformie zakupowej www.platformazakupowa.pl.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.