



ZP.261.08.1.2024

Lębork, dn. 22.02.2024 r.

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-91a60054-bc43-11ee-b7da-22bd761ba7f3

Uczestnicy postępowania ZP-PN/UE/08/24

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.

Znak sprawy: ZP-PN/UE/08/24.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Część nr 7

1. *Poz. nr 2. Układ oddechowy do AIRVO 2. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania możliwości zamawiania również układu oddechowego komorą posiadającą wyjście do podłączenia nebulizatora firmy Aerogen? Jest to rozwiązanie, które umożliwia nebulizację bez konieczności przerywania terapii pacjenta.*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że nie wymaga, tym samym podtrzymuje zapisy SWZ.**

Część nr 8

2. *Czy Zamawiający przedłuży o 1 dzień roboczy termin dostawy układów? Dwudniowy termin dostawy z przyczyn niezależnych od dostawcy może być niewystarczający do wywiązania się z zobowiązania.*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostaw o 1 dzień roboczy dla części nr 8.**
3. *Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia w kolumnie B opisany przedmiot jest określony ilością A 10 szt. natomiast w kolumnie C jednostką miary jest opakowanie- czyli 1 opakowanie = 10szt układów (jedno- i dwuramiennych), czy Zamawiający może potwierdzić, że minimalne zamówienie będzie dotyczyć 1 opakowania układów (jedno- lub dwuramiennych)? Pytanie to jest spowodowane wyłącznie dobrem Zamawiającego by prawidłowo skalkulować ilość=wartość przesyłek by nie nadużyć budżetu Zamawiającego.*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że Zamawiający ma na myśli zakup 100 opakowań, każde opakowanie po 10 szt. układu jednorazowego. Minimalne zamówienie dot. 1 opakowania.**

Część nr 9

4. *Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 2 do 4 dni roboczych?*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**
5. *Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie jakiego modelu respiratora dotyczy postępowanie? Czy Zamawiający oczekuje przewodów do respiratora Medumat Standard A, Medumat Transport, Medumat Standard 2 lub innego?*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że oczekuje przewodów do respiratora Medumat Standard 2.**

Część nr 20

6. *Dot. Załącznik nr 5, pkt. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wymóg ten nie obejmował pozycji 31 formularza cenowego (staza automatyczna) bowiem staza nie jest elementem systemu?*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że wyraża zgodę aby wymóg opisany w Załączniku nr 5 pkt 6, nie obejmował pozycji nr 31 Arkusza asortymentowo-cenowego.**
7. *Dot. Załącznik nr 5, pkt 6. Czy Zamawiający w pozycji 35 dopuści wirówkę laboratoryjną od producenta MPW , nie posiadającą oświadczenia producenta o kompatybilności, natomiast współpracującą z każdym dostępnym na rynku systemem do pobierania krwi?*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania wirówkę laboratoryjną od producenta MPW, nie posiadającą oświadczenia producenta o kompatybilności, współpracującą z każdym dostępnym na rynku systemem do pobierania krwi.**
8. *Dot. Załącznik nr 5, parametry systemu do pobierania krwi punkt 11(parametry oceniane): Czy Zamawiający miał na myśli pozycję nr 24 pakietu 20 arkusza asortymentowo-cenowego? W pozycji wskazywanej przez Zamawiającego nie znajduje się oczekiwana próbówka do hematologii.*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że dokonano korekty przedmiotowych zapisów na pozycję nr 24 Arkusza asortymentowo-cenowego – część nr 2, poz. nr 11 Zestawienia wymaganych parametrów systemu do pobierania krwi oraz Rozdziału XVI ust. 2 SWZ.**
9. *Pozycja 3. Czy Zamawiający wymaga w poz. 3 igły motylkowej 0,8 mm z drenem 190 mm – 200 mm do posiewu, pakowanej indywidualnie, gotowej do użycia bez konieczności łączenia elementów?*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że wymaga zaoferowania igły o ww. parametrach.**
10. *Pozycja 5, 6, 7, 8. Czy Zamawiający wymaga aby igły systemowe w poz. 5, 6, 7 i 8 były na stałe zespolone z holderem, pakowane indywidualnie, w blistry?*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że wymaga aby igły systemowe w poz. 5, 6, 7 i 8 były na stałe zespolone z holderem, pakowane indywidualnie w blistry.**
11. *Pozycja 24. Czy Zamawiający dopuści próbówkę o średnicy 11 mm i spełniającą pozostałe wymagania?*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania próbówkę o średnicy 11 mm i spełniającą pozostałe wymagania.**
12. *Pozycja 25. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w poz. 26 oczekuje zaoferowania strzykawko-probówek do OB niewymagających pipet i kompatybilnych z aparatem w poz. 35? Pozycja OB manualnego z pipetą do OB jest wskazana do wyceny w pozycji nr 34 załącznika asortymentowo-cenowego.*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że w poz. nr 25 oczekuje zaoferowania strzykawko-probówek do OB niewymagających pipet i kompatybilnych z aparatem z poz. 35**
13. *Pozycja 35. Czy Zamawiający ma na myśli dzierżawę wirówki ?*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że ma na myśli dzierżawę wirówki przez okres obowiązywania umowy.**
14. *Dot. Ocena jakości Zadanie nr 20 , SWIZ rozdz. XVI pkt 2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że ocena jakości – „Pojemność strzykawko-probówek do hematologii o średnicy 11-12 mm” – dotyczy poz. 24, a nie poz. 26, która zawiera strzykawko-probówki z jonami Mg do różnicowania małopłytkowości.*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że zgodnie z odpowiedzią nr 8 dokonano korekty numeru ocenianej pozycji.**

Część nr 23

15. *Poz. 1: Jakich torebek wymaga Zamawiający – z nadrukiem recepturowym czy bez nadruku?*

- **Komisja Przetargowa informuje, że nie stawia wymogu w ww. zakresie.**

Część nr 24

16. *Pozycje 6-7. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szkiełek podstawowych o wymiarach 76 x 26 x 1 mm. Tak niewielka różnica w wymiarach tj. + 1 mm dla szerokości oraz - 0,2 mm dla grubości nie ma żadnego wpływu na wynik badań. Ponadto wymiary szkiełek spełniają wymagania normy ISO 8037-1.*

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

17. *Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji asortymentowych nr 1, 5, 7 i utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji, zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych ofert.*

Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie, silnie ogranicza konkurencję, wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment w nim opisany.

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

18. *Pozycja 7. Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowane szkiełek o wymiarach 75 x 25 x 1,2 mm –pozostałe parametry bez zmian.*

- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaferowania szkiełka o ww. parametrach.**

Dot. zapisów SWZ

19. *Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku? Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.*

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

20. *Prosimy o modyfikację zapisów § 7 ust. 1-3 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.*

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

21. *W rozdziale XV punkt 1 Zamawiający określił sposób wyliczenia wartości brutto oferty w następujący sposób: „stawka jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto” Tak podany sposób obliczenia wartości oferty jest niezgodny z zasadami księgowości. W związku z powyższym prosimy o dostosowanie wyliczenia ceny brutto do zasady obliczania wartości sprzedaży brutto zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur... (Dz. U. z 2005 r. Nr 95, poz. 798 z póź. zm.), tj. zgodnie ze wzorem: $cena\ jednostkowa\ netto \times ilość = wartość\ netto + podatek = wartość\ brutto$.*

- **Komisja Przetargowa informuje, że dokonano zmian zapisów Rozdziału XV pkt 1 a) SWZ na następujące:**

Sposób obliczenia ceny:

- a) wartości w poszczególnych pozycjach powinny zostać obliczone zgodnie ze wzorem:
 - $stawka\ jednostkowa\ netto \times ilość = wartość\ netto$
 - $wartość\ netto + kwota\ podatku\ VAT = wartość\ brutto$

22. SIWZ rozdz. V pkt 8 oraz Umowy § 2 ust. 8. Zamawiający zapisał w tych punktach iż wymaga terminu ważności na oferowane wyroby minimum 12 miesięcy od dnia dostawy. Ponieważ nie wszystkie elementy systemu zamkniętego posiadają 12 m-czny termin ważności, a wynika to ze specyfiki odczynnika znajdującego się w probówko – strzykawce (dot. poz.22, 30, 32 w Zadaniu nr 20) – Czy Zamawiający dla tych pozycji wyrazi zgodę na termin ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego? Uzasadnienie: Swoją argumentację pragniemy wzmocnić również faktem, że Zamawiający będzie zaspokajał swoje potrzeby na bieżąco bez zbędnego składowania produktów.
- **Komisja Przetargowa informuje, że w ww. punktach dodano następujący zapis: „Nie dotyczy Części nr 20 poz. nr 22, 30, 32 dla których minimalny termin przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.”.**
23. Dot. projektu umowy §7 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto? Uzasadnienie: VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**
24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności z 60 do 30 dni?
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**
25. Dotyczy: SWZ. Rozdział V. Punkt 4, oraz wzór umowy §2 ust. 4. Wykonawca wnosi, wydłużenie maksymalnego terminu dostaw zamówień w zakresie części nr 2 , z 2 do 4 dni roboczych. Wskazany 2-dniowy termin realizacji zamówienia jest zdecydowanie zbyt krótki i nieadekwatny do aktualnej, globalnej sytuacji rynkowej, zaś doliczenie przez Wykonawcę do ceny ryzyka zapłaty kar umownych niecelowe i sprzeczne z zasadą oszczędnego i celowego wydatkowania środków publicznych.
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**
26. Dotyczy: Wzór umowy. §3 ust. 5. Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu na wymianę towaru do 5 dni roboczych, a w przypadku niekompletności – usunięcia braków w terminie do 4 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia.
- **Komisja Przetargowa informuje, że wyraża zgodę na ww. zmianę.**
27. Dotyczy: Wzór umowy. §4 ust.2. Prosimy o umożliwienie dostarczenia faktury VAT w formie elektronicznej na adres E-mail Zamawiającego lub przesłania pocztą niezwłocznie po dostarczeniu zamawianego towaru.
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**
28. Dotyczy: Wzór umowy. §7 ust.1 podpunkt 1). Mając na uwadze miarkowanie kar umownych zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści §7 ust.1 podpunkt 1) na „za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanego jednostkowego zamówienia za każdy dzień zwłoki powyżej terminu określonego w § 2 ust. 4, nie więcej jednak niż 10 % wartości dostawy”
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**
29. Dotyczy: Wzór umowy. §7 ust.1 podpunkt 2). Mając na względzie miarkowanie kar umownych, zwracamy się z wnioskiem zmniejszenie kary umownej zawartej w §7 ustę 1 podpunkt 2), do wysokości 0,5 % wartości brutto niezrealizowanego zamówienia.
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**
30. Dotyczy: Wzór umowy. §7 ust.1 podpunkt 3). Mając na uwadze miarkowanie kar umownych, zwracamy się z wnioskiem o zmniejszenie kary umownej zawartej w §7 ustę 1 podpunkt 3), do wysokości 5% niezrealizowanej wartości brutto zamówienia
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

31. *Dotyczy: Projekt umowy. §7 ust.2. Mając na uwadze miarkowanie kar umownych, zwracamy się z wnioskiem o zmniejszenie kary umownej zawartej w §7 ustęp 2, do wysokości 5% niezrealizowanej wartości brutto zamówienia, z zastrzeżeniem § 5.*
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**
32. *Dotyczy: Projekt umowy. §7 ust.3. Mając na uwadze miarkowanie kar umownych, wnosimy o zmniejszenie maksymalnej łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1*
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**
33. *Dotyczy § 4 wzoru umowy ust. 4 - 6: Czy u Zamawiającego występują zaległości w regulowaniu płatności, a jeżeli tak, to czy są to częste sytuacje oraz jaki jest średni termin regulowania płatności?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że u Zamawiającego występują zaległości w regulowaniu płatności. Średni czas regulowania zobowiązań wymagalnych wynosi 22 dni od upływu terminu płatności.**
34. *Dotyczy § 8 wzoru umowy ust. 2. 4): Prosimy o potwierdzenie, że przedłużenie terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 8 wzoru umowy stanowi jedynie możliwość dokonania takiej zmiany i Wykonawca może nie wyrazić na to zgody (np. w przypadku, gdy kontynuacja umowy będzie groziła poniesieniem straty w wyniku wzrostu cen towaru, który nie znajdzie pokrycia w klauzulach waloryzacyjnych). Prosimy również o określenie okresu na jaki może zostać przedłużona umowa.*
- **Komisja Przetargowa informuje, że zmieniono zapisy ust. 2 pkt 4) na następujący: „wydłużenie terminu wykonania zamówienia, w przypadku niewykorzystania w terminie określonym w § 2 ust. 1 całej wartości asortymentu, którego dotyczy umowa, do czasu wykorzystania co najmniej 80% wartości umowy o okres ustalony przez Strony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. W przypadku odmowy przez Wykonawcę zawarcia aneksu do umowy na wydłużony okres, Wykonawca zwalnia Zamawiającego z realizacji zakresu określonego w zdaniu pierwszym niniejszego punktu.”**

Komisja Przetargowa ponadto informuje, że w Załączniku nr 8 (Wzór umowy) § 2 w ust. 9 i 10 dodano zapisy dla dostawy oraz odbioru aparatury z części nr 20.