



Nasz znak: ZOZ.V.010/DZP/23/19

Sucha Beskidzka, dnia 14.05.2019r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.:

**Dostawę sprzętu medycznego dla oddziału Neonatologicznego oraz Ginekologiczno -
Położniczego wraz z Blokiem Porodowym (III)**

w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629/17 pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka - Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - Położniczego wraz z Blokiem Porodowym” złożony w postępowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SPR

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Pakiet nr 1 kolumna anestezjologiczna:

1. Prosimy o informację jakiego rodzaju i na jakiej wysokości jest strop w miejscu montażu kolumn?

Odp. Wysokość 292 cm, strop kanałowy systemowy.

2. Prosimy o potwierdzenie, że w wypadku ewentualnej potrzeby wzmocnienia stropu wyżej wymienione prace nie będą wchodziły w zakres obowiązków Wykonawcy?

Odp. Tak, nie będą wchodziły.

3. Prosimy o informację na jakiej wysokości jest strop oraz sufit podwieszany w miejscu montażu kolumn.

Odp. Sufit podwieszany 245 cm, strop 292 cm (ze względu na sufit laminarny).

Z poważaniem:

DYREKTORA
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej

mgr Janusz Baczewski