

Jarocin, 17.04.2024 r.

## INFORMACJA

**Dotyczy : Postępowanie na Utrzymanie w ruchu aparatury, urządzeń i sprzętu medycznego zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami producenta oraz konserwacja i naprawa sieci instalacji gazów medycznych wraz z osprzętem i akcesoriami 6/2024**

Działając na podstawie art. 284 oraz 286 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielamy wyjaśnień treści SWZ oraz wprowadzamy zmiany jej treści.

I. Czy zamawiający wydzieli pozycję 857 i 858?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

II. Zamawiający modyfikuje treść SWZ zał. nr 5 wzór umowy poprzez dodanie w paragrafie 2 Szczegółowe obowiązki Wykonawcy ust.22 o następującej treści:

„22. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług konserwacyjnych/przebiegów:

- Konserwacja/przebieg sprzętu medycznego należy wykonać raz na 12 miesięcy z wyjątkiem myjnia dezynfektor co 6 miesięcy
- Konserwacja/ przebieg aparatów do mierzenia ciśnienia należy wykonać raz na 3 miesiące
- Konserwacja/przebieg/sprawdzenie stanu technicznego sieci instalacji gazów medycznych wykonać raz na 3 miesiące oraz ich osprzętu i akcesoriów raz na 12 miesięcy
- Sprawdzenie akumulatorów we wszystkich defibrylatorach ich pojemności oraz rekondycjonowanie należy wykonać raz na 6 miesięcy
- Przebieg/sprawdzenie termometrów spirytusowych należy wykonać raz na 12 miesięcy
- Przebieg/sprawdzenie termo higrometrów należy wykonać raz na 12 miesięcy
- Przebieg/sprawdzenie termometrów elektrycznych bezdotykowych należy wykonać raz na 6 miesięcy
- Sprawdzenie rejestratorów temperatury należy wykonać raz na 12 miesięcy
- Sprawdzenie wag należy wykonać raz na 12 miesięcy
- Przebieg/sprawdzenie instalacji sygnalizacyjno-przyzywowej należy wykonać raz na 12 miesięcy „