



.....  
.....

Znak: AE/ZP-27-36/24

Tarnów, 2024-04-29

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 221.000 EURO) na dostawę ssaka elektrycznego 8 szt.**

W związku z zapytaniami Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak z maksymalnym podciśnieniem regulowanym do 92,4 kPa? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Powyższy parametr jest lepszy i nieznacznie odbiega od wymaganego.
2. **Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak z dwoma niezależnymi włącznikami obwodu ssącego umieszczonymi w częściach bocznych ssaka z wyraźnym wskazaniem pracującego obwodu ssącego? Ssak ten posiada dodatkowo funkcję jednoczesnej pracy na dwóch obwodach ssących co daje możliwość zastosowania dla dwóch pacjentów jednocześnie. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ
3. **Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ** - Czy Zamawiający dopuści ssak posiadający tryb ssak włączony /wyłączony przy każdym naciśnięciu pedału? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ
4. **Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ** - Czy Zamawiający dopuści ssak o masie do 35kg? Ze względu na to, że ssak jest umieszczony na podstawie jezdnej na 4 kołach, zgodnie z pkt. 17 załącznika nr 5, masa ssaka nie ma wpływu na wygodę użytkownika. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad.1**

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie ssaka posiadającego maksymalne podciśnienie regulowane do 92,4 kPa.

**Ad.2**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Ad.3**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Ad.4**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Otrzymują:  
Platforma Zamawiającego  
a/a

Zastępca Dyrektora

*mgr Daruta Nosok*

*m*

