



EZP.26.64.1.2024.LZ

Warszawa, dnia 07.06.2024 r.

Dotyczy zapytania ofertowego na **dostawę 3 wag laboratoryjnych precyzyjnych wraz ze stołami wagowymi, odważnikami wzorcowymi ze świadectwem kalibracji/wzorcowania oraz usługą wzorcowania wag w miejscu użytkowania.**

oznaczenie sprawy: **EZP.26.64.2024**

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na **dostawę 3 wag laboratoryjnych precyzyjnych wraz ze stołami wagowymi, odważnikami wzorcowymi ze świadectwem kalibracji/wzorcowania oraz usługą wzorcowania wag w miejscu użytkowania, oznaczenie sprawy: EZP.26.64.2024**, wpłynęło pytanie do treści zapytania ofertowego.

Poniżej prezentujemy przesłane pytanie wraz z udzieloną odpowiedzią.

Pytanie1 :

W punkcie 2.2.1.6. specyfikacji Zamawiający określa minimalny wymiar szalki 10x10 cm. Czy Zamawiający zaakceptuje szalkę okrągłą o średnicy wynoszącej \varnothing 120 mm?

Odpowiedź1:

Zamawiający akceptuje szalkę okrągłą o średnicy wynoszącej \varnothing 120 mm.

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych
Piotr Grochot