



MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Projekt RPMP.12.01.03-12-0597/17 pn „Poprawa jakości usług poprzez rozbudowę i przebudowę budynku ZPS przy ul. Skłodowskiej - Curie w Tarnowie etap III wraz z zakupem sprzętu medycznego” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

ul. Marii
Skłodowskiej - Curie
1
33-100 Tarnów

Tel. 14 631 02 10
Fax 14 627 44 43

e-mail:
sekretariat@zps.tarnow.
pl

Internet
www.zps.tarnow.pl

REGON
851800010

NIP
8733250820

KRS
0000450920
Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie,
XII Wydział
Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego

Kapitał zakładowy
21 986 500 zł
w całości opłacony



Wszyscy uczestnicy postępowania

ZPS-AG-333/4/1/2023

Tarnów, dn. 24 maj 2023 r.

WYJAŚNIENIE SWZ

Dotyczy: postępowania na zadanie pn.: **Dostawa wyposażenia medycznego dla potrzeb Zespołu Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o. w Tarnowie**

W związku z zapytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego odnośnie treści SWZ przedstawia się następujące wyjaśnienia:

Dotyczy:

Pytanie nr 1:

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w załączniku nr 14 do SWZ w poz. 4 lampę zabiegową 100-240 Vac- 50/60 Hz?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany w załączniku nr 14 poz.4

Pytanie nr 2:

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w załączniku nr 14 do SWZ w poz. 6 lampę zabiegową o mocy 10 Va?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany w załączniku nr 14 poz.6

Pytanie nr 3:

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w załączniku nr 14 do SWZ w poz. 7 lampę zabiegową o żywotności diod 60 000h?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lampę zabiegową o żywotności diod 60 000h

Pytanie nr 4:

Prosimy Zamawiającego o rezygnację w załączniku nr 14 do SWZ w poz. 8 z parametru natężenia światła przy 30 cm. Najbardziej istotna jest wartość natężenia światła w odległości 0,5m lub 1m - czyli najczęściej używanych odległości lampy od pola pracy specjalisty.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany załącznika nr 14 poz. 8

Pytanie nr 5:

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w załączniku nr 14 do SWZ w poz. 8 lampę zabiegową 60 000 lux- przy 50 cm, 18 000 lux- przy 100 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany załącznika nr 14 poz. 8

Pytanie nr 6:

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w załączniku nr 14 do SWZ w poz. 9 lampę zabiegową temperaturę barwową: 4300K?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany załącznika nr 14 poz.9

Pytanie nr 7:

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w załączniku nr 14 do SWZ w poz. 10 lampę zabiegową wielkość płamy świetlnej d10- 26 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany załącznika nr 14 poz. 10


Pytanie nr 8:

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w załączniku nr 14 do SWZ w poz. 11 lampę zabiegową 180 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany załącznika nr 14 poz. 11

Pytanie nr 9:

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w załączniku nr 14 do SWZ w poz. 12 lampę zabiegową podstawie zgodnie z poniższym zdjęciem



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podstawę lampy zgodnie ze zdjęciem

Pytanie nr 10:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający akceptują dostawę towaru w załączniku nr 14 do SWZ za pośrednictwem firmy kurierskiej bez rozmieszczenia, montażu, instalacji, rozruchu, szkolenia oraz zaakceptują podpisanie protokołu zdawczo- odbiorczego bez

obecności Wykonawcy? Warto zauważyć, że lampy zabiegowe nie są urządzeniami skomplikowanymi w obsłudze i wykwalifikowany personel szpitala nie wymaga dodatkowych szkoleń w zakresie ich obsługi. Na podstawie dostarczonych instrukcji obsługi, wykwalifikowany personel medyczny jest w stanie samodzielnie zamontować, sprawdzić i użytkować urządzenia. Ponadto usługa montażu sprzętu i przeszkolenia pracowników znacznie zwiększy cenę jednostkową sprzętu

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania

Pytanie nr 11:

Proszę o uszczegółowienie zapisu w umowie „naprawy gwarancyjne” w zakresie w załączniku nr 14 do SWZ. Takie określenie jest zbyt ogólnikowe i może zawierać szeroki i nieprzewidywalny zakres zadań, co nie pozwala Wykonawcy na prawidłowe i korzystne dla obu stron skalkulowanie kosztów wykonania zadania. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy naprawy urządzeń obejmują uszkodzenia, które nie wystąpiły z winy użytkownika oraz prosimy o wyjaśnienie czy naprawy mają obejmować uszkodzenia mechaniczne?

Odpowiedź: Naprawy obejmują wszystkie elementy urządzenia, dotyczą uszkodzeń, które nie wystąpiły z winy użytkownika i z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych.

Pytanie nr 12:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w załączniku nr 14 do SWZ odstąpi od wymogu przeprowadzenia przeglądów technicznych. Rezygnacja z wymogu przeglądów, serwisu oraz konserwacji wpłynie korzystnie na wartość oferty. Producenci urządzeń opisanych w w/w pakiecie nie wymagają serwisów, konserwacji i przeglądów wykonywanych przez dystrybutora. Zalecają jedynie kontrole przez użytkownika sprzętu. Rezygnacja z tych wymagań wpłynie korzystnie na obniżenie wartości oferty, ze względu na brak konieczności delegowania pracownika do wykonania tych czynności.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. W trakcie gwarancji wymagany jest co najmniej jeden przegląd na koniec gwarancji.

Pytanie nr 13:

Prosimy Zamawiającego w załączniku nr 14 do SWZ o wydłużenie czasu naprawy nie wynikających z uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy Zamawiającego w załączniku nr 14 do SWZ do 10 dni roboczych a jeżeli zachodzi konieczność zamówienia części u Producenta czas naprawy wydłuża się do 30 dni

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy ((zamówienie obejmuje wszystkie sprzęty wskazane w załącznikach nr 1 do nr 14, nie dotyczy tylko załącznik nr 14).

Pytanie nr 14:

Prosimy Zamawiającego w załączniku nr 14 do SWZ o wydłużenie czasu reakcji nie wynikających z uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy Zamawiającego w załączniku nr 14 do SWZ do 10 dni roboczych a jeżeli zachodzi konieczność zamówienia części u Producenta czas naprawy wydłuża się do 30 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy (zamówienie obejmuje wszystkie sprzęty wskazane w załącznikach nr 1 do nr 14, nie dotyczy tylko załącznik nr 14).

Pytanie 15

Załącznik nr 3 do SWZ Stojak na misy

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pkt. 8 miski o pojemności 5 l.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemność miski 5l


PRONUBENT
Teresa Budzik

Otrzymują:

1 x wszyscy uczestnicy postępowania / strona internetowa

1 x a/a