



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE
SZPITAL IM. DR ROBERTA KOCHA



ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn
tel.: 68 347 73 00
fax: 68 384 25 90
e-mail: sekretariat@spozwolsztyn.pl
http://www.spozwolsztyn.pl
NIP: 923-15-06-721, REGON: 970773426

Wolsztyn, dnia: 14.04.2023 r.

Wykonawcy

SPZOZ/DZPiZ/89/2023

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: „Zakup i dostawa wyposażenia szpitala w ramach projektu Dostępność Plus dla zdrowia dla SPZOZ w Wolsztynie”- II Etap, TP/10/2023

ZESTAW V-odpowiedzi na brakujące pytania

Ad. 14

Długość x Szerokość x Wysokość podnośnika : 111,8 cm x 78,2 cm x142 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podnośnik o wymiarach 111,8 cm x 78,2 cm x142 cm. **W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.**

Ad. 15

Minimalna szerokość nóg (wewn. /zewn.) 578 / 718 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza minimalna szerokość nóg (wewn. /zewn.) 578 / 718 mm. **W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.**

Ad. 16

Maksymalna szerokość nóg (wewn. /zewn.) 1074 / 1196 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza maksymalna szerokość nóg (wewn. /zewn.) 1074 / 1196 mm . **W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.**

Ad. 17

Maksymalna wysokość unoszenia 1575 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podnośnik o maksymalnej wysokości unoszenia 1575 mm. **W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.**

Ad. 18

Minimalna wysokość unoszenia umożliwiająca podnoszenie pacjenta z podłogi – 225 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wysokość unoszenia umożliwiającą podnoszenie pacjenta z podłogi – 225 mm. **W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.**

Ad. 20

Średnica kół podstawy jezdnej do wyboru przez Zamawiającego: bardzo niski 49mm, niski 86mm, standard100mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza Średnica kół podstawy jezdnej do wyboru przez Zamawiającego: bardzo niski 49mm, niski 86mm, standard100mm- na etapie podpisywania Umowy. **W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.**

Ad. 23

Podwieszka do transportu poziomego, dziesięciopunktowa, w pozycji leżącej, w rozmiarze : szer. 104 cm, długość 204 cm 1 szt

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podwieszki do transportu poziomego, dziesięciopunktowa, w pozycji leżącej, w rozmiarze : szer. 104 cm, długość 204 cm 1 szt. **W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.**

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i muszą być uwzględnione w treści składanej oferty.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR

Karol Mońko

Sporządziła: Bernadeta Kurp we współpracy z KP