

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

**Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, odżywek,
leków, opatrunków, implantów ortopedycznych
Nr sprawy 9/Zp/24**

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtówach i Wodzisławiu Śląskim informuje, że do ww. postępowania wpłynęły następujące pytania:

1. Czy w Pakiet 7 poz. 1 Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt posiadał w opakowaniu proszek do sporządzania roztworu oraz rozpuszczalnik? Mając na uwadze specyfikę produktu i konieczność szybkiego podania leku, dostępność rozpuszczalnika w jednym opakowaniu z proszkiem do sporządzania roztworu ogranicza ryzyko związane ze zwłoką w podaniu co w bezpośredni sposób przekłada się na bezpieczeństwo pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

2. Pakiet 2 Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści butelkę Redon mikrobiologicznie czystą posiadającą Świadectwo Czystości Mikrobiologicznej?

Odpowiedź: Produkt stosowany na bloku operacyjnym, wymagamy produktu sterylne.

3. Pakiet 2 Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści butelkę Redon w opakowaniu foliowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Pakiet 2 Pozycja 6 - Czy Zamawiający oczekuje 3-drożnego cewnika Dufour wykonanego z 100% silikonu medycznego o najwyższej biokompatybilności?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje.

5. Pakiet 2 pozycja 28-29, 31-32 - Czy Zamawiający oczekuje wyrobu sterylne (jałowego) pozbawionego zdolnych do życia drobnoustrojów w ich formach wegetatywnych jak i przetrwalnikowych, którego jałowość osiągana jest poprzez proces sterylizacji (np. tlenkiem etylenu), tym samym bezpiecznego dla pacjenta, minimalizującego ryzyko wprowadzenia zakażenia w drogi oddechowe?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje.

6. Pakiet 2 pozycja 32 - Czy Zamawiający oczekuje nebulizatora o pojemności 6ml z łącznikiem typu T F/M z ustnikiem, rurką karbowaną i drenem?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje.

7. Pakiet 2 pozycja 39 - Czy Zamawiający dopuści wycenę przedłużaczy za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

8. Pakiet 2 pozycja 40 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z możliwością pomiaru OCŻ posiadającego ważne dokumenty w tym certyfikat CE?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje.

9. Pakiet 2 pozycja 40 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do ośrodkowego pomiaru ciśnienia żylnego składający się z osobno pakowanego przyrządu do infuzji oraz zestawu do ośrodkowego monitorowania ciśnienia żylnego zawierającego skalę w formie rurki manometru zakończonej filtrem hydrofobowym, z podziałką w zakresie -3 do +36 mmH₂O oraz umieszczoną wewnątrz czerwoną kulką. Skala połączona ze standardowym kranikiem trójdrożnym z drenem o długości 105cm zabezpieczonym koreczkiem i wyposażonym w dodatkowy port do podawania leków. W zestawie uchwyt do zamocowania skali na stojaku wyposażony w czerwony ramię do ustalenia poziomu "0" oraz dodatkowa gumka mocująca.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

10. Pakiet 2 pozycja 41 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową o dł. 6cm (5,5cm w części przezroczystej) w której widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach wyposażonych w krótszą komorę?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje.

11. Pakiet 2 pozycja 41 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biorczą, która umożliwi prawidłowe zabezpieczenie kolca biorczego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakłucia?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje.

12. Pakiet 2 pozycja 41 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje.

13. Pakiet 2 pozycja 41 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z standardowym ostrym kolcem ściętym ołówkowo czteropłaszczyznowo?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje.

14. Pakiet 2 pozycja 41 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z odpowietrznikiem z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany kolorową (niebieską) klapką w opakowaniu papier-folia z niebieskim kodem identyfikującym rodzaj przyrządu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje, kolor dowolny.

15. Pakiet 2 pozycja 43 - Czy Zamawiający dopuści rurki sigmoidoskopowe niesterylne firmy Heine zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I niesterylnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

16. Pakiet 2 pozycja 46-47 - Czy Zamawiający oczekuje rurek intubacyjnych posiadających podwójny znacznik głębokości, w postaci dwóch półpierścieni, umożliwiający kontrolę położenia rurki?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje.

17. Pakiet 2 pozycja 54 - Czy Zamawiający oczekuje sondy Sengstakena 4-światłowej wykonanej z biokompatybilnego silikonu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje.

18. Pakiet 2 pozycja 54 - Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena wykonaną w całości z lateksu lub posiadającą lateksowe elementy, które mogą wywołać powikłania w postaci reakcji alergicznej, a nawet wstrząsu anafilaktycznego u pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

19. Pakiet 2 pozycja 55 - Czy Zamawiający oczekuje szczotek pakowanych zbiorczo w formie podajnika a'40 szt.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje.

20. Pakiet 2 pozycja 66 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego (z i bez kontroli ssania), z drenem CH24 o długości 210cm, wyłącznie ze standardową końcówką Yankauer CH21, o konstrukcji jak na załączonym zdjęciu ?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

21. Pakiet nr 02 poz. 9 - Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika urologicznego Foleya jałowego 2-kanałowego 100% silikon w rozmiarach CH: 8-24?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

22. Pakiet nr 02 poz. 13 - Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu Kehr o poniższym opisie:

- wykonany z lateksu naturalnego
- oznakowanie rozmiaru na cewniku
- w kształcie litery T przeznaczone do wprowadzania podczas zabiegów woreczka żółciowego
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku

dostępne rozmiary:

- od CH 12 do CH 26 (rozmiary co 2 CH)
- długość ramion 20/40 cm
- opakowanie jednostkowe: 1 szt. podwójne folia i blister-pack
- opakowanie handlowe: 20 szt. karton
- opakowanie zbiorcze: 200 szt. karton?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

23. Pakiet nr 02 poz. 13 - Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu Kehr o poniższym opisie:

- do drenażu dróg żółciowych
- wykonane z czystego 100%-owego silikonu
- linia widoczna w RTG
- znaczniki co 5 cm
- długość ramienia głównego ok. 50 cm
- długość ramienia poprzecznego ok. 20 cm
- podwójnie pakowanie
- dostarczane z łącznikiem schodkowym
- rozmiary: CH9, CH12, CH15, CH18, CH18, CH21, CH24?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale wymagamy wersji z workiem.

24. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 8 pozycja 21 do postępowania Propofol 1% MCT/LCT 10mg/ml x 1fiol 50ml x 10 fiolek ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

25. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie ilości opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk w opakowaniu niż zamieszczona w SWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

26. Prosimy o informacje w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku niepełnych opakowań w formularzu cenowym. Do pełnego opakowania w górę czy do dwóch miejsc po przecinku ?

Odpowiedź: Należy przeliczyć do pełnego opakowania w górę.

27. Dotyczy § 5 ust. 3 umowy - Wnosimy o zmodyfikowanie i wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostawy „Na ratunek” - tak, by termin ten liczony był zgodnie z art. 111 k.c. i wynosił min. 1dzień roboczy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

28. Dotyczy § 6 ust. 2 umowy - W związku z tym, iż dostępne na rynku polskim produkty do żywienia dojelitowego mają średnio 12-miesięczny okres przydatności od momentu wyprodukowania w fabryce, prosimy Państwa o uwzględnienie specyfiki produktów dojelitowych pod kątem terminu ważności oraz modyfikację zapisu - akceptując dostawy produktów do żywienia dojelitowego z terminem ważności nie krótszym niż połowa terminu ważności dla danego produktu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

29. Pytanie do zadania nr 6 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści z odpowiednim przeliczeniem produkt wysokobiałkowy (87,2 g/ 100 g), doustny preparat żywieniowy w postaci proszku, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w hipoproteinemii, stanowiący dodatkowe źródło białka dla pacjentów, u których normalna dieta nie pokrywa dobowego zapotrzebowania na białko. Zawartość białka: 1 płaska miarka = 2,5 g proszku = 2,2 g białka, . Opakowanie 225g, smak neutralny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

30. Pakiet nr 2, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści opakowanie foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

31. Pakiet nr 2, pozycja nr 14 – Czy zamawiający dopuści dren wykonany z silikonowanego PCV?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 100% silikon – jest o produkt wyższej jakości niż silikonowany.

32. Pakiet nr 2, pozycja nr 27 – Czy zamawiający dopuści w ramach rozmiarów 8-12/6; 8-15-8; 5-11-8; 7-12-7 (łącznik Y bez zmian) łączniki do drenów w następujących rozmiarach:

O.D. [mm]	I.D. [mm]
6	5
8	6
10	9
12	10




?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

33. Pakiet nr 2, pozycja nr 27 – Czy zamawiający dopuści w ramach rozmiarów 8-12/6; 8-15-8; 5-11-8; 7-12-7 (łącznik Y bez zmian) łączniki do drenów w następujących rozmiarach:

I.D. a [mm]	O.D. a [mm] min.	O.D. a [mm] max.	O.D. b [mm] max	O.D. b [mm] min.	I.D. b [mm]
3	4	6	5	3	2
7	8	11	5	3	2
8	10	13	10	8	6
10	12	15	11	8	7
14	16	20	11	8	7



Odpowiedź: Zamawiający wymaga 8-12/6. Pozostałe dopuszcza zgodnie z pytaniem wykonawcy.

34. Pakiet nr 2, pozycja nr 40 – W związku z wycofaniem produktu z pozycji nr 40 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przyrządu z osobno dołączoną skalą do mierzenia OCŻ.

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

35. Pakiet nr 2, pozycja nr 52 – Czy zamawiający dopuści sondę w rozmiarach CH18, 21?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

36. Pakiet nr 2, pozycja nr 55 – Czy zamawiający dopuści produkt oferowany na 23% stawce VAT?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

37. Pakiet nr 2, pozycja nr 58 – Czy zamawiający dopuści worek w całości przezroczysty?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga białą tylną ściankę.

Z poważaniem