

"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji


Września, dnia 10 lipca 2024r.

SA-381-16/24

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę wyrobów medycznych i niemedycznych – powtórka”

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Pakiet 2 – Materiały do poradni gastroscopowej II Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie szczotek do zaworów i portów o długości 25 cm.	Zgodnie z SWZ.
2.	Pakiet 2 – Materiały do poradni gastroscopowej II Czy Zamawiający w pozycji 4 i 5 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy cewnika 2,3 mm, długość narzędzia 240 cm.	Zgodnie z SWZ.
3.	Pakiet 2 – Materiały do poradni gastroscopowej II Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy osłonki 2,4 mm, długość igły 4 mm lub 6 mm do wyboru.	Zgodnie z SWZ.
4.	Czy Zamawiający w pakiecie 2, poz. 3 dopuści zestaw szczotek ze szczotką do gniazd zaworów o główkach 5/10 mm oraz 15 cm długości roboczej?	Zgodnie z SWZ.
5.	Czy Zamawiający w pakiecie 2, poz. 3 dopuści zestaw szczotek ze szczotką do kanałów roboczych o cewniku 1,8 mm?	Zgodnie z SWZ.
6.	Dotyczy zapisów umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy następującej treści: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zapisu następującej treści: „Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób objęty umową przejściowo nie jest dostępny na rynku, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. Zmiany powyższe nie powodują zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa wyrobu równoważnego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.”	Zgodnie z § 3 ust. 6 projektu umowy: „Zamówienie powinno zostać kompletnie zrealizowane. W przypadku braku Wykonawcy jest zobowiązany zaproponować Zamawiającemu zamiennik (po uprzedniej konsultacji z farmaceutą Zamawiającego), w cenie nie wyższej niż zaproponowana w formularzu cenowym.”
7.	Dotyczy zapisów umowy § 5 Prosimy o dodanie następującego zapisu: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji	Zgodnie z SWZ.






"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymaganych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze."	
8.	Dotyczy zapisów umowy § 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Strony oświadczają, iż wiarytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”	Zgodnie z SWZ.
9.	Pakiet 3 Poz.1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania o poniższych parametrach: adapter pasujący do powszechnie wykorzystywanych fiolek o średnicy 13mm, 20mm lub 28mm, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Adapter zapewniający bezpieczny i wolny od zanieczyszczeń sposób dostępu do fiołki. Centralne nakłucie wymuszane przez boczne stabilizatory, adapter nie zawiera DEHP, lateksu. Adapter wyposażony w system sygnalizacji akustycznej potwierdzający poprawne połączenie z nakładką na strzykawkę, posiadający specjalny kołec wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości umożliwiający maksymalne pobranie leku z fiołki. Adapter we współpracy ze strzykawką zapewnia wyrównanie ciśnienia przy transferze cieczy z oraz do fiołki. Przyrząd jest elementem systemu zamkniętego, posiadającego kod ONB nadany przez FDA, posiada rozszerzającą się komorę o objętości maksymalnie 100ml, pochłaniającą toksyczne aerozole i opary.	Zgodnie z SWZ.
10.	Pakiet 3 Poz.3 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania o poniższych parametrach: Adapter kolcowy do pobierania oraz dostrzykiwania rozpuszczalnika (np. NaCl) lub leku z worka/butelki, łączy się z dowolnym zestawem drenów. Nie posiada dodatkowej blokady. Nie zawiera DEHP, lateksu.	Zgodnie z SWZ.
11.	Pakiet 3 Poz.4a Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania o poniższych	Zgodnie z SWZ.





"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	<p>parametrach: Strzykawka 3-częściowa, o szczelnej konstrukcji, z konektorem umożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiolki w systemie zamkniętym. Konektor bezigłowy działa w systemie zamkniętym, gwarantując suche połączenie dzięki elastomerowym membranom. Konektor bez możliwości rozłączenia od strzykawki, po akustycznym potwierdzeniu połączenia, jednocześnie umożliwia obrót strzykawki wokół własnej osi. System nie zawiera lateksu, DEHP oraz BPA. Konektor bezigłowy, pozwalający na wysoki przepływ. Strzykawka z konektorem nie wymaga dodatkowego korka zabezpieczającego. Strzykawka w rozmiarze: 10ml. Konektor jest częścią systemu zamkniętego, z kodem ONB nadanym przez FDA.</p>	
12.	<p>Pakiet 3 Poz.4b</p> <p>Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania o poniższych parametrach: Strzykawka 3-częściowa, o szczelnej konstrukcji, z konektorem umożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiolki w systemie zamkniętym. Konektor bezigłowy działa w systemie zamkniętym, gwarantując suche połączenie dzięki elastomerowym membranom. Konektor bez możliwości rozłączenia od strzykawki, po akustycznym potwierdzeniu połączenia, jednocześnie umożliwia obrót strzykawki wokół własnej osi. System nie zawiera lateksu, DEHP oraz BPA. Konektor bezigłowy, pozwalający na wysoki przepływ. Strzykawka z konektorem nie wymaga dodatkowego korka zabezpieczającego. Strzykawka w rozmiarze: 20ml. Konektor jest częścią systemu zamkniętego, z kodem ONB nadanym przez FDA.</p>	Zgodnie z SWZ.
13.	<p>Pakiet 3 Poz.4c</p> <p>Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania o poniższych parametrach: Strzykawka 3-częściowa, o szczelnej konstrukcji, z konektorem umożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiolki w systemie zamkniętym. Konektor bezigłowy działa w systemie zamkniętym, gwarantując suche połączenie dzięki elastomerowym membranom. Konektor bez możliwości rozłączenia od strzykawki, po akustycznym potwierdzeniu połączenia, jednocześnie umożliwia obrót</p>	Zgodnie z SWZ.





"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	<p>strzykawki wokół własnej osi. System nie zawiera lateksu, DEHP oraz BPA. Konektor bezigłowy, pozwalający na wysoki przepływ. Strzykawka z konektorem nie wymaga dodatkowego korka zabezpieczającego. Strzykawka w rozmiarze: 30ml. Konektor jest częścią systemu zamkniętego, z kodem ONB nadanym przez FDA.</p>	
14.	<p>Pakiet 3 Poz.4d</p> <p>Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania o poniższych parametrach: Strzykawka 3-częściowa, o szczelnej konstrukcji, z konektorem umożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiolki w systemie zamkniętym. Konektor bezigłowy działa w systemie zamkniętym, gwarantując suche połączenie dzięki elastomerowym membranom. Konektor bez możliwości rozłączenia od strzykawki, po akustycznym potwierdzeniu połączenia, jednocześnie umożliwia obrót strzykawki wokół własnej osi. System nie zawiera lateksu, DEHP oraz BPA. Konektor bezigłowy, pozwalający na wysoki przepływ. Strzykawka z konektorem nie wymaga dodatkowego korka zabezpieczającego. Strzykawka w rozmiarze: 60ml. Konektor jest częścią systemu zamkniętego, z kodem ONB nadanym przez FDA.</p>	Zgodnie z SWZ.
15.	<p>Pakiet 3 Poz.4f</p> <p>Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania o poniższych parametrach: Strzykawka 3-częściowa, o szczelnej konstrukcji, z konektorem umożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiolki w systemie zamkniętym. Konektor bezigłowy działa w systemie zamkniętym, gwarantując suche połączenie dzięki elastomerowym membranom. Konektor bez możliwości rozłączenia od strzykawki, po akustycznym potwierdzeniu połączenia, jednocześnie umożliwia obrót strzykawki wokół własnej osi. System nie zawiera lateksu, DEHP oraz BPA. Konektor bezigłowy, pozwalający na wysoki przepływ. Strzykawka z konektorem nie wymaga dodatkowego korka zabezpieczającego. Strzykawka w rozmiarze: 60ml. Konektor jest częścią systemu zamkniętego, z kodem ONB nadanym przez FDA.</p>	Zgodnie z SWZ.





"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

16.	Pakiet 3 Poz.1 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy system do przygotowania leków cytostatycznych ma być systemem bezigłowym, całkowicie uniemożliwiającym zakłucie igłą.	Tak.
17.	Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 1 wymaga, aby stosowany test ureazowy został wyposażony w zintegrowane z tym testem narzędzie służące do całkowicie bezpiecznego i profesjonalnego przenoszenia materiału badanego (bioptatów) na pole reakcyjne testu ?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
18.	Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 1 – Test ureazowy - wymaga , aby oferowany test spełniał podstawowe warunki jakościowe dla wyrobów medycznych w postaci certyfikatu ISO 13485 dla wytwórcy oferowanego testu ?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
19.	Pakiet nr 2 Czy zamawiający dopuści ? Poz 3 Zestaw szczotek jednorazowych do mycia endoskopów: do kanałów, średnica 1,7 mm, dł. 230 cm + do zaworów i portów, średnica 5/1 mm, dł.15cm.	Zgodnie z SWZ.
20.	Pakiet nr 2 Czy zamawiający dopuści ? Poz 4 Pętla do polipektomii owalna, jednorazowa, wykonana z plecionego drutu, śr. pętli 20 mm, 24mm śr. cewnika 2,3 mm, dł. narzędzia 230 cm;; rękojeść skalowana co 1mm.	Zgodnie z SWZ.
21.	Pakiet nr 2 Czy zamawiający dopuści ? Poz 5 Pętla do polipektomii na zimno , owalna jednorazowa, średnica 15 mm (2,3mm/15mm/*230 cm)	Zgodnie z SWZ.
22.	Pakiet nr 2 Czy zamawiający dopuści ? Poz 8 Igła do ostrzykiwań jednorazowa, osłonka 2,3 mm, długość 230 cm, śr. igły 25 G, dł. igły 5mm	Zgodnie z SWZ.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Przetargowej
Stefania Przybylska

