



Słupsk dnia 18. 10. 2023 r.

Numer sprawy nr: SE-407/32/23

Wykonawcy w postępowaniu

Odpowiedzi na zadane pytania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, w którym nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedzią do przedmiotowego postępowania:

Pytanie nr 1:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści na zasadzie równoważności ssak akumulatorowo – sieciowy model Accuvac Lite:

- Ssak elektryczny przenośny wraz z płytą ścienną mocującą (mocowanie ścienne z szybkim i pewnym zaczepem wraz z mocowanym przewodem 12V umożliwiającym zasilanie i ładowanie ssaka bezpośrednio po wpięciu, wyposażony w wbudowaną ładowarkę, ładowarka wbudowana w urządzenia i stanowiąca jej integralną część.
- Ssak przeznaczony do odsysania osób dorosłych i dzieci.
- Zasilanie z wbudowanego wewnętrznego akumulatora
- Zasilanie bezpośrednio z zewnętrznego źródła zasilania (bez zewnętrznego zasilacza) prądu stałego w zakresie 10-15V
- Ładowarka akumulatora wbudowana w urządzenie
- Czas pracy na akumulatorze 45 min
- Poziom generowany hałas poniżej 70 dB
- Ładowanie akumulatora: a) z prądu stałego b) z prądu zmiennego w zestawie kabel 12V
- Wyposażony w słój wielorazowego użytku o pojemności 1l na wkłady jednorazowe
- Wielostopniowa płynna regulacja podciśnienia od 0 – 0,8 bar
- Wydajność 22 l/min
- Układ odcinający w przypadku wypełnienia się pojemnika
- Filtr bakteryjny
- Wskaźnik naładowania akumulatora
- Elektroniczny autotest wewnętrzny urządzenia
- Wbudowany uchwyt na dren z końcówką
- Aparat bryzgoszczelny norma IP34D
- Waga ok. 5,4 kg
- Panel bez podświetlania
- Wymiana akumulatora za pomocą narzędzi

Odp. Zgodnie z opisem warunków zamówienia.



Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 28 dni od daty podpisania umowy?

Odp. Zgodnie z opisem warunków zamówienia.

Pytanie nr 3:

W nawiązaniu do załączonego formularza ofertowego zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga „rozbicia ceny „oferowanego ssaka na poszczególne pozycje tj : ssak z wyposażeniem, akumulator , pojemnik wielorazowy? Czy Zamawiający wymaga, aby dodatkowo do oferowanego ssaka medycznego zaoferować dodatkowy akumulatora oraz dodatkowy pojemnik na wydzielinę ?

Odp. Zamawiający wymaga, aby zaoferować dodatkowy akumulatora oraz dodatkowy pojemnik na wydzielinę.

Pytanie nr 4 :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie akumulatora do ssaka o parametrach:

- ołowiowy
- 12 H
- 3,4 Ah

Odp. Zgodnie z opisem warunków zamówienia.

Zamawiający:

DYREKTOR
Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Słupsku
inż Mariusz Zukowski