

**Formularz ofertowy do zapytania ofertowego pn.:**

**„Dostawa 2 stacji do poboru próbek cieczy”  
Nr postępowania - 08/D/ZO/2024/RWiK**

**ZAMAWIAJĄCY:**

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie  
ul. Ustronie Miejskie 1  
78-200 Białogard

**I. Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy:**

Nazwa firmy (imię i nazwisko) .....

ulica.....nr domu.....

kod.....miejsowość.....

tel.: ..... fax: .....

e-mail: .....

NIP: .....

REGON: .....

**II. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:**

Cena netto: .....zł (słownie: .....)

Podatek od towarów i usług w wysokości ... %: .....zł (słownie: .....)

Podatek od towarów i usług w wysokości ... %: .....zł (słownie: .....)

Cena brutto: .....zł (słownie: .....)

**Niniejszym oświadczam, że:**

- 1) zapoznałam/em się z wymogami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń,
- 2) zapoznałam/em się z wymogami Zamawiającego dotyczącymi zapłaty wynagrodzenia określonych w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń,

- 3) cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z należyтым wykonaniem przedmiotu zamówienia,
- 4) zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym,
- 5) uzyskałem/am wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,
- 6) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert,
- 7) Oświadczam, że została mi przedstawiona zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informacja dotycząca przetwarzania moich danych osobowych,
- 8) Wykonawca wykona zamówienia samodzielnie/ Wykonawca następujące części niniejszego zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom i wskazuje firmy (nazwy) oraz adresy podwykonawców

L.p.	Oznaczenie części zamówienia, która zostanie powierzona do wykonania podwykonawcy	Oznaczenie firmy i adresu podwykonawcy (jeżeli są znane na tym etapie postępowania – brak oznaczenia zostanie potraktowany przez Zamawiającego jako brak możliwości oznaczenia podwykonawcy)

- 9) Oświadczam, że została mi przedstawiona zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informacja dotycząca przetwarzania moich danych osobowych.
- 10) Wypełniłem, obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
- 11) Oświadczam/-y\*, że nie podlegam/y wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 507).
- 12) Oświadczam/-y\*, nie jestem(śmy) powiązany(i) kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym - Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumieć należy wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi na rzecz Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

*\*Dotyczy także podwykonawców*

.....  
*(podpisy i pieczętki osób prawnie umocowanych do  
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)*

**„Dostawa 2 stacji do poboru próbek cieczy”**  
**Nr postępowania - 08/D/ZO/2024/RWiK**

— Producent: .....

Model/typ: .....

L.P.	Opis danych technicznych wymaganych przez zamawiającego	Spełnienie danych technicznych oferowanych materiałów lub urządzeń  <i>*Niepotrzebne skreślić lub wstawić wartość</i>
1.	2.	3.
1		
1.1	pobór proporcjonalnie do: czasu, przepływu,	tak/nie*
1.2	układ poboru: perystaltyczny,	tak/nie*
1.3	praca w warunkach od -20 °C do 40 °C,	tak/nie*
1.4	obudowa ze stali 304,	tak/nie*
1.5	temperatura pobieranych próbek od 2 °C do 50 °C	od .....°C do ..... °C,
1.6	wysokość zasysania do 8 m	wysokość zasysania do .....m,
1.7	prędkość poboru próbki > 0,5 m/s zgodnie z EN 25667, ISO 5667 lub równoważną,	tak/nie*
1.8	klimatyzowane wewnątrz utrzymujące temperaturę próbek do 4°C, z możliwością regulacji od 1 °C do 9 °C,	tak/nie*
1.9	system automatycznego odszraniania	tak/nie*
1.10	objętość pobieranej próbki od 20 do 350 ml,	tak/nie*
1.11	dokładność pobieranej próbki ± 5 ml albo 5 % ustawionej objętości,	tak/nie*
1.12	powtarzalność: 5%,	tak/nie*

1.13	dystrybucja 24 x 1 l, butelki z PE + taca rozdzielająca,	tak/nie*
1.14	zamiana dystrybucji bez użycia narzędzi	tak/nie*
1.15	liczba możliwych wariantów butelek >20	tak/nie*
1.16	drzwi szafki zamykane na klucz (zapasowe klucze w komplecie)	tak/nie*
1.17	wąż zasysający o długości min. 10 m z PVC, z filtrem siatkowym z V4A	tak/nie*
1.18	wbudowany przetwornik z serwerem www oraz komunikacją cyfrową Modbus RTU	tak/nie*
1.19	menu w języku polskim,	tak/nie*
1.20	sterownik z wyświetlaczem, klawiaturą i pokrętką nawigatora	tak/nie*
1.21	zaprogramowanie min. 8 programów użytkownika	tak/nie*
1.22	liczba przechowywanych programów: min. 100,	tak/nie*
1.23	2 wejścia 4...20 mA (izolowane galwanicznie),	tak/nie*
1.24	2 wejścia binarne (izolowane galwanicznie),	tak/nie*
1.25	2 wyjścia binarne typu otwarty kolektor, maks. 30 V, 200 mA,	tak/nie*
1.26	zasilanie z sieci (230 VAC),	tak/nie*
1.27	pobór mocy maks. 295 VA	tak/nie*
1.28	zegar czasu rzeczywistego: bateria litowa	tak/nie* typ.....
1.29	slot na karty SD	tak/nie*
1.30	min. 3 wejścia cyfrowe na sondy	tak/nie*