



Poznań, 30 lipca 2019 r.

## **INSPEKCJA WETERYNARYJNA**

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ  
WETERYNARII

*Andrzej Żarnecki*

**do wszystkich wykonawców,  
którym przekazano SIWZ**

Nasz znak: AD-O.272.11.2019

Dot. sprawy nr: -

pismo z dnia: -

### **WYJAŚNIENIE treści SIWZ**

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu laboratoryjnego - chromatografu cieczowego z detektorem masowym LC – MS/MS.

**Pytanie nr 1: „Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z podwójnej pompy z równoległym układem tłoków?”**

**Odpowiedź nr 1:** Zamawiający dopuszcza zestaw składający się z podwójnej pompy z równoległym układem tłoków.

**Pytanie nr 2: „Czy Zamawiający dopuści system z termostatowaniem prób od 4 do 45°C z przyrostem co 1°C?”**

**Odpowiedź nr 2:** Zamawiający dopuszcza termostatowanie prób od 4°C do 45°C programowalne z przyrostem 1°C.

**Pytanie nr 3: „Czy Zamawiający dopuści system pozwalający na rzeczywiste termostatowanie kolumn w zakresie -10°C poniżej temperatury otoczenia do 100°C z przyrostem co 0,1 °C.”**



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii  
ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań  
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31  
e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl  
www.wiw.poznan.pl



**LAT**  
**ADMINISTRACJI**  
**WETERYNARYJNEJ**  
1919 – 2019

**Odpowiedź nr 3:** Zamawiający dopuszcza termostatowanie kolumn od -10°C poniżej temperatury otoczenia do 100°C programowalne z przyrostem 0,1 °C.

**Pytanie nr 4:** „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie programowej konsoli diagnostycznej umożliwiającej śledzenie takich parametrów jak: ciśnienie systemu, mierzone jako ciśnienie na pompach i będące ciśnieniem równoważnym do ciśnienia w autosamplerze, temperaturę włącznie z temperaturą otoczenia, skład procentowy gradientu, wartość przepływu na pompach, wartość całkowitego przepływu w układzie, temperatury i przepływy na spektrometrze mas?”

**Odpowiedź nr 4:** Zamawiający wszystkie istotne, minimalne parametry wskazał w opisie przedmiotu zamówienia do niniejszego postępowania.

Sporządziła: D. Bartoszevska

---



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii  
ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań  
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31  
e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl  
www.wiw.poznan.pl



**LAT**  
**ADMINISTRACJI**   
**WETERYNARYJNEJ**  
1919 – 2019