



Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny
w Legnicy



**DOLNY
ŚLĄSK**

WszSL/DZ/072-446/19

Legnica 25.06.2019

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:

Postępowania przetargowego: „PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ
MEDYCZNYCH I SPRZĘTU MEDYCZNEGO,,

znak sprawy: WszSL/DZ-40/19

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018. 1986 ze zm), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

Dotyczy części 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulowaną temperaturą barwową w zakresie od 3100 do 5000°K z jednoczesnym przyznaniem punktów za ten parametr? Pragniemy zauważyć iż oferowany zakres jest szerszy od wymaganego.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowaną lampę operacyjną.

Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania)

UWAGA!

Zamawiający informuje, iż udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem


DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy
mgr Krystyna Barcik