

**RI.7013.21.2023**

Wschowa, 12-09-2023r.

### **Wyjaśnienia nr 2 do Zapytania ofertowego.**

Dnia 08-09-2023r. poprzez [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl) wpłynęło zapytanie dot. postępowania- **„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej na Środowiskowy Dom Samopomocy w miejscowości Siedlnica”- etap II.**

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do Środowiskowego Domu Samopomocy w miejscowości Siedlnica wraz z uruchomieniem sprzętu i przeprowadzeniem szkolenia pracowników w zakresie obsługi .

Zamawiający informuje, iż zamówienie jest dofinansowane w ramach rezerwy celowej na rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 r. Umowa Nr PS-V.3120.29.2023/UMiG Wschowa podpisana pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Wschowa.

Zamówienie obejmuje realizację zadań w zakresie pomocy społecznej polegających na: rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi polegającej na utworzeniu gminnego Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym na pracach remontowo-budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynku dawnej szkoły podstawowej w Siedlnicy, stanowiący drugi etap inwestycji oraz zakup wyposażenia (w odrębnym postępowaniu) zgodnie z wnioskiem z 02.12.2022r. wraz z korektą z 15.12.2022r. oraz programem inwestycji z 02.12.2022r. wraz z korektą z 15.12.2022r.



[Wpisz tutaj]



W odpowiedzi na zapytanie – Zamawiający - Gmina Wschowa związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych przekazuje:

### **Pytanie 1.**

#### **Dotyczy pakietu 1. Pozycja 2. Rower stacjonarny rehabilitacyjny – 1szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości rower stacjonarny rehabilitacyjny o wymiarach:

- długość: 99cm,
- szerokość: 56cm,
- wysokość: 145cm,

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza rower stacjonarny rehabilitacyjny o wymiarach :

- długość: 99cm,
- szerokość: 56cm,
- wysokość: 145cm,

### **Pytanie 2.**

#### **Dotyczy pakietu 1. Pozycja 2. Rower stacjonarny rehabilitacyjny – 1szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości rower stacjonarny rehabilitacyjny o wymiarach:

- długość: 97,5cm,
- szerokość: 51cm,
- wysokość: 139,5cm,

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza roweru stacjonarnego rehabilitacyjnego o wymiarach:

- długość: 97,5cm,
- szerokość: 51cm,
- wysokość: 139,5cm,

### **Pytanie 3.**

#### **Dotyczy pakietu 1. Pozycja 2. Rower stacjonarny rehabilitacyjny – 1szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości rower stacjonarny rehabilitacyjny wyposażony w koło zamachowe o wadze 8kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza roweru stacjonarnego rehabilitacyjnego wyposażonego w koło zamachowe o wadze 8 kg.

**Pytanie 4.**

**Dotyczy pakietu 1. Pozycja 2. Rower stacjonarny rehabilitacyjny – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości rower stacjonarny rehabilitacyjny, którego dopuszczalne obciążenie wynosi: do 130kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza rower stacjonarny rehabilitacyjny z obciążeniem do 130 kg.

Powyższe wyjaśnienia nie powodują konieczności przedłużenia terminu składania ofert.

Z poważaniem:

Z up. Burmistrza

(-)Edyta Stańczak

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

[Wpisz tutaj]