

Warszawa, 20 września 2021 r.

BBA-2.262.21.2021

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na **Dostawę urządzeń laboratoryjnych dla laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Wniosek Nr 1

Czy Zamawiający doprecyzuje w jakiej odległości minimalnej od instalacji elektrycznej będzie zlokalizowana szafa?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości podłączenia szafy do istniejącej instalacji elektrycznej w odległości do 3 m, jednocześnie Zamawiający nie określa minimalnej odległości szafy od instalacji elektrycznej.

Wniosek Nr 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przeprowadzenia szkolenia oraz montażu?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że pozostaje przy zapisach SWZ.

Wniosek Nr 3

Czy Zamawiający dopuści szafę bez mechanizmu blokady drzwi w pozycji otwartej?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że pozostaje przy zapisach SWZ.



Wniosek Nr 4

Czy Zamawiający dopuści szafę bez mechanizmu umożliwiającego zamykanie szafy zapobiegające trzaskaniu drzwi?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że pozostaje przy zapisach SWZ.

Wniosek Nr 5

Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy do 16 tygodni?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że pozostaje przy zapisach SWZ.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 zmienia treść SWZ w następujący sposób:

- w Części I SWZ w pkt. 9.4, 9.10, 11.1. w miejsce dotychczasowej treści ww. punktów wprowadza się następującą treść:

9.4. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem **platformazakupowa.pl/pn/uokik** - w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **23 września 2021 r. do godziny 11:00.**

9.10. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **23 września 2021 r. g. 11.15.**

11.1. Wykonawca będzie związany ofertą **do dnia 22 października 2021 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Ewa Mrówka
Dyrektor Departamentu Laboratoriów

