

IF.272.9.2021

Nowa Sól, 06.09.2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 ust. 1 (tryb podstawowy bez negocjacji) pn.: „**Zakup wytwornicy pary wraz z wyposażeniem oraz myjni – dezynfektor na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli**”

Zamawiający Powiat Nowosolski działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.) w odpowiedzi na zadane pytania z dnia 03.09.2021 r. złożonych za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie 1

Część 1 – Myjnia - dezynfektor przelotowa 18 tac pkt 5

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością wysuwania na czas serwisu?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza urządzenia z możliwością wysuwania na czas serwisu. Urządzenie będzie umiejscowione pomiędzy dwoma istniejącymi myjniami. Wysunięcie myjni w przestrzeń strefy brudnej bądź czystej i prowadzenie w tym czasie prac serwisowych sprawi, iż dostęp do myjni znajdującej się obok będzie mocno utrudniony, co dodatkowo spowolni pracę Centralnej Sterylizatorni.

Pytanie 2

Część 1 – Myjnia - dezynfektor przelotowa 18 tac pkt 14

Czy Zamawiający dopuści sterownik urządzenia na stronie załadowniczej wyposażony w kolorowy ekran 4,3” umieszczony z boku komory mycia na ergonomicznej wysokości 135 cm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podał w SWZ minimalną wymaganą przekątną ekranu.

Pytanie 3

Część 1 – Myjnia - dezynfektor przelotowa 18 tac pkt 32

Czy Zamawiający dopuści 2 pompy o wydajności każda po 600 l/min ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza 2 pompy o wydajności każda po 600 l/min.

Pytanie 4

Część 1 – Myjnia - dezynfektor przelotowa 18 tac pkt 61

Czy Zamawiający dopuści tacę na narzędzia do chirurgii małoinwazyjnej (laparoskopii) o następujących parametrach: • 7 złączy ULP1 do podłączenia kaniuli i elementów wydrążonych o maksymalnej średnicy zewnętrznej 13 mm i maksymalnej długości 500 mm • 7 złączy ULBEF2 do podłączenia kaniuli i elementów wydrążonych o maksymalnej średnicy zewnętrznej 13 mm i maksymalnej długości 500 mm • 6 złączy Luer-lock • 6 złączy MIC do podłączenia elementów wydrążonych o maksymalnej średnicy

zewnętrznej 14 mm • 10 dysz pionowych - maksymalna długość narzędzi 280 mm • pasuje do wózków CSK1515FLEX Taca wsuwana jest do wielofunkcyjnego 5-poziomowego wózka myjącego • wózek wielofunkcyjny do jednoczesnego mycia narzędzi standardowych i do chirurgii małoinwazyjnej • przeznaczony do mycia narzędzi umieszczonych w tacach i stojakach np. KITMIC10 (max. 3) • poziomy 2, 4 i 5 można wyjąć w celu mycia wyższych przedmiotów • ramiona myjące znajdujące się u góry i na spodzie komory wspomagają mycie górnego i dolnego poziomu • środkowe poziomy wyposażone są w ramiona myjące • 4 złącza do wtryskowego mycia narzędzi • pojemność: 15 tac CSKDIN (brak w zestawie), Wózek umożliwia wsunięcie powyższej tacy oraz dysponuje dodatkowymi dwoma półkami na których można podłączyć następujące tace: • Taca CSKDIN przystosowany do mycia narzędzi stosowanych w chirurgii małoinwazyjnej • 4 złącza typu Luer-lock • 5 złączy z wymiennymi silikonowymi nasadkami umożliwiającymi podłączenie narzędzi o różnej średnicy (1, 6 i 10 mm)

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza tacy na narzędzia do chirurgii małoinwazyjnej (laparoskopii) o parametrach wskazanych w pytaniu.


Charakter, zakres oraz termin przekazania wyjaśnień nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert, gdyż termin o którym mowa w art. 284 ust. 2 nie został przekroczony.

STAROSTA

Iwona Brzozowska

.....
Podpis Kierownika Zamawiającego

Miejsce publikacji: https://platformazakupowa.pl/sp_nowasol dot. postępowania.

 9.11.1