



ZP - 10/2023

Piekary Śląskie, dn. 31.05.2023 r.

Wyjaśnienia treści SWZ
do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyrobów medycznych

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

- 1) **Pakiet 2 poz. 5** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet z włókniny spunlace, zamiast z celulozy?
Odp.: Tak.
- 2) **Pakiet 3** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę (w przypadku wezwania) do przedstawienia próbek w wersji niesterylnej?
Odp.: Nie.
- 3) **Pakiet 3, poz. 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu pakowanego w rękaw papierowo-foliowy?
Odp.: Zgodnie z SWZ.
- 4) **Pakiet 3, poz. 2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą 50cm x 75cm z otworem o średnicy 7cm i przylepcem wokół otworu? (w miejsce 50 x 60 cm, z otworem o średnicy 7-10 cm i przylepcem wokół otworu + przylepce po 2 stronach od góry).
Odp.: Zgodnie z SWZ.
- 5) **Pakiet 3, poz. 2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z dodatkowo dołożonym pojemnikiem 120ml i miską nerkową PVC?
Odp.: Zgodnie z SWZ.
- 6) **Pakiet 3, poz. 3** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zawierającego dodatkowo opatrunek foliowy PU 10 x 15 cm, oraz kleszczyki metalowe 13 cm?
Odp.: Zgodnie z SWZ.

7) **Pakiet 3, poz. 4** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą zabiegową 200/260 x 310cm z otworem wypełnionym folią 34cm x 34cm z wycięciem w kształcie gruszki, zintegrowana z nogawicami i workiem do zbiórki płynów?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

8) **Pakiet 3, poz. 4** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z fartuchami zapinanymi przy szyi na rzep (lewy 13cm, prawy 7cm) bez wyraźnej możliwości regulacji?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

9) **Pakiet 3, poz. 4** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu pakowanego w rękaw papierowo-foliowy?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

10) **Pakiet 3, poz. 5** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

4 x Serweta operacyjna z gazy 17N 8W 45cm x 45cm z nitką RTG i tasiemką

5 x Tupfer gazowy z nitką RTG 17N 15cm x 15cm

50 x Kompres z gazy 17N 16W 10cm x 10cm z nitką RTG, przewiązane po 10 szt?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

11) **Pakiet 3, poz. 7** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z ręcznikami 30 x 30 cm?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

12) **Pakiet 3, poz. 7** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetami do obłożenia pacjenta z łata chłonną o wymiarach 25cm x 60cm?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

13) **Pakiet 3, poz. 7** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą 180cm x 180cm (zamiast 170cm x 200cm) z łata chłonną o wymiarach 25cm x 60cm?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

14) **Pakiet 3, poz. 8** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z ręcznikami 30 x 30 cm?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

15) **Pakiet 3, poz. 8** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą 180cm x 180cm (zamiast 170cm x 200cm) z łata chłonną o wymiarach 25cm x 60cm?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

16) **Pakiet 3, poz. 9** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą 180cm x 180cm (zamiast 170cm x 180cm)?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

17) **Pakiet 3, poz. 10** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą pod poślądki 114cm x 150cm ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów?

Odp.: Tak.

18) Pakiet 4 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści gazę opatrunkową o powierzchni 1m²?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

19) Pakiet 5 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści opaskę kohezyjną składającą się z wiskozy, poliamidu i bezlateksowego polimeru?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

20) Pakiet 5 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki wyposażone w cyfrowo literowy wskaźnik wilgotności barwy niebieskiej informujący o konieczności zmiany produktu poprzez blednięcie, rozpływanie się i zanikanie w miarę napełniania moczem.? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami.

Odp.: Tak.

21) Pakiet 5 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści podkłady higieniczne chłonne wykonane z 5 warstw: włókniny polipropylenowej, dwóch warstw celulozy, pulpy celulozowej, niebieskiej folii PE. Część spodnia podfoliowana, niebieska, bez nadruku, nieprzemakalna. Waga całkowita 77g, chłonność 1177ml?

Odp.: Tak.

22) Pakiet 5 poz. 14 - Czy Zamawiający dopuści watę bawełniano-wiskozową?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Z poważaniem

PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu


mgr Marcin Baron

PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.
PROKURENT


Izabela Bacik