

**Dostawa trzech zestawów diagnostycznych
znak: ZP/51/ZSO/2024**

Klauzula informacyjna Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, dla uczestników postępowań o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, wykonawców oraz innych osób, których dane osobowe pozyskano w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia bądź w związku z realizacją zamówienia przez Wykonawcę

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w ofercie złożonej do zaproszenia do składania ofert pn.: **„Dostawa trzech zestawów diagnostycznych”, znak: ZP/51/ZSO/2024**, jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, z siedzibą w Zabrze, przy ul. 3-go Maja 13-15 (dalej jako: SPSK Zabrze);
- Może Pan / Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: iod@szpital.zabrze.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego pn.: **„Dostawa trzech zestawów diagnostycznych”, znak: ZP/51/ZSO/2024**, prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert, którego wartość netto nie przekracza kwoty określonej w art. 2 pkt. 1, pkt 1) ustawy Pzp (Dz. U. z 2023r. poz. 1605),
- dane udostępnione przez Pana/Panią mogą być udostępniane osobom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**Dostawa trzech zestawów diagnostycznych
znak: ZP/51/ZSO/2024**

Załącznik nr 1 do Zaproszenia

OFERTA	
Nazwa Zamawiającego	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Siedziba Zamawiającego	ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Nazwa zamówienia	Dostawa trzech zestawów diagnostycznych
Nazwa Wykonawcy	
Adres Wykonawcy	
Województwo	
Osoba do kontaktu/ Telefon	
e-mail	
REGON / NIP	
Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy	
Wielkość Przedsiębiorstwa ¹	<input type="checkbox"/> mikro <input type="checkbox"/> małe <input type="checkbox"/> średnie <input type="checkbox"/> duże

¹ Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

**Dostawa trzech zestawów diagnostycznych
znak: ZP/51/ZSO/2024**

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zapraszającego za łączną cenę w wysokości:

cena brutto: PLN

słownie:

cena netto: PLN

VAT % VAT zł

Oferuję następujący przedmiot zamówienia :

1 . Stacja diagnostyczna do opisów badań RTG 2 szt.			
Producent:			
Model/Typ:			
Rok produkcji:			
Okres gwarancji:			
LP	OPIS	PARAMETRY WYMAGANE	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Typ	Stacja dedykowana do diagnostyki i opisów badań RTG	
2.	Wydajność obliczeniowa	<ul style="list-style-type: none"> • dwunastordzeniowy procesor (CPU) • procesor graficzny – min 30 rdzeni 	
3.	Pamięć operacyjna RAM	min. 32 GB	
4.	Parametry pamięci masowej	min. 512 GB SSD	
5.	Wymagania dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> • min. cztery porty Thunderbolt 4 (USB-C) obsługujące: <ul style="list-style-type: none"> ○ DisplayPort ○ Thunderbolt 4 (do 40 Gb/s) ○ USB 4 (do 40 Gb/s) ○ USB 3.1 drugiej generacji (do 10 Gb/s) • Port HDMI • min. dwa porty USB-A (do 5 Gb/s) • 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet (złącze RJ-45) • Sieć bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11ax zgodna z IEEE 802.11a/b/g/n/ac • Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm • klawiatura z polem numerycznym, mysz • zewnętrzny napęd CD/DVD USB • komplet kabli połączeniowych - kabel USB-C/DisplayPort 5K/60Hz 	
6.	System operacyjny	MacOS lub równoważny	

**Dostawa trzech zestawów diagnostycznych
znak: ZP/51/ZSO/2024**

7.	Warunki gwarancji	3-letnia gwarancja, czas reakcji serwisu w ramach gwarancji do końca następnego dnia roboczego. Serwis gwarancyjny urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.	
<p>Diagnostyczne monitory kolorowe o przekątnej nie mniejszej niż 21" – 4 SZT. Producent: Model/Typ: Rok produkcji: Okres gwarancji:</p>			
1.	diagnostyczny monitor kolorowy min. 21" o rozdzielczości 1600 x 1200, wielkość plamki 0,270 mm, jasność maksymalna min. 1000 cd/m2, jasność skalibrowana min. 500cd/m2, kontrast 1800:1, kalibracja sprzętowa DICOM, Matryca 10-bitowa, zgodny ze standardem CE (MDR 2017/745).		
2.	Całkowity czas reakcji matrycy (black-white-black) Nie więcej niż 20 ms		
3.	<ul style="list-style-type: none"> • 178 /178 w pionie i poziomie 		
4.	Wbudowany kalibrator nie ograniczający pola widzenia na monitorze.		
5.	Wymagany układ kontroli rzeczywistego czasu pracy monitora i jego podświetlenia.		
6.	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x DVI-D, • 2 x DisplayPort, • 1 x DisplayPort (do połączeń szeregowych), • 2x USB upstream, • 2 x USB downstream, • 1 x USB-C do ładowania urządzeń zewnętrznych max 15W 		
7.	Możliwość pracy szeregowej monitorów		
8.	Maksymalny pobór mocy 105W , Zasilacz zintegrowany z obudową monitora		
9.	Funkcjonalność pozwalająca na samodzielne kalibrowanie monitora oraz sprawdzenie odcieni szarości bez systemu operacyjnego. Uruchamiana z menu monitora		
10.	Czujnik mierzący jasność otoczenia		
11.	Czujnik mierzący i stabilizujący jasność podświetlenia matrycy		
12.	Komplet kabli zasilających i połączeniowych		
13.	<p>min. 5-letnia gwarancja, czas reakcji serwisu w ramach gwarancji do końca następnego dnia roboczego. Serwis gwarancyjny urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.</p>		
14.	Dodatkowy monitor min 23" o rozdzielczości FHD do każdej stacji RTG		

**Dostawa trzech zestawów diagnostycznych
znak: ZP/51/ZSO/2024**

15.	Matryca LED, VA	
16.	Bezramkowy monitor	
17.	Format obrazu 16:9	
18.	Złącza : <ul style="list-style-type: none"> • VGA (D-sub) - 1 szt. • HDMI 1.4 - 1 szt. • DisplayPort 1.2 - 1 szt. 	
19.	Zakres regulacji pochylenia <ul style="list-style-type: none"> • ~5° (do przodu/w dół) • ~21° (do tyłu/w górę) 	
20.	Zakres regulacji obrotu <ul style="list-style-type: none"> • 173° (w lewo) • 173° (w prawo) 	

2. Stacja diagnostyczna do opisów badań TK 1 szt.		
Producent:		
Model/Typ:		
Rok produkcji:		
Okres gwarancji:		
1.	Typ	Stacja dedykowana do diagnostyki i opisów badań TK
2.	Wydajność obliczeniowa	<ul style="list-style-type: none"> • dwunastordzeniowy procesor (CPU) procesor graficzny – min 30 rdzeni
3.	Pamięć operacyjna RAM	min. 32 GB
4.	Parametry pamięci masowej	min. 512 GB SSD
5.	Wymagania dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> • min. cztery porty Thunderbolt 4 (USB-C) obsługujące: <ul style="list-style-type: none"> ○ DisplayPort ○ Thunderbolt 4 (do 40 Gb/s) ○ USB 4 (do 40 Gb/s) ○ USB 3.1 drugiej generacji (do 10 Gb/s) • Port HDMI • min. dwa porty USB-A (do 5 Gb/s) • 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet (złącze RJ-45) • Sieć bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11ax zgodna z IEEE 802.11a/b/g/n/ac • Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm • klawiatura z polem numerycznym, mysz • zewnętrzny napęd CD/DVD USB komplet kabli połączeniowych - kabel USB-

**Dostawa trzech zestawów diagnostycznych
znak: ZP/51/ZSO/2024**

		C/DisplayPort 5K/60Hz	
6.	System operacyjny	MacOS lub równoważny	
7.	Warunki gwarancji	3-letnia gwarancja, czas reakcji serwisu w ramach gwarancji do końca następnego dnia roboczego. Serwis gwarancyjny urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.	

Diagnostyczny monitor kolorowy o przekątnej nie mniejszej niż 30" – 1 SZT.

Producent:

Model/Typ:

Rok produkcji:

Okres gwarancji:

LP.	PARAMETRY WYMAGANE	PARAMETRY OFEROWANE
1.	diagnostyczny monitor kolorowy min. 30" o rozdzielczości 4096 x 2160, wielkość piksela 0,1674 mm, jasność min. 550 cd/m2, jasność skalibrowana min. 270cd/m2, kontrast 1800:1, kalibracja sprzętowa DICOM, Matryca 10-bitowa, zgodny ze standardem CE (MDR 2017/745).	
2.	Całkowity czas reakcji matrycy (black-white-black) Nie więcej niż 25 ms	
3.	Kąty widzenia 178 /178 w pionie i poziomie	
4.	Wbudowany kalibrator	
5.	2 x DisplayPort, 1 x USB-C (z obsługą połączeń szeregowych), 2x USB 2.0 upstream, 3 x USB 2.0 downstream	
6.	2 x DisplayPort, 1 x USB-C (z obsługą połączeń szeregowych), 2x USB 2.0 upstream, 3 x USB 2.0 downstream	
7.	Możliwość pracy szeregowej monitorów.	
8.	Typowy pobór mocy 62W	
9.	Czujnik mierzący i stabilizujący jasność podświetlenia matrycy	
10.	Komplet kabli zasilających i połączeniowych	
11.	Dodatkowy monitor min 23" o rozdzielczości FHD – 1 szt.	
12.	Matryca LED, VA	
13.	Bezramkowy monitor	

**Dostawa trzech zestawów diagnostycznych
znak: ZP/51/ZSO/2024**

14.	Format obrazu 16:9	
15.	Złącza : <ul style="list-style-type: none"> • VGA (D-sub) - 1 szt. • HDMI 1.4 - 1 szt. • DisplayPort 1.2 - 1 szt. 	
16.	Zakres regulacji pochylenia <ul style="list-style-type: none"> • ~5° (do przodu/w dół) • ~21° (do tyłu/w górę) 	
17.	Zakres regulacji obrotu <ul style="list-style-type: none"> • 173° (w lewo) • 173° (w prawo) 	

3. Oprogramowanie diagnostyczne (licencja z aktualizacjami do najnowszej wersji na 3 lata) 3 szt.

Producent:

Model/Typ:

Rok produkcji:

Okres gwarancji:

LP.	PARAMETRY WYMAGANE	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Oprogramowanie przechowujące lokalnie dane obrazowe i bazę danych wykonanych badań/pacjentów	
2.	Odczyt i wyświetlanie wszystkich typów plików DICOM (jednoramkowych, wieloramkowych)	
3.	Odczyt i wyświetlanie nowego formatu wieloramkowego MRI/CT (grupa 5200)	
4.	JPEG Lossy, JPEG Lossless, JPEG2000, RLE	
5.	Monochrome1, Monochrome2, RGB, YBR, Planar, Palettes,	
6.	Wsparcie dla każdego (nie tylko kwadratowego) Pixel Aspect Ratio	
7.	Zapis plików SC (zrzuty ekranowe) DICOM z dowolnych rekonstrukcji 2D,3D	
8.	Odczyt i wyświetlanie wszystkich meta danych plików DICOM	
9.	Odczyt i zapis DICOM CD/DVD (wsparcie dla DICOMDIR)	
10.	Eksport plików DICOM do formatu TIFF, JPEG, Quicktime, RAW, DICOM, PACS	
11.	Nagrywanie płyt CD/DVD z obsługą DICOMDIR wraz z przeglądarką Weasis (umożliwiająca odczyt danych obrazowych na platformie Windows)	
12.	Zintegrowana baza danych kompatybilna z SQL obsługująca nieograniczoną liczbę obrazów	
13.	Wysyłanie badań (C-STORE SCU, DICOM Send)	
14.	Pobieranie badań (C-STORE SCP, DICOM Listener)	

**Dostawa trzech zestawów diagnostycznych
znak: ZP/51/ZSO/2024**

15.	Wyszukiwanie i pobierania badań z/do PACS (C-FIND SCU, C-MOVE SCU, WADO)	
16.	Użycie jako DICOM PACS serwer (C-FIND SCP, C-MOVE SCP, WADO)	
17.	Konwersja w locie pomiędzy wszystkimi syntaksami transferu DICOM	
18.	C-GET SCU/SCP i WADO – wsparcie dla dynamicznego transferu IP	
19.	Obsługa DICOM Print	
20.	Wsparcie dla plików innych niż DICOM, min: <ul style="list-style-type: none"> • Pliki LSM Zeiss (8, 16, 32 bity) (mikroskopia konfokalna) • Pliki BioRadPIC (8, 16, 32 bity) (mikroskopia konfokalna) • TIFF (8, 12, 16, 32 bit), wielostronicowe • ANALYZE (8, 12, 16, 32 bit) • PNG, JPEG, PDF (wielostronicowe), Quicktime, AVI, MPEG, MPEG4 	
21.	Przeglądarka 2D	
22.	Intuicyjny Interfejs	
23.	Edytowalne paski narzędzi	
24.	Interpolacja dwusześcienna	
25.	wsparcie dla myszy wieloklawiszowych i gestów Apple Magic Trackpad	
26.	Gruba kostka dla MR i wielowarstwowego CT (średnia, MIP, volume rendering)	
27.	ROI (Obszary zainteresowania): wielokąt, owal, ołówek, prostokąt, punkt z funkcją cofnij/ponów	
28.	Zaznaczanie obrazu kluczowego (Key Image)	
29.	Wsparcie dla myszy wieloklawiszowych, myszy w kółkiem i nawigatorów 3D oraz Apple Magic Trackpad	
30.	Edytowalne tablice translacji kolorów (CLUT – Color Look-Up Tables)	
31.	Edytowalne filtry konwolucyjne 3x3 i 5x5 (filtry kostne itp.)	
32.	Przeglądarka 4D dla CT serca i innych serii o przebiegu czasowym	
33.	Fuzja obrazów dla PET-CT i SPET-CT z nastawialnym procentem blendingu	
34.	Subtrakcja obrazów dla angiografii	
35.	Eksport miniatur/okien magnetycznych	
36.	Rejestracja dla fuzji obrazów oraz ponowne dzielenie na warstwy (reslicing)	
37.	Dzielenie przestrzeni roboczej	
38.	Łączenie obrazów	

**Dostawa trzech zestawów diagnostycznych
znak: ZP/51/ZSO/2024**

39.	Wsparcie dla wtyczek dostarczających funkcje zewnętrzne	
40.	Wsparcie dla myszy wieloklawiszowych, myszy w kółkiem i nawigatorów 3D oraz Apple Magic Trackpad	
41.	Post-Processing 3D	
42.	Rekonstrukcje MPR (multiplanarne) z grubą kostką (Średnia, MIP, Rendering objętościowy)	
43.	3D MPR po krzywej z grubą kostką	
44.	3D MIP (Maximum Intensity Projection)	
45.	3D Volume Rendering (Objętościowy)	
46.	3D Surface Rendering (Powierzchniowy)	
47.	3D ROI (Obszary zainteresowania)	
48.	Rejestracja dla rekonstrukcji 3D	
49.	Stereowizja	
50.	Eksport obrazów 3D do Quicktime, Quicktime VR, TIFF, JPEG	
51.	Wszystkie przeglądarki 3D wspierają fuzję obrazów dla badań PET-CT oraz tryb 4D dla CT serca.	
52.	Obsługa wątków dla konfiguracji wieloprocessorowych i procesorów wielordzeniowych	
53.	Odczyt asynchroniczny	
54.	Obsługa OpenGL dla Przeglądarki 2D oraz 3D	
55.	Obsługa akceleratorów kart graficznych z teksturowaniem 3D	
56.	Obsługa architektury 32 i 64 bit	
57.	Funkcja dodanie dowolnego tekstu do obrazu badania o długości min. 16 znaków	
58.	Funkcja dodania strzałki do obrazu badania.	
59.	Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie.	
60.	Funkcja usunięcia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika.	
61.	Funkcja obrotu obrazu o 180° oraz o 90° stopni w lewo/w prawo.	
62.	Zapisywanie wybranych zmian obrazu badania wprowadzonych przez użytkownika, min. funkcje: <ul style="list-style-type: none"> • zapisywanie zmian geometrii obrazu (np. obrotu), • zapisywanie powiększenia obrazu, • zapisywanie adnotacji wprowadzonych przez użytkownika (np. pomiary, kąty, strzałki). 	

**Dostawa trzech zestawów diagnostycznych
znak: ZP/51/ZSO/2024**

63.	Funkcja wyświetlenia tagów DICOM i ich wartości dla wybranego obrazu badania.	
64.	Oznaczenie obszaru zainteresowania o kształcie koła, elipsy wraz z informacjami: <ul style="list-style-type: none"> • powierzchnia regionu zainteresowania, • średnia wartość pikseli w regionie zainteresowania, 	
65.	Inwersja pozytyw/negatyw w obrazie badania.	
66.	Funkcja importowania obrazów do badania, min.: <ul style="list-style-type: none"> • import kolorowego lub monochromatycznego formatu JPG, • import obrazu do nowej serii. 	
67.	Funkcja tworzenia badania podsumowującego – zawierającego kopie obrazów z więcej niż jednego badania.	
68.	Dostęp do systemu stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się.	
69.	Subtrakcja obrazów	
70.	Pomiar kątów Cobba	
71.	Drukowanie obrazów badania na papierze w min. następujących trybach i z uwzględnieniem następujących funkcji: <ul style="list-style-type: none"> • funkcja drukowania atrybutów badania; min. imienia i nazwiska pacjenta, daty badania, daty urodzenia pacjenta, • funkcja dodania dowolnego tekstu do drukowanego obrazu, • funkcja podglądu wydruku, • tworzenie szablonów rozkładu wydruku z zakresem od 1x1 do 4x8 obiektów na wydruk. 	
72.	Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print.	
73.	Wyświetlanie badań na dostępnych monitorach w różnych trybach, min. tryby: <ul style="list-style-type: none"> • pojedynczy monitor – na każdym monitorze wyświetlane są różne badania, • dwa monitory – na dwóch monitorach wyświetlane jest to samo badanie; jeżeli dostępnych jest więcej monitorów, powinny być na nich wyświetlane kolejne obrazy z badania. 	
74.	Możliwość wyłączenia (ukrycia) pasków narzędziowych na ekranach monitorów wyświetlających obrazy badań.	
75.	Przeglądarka animacji, funkcje min.: <ul style="list-style-type: none"> • ustawienia prędkości animacji, • ustawienie przeglądania animacji w pętli, 	
76.	Funkcja powiększania obrazu, min.: <ul style="list-style-type: none"> • lupa • powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu, • powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi) 	

**Dostawa trzech zestawów diagnostycznych
znak: ZP/51/ZSO/2024**

	ekranu), <ul style="list-style-type: none"> powiększenie na cały dostępny ekran obszaru wyświetlania. 	
77.	Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji.	
78.	Oprogramowanie w języku Polskim i wersji 64 bitowej	
79.	Oprogramowanie zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie IIa	
80.	Wsparcie producenta oprogramowania lub jego przedstawiciela na terenie Polski w postaci telefonicznego oraz zdalnego HelpDesku, w tygodniu w godzinach 8-17 (dni robocze)	
81.	Całość rozwiązania (modułów) musi być zintegrowana z systemem RIS/PACS posiadanym przez Zamawiającego.	

***Warunki równoważności na dostarczane oprogramowanie**

Zamawiający uzna, że zaoferowane rozwiązanie posiada równoważne cechy z przedmiotem zamówienia, jeżeli: Za równoważność uważa się system operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika; w polskiej wersji językowej; w najnowszej oficjalnej wersji oprogramowania, 64-bitowej. Producent urządzenia lub producent systemu operacyjnego zapewnia: wsparcie techniczne dla oprogramowania systemu wstępnie zainstalowanego na urządzeniu; narzędzia do szybkiego odtworzenia systemu operacyjnego wraz z sterownikami do prawidłowego działania wszystkich urządzeń komputera. Oprogramowanie systemu operacyjnego umożliwia: automatyczne pobieranie/installację poprawek i aktualizacji mających wpływ na bezpieczeństwo działania systemu operacyjnego. System operacyjny pozwala na instalowanie oraz prawidłowe działanie zaoferowanego oprogramowania diagnostycznego.

Termin realizacji zamówienia: do 60 dni od daty zawarcia umowy

Termin płatności: do 30 dni od wystawienia prawidłowej faktury VAT

- Oświadczam, że wybór oferty nie prowadzi / prowadzi* do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. W związku z tym, że wybór oferty prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, podaję:

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia, którego wykonanie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego	Wartość przedmiotu zamówienia bez kwoty podatku
1.		
(...)		

- Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w Zaproszeniu do składania ofert od daty zawarcia umowy.
- Oświadczam, że akceptuję warunki płatności podane we wzorze umowy.
- Oświadczam, że:
 - zapoznałem się z treścią Zaproszenia do składania ofert, wzorem umowy oraz załącznikami do Zaproszenia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń;
 - jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia;
 - uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia.
- Oświadczam, że termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w Zaproszeniu do składania ofert.
- W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć

**Dostawa trzech zestawów diagnostycznych
znak: ZP/51/ZSO/2024**

umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zapraszającego.

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu pn.: **„Dostawa trzech zestawów diagnostycznych**

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

**Dostawa trzech zestawów diagnostycznych
znak: ZP/51/ZSO/2024**

Załącznik nr 1a do Zaprośzenia

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Vat %	Wartość brutto w zł
1.	Stacja diagnostyczna RTG	2				
2.	Stacja diagnostyczna TK	1				
3.	Oprogramowanie diagnostyczne	3				

**Dostawa trzech zestawów diagnostycznych
znak: ZP/51/ZSO/2024**

Załącznik nr 2 do Zaproszenia

(wzór) UMOWA NR DZP/...../2024
na dostawę trzech zestawów diagnostycznych
z dnia

pomiędzy:

**Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,**

41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 13-15

Sąd Rejonowy w Gliwicach, KRS 0000025325

[NIP: 648-23-01-274; REGON: 271566088]

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

.....,

a:

nazwa firmy, siedziba i adres:

Zarejestrowaną w: Sądzie Krajowego Rejestru Sądowego KRS

NIP:, REGON:

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

.....,

Strony zgodnie postanawiają co następuje:

Przedmiot umowy

§1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy tj. dostawę zestawów diagnostycznych z oprogramowaniem, których parametry techniczne określone zostały w załączniku nr 1a do zaproszenia i stanowią załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie.
3. Zamawiający zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w niniejszej umowie, w szczególności odebrania przedmiotu umowy i zapłaty należnego wynagrodzenia.
4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy:
 - a) jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, zdatny oraz dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 - b) posiada wszystkie wymagane prawem certyfikaty lub dokumenty równoważne;
 - c) jest wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych;
 - d) nie jest obciążony prawami osób trzecich oraz należnościami na rzecz Skarbu Państwa z tytułu ich sprowadzenia na polski obszar celny.

Termin realizacji umowy

§2

Termin realizacji zamówienia: do 60 dni od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem §6 ust.12 umowy.

Wynagrodzenie

§3

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy kalkulowane jest w oparciu o ceny określone **w załączniku nr 1** do umowy.

**Dostawa trzech zestawów diagnostycznych
znak: ZP/51/ZSO/2024**

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie może przekroczyć kwoty:

brutto zł

(słownie:)

netto..... zł + należny podatek VAT zł

3. W cenie jednostkowej brutto zawierają się wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy (tzn. w szczególności: transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, opłaty wynikające z polskiego prawa celnego, podatkowego, itp).
4. Wynagrodzenie określone w ust. 2 powyżej stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite i kompletne wykonanie przedmiotu umowy. Nie podlega ono waloryzacji.
5. W przypadku obniżki cen przez Wykonawcę nie wymaga się pisemnego aneksu do umowy, a wystarczające jest poinformowanie Zamawiającego o tym fakcie za pośrednictwem osób wskazanych w § 4 ust. 12.

Warunki realizacji umowy

§4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zapisami niniejszej umowy oraz dostarczyć prawidłowo wystawioną fakturę. Prawidłowo wykonany przedmiot zamówienia zostanie potwierdzony Protokołem Odbioru i Uruchomienia podpisanym przez obie Strony.
2. Wykonawca ponosi koszty transportu, rozładunku, i ubezpieczenia Sprzętu do miejsca odbioru wskazanego przez Zamawiającego w jego siedzibie oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego.
3. Dostawy, odbiory oraz wszelkie czynności związane z przekazaniem produktów będą realizowane przez Wykonawcę w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.35, o ile w specyfikacji przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wymaga inaczej.
4. Wykonawca dostarczy Sprzęt do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu razem ze Sprzętem:
 - a) instrukcję obsługi w wersji papierowej i/lub elektronicznej w języku polskim;
 - b) dokument określający częstotliwość i zakres przeglądów technicznych zalecanych przez producenta – (jeżeli dotyczy);
 - c) dokument gwarancyjny w języku polskim;
 - d) dla każdego dostarczonego elementu przedmiotu umowy wypełniony paszport techniczny.
 - e) Dokument licencyjny określający warunki korzystania z dostarczanego oprogramowania.
6. Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 5 niniejszego paragrafu zostaną dostarczone Zamawiającemu w języku polskim.
7. Zamawiający oczekuje, iż oferowany przez Wykonawców przedmiot umowy będzie gwarantował najwyższą jakość i niezawodność. Dodatkowo będzie spełniał bezwzględnie wszystkie funkcje, dla których jest przeznaczony oraz zapewniał bezpieczeństwo i komfort pracy personelowi użytkującemu ten sprzęt.
8. Dostarczany przedmiot umowy:
 - a. ma pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji na terenie Polski,
 - b. nie ma być przedmiotem praw osób trzecich,
 - c. ma być fabrycznie nowy i wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy.
 - d. ma być w oryginalnych opakowaniach producenta w stanie nienaruszonym. Informacja o dacie produkcji sprzętu/produktu musi znaleźć się w protokole odbioru dla każdego z urządzeń wraz z jego numerem seryjnym i modelem.
9. Każdy dostarczany Sprzęt/element Sprzętu będzie rozpakowany wyłącznie przez przedstawiciela Wykonawcy, który odpowiada za braki ilościowe i jakościowe stwierdzone bezpośrednio po rozpakowaniu.
10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego przy odbiorze dostarczenia Sprzętu niezgodnego z zaoferowanym, nie posiadającego wszystkich zaoferowanych parametrów, uszkodzonego, lub nie dostarczenia dokumentów wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiający do czasu usunięcia stwierdzonych wad lub usterek czy braków będzie uważał za brak realizacji przedmiotu umowy.
11. Strony ustalają następujących przedstawicieli upoważnionych do współpracy w realizacji przedmiotu umowy, w tym do uzgadniania terminów dostaw częściowych:

**Dostawa trzech zestawów diagnostycznych
znak: ZP/51/ZSO/2024**

- Ze strony Wykonawcy:
- tel.:.....
- e-mail:
- Ze strony Zamawiającego:
- tel.:.....
- e-mail:
12. Wykonawca oświadcza, że nie jest i w okresie obowiązywania umowy nie będzie:
 - a. obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji,
 - b. osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w ust. 12 pkt a); lub
 - c. osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w ust. 12 pkt a) lub 12 pkt b).
 13. Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał umowy przy pomocy podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności Wykonawca polega, o których mowa w ust. 12 powyżej w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
 14. W przypadku naruszenia ww. oświadczeń i obowiązków, o których mowa w ust. 12 i 13 powyżej Zamawiający uprawniony jest rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym i obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy.

Warunki płatności

§5

1. Za prawidłowo zrealizowaną dostawę Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury VAT.
2. Wykonawca zobowiązany jest podać na fakturze pełną nazwę Zamawiającego lub obowiązujący skrót **SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM**. W razie podania innych nazw niż wymagane przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uważał fakturę VAT za nieprawidłowo wystawioną.
3. Zapłata nastąpi przelewem na następujący rachunek bankowy Wykonawcy:
.....
4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wykonawca dostarczy fakturę w wersji papierowej lub elektronicznej na adres e-mail faktury@szpital.zabrze.pl w formatach PDF oraz .xml lub .fak.
6. Zamawiający akceptuje wystawianie i przesłanie oraz udostępnienie faktur, duplikatów faktur i ich ewentualnych korekt w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami na adres e-mail wskazany w ust. 5.
7. Wykonawca będący czynnym podatnikiem podatku VAT oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w umowie:
 - a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa powyżej,
 - b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.
8. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy będącego czynnym podatnikiem podatku VAT nie spełnia warunków określonych powyżej w ust. 7, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

Gwarancja

§6

1. Wykonawca udziela **miesięcznej gwarancji** na Sprzęt i 36 miesięcy na oprogramowanie z licencją, z prawem do aktualizacji, która w pełni zabezpiecza funkcje techniczne i użytkowe oprogramowania zgodnie ze złożoną ofertą. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru i Uruchomienia Przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego. Warunki gwarancji określa dokument gwarancyjny dostarczony wraz z

Dostawa trzech zestawów diagnostycznych
znak: ZP/51/ZSO/2024

- przedmiotem umowy. W razie rozbieżności pomiędzy dokumentem gwarancyjnym, a postanowieniami umowy, zastosowanie mają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.
2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu umowy wraz z uszkodzeniami mechanicznymi nie wynikającymi z winy Zamawiającego.
 3. Gwarancja jakości określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:
 - a) niewłaściwego użytkowania urządzenia, w szczególności niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania lub instrukcją serwisową;
 - b) mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;
 - c) jakiegokolwiek bezprawnej ingerencji osób trzecich lub Zamawiającego, w szczególności przeróbek lub zmian konstrukcyjnych;
 - d) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź, zalanie itp.),
 - e) normalnego zużycia rzeczy.
 4. W okresie gwarancji Wykonawca na swój koszt oraz swoimi środkami transportu jest zobowiązany dokonać nieodpłatnych napraw gwarancyjnych albo wymiany uszkodzonego przedmiotu umowy lub jego poszczególnych części, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych.
 5. Obsługa serwisowa w okresie gwarancji będzie wykonywana przez autoryzowane serwisy techniczne.
 6. **Wykonawca gwarantuje usunięcie usterek i wad w terminie do 3 dni licząc od dnia zgłoszenia awarii na piśmie, emailem lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski – w terminie do 14 dni roboczych.**
 - a) W przypadku przekroczenia terminu ust. 6 powyżej Wykonawca na swój koszt oraz swoimi środkami transportu dostarczy Zamawiającemu sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach na czas naprawy.
 - b) Po dostarczeniu naprawionego sprzętu Wykonawca do trzech dni roboczych odbierze zastępczy sprzęt.
 - c) Zamawiający nie odpowiada za nieodebrany przez Wykonawcę sprzęt.
 7. Każda awaria powodować będzie przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy.
 8. W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych przekroczy **3 (trzy)** naprawy tego samego elementu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego elementu na nowy (z wyjątkiem uszkodzeń powstałych z winy Zamawiającego).
 9. W przypadku, gdy Wykonawca dostarczył nowy Sprzęt, realizując obowiązki wynikające z niniejszego paragrafu, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad. Jeżeli Wykonawca wymienił jedynie poszczególne części w przedmiocie umowy, Wykonawca udzieli gwarancji na wymienione podczas naprawy przedmiotu umowy podzespoły, zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności który termin upłynie później.
 10. Zalecane przez producentów przedmiotu umowy przeglądy i czynności konserwacyjne w okresie gwarancji będą realizowane nieodpłatnie (wraz ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi do wymiany podczas przeglądu), zgodnie z wymogami producenta przez autoryzowany serwis, przy czym w ostatnim miesiącu gwarancji Wykonawca wykona gruntowny bezpłatny przegląd przedmiotu zamówienia. Zgłoszenie będzie się odbywać przez Zamawiającego bezpośrednio do autoryzowanego serwisu producenta (podanego przez Wykonawcę). Serwis dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, wystawi protokół sprawności urządzenia oraz przedstawi kartę pracy, która dodatkowo potwierdzi wykonanie czynności.
 11. Koszt transportu, rozładunku, zainstalowania i ubezpieczenia przedmiotu umowy, przy naprawach gwarancyjnych, pokrywa Wykonawca.
 12. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić części zamienne i materiały eksploatacyjne, o których mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, do urządzenia **przez okres minimum 7 lat od daty dostarczenia przedmiotu umowy** do siedziby Zamawiającego.
 13. Jeżeli dostarczony przedmiot zamówienia posiada zainstalowane oprogramowanie, Zamawiający wymaga bezpłatnej jego aktualizacji w trakcie trwania gwarancji.

**Dostawa trzech zestawów diagnostycznych
znak: ZP/51/ZSO/2024**

14. Jeżeli warunki udzielonej przez producenta gwarancji na materiały i urządzenia są korzystniejsze i przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę, stosuje się postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.
15. Uchybienie terminom określonym w ust. 6 niniejszego paragrafu, uprawnia Zamawiającego do zlecenia naprawy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zgody Sądu – wykonanie zastępcze. Zamawiający obciąża Wykonawcę na podstawie noty księgowej z faktury VAT, która płatna będzie do 21 dni od daty wystawienia jej przez Zamawiającego. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kar umownych i odszkodowań.

Kary umowne

§7

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne z tym, że w przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyższa naliczoną karę umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:
 - a) w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy względem terminu określonego w § 2,
 - b) w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki w usunięciu awarii przedmiotu umowy względem terminu określonego w § 6 ust. 6 umowy, w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu zastępczego (gwarantującego zapewnienie ciągłości pracy) kary umownej nie nalicza się;
 - c) za niedopełnienie obowiązków o których mowa w § 6 ust. 12 umowy w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każdy przypadek;
 - d) za nie wykonanie przeglądu zgodnie z terminami wynikającymi z częstotliwości przeglądów technicznych określonych na podstawie dokumentów, o których mowa w § 4 ust 5 lit b i § 6 ust. 10 umowy, w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy niewykonany przegląd;
 - e) w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 - f) w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
3. Przyczyną rozwiązania umowy przez Zamawiającego, leżącą po stronie Wykonawcy będzie w szczególności sytuacja, gdy Wykonawca niezależnie od przyczyn nie zrealizuje przedmiotu umowy w ciągu kolejnych 10 dni kalendarzowych po terminie przewidzianym na realizację umowy określonym w § 2.

Podwykonawcy

§8

Wykonawca oświadcza, że wykonanie przedmiotu Umowy, powierzone za zgodą Zamawiającego osobom trzecim, nie będzie miało wpływu na jakość, terminowość i warunki wykonania Umowy.

Ochrona danych osobowych

§9

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), jeżeli zachodzić będzie konieczność powierzenia przetwarzania danych osobowych strony zawrą odpowiednią umowę w tym zakresie.

Warunki zmiany postanowień zawartej umowy

§10

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem nieważności w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie.

**Dostawa trzech zestawów diagnostycznych
znak: ZP/51/ZSO/2024**

2. W sytuacji wystąpienia siły wyższej, przez którą rozumie się okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne lub też niemożliwe do uniknięcia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp., która w bezpośredni sposób wpłynie na okoliczności realizacji umowy, dopuszcza się zmianę umowy w zakresie terminu realizacji dostawy poprzez jego wydłużenie.
3. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie ceny przedmiotu umowy w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę oferty korzystniejszej – zawierającej niższą cenę niż dotychczasowa.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

Postanowienia końcowe

§11

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego przenosić wierzycelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiegokolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzycelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawach wierzyciela (art. 518 KC). Wykonawca nie może również bez zgody przyjąć poręczenia za jego zobowiązania ani udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzycelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata.
2. Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia mogą być skierowane na drogę postępowania sądowego w Sądzie miejscowo właściwym dla siedziby Zamawiającego.
3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a także inne przepisy ogólnie obowiązujące.
5. W przypadku, gdy w umowie nie wskazano, w jakiej formie powinno nastąpić zawiadomienie, poinformowanie drugiej strony bądź złożenie jej oświadczenia – obowiązuje forma pisemna lub forma elektroniczna.
6. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych jej postanowień.
7. Umowę sporządzono w **dwóch** jednobrzmiących egzemplarzach tj. jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy – dotyczy formy papierowej.
8. W przypadku umowy sporządzonej w formie elektronicznej i podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za datę podpisania umowy przyjmuje się datę złożenia podpisu ostatniej ze stron.

Załączniki do umowy:

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy.
2. Załącznik nr 2 - Szczegółowy formularz ofertowy

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:
--------------	------------

SPRAWDZONO	

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

Wykonawca:

.....

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres,
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane przed podpisaniem umowy**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**DOSTAWA TRZECH ZESTAWÓW DIAGNOSTYCZNYCH**”, znak sprawy: **ZP/51/zso/2024**, prowadzonego przez **Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze**,

1. Oświadczamy, że nie stanowimy:

- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a); lub
- c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b),

2. Oświadczamy, że nie przewidujemy wykonywania zamówienia z udziałem:

- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a); lub
- c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b),

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

.....