

Konin, 20.09.2019 r.

WSZ-EP-33/921/2019

wg rozdzielnika

### **WYJAŚNIENIA DO SIWZ**

#### **Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na utworzenie pracowni radiologii zabiegowej wraz z zakupem angiografu, nr sprawy: WSZ-EP-33/2019**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

#### **1. Dotyczy: Załącznika nr 2 do SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne dla lampy z siatką z dwoma ogniskami następujące rozwiązanie :

Lampa bez siatki wyposażona w trzy ogniska (w tym jedno mikroognisko dedykowane do procedur neurologicznych), posiadająca płaski emiter, dzięki któremu osiąga się wysoką rozdzielczość obrazowania, pozwalającą na ograniczenie dawki promieniowania?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lampę bez siatki sterującą funkcją włączania i wyłączenia fluoroskopii, wyposażoną w trzy ogniska, posiadającą płaski emiter, zapewniającą wysoką rozdzielczość obrazowania i pozwalającą na ograniczenie dawki promieniowania.**

**W związku z tym Zamawiający zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-33/2019, który udostępni na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl) oraz na platformie zakupowej [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl).**

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.