

Grodzisk Wielkopolski, dnia 6.11.2023 r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Grodzisku Wielkopolskim
ul. Mossego 17

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym pn. „Sukcesywna dostawa odczynników i dzierżawa sprzętu do badań z zakresu koagulologii dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim” nr postępowania SPZOZ.DLA.2300.13.2023

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), informuje iż w ww. postępowaniu zostały złożone zapytania. W związku z powyższym Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmiany treści SWZ:

1. Czy Zamawiający poprzez "możliwość wstawienia próbki CITO w każdym momencie pracy analizatora" (parametr oceniany) rozumie, że analizator ma umożliwić wstawienie próbki CITO w każdej pozycji próbkowej oraz przeprogramowanie próbki rutynowej na CITO w dowolnym momencie pracy analizatora?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający poprzez "możliwość wstawienia próbki CITO w każdym momencie pracy analizatora" (parametr oceniany) rozumie, że analizator ma umożliwić wstawienie próbki CITO w każdej pozycji próbkowej oraz przeprogramowanie próbki rutynowej na CITO w dowolnym momencie pracy analizatora.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy analizatora do 3 tygodni od podpisania umowy?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy analizatora do 3 tygodni od podpisania umowy.

3. Czy proponowane odczynniki powinny być oryginalnymi odczynnikami, pochodzącymi od producenta analizatora?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga oryginalnych odczynników pochodzących od producenta analizatora.
