

Znak: ZOZ.V.010/DZP/02/20

Sucha Beskidzka dnia 23.03.2020r.


Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa odczynników do oznaczeń laboratoryjnych wraz z dzierżawą sprzętu”.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Dotyczy – pakiet 9 :

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 9 część 2 system do elektroforezy rok produkcji 2014 lot?
Odp. TAK.
- Czy Zamawiający dopuści system z wbudowanymi aplikatorami oraz jednorazowymi naczynkami do przygotowywania rozcieńczeń?
Odp. TAK.
- Czy Zamawiający wymaga, aby zestawy do proteinogramów zawierały odczynniki, które są gotowe do użycia, czyli nie wymagają rozcieńczeń (np. barwnik)?
Odp. Tak, wymaga.
- Czy Zamawiający wymaga, aby za pomocą oprogramowania można było wyznaczać w sposób całkowicie automatyczny komponentę monoklonalną, bez oceny subiektywnej operatora?
Odp. Tak, wymaga.
- Czy Zamawiający wymaga aby aplikatory były wbudowane w system bez membran?
Odp. Tak, wymaga.

Z poważaniem:

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej

mgr Janusz Baczewski

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych


mgr Sabina Stępek