



SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PILE

im. Stanisława Staszica
64-920 Pila, ul. Rydygiera 1



Sekretariat 67 210 62 05
Centrala 67 210 66 66
Fax 67 212 40 85
e-mail: kancelaria@szpital.pila.pl
www.szpitalpila.pl

Piła, 04.07.2023 roku

FZP.II – 241/39/23

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: **MATERIAŁY OPATRUNKOWE**

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

dotyczy Zadania nr 3 poz. 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów w opakowaniu papier-papier, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

dotyczy Zadania nr 3 poz. 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych a'3 sztuki z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

dotyczy Zadania nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet gazowych wstępnie pranych z elementem RTG i tasiemką, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Przytaczany "element RTG" to nic innego, jak taśma poliestrowa wszyta w brzeg serwety, kontrastująca w promieniach RTG, koloru niebieskiego - zastępuje ona nitkę RTG, a jej zastosowanie jest coraz powszechniej stosowane na blokach operacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4

Dotyczy Zadania nr 3, pozycje nr 1, 2:

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie kompresów gazowych jałowych pakowanych po a3szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości wraz z zaokrągleniem w górę tj.:

- Pozycja nr 1: 9 334 op. a3szt.

- Pozycja nr 2: 2 667 op. a3szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Zadanie nr 6, poz. 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów pakowanych a'5 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

Zadanie nr 7, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów pakowanych a'25 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7

Zadanie nr 11, poz. 1-3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek pakowanych a'1 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8

Zadanie nr 12, poz. 1, 4-7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie zawierające 5 m plastra z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9

Zadanie nr 13, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra poiniekcyjnego o wymiarach 31 x 72 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10

Zadanie nr 23, poz. 1, 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku z pianki poliuretanowej z kompleksem srebra, zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliureatnu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11

Zadanie nr 23, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku pakowanego a'5 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 12

Zadanie nr 24, poz. 1, 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych a'10 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13

Zadanie 2, poz. 3

Czy zamawiający dopuszcza i wymaga gazę pakowaną w rolkę po 100 mb, z uwagi na higieniczny sposób przechowywania i możliwość łatwego oraz wygodnego odcinania potrzebnej ilości, ograniczając przy tym

ewentualne zanieczyszczenie produktu, ponadto sposób pakowania w roli znacząco ogranicza miejsce magazynowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14

Zadanie 3, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 2 szt. w blisterze x 25 szt. blisterów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Czy zamawiający dopuszcza blistry papier-papier, pakowane zbiorczo w kartonik po 25 szt. blisterów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15

Zadanie 5, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną, która wykonana jest z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych, opaska posiadająca rozciągliwość powyżej 130 %, zawierająca zapinkę wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16

Zadanie 6, poz. 10-14, poz. 1

Czy zamawiający wydzieli poz.1, poz. 10-14 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela.

Pytanie 17

Zadanie 16, poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 1 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18

Zadanie 24, poz. 1-4

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje.

Pytanie 19

Zadanie 28

Czy zamawiający dopuści gramature min. 30 g/m²?

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 3 szt. w blisterze x 25 szt. blisterów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Czy zamawiający dopuszcza opakowanie a'3 – typu blister papier-folia, zbiorczo po 25 blisterów w kartoniku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20

Zadanie 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu 9 kompresów neurochirurgicznych jałowych, bawełnianych o rozmiarach:

poz. 4 – 70x80mm lub 51x152mm ? Reszta rozmiarów zgodnie z OPZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tylko rozmiar 70x80mm, nie dopuszcza rozmiaru 51x152 mm.

Pytanie 21

Zadanie 13:

Czy zamawiający dopuści opatrunek po iniekcyjny tamujący krew o wymiarach 38x72mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22

Zadanie 13:

Czy zamawiający dopuści opatrunek pakowany po 50 szt w opakowaniu zbiorczym z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23

Zadanie 18 pozycja 1:

Czy zamawiający dopuści opatrunek do wkłuc centralnych bez ramki o wymiarach 9x11cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 24

Zadanie 18 pozycja 2:

Czy zamawiający dopuści opatrunek na rany pooperacyjne w rozmiarze 10x15cm, warstwa chłonna wykonana z poliestru i włókna wiskozowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 25

Zadanie 18 pozycja 2:

Czy zamawiający dopuści opatrunek pakowany po 25 szt w opakowaniu zbiorczym z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 26

Dot. SWZ:

Czy Zamawiający potwierdza, że termin dostawy liczony jest w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 27

Zadanie nr 2 pozycja 1-2

Czy Zamawiający wymaga, aby wyroby były sterylizowane w parze wodnej, czyli najbezpieczniejszej metodzie sterylizacji? Nie zaleca się sterylizacji w tlenku etylenu materiałów porowatych, a zwłaszcza chłonnych (np.: bawełna, tkaniny, gaza), ponieważ istnieje ryzyko pozostania resztek tlenku etylenu w takim materiale nawet po procesie degazacji. Użycie materiału z zalegającymi resztkami tlenku etylenu powoduje powstawanie miejscowych martwic, ponieważ zabójcze działanie tlenku etylenu polega na alkilacji białek.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28

Zadanie nr 2 pozycja 1-2

Czy Zamawiający wymaga, aby na potwierdzenie procesu sterylizacji Wykonawca załączył do oferty raport walidacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga produktów zarejestrowanych w klasie II a, reg. 7?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30

Zadanie nr 3 pozycja 1-2

Czy Zamawiający wymaga, aby wyroby były sterylizowane w parze wodnej, czyli najbezpieczniejszej metodzie sterylizacji? Nie zaleca się sterylizacji w tlenku etylenu materiałów porowatych, a zwłaszcza chłonnych (np.: bawełna, tkaniny, gaza), ponieważ istnieje ryzyko pozostania resztek tlenku etylenu w takim materiale nawet po procesie degazacji. Użycie materiału z zalegającymi resztkami tlenku etylenu powoduje powstawanie miejscowych martwic, ponieważ zabójcze działanie tlenku etylenu polega na alkilacji białek.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32

Zadanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga, aby na potwierdzenie procesu sterylizacji Wykonawca załączył do oferty raport walidacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33

Zadanie nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga, aby kompres niejałowy 5 cm x 5 cm miał min. wagę 0,440 g i min. wykrój 12 cm x 19 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34

Zadanie nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający wymaga, aby kompres niejałowy 7,5 cm x 7,5 cm miał min. wagę 0,916 g i min. wykrój 17 cm x 29 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35

Zadanie nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający wymaga, aby kompres niejałowy 10 cm x 10 cm miał min. wagę 1,562 g i min. wykrój 22 cm x 39 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36

Zadanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga produktów zarejestrowanych w klasie II a, reg. 7?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37

Zadanie nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści setony pakowane a'200 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38

Zadanie nr 6 poz. 2-9

Czy Zamawiający wymaga wyrobów zarejestrowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. Wyroby zarejestrowane jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do chwilowego użytku (w klasie IIa reguła 6) przeznaczone są do ciągłego użycia przez czas krótszy niż 60 minut, co biorąc pod uwagę czas trwania większości procedur operacyjnych jest czasem zbyt krótkim.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39

Zadanie nr 6 poz. 10-14

Czy zamawiający wymaga siatek opatrunkowych dzianych o składzie: jedwab poliamidowy teksturowany 50%, jedwab poliuretanowy 50%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40

Zadanie nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga podkładów ginekologicznych nadających się do sterylizacji parą wodną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41

Zadanie nr 8 poz. 1

Czy zamawiający wymaga kompresów wysokochłonnych niejałowych 16 warstwowych z 8 warstw gazy 17 N i 8 warstw włókniny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42

Zadanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści kompresy neurochirurgiczne jałowe 4-warstwowe włókninowe z nitką RTG w opakowaniu typu blister a'10 szt. i w kartonik a'25 opakowań z przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań (kartoników)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 43

Zadanie nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy neurochirurgiczne o wymiarach 1,5 x 1,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44

Zadanie nr 9 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści kompresy neurochirurgiczne o wymiarach 2,0 cm x 5,0 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 45

Zadanie nr 9 poz. 1-6

Czy zamawiający wymaga wyrobów sklasyfikowanych w klasie III?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 46

Zadanie nr 11 poz. 1-3

Czy Zamawiający wymaga opasek gipsowych nawiniętych na plastikowy perforowany tubus, który pozwala na równomierne namakanie opaski i nie ulega odkształceniu przy odciskaniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47

Zadanie nr 14 poz. 1-2

Czy Zamawiający wymaga aby wyroby były sterylizowane w parze wodnej, czyli najbezpieczniejszej metodzie sterylizacji? Nie zaleca się sterylizacji w tlenku etylenu materiałów porowatych, a zwłaszcza chłonnych (np.: bawełna, tkaniny, gaza), ponieważ istnieje ryzyko pozostania resztek tlenku etylenu w takim materiale nawet po procesie degazacji. Użycie materiału z zalegającymi resztkami tlenku etylenu

powoduje powstawanie miejscowych martwic, ponieważ zabójcze działanie tlenku etylenu polega na alkilacji białek.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 48

Zadanie nr 14 poz. 1-2

Czy Zamawiający wymaga, aby na potwierdzenie procesu sterylizacji Wykonawca załączył do oferty raport walidacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49

Zadanie nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek o wykroju gazy 20x20 cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 50

Zadanie nr 14 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'1 szt? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51

Zadanie nr 16 poz. 1-3

Czy Zamawiający wymaga, aby na potwierdzenie procesu sterylizacji Wykonawca załączył do oferty raport walidacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52

Zadanie nr 16 poz. 1-3

Czy Zamawiający wymaga aby wyroby były sterylizowane w parze wodnej, czyli najbezpieczniejszej metodzie sterylizacji? Nie zaleca się sterylizacji w tlenku etylenu materiałów porowatych, a zwłaszcza chłonnych(np.: bawełna, tkaniny, gaza), ponieważ istnieje ryzyko pozostania resztek tlenku etylenu w takim materiale nawet po procesie degazacji. Użycie materiału z zalegającymi resztkami tlenku etylenu powoduje powstawanie miejscowych martwic, ponieważ zabójcze działanie tlenku etylenu polega na alkilacji białek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 53

Zadanie nr 17 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby na potwierdzenie procesu sterylizacji Wykonawca załączył do oferty raport walidacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 54

Zadanie nr 17 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby wyroby były sterylizowane w parze wodnej, czyli najbezpieczniejszej

metodzie sterylizacji? Nie zaleca się sterylizacji w tlenku etylenu materiałów porowatych, a zwłaszcza chłonnych (np.: bawełna, tkaniny, gaza), ponieważ istnieje ryzyko pozostania resztek tlenku etylenu w takim materiale nawet po procesie degazacji. Użycie materiału z zalegającymi resztkami tlenku etylenu powoduje powstawanie miejscowych martwic, ponieważ zabójcze działanie tlenku etylenu polega na alkilacji białek.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 55

Zadanie nr 24 poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby kompres jałowy 7,5 cm x 7,5 cm miał min. wagę 1,240 g i min. wykrój 17 cm x 29 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 56

Zadanie nr 24 poz. 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby kompres jałowy 7,5 cm x 7,5 cm miał min. wagę 1,240 g i min. wykrój 17 cm x 29 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 57

Zadanie nr 24 poz. 3:

Czy Zamawiający wymaga, aby kompres jałowy 10 cm x 10 cm miał min. wagę 2,114 g i min. wykrój 22 cm x 39 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 58

Zadanie nr 24 poz. 4:

Czy Zamawiający wymaga, aby kompres jałowy 10 cm x 10 cm miał min. wagę 2,114 g i min. wykrój 22 cm x 39 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 59

Zadanie nr 24 poz. 1-4:

Czy Zamawiający wymaga, aby na potwierdzenie procesu sterylizacji Wykonawca załączył do oferty raport walidacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 60

Zadanie nr 24 poz. 1-4:

Czy Zamawiający wymaga, aby oferenci na wezwanie przedstawili próbki jałowe w celu potwierdzenia i weryfikacji wymaganych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 61

Zadanie nr 28 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy z włókniny wiskozowo-poliestrowej o gram. 40g/m², sterylizowane parą wodną (wymagany protokół walidacji sterylizacji) 4 warstwowe 7,5 x 7,5 cm a'3 pakowane blister (papier -folia) i w opakowanie zbiorcze po 500 szt., klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, opakowanie foliowo-papierowe umożliwiające obserwację zawartości z etykietą zawierającą wszelkie informacje zgodne z wymogami prawa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 62

Zadanie nr 33 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowana lignina była wyrobem medycznym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 63

Zadanie nr 33 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby lignina była dodatkowo pakowana w folię, która zabezpiecza ją przed zawilgoceniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 64

Pytania dotyczące umowy:

1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 65

Pakiet 30, pozycja 1,3

Prosimy Zamawiającego o podanie rozmiarów opatrunków, czy Zamawiający wymaga opatrunków w rozmiarze min.10x10 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 66

ZADANIE NR 1

Poz. 1 – Czy w związku ze zmianą sposobu konfekcjonowania, Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opatrunków w opakowaniach a' 3 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w pakiecie cenowym? Pozostałe parametry opatrunku bez zmian.

Poz. 4 – Czy w związku ze zmianą sposobu konfekcjonowania, Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opatrunków w opakowaniach a' 10 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w pakiecie cenowym? Pozostałe parametry opatrunku bez zmian.

Odpowiedź: poz. 1) Zamawiający dopuszcza.

poz. 2) Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 67

ZADANIE NR 11

Poz. 1-4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opasek gipsowych i longety gipsowej o czasie wiązania 2-4 min. Pozostałe parametry bez zmian.

Poz. 5 – prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu możliwości sterylizacji opaski wyściełającej pod gips.

**Odpowiedź: poz. 1- 4) Zamawiający dopuszcza,
poz. 5) Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 68

ZADANIE NR 12

Poz. 2,3 – Czy Zmawiający dopuści możliwość zaferowania plastrów z opatrunkiem o długości 5 m, z odpowiednim przeliczeniem ilości plastrów w pakiecie cenowym? Pozostałe parametry bez zmian.

Poz. 4-7 – Czy Zmawiający dopuści możliwość zaferowania przylepców o długości 9,2 m, z odpowiednim przeliczeniem ilości przylepców w pakiecie cenowym? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: poz. 2, 3) Zamawiający dopuszcza.
poz. 4-7) Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 69

ZADANIE NR 20

Poz. 1 – Czy Zmawiający dopuści możliwość zaferowania Zestawu opatrunkowego małego, zawierającego w swoim składzie nie 2, a 3 samoprzylepne transparentne folie poliuretanowe 15 cm x 20 cm? Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

Poz. 3 – Czy Zmawiający dopuści możliwość zaferowania Zestawu opatrunkowego dużego, zawierającego w swoim składzie nie 2, a 3 samoprzylepne transparentne folie poliuretanowe 20 cm x 30 cm? Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

**Odpowiedź: poz. 1) Zamawiający dopuszcza.
poz. 3) Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 70

Pakiet nr 25

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie w pakiecie nr 25 w pozycji 1 gąbkę hemostatyczną w rozmiarze 7x5x0,1cm ? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 71

Pakiet nr 25

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie w pakiecie nr 25 w pozycji 2 gąbkę hemostatyczną w rozmiarze 7x5x1cm ? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.