



Wrocław, 28.08.2024r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych wraz z najmem aparatów do podciśnieniowego leczenia ran, znak sprawy: 4 WSzKzP.SZP.2612.86.2024

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust. 2 i art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r.poz.1605 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 10 dotyczy pakietu nr 53 poz. 2:

Czy Zamawiający zamiast serwety 120x160 cm dopuści serwetę w rozmiarze 120x150cm?

Odpowiedź na pytanie nr 10: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 dotyczy pakietu nr 53 poz. 3a:

Czy Zamawiający zamiast obłożenia na pacjenta 53x60 cm dopuści obłożenie w rozmiarze 50x60cm?

Odpowiedź na pytanie nr 11: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 dotyczy pakietu nr 53 poz. 3b:

Czy Zamawiający zamiast opatrunku 5,6x7,2cm dopuści opatrunek w rozmiarze 5,3x7,5cm?

Odpowiedź na pytanie nr 12: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 dotyczy pakietu nr 53 poz. 3c:

Czy Zamawiający zamiast peanu 14 cm, dopuści pean w rozmiarze 13cm?

Odpowiedź na pytanie nr 13: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 dotyczy pakietu nr 53 poz. 3f:

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki wpisując rozmiar 75x1000cm?

Odpowiedź na pytanie nr 14: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ – załącznik nr 2 pakiet nr 53 poz. 3f poprzez zmianę „75x1000cm” na „75x100cm” zgodnie z tabelą poniżej:

Pakiet nr 53 ZESTAWY DLA ODDZIAŁU OKULISTYKI; CPV 33140000-3										
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Parametry dodatkowe	ilości w zestawie	Jednostka miary	Wartość jednostkowa netto (zł)	% V A T	Ilość	Wartość netto (zł)	Cena brutto (zł)	Nazwa kod producenta
1	Zestawy opakowane w papier krepowy lub włókninę ochronną, a następnie w opakowanie zewnętrzne - blister zaopatrzone w naklejkę do dokumentacji medycznej posiadające niezbędne dane minimum: nr katalogowy wyrobu, wytwórca, seria (LOT), data ważności.									
1	Obłożenie na stół	100x150cm	x	szt.			1 200			

2	Serweta obłożenie dla pacjenta z folią samoprzylepną	120x160cm	x	szt.				160		
3	Zestaw jednorazowych akcesoriów do małych zabiegów skórnych:									
a	obłożenie dla pacjenta 53x60 cm z naciętą folią	x	1szt.	ZESTAW				1 500		
b	opatrunek okulistyczny 5,6 x 7,2 cm	x	1szt.							
c	pean plastikowy, zielony 14cm	x	1 szt.							
d	gaziki o wymiarze 7,5x7,5cm	x	5 szt.							
e	tufery gazowe 20x20 cm	x	1szt.							
f	obłożenie na stolik: 75x100cm	x	1szt.							
g	Kubeczek plastikowy 60ml	x	1szt.							
4	Zestaw do iniekcji doszkliskowej :									
a	Obłożenie na stolik 75x100cm	x	1szt.	ZESTAW				5 200		
b	patyczek watowy, mały	x	2 szt.							
c	lizak z gąbką do mycia pola operacyjnego, 16cm	x	1szt.							
d	tufery 30x30mm	x	1szt.							
e	gaziki 7,5cmx7,5cm	x	4 szt.							
f	znacznik plastikowy	x	1szt.							
g	rozwórka	x	1szt.							
h	pean plastikowy, zielony 14cm	x	1szt.							
i	kompres na oko	x	1szt.							
j	Kubeczek plastikowy 60ml	x	1szt.							
k	Serweta okulistyczna o wymiarach 80x80 cm z otworem wypełnionym folią wyposażona w dodatkową kieszeń	x	1szt.							
5	Serweta okulistyczna z dwoma otworami – serweta o wymiarach 150x200 cm, wykonana z oddychającej czterowarstwowej włókniny typu SMMS o gramaturze min.45gr/m2, z prostokątnym otworem wypełnionymi antybakteryjną folią chirurgiczną z dwoma kieszeniami do zbiórki płynów, serweta dodatkowo wyposażona w sztywnik ułatwiający ułożenie serwety na twarzy pacjenta.	150x200	x	szt				120		
Razem pakiet nr 53										

Pytanie nr 15 dotyczy pakietu nr 53 poz. 4c:

Czy Zamawiający zamiast lizaka 16 cm, dopuści lizak w rozmiarze 15cm?

Odpowiedź na pytanie nr 15: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16 dotyczy pakietu nr 53 poz. 4h:

Czy Zamawiający zamiast peanu 14 cm, dopuści pean w rozmiarze 13cm?

Odpowiedź na pytanie nr 16: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17 dotyczy pakietu nr 53 poz. 5:

Czy Zamawiający zamiast obłożenia 150x200cm, dopuści obłożenie w rozmiarze 90x100cm?

Odpowiedź na pytanie nr 17: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 18 dotyczy pakietu nr 53:

Ze względu na konieczność uruchomienia produkcji zestawów operacyjnych przez producenta Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji pierwszej dostawy do 4-6 tygodni od daty podpisania umowy a do tego czasu dostawa zestawów o podobnym składzie?

Odpowiedź na pytanie nr 18: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 19 dotyczy wadium:

Zwracam się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, przyczyni się do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększy dostępność rynku zamówień publicznych dla wykonawców oraz pobudzi koniunkturę gospodarczą.

Zamawiający winien rozważyć zasadność sięgania po rozwiązania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak właśnie żądanie wniesienia wadium w ramach postępowania. Jako przesłanki mogące przemawiać za możliwością żądania wniesienia wadium (o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy Pzp) wskazuje się okoliczności skutkujące poważnym zakłóceniem postępowania przetargowego, w tym mogące wpłynąć na jego wynik (np. ryzyko wystąpienia zmowy wykonawców, udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy). Ponieważ charakter i zakres niniejszego postępowania nie wskazuje na występowanie ww. ryzyk, to żądanie wniesienia wadium w tym przypadku wydaje się bezcelowe.

Odpowiedź na pytanie nr 19: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 20 dotyczy pakietu nr 47:

Czy Zamawiający dopuści gramaturę 40 g/m²?

Odpowiedź na pytanie nr 20: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21 dotyczy pakietu nr 47:

Czy Zamawiający dopuści rozmiar S-XXL?

Odpowiedź na pytanie nr 21: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22 dotyczy pakietu nr 70

Czy Zamawiający dopuści ręczniki sterylne, jednorazowego użytku

- Materiał - wzmocniana wysoko chłonna, niepyląca włóknina celulozowa
- Gramatura 70 g/m²
- Pakowane a' 2 szt.
- Wymiar 30 x 40 cm

Odpowiedź na pytanie nr 22: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23 dotyczy pakietu nr 59:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania wacików neurochirurgicznych, wiskozowych, czterowartstwowych, producent nie definiuje gramatury w ogólnodostępnych materiałach, waciki ze zdolnością absorpcji do 10cio krotności własnej masy?

Odpowiedź na pytanie nr 23: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 24 dotyczy pakietu nr 59 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania wacików neurochirurgicznych w rozmiarze 15 mm x 40 mm i 20 mm x 20 mm (do wyboru przez Zamawiającego), w opakowaniu zbiorczym 30 saszetek po 10 sztuk?

Odpowiedź na pytanie nr 24: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 25 dotyczy pakietu nr 59 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania wacików neurochirurgicznych w rozmiarze 25 mm x 75 mm, w opakowaniu zbiorczym 25 saszetek po 10 sztuk?

Odpowiedź na pytanie nr 25: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 26 dotyczy pakietu nr 47 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści komplet jednorazowy wykonany z wielowarstwowej włókniny o gramaturze SMMS min. 40g/m²? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 26: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 27 dotyczy pakietu nr 47 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści komplet jednorazowy wykonany z wielowarstwowej włókniny o gramaturze SMS min. 35g/m²? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 27: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 28 dotyczy pakietu nr 13 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny chłonny, niejałowy o chłonności min.1400ml? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 28: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 29 dotyczy pakietu nr 13 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny chłonny, niejałowy o chłonności min.1300ml? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 29: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 30 dotyczy pakietu nr 13 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny chłonny, niejałowy o chłonności min.1150ml? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 30: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 31 dotyczy pakietu nr 13 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny chłonny, niejałowy o długości wkładu chłonnego min.800 mm, szerokości wkładu chłonnego min. 520 mm.? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 31: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 32 dotyczy pakietu nr 13 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny chłonny, niejałowy o długości wkładu chłonnego min.820 mm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 32: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 33 dotyczy pakietu nr 13 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową włókninową SMS w rozmiarze 75 cm x 90 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 33: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 34 dotyczy pakietu nr 11 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści podkład pod pacjenta w kolorze białym w rozmiarze 100 cm x 220 cm, strefa absorpcyjna min. 50 cm x 180 cm, absorpcja 4500 ml? Skład: 5 warstwowy z pulpą celulozową

i superabsorbentem (SAP), Bibułka 13,5 g/m², włóknina 20 g/m², włóknina na spodzie 45 g/m², PE 18 g/m², 34 g SAP. Podkład przepuszczający powietrze, jednorazowy, do ochrony łóżek i kozetek. Nadaje się do użycia w ambulansach, oddziałach ratunkowych, oddziałach intensywnej terapii i salach operacyjnych. Dolna warstwa przepuszczająca powietrze zmniejsza ryzyko podrażnienia skóry i pomaga regulować temperaturę ciała. Podkład mocny, nośność do 150 kg. Zawiera zarówno pulpę celulozową, jak i polimer SAP, który zatrzymuje ciecz jeszcze szybciej i utrzymuje powierzchnię w suchości, zapewniając wygodę. Zastosowane rozwiązania minimalizują nieprzyjemne zapachy. Ponadto podkład ma uszczelnione krawędzie (margines uszczelniający min. 5 cm), aby zapewnić optymalną ochronę przed przeciekaniem, a pokryta miękką włókniną powierzchnia zwiększa komfort użytkownika. Wyrób medyczny klasy I, zgodny z MDR. W zestawie z miękkim, jednorazowym prześcieradłem w rozmiarze min. 85cm x min. 152 cm o gramaturze min. 80 g/m², udźwig min. 200 kg, jednorazowymi osłonami na podramienniki stołu operacyjnego oraz pokryciem podglówka. Zestaw pakowany osobno (każda składowa oddzielnie).

Odpowiedź na pytanie nr 34: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35 dotyczy pakietu nr 11 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści podkład pod pacjenta w kolorze białym w rozmiarze 100 cm x 220 cm, strefa absorpcyjna min. 50 cm x 180 cm, absorpcja 4500 ml? Skład: 5 warstwowy z pulpą celulozową i superabsorbentem (SAP), Bibułka 13,5 g/m², włóknina 20 g/m², włóknina na spodzie 45 g/m², PE 18 g/m², 34 g SAP. Podkład przepuszczający powietrze, jednorazowy, do ochrony łóżek i kozetek. Nadaje się do użycia w ambulansach, oddziałach ratunkowych, oddziałach intensywnej terapii i salach operacyjnych. Dolna warstwa przepuszczająca powietrze zmniejsza ryzyko podrażnienia skóry i pomaga regulować temperaturę ciała. Podkład mocny, nośność do 150 kg. Zawiera zarówno pulpę celulozową, jak i polimer SAP, który zatrzymuje ciecz jeszcze szybciej i utrzymuje powierzchnię w suchości, zapewniając wygodę. Zastosowane rozwiązania minimalizują nieprzyjemne zapachy. Ponadto podkład ma uszczelnione krawędzie (margines uszczelniający min. 5 cm), aby zapewnić optymalną ochronę przed przeciekaniem, a pokryta miękką włókniną powierzchnia zwiększa komfort użytkownika. Wyrób medyczny klasy I, zgodny z MDR.

Odpowiedź na pytanie nr 35: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36 dotyczy pakietu nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład pod pacjenta w kolorze białym w rozmiarze 100 cm x 220 cm, strefa absorpcyjna min. 50 cm x 180 cm, absorpcja 4500 ml? Skład: 5 warstwowy z pulpą celulozową i superabsorbentem (SAP), Bibułka 13,5 g/m², włóknina 20 g/m², włóknina na spodzie 45 g/m², PE 18 g/m², 34 g SAP. Podkład przepuszczający powietrze, jednorazowy, do ochrony łóżek i kozetek. Nadaje się do użycia w ambulansach, oddziałach ratunkowych, oddziałach intensywnej terapii i salach operacyjnych. Dolna warstwa przepuszczająca powietrze zmniejsza ryzyko podrażnienia skóry i pomaga regulować temperaturę ciała. Podkład mocny, nośność do 150 kg. Zawiera zarówno pulpę celulozową, jak i polimer SAP, który zatrzymuje ciecz jeszcze szybciej i utrzymuje powierzchnię w suchości, zapewniając wygodę. Zastosowane rozwiązania minimalizują nieprzyjemne zapachy. Ponadto podkład ma uszczelnione krawędzie (margines uszczelniający min. 5 cm), aby zapewnić optymalną ochronę przed przeciekaniem, a pokryta miękką włókniną powierzchnia zwiększa komfort użytkownika. Wyrób medyczny klasy I, zgodny z MDR.

Odpowiedź na pytanie nr 36: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 37 dotyczy pakietu nr 47:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie kompletów wykonanych z włókniny SMMS, o gramaturze 45 g/m². Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 37: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38 dotyczy pakietu nr 65 poz. 13:

Czy zamawiający wydzieli pozycję do osobnego pakietu ? Wydzielenie produktu pozwoli na złożenie większej liczby ofert i zachowanie przepisów dot. poprawnej konkurencyjności. Brak wydzielenia będzie sugerować o braniu udziału konkretnego wykonawcy w przygotowaniu formularza ofertowego, który produkuje jako jedyny produkt opisany w pozycji nr 13. Co może doprowadzić do unieważnienia pakietu.

Odpowiedź na pytanie nr 38: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 39 dotyczy pakietu nr 31 poz. 6-14:

Czy zamawiający dopuści kompresy zapakowane w blister z nadrukowaną informacją dot. daty ważności i serii ?

Odpowiedź na pytanie nr 39: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 40 dotyczy pakietu nr 1 poz. 1-3:

Czy Zamawiający dopuści folię bakteriobójczą wykonaną z poliuretanu o grubości 0,025mm?

Odpowiedź na pytanie nr 40: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 41 dotyczy pakietu nr 1 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 15x26cm o powierzchni lepnej 15x20cm?

Odpowiedź na pytanie nr 41: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42 dotyczy pakietu nr 1 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 42x42cm o powierzchni lepnej 42x36cm?

Odpowiedź na pytanie nr 42: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43 dotyczy pakietu nr 1 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 40x34cm o powierzchni lepnej 40x28cm?

Odpowiedź na pytanie nr 43: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44 dotyczy pakietu nr 1 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 60x52cm o powierzchni lepnej 60x46cm?

Odpowiedź na pytanie nr 44: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45 dotyczy pakietu nr 4 poz. 1-3:

Czy Zamawiający dopuści opaski o właściwościach kohezyjnych o rozciągliwości min. 60%?

Odpowiedź na pytanie nr 45: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46 dotyczy pakietu nr 6 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści czepek z lateksową gumką?

Odpowiedź na pytanie nr 46: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47 dotyczy pakietu nr 6 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 18g/m²?

Odpowiedź na pytanie nr 47: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48 dotyczy pakietu nr 6 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści czepek typu furażerka wiązany na troki, wykonany z zielonej włókny polipropylenowej o gramaturze 20g/m², z wstawką przeciwpotną na całym obwodzie?

Odpowiedź na pytanie nr 48: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49 dotyczy pakietu nr 6 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 49: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 50 dotyczy pakietu nr 6 poz. 2, 3:

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=30szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 50: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 51 dotyczy pakietu nr 6 poz. 4, 5, 6, 7:

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=25szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 51: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 52 dotyczy pakietu nr 6 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 52: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 53 dotyczy pakietu nr 7 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 84x56cm o powierzchni lepnej 84x50cm?

Odpowiedź na pytanie nr 53: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 54 dotyczy pakietu nr 9 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 30x72mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 54: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 55 dotyczy pakietu nr 9 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w kolorze białym?

Odpowiedź na pytanie nr 55: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 56 dotyczy pakietu nr 10 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 56: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 57 dotyczy pakietu nr 10 poz. 4, 5:

Czy Zamawiający dopuści kompresy nieprzewiązywane?

Odpowiedź na pytanie nr 57: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 58 dotyczy pakietu nr 13 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści podkład z warstwą spodnia z niebieskiej folii?

Odpowiedź na pytanie nr 58: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 59 dotyczy pakietu nr 13 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści podkład o dł. wkładu chłonnego 780mm, szerokość 550 mm, chłonność 1326g?

Odpowiedź na pytanie nr 59: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 60 dotyczy pakietu nr 13 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany a'25 szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 60: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 61 dotyczy pakietu nr 13 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 220 x 90 cm z laminatu włóknina PP + folia PE?

Odpowiedź na pytanie nr 61: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 62 dotyczy pakietu nr 13 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 250 x 80 cm z laminatu włóknina PP + folia PE o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź na pytanie nr 62: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 63 dotyczy pakietu nr 13 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści serwetę z laminatu włóknina + folia PE?

Odpowiedź na pytanie nr 63: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 64 dotyczy pakietu nr 14 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10 szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 64: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 65 dotyczy pakietu nr 14 poz. 7, 9:

Czy Zamawiający dopuści tufery fasolki?

Odpowiedź na pytanie nr 65: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 66 dotyczy pakietu nr 14 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści tufery pakowane a'100 szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 66: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 67 dotyczy pakietu nr 14 poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 45 x 45 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 67: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 68 dotyczy pakietu nr 17 poz. 1-3:

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. a'50 szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 68: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 69 dotyczy pakietu nr 17 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. a'25 szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 69: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 70 dotyczy pakietu nr 17 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną mocowaną na gumki, wykonaną z trzech warstw niepyłającej włókniny (w.wewnętrzna wł. PP Spunbond 25 g/m²+ w.filtrująca wł. PP Meltblown 25 g/m²+ w.zewnętrzna wł. PP Spunbond 25 g/m²), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Wymiary gumek 16,5 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Sztywnik wykonany z polietylenu

z zatopionym drutem. Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ IIR – poziom filtracji bakterii BFE 99,9%, ciśnienie różnicowe 44,76 Pa/cm², czystość mikrobiologiczna 22,26 cfu/g. Kolor niebieski?

Odpowiedź na pytanie nr 70: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 71 dotyczy pakietu nr 17 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką, przednia część wydłużona z możliwością wywinięcia. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, kolor zielony i niebieski?

Odpowiedź na pytanie nr 71: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 72 dotyczy pakietu nr 17 poz. 4, 5:

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. a' 100 szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 72: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 73 dotyczy pakietu nr 23 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze min. 54g/m²?

Odpowiedź na pytanie nr 73: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 74 dotyczy pakietu nr 23 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'70 szt z przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 74: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 75 dotyczy pakietu nr 23 poz. 6, 7:

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'50 szt z przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 75: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 76 dotyczy pakietu nr 23 poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'15 szt z przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 76: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 77 dotyczy pakietu nr 23 poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'16 szt z przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 77: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 78 dotyczy pakietu nr 23 poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną 200 cm x 260 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów. Obłożenie owinięte w serwetę na stół instrumentalny o wymiarach 150 x 190 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 78: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 79 dotyczy pakietu nr 23 poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną o wymiarach 230cm x 260cm, wzmocniona z wycięciem "U" o wymiarach 20cm x 100 cm, z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z organizatorami przewodów. Obłożenie owinięte w serwetę na stół instrumentalny o wymiarach 150 x 190 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 79: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 80 dotyczy pakietu nr 23 poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 150 x 180 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 80: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 81 dotyczy pakietu nr 23 poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści serwetę pakowaną a'20 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 81: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 82 dotyczy pakietu nr 25 poz. 1a, 2a, 3a

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny umieszczony jako pierwsza warstwa po rozwinięciu zestawu, bez dodatkowego owinięcia w papier krepowy?

Odpowiedź na pytanie nr 82: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 83 dotyczy pakietu nr 25 poz. 1e:

Czy Zamawiający dopuści serwetę przylepną 75 cm x 90 cm z padem chłonnym o wymiarach 25 cm x 60 cm wraz z zintegrowanymi organizatorami przewodów?

Odpowiedź na pytanie nr 83: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 84 dotyczy pakietu nr 25 poz. 1f:

Czy Zamawiający dopuści serwetę przylepną o wymiarach 180 cm x 180 cm z padem chłonnym 25 cm x 60 cm wraz z zintegrowanymi organizatorami przewodów?

Odpowiedź na pytanie nr 84: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 85 dotyczy pakietu nr 25 poz. 1g:

Czy Zamawiający dopuści serwetę przylepną 240 cm x 150 cm z padem chłonnym o wymiarach 25 cm x 60 cm wraz z zintegrowanymi organizatorami przewodów?

Odpowiedź na pytanie nr 85: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 86 dotyczy pakietu nr 25 poz. 1k:

Czy Zamawiający dopuszcza kieszeń przylepną o wymiarach 40 cm x 30 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 86: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 87 dotyczy pakietu nr 25 poz. 1l:

Czy Zamawiający dopuszcza kompresy z gazy 17N 12W o wymiarach 10 cm x 10 cm przewiązane papierową banderolą?

Odpowiedź na pytanie nr 87: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 88 dotyczy pakietu nr 25 poz. 1n:

Czy Zamawiający dopuszcza miskę plastikową o pojemności 250 ml w kolorze niebieskim?

Odpowiedź na pytanie nr 88: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 89 dotyczy pakietu nr 25 poz. 1p:

Czy Zamawiający dopuszcza skalpel bezpieczny nr 11P?

Odpowiedź na pytanie nr 89: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 90 dotyczy pakietu nr 25 poz. 1u:

Czy Zamawiający dopuszcza końcówkę ssaka metalową 12 CH dł. 160 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 90: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 91 dotyczy pakietu nr 25 poz. 1w:

Czy Zamawiający dopuszcza jednorazową stalową igłę z kulką 18G, 1,0 x 100 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 91: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 92 dotyczy pakietu nr 25 poz. 1x:

Czy Zamawiający dopuszcza pudełko magnetyczne na igły i ostrza 20 posiadające 20 miejsc z magnesem oraz gąbką?

Odpowiedź na pytanie nr 92: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 93 dotyczy pakietu nr 25 poz. 1x:

Czy Zamawiający dopuszcza pudełko magnetyczne posiadające 10 miejsc na igły oraz ostrza z magnesem?

Odpowiedź na pytanie nr 93: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 94 dotyczy pakietu nr 25 poz. 1y:

Czy Zamawiający dopuszcza końcówkę ssaka metalową 9CH dł. 160 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 94: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 95 dotyczy pakietu nr 25 poz. 1z:

Czy Zamawiający dopuszcza końcówkę do ssaka metalową 9 CH dł. 130 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 95: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 96 dotyczy pakietu nr 25 poz. 1aa:

Czy Zamawiający dopuszcza matę magnetyczną o wymiarach 30,5 cm x 40,5 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 96: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 97 dotyczy pakietu nr 25 poz. 1ab:

Czy Zamawiający dopuszcza tufery wykonane z gazy 17-nitkowej o wymiarach 30 cm x 30 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 97: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 98 dotyczy pakietu nr 25 poz. 1ab:

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję długości kleszczyków plastikowych +/- 1 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 98: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 99 dotyczy pakietu nr 25 poz. 2c:

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę do neurochirurgii o wymiarach 260 cm x 375 cm z otworem 20 cm x 30 cm wraz z zintegrowanym workiem do zbiórki płynów oraz organizernami przewodów?

Odpowiedź na pytanie nr 99: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 100 dotyczy pakietu nr 25 poz. 2i:

Czy Zamawiający dopuszcza kieszeń przylepną jednosekcyjną o wymiarach 40 cm x 30 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 100: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 101 dotyczy pakietu nr 25 poz. 2j:

Czy Zamawiający dopuszcza kompresy z gazy 17N 12W o wymiarach 10 cm x 10 cm przewiązane papierową banderolą?

Odpowiedź na pytanie nr 101: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 102 dotyczy pakietu nr 25 poz. 2l:

Czy Zamawiający dopuszcza miskę plastikową o pojemności 250 ml w kolorze niebieskim?

Odpowiedź na pytanie nr 102: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 103 dotyczy pakietu nr 25 poz. 2m:

Czy Zamawiający dopuszcza skalpel bezpieczny nr 11P?

Odpowiedź na pytanie nr 103: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 104 dotyczy pakietu nr 25 poz. 2o:

Czy Zamawiający dopuszcza dren do ssaka 24 CH dł. 300 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 104: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 105 dotyczy pakietu nr 25 poz. 2p:

Czy Zamawiający dopuszcza końcówkę do ssaka metalową 12 CH 160 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 105: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 106 dotyczy pakietu nr 25 poz. 2r:

Czy Zamawiający dopuszcza jednorazową stalową igłę z kulką 18G 1,0 x 100 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 106: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 107 dotyczy pakietu nr 25 poz. 2s:

Czy Zamawiający dopuszcza pudełko magnetyczne na igły i ostrza 20 posiadające 20 miejsc z magnesem oraz gąbką?

Odpowiedź na pytanie nr 107: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 108 dotyczy pakietu nr 25 poz. 2s:

Czy Zamawiający dopuszcza pudełko magnetyczne posiadające 10 miejsc na igły oraz ostrza z magnesem?

Odpowiedź na pytanie nr 108: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 109 dotyczy pakietu nr 25 poz. 2u:

Czy Zamawiający dopuszcza końcówkę do ssaka metalową 9 CH dł. 160 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 109: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 110 dotyczy pakietu nr 25 poz. 2w:

Czy Zamawiający dopuszcza końcówkę do ssaka metalową 9 CH dł. 130 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 110: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 111 dotyczy pakietu nr 25 poz. 2y:

Czy Zamawiający dopuszcza tufery wykonane z gazy 17-nitkowej o wymiarach 30 cm x 30 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 111: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 112 dotyczy pakietu nr 25 poz. 2y:

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję długości kleszczyków plastikowych +/- cm?

Odpowiedź na pytanie nr 112: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 113 dotyczy pakietu nr 25 poz. 3d:

Czy Zamawiający dopuszcza kompresy z gazy 17N 12W przewiązane papierową banderolą?

Odpowiedź na pytanie nr 113: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 114 dotyczy pakietu nr 25 poz. 3e:

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę do neurochirurgii o wymiarach 260 cm x 375 cm z otworem 20 cm x 30 cm wraz z zintegrowanym workiem do zbiórki płynów oraz organizernami przewodów?

Odpowiedź na pytanie nr 114: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 115 dotyczy pakietu nr 25 poz. 3i:

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę przylepną o wymiarach 50 cm x 60 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 115: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 116 dotyczy pakietu nr 25 poz. 3l:

Czy Zamawiający dopuszcza kieszeń przylepną jednosekcyjną o wymiarach 40 cm x 30 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 116: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 117 dotyczy pakietu nr 25 poz. 3m:

Czy Zamawiający dopuszcza miskę plastikową o pojemności 250 ml w kolorze niebieskim?

Odpowiedź na pytanie nr 117: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 118 dotyczy pakietu nr 25 poz. 3o:

Czy Zamawiający dopuszcza skalpel bezpieczny nr 11P?

Odpowiedź na pytanie nr 118: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 119 dotyczy pakietu nr 25 poz. 3s:

Czy Zamawiający dopuszcza igłę stalową jednorazową z kulką 1,0 x 100 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 119: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 120 dotyczy pakietu nr 25 poz. 3u:

Czy Zamawiający dopuszcza dren do ssaka 300 cm 24 CH?

Odpowiedź na pytanie nr 120: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 121 dotyczy pakietu nr 25 poz. 3w:

Czy Zamawiający dopuszcza końcówkę do ssaka metalową 12 CH 160 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 121: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 122 dotyczy pakietu nr 25 poz. 3x:

Czy Zamawiający dopuszcza końcówkę do ssaka metalową 9 CH 160 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 122: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 123 dotyczy pakietu nr 25 poz. 3y:

Czy Zamawiający dopuszcza pudełko magnetyczne na igły i ostrza 20 posiadające 20 miejsc z magnesem oraz gąbką?

Odpowiedź na pytanie nr 123: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 124 dotyczy pakietu nr 25 poz. 3z:

Czy Zamawiający dopuszcza końcówkę do ssaka metalową 9 CH 130 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 124: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 125 dotyczy pakietu nr 25 poz. 3aa:

Czy Zamawiający dopuszcza tufery z gazy 17-nitkowej o wymiarach 30 cm x 30 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 125: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 126 dotyczy pakietu nr 25 poz. 3aa:

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję długości kleszczyków plastikowych +/- 1 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 126: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 127 dotyczy pakietu nr 25 poz. 4b:

Czy Zamawiający dopuszcza skalpel bezpieczny nr 11P?

Odpowiedź na pytanie nr 127: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 128 dotyczy pakietu nr 25 poz. 4d:

Czy Zamawiający dopuszcza torbę na narzędzia 1-sekcyjną o wymiarach 40 cm x 30 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 128: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 129 dotyczy pakietu nr 25 poz. 4e:

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę o wymiarach 150 cm x 200 cm z otworem w kształcie litery „U” na krótszym boku w rozmiarze 6 cm x 65 cm wraz z zintegrowanymi organizernami przewodów?

Odpowiedź na pytanie nr 129: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 130 dotyczy pakietu nr 25 poz. 4f:

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę o wymiarach 150 cm x 200 cm z otworem w kształcie litery „U” na krótszym boku w rozmiarze 6 cm x 65 cm wraz z zintegrowanymi organizernami przewodów?

Odpowiedź na pytanie nr 130: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 131 dotyczy pakietu nr 25 poz. 4g:

Czy Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny umieszczony jako pierwsza warstwa po rozwinięciu zestawu, bez dodatkowego owinięcia w papier krepowy?

Odpowiedź na pytanie nr 131: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 132 dotyczy pakietu nr 25 poz. 4j:

Czy Zamawiający dopuszcza pudełko magnetyczne na igły i ostrza 20 posiadające 20 miejsc z magnesem oraz gąbką?

Odpowiedź na pytanie nr 132: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 133 dotyczy pakietu nr 25 poz. 4j:

Czy Zamawiający dopuszcza pudełko magnetyczne posiadające 10 miejsc na igły oraz ostrza z magnesem?

Odpowiedź na pytanie nr 133: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 134 dotyczy pakietu nr 25 poz. 4l:

Czy Zamawiający dopuszcza kompresy z gazy 17N 12W o wymiarach 10 cm x 10 cm przewiązane papierową banderolą?

Odpowiedź na pytanie nr 134: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 135 dotyczy pakietu nr 25 poz. 4n:

Czy Zamawiający dopuszcza miskę plastikową okrągłą o pojemności 250 ml w kolorze niebieskim?

Odpowiedź na pytanie nr 135: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 136 dotyczy pakietu nr 25 poz. 4r:

Czy Zamawiający dopuszcza dren do ssaka dł.300 cm 24 CH?

Odpowiedź na pytanie nr 136: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 137 dotyczy pakietu nr 25 poz. 4s:

Czy Zamawiający dopuszcza końcówkę do ssama metalową 12 CH 160 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 137: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 138 dotyczy pakietu nr 25 poz. 4t:

Czy Zamawiający dopuszcza do ssaka metalową 9CH 160 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 138: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 139 dotyczy pakietu nr 25 poz. 4x:

Czy Zamawiający dopuszcza stalową igłę z kulką 1,0 x 100 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 139: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 140 dotyczy pakietu nr 25 poz. 4z:

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę samoprzylepną o wymiarach 150 cm x 180 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 140: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 141 dotyczy pakietu nr 25 poz. 4aa:

Czy Zamawiający dopuszcza tufery wykonane z gazy 17-nitkowej o wymiarach 30 cm x 30 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 141: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 142 dotyczy pakietu nr 25 poz. 4aa:

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję długości kleszczyków plastikowych +/- 1 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 142: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 143 dotyczy pakietu nr 25 poz. 4ad:

Czy Zamawiający dopuszcza końcówkę metalową do ssaka 9CH 130 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 143: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 144 dotyczy pakietu nr 27 poz. 1a:

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę dwuwarstwową o wymiarach 200/300 cm x 360 cm z otworem w rozmiarze 45 cm x 55 cm wypełnionym folią, wraz z wbudowanymi dwoma torbami dwusekcyjnymi?

Odpowiedź na pytanie nr 144: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 145 dotyczy pakietu nr 27 poz. 1b:

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stolik instrumentariuszki wzmocnioną o wymiarach 260 cm x 150 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 145: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 146 dotyczy pakietu nr 27 poz. 1e:

Czy Zamawiający dopuszcza pokrowiec na kończynę o wymiarach 30 cm x 80 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 146: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 147 dotyczy pakietu nr 27 poz. 1f:

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę przylepną o wymiarach 75 cm x 90 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 147: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 148 dotyczy pakietu nr 27 poz. 1h:

Czy Zamawiający dopuszcza kieszeń przylepną 2-sekcyjną o wymiarach 40 cm x 30 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 148: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 149 dotyczy pakietu nr 27 poz. 1i:

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję w wymiarach organizatora przewodów typu rzep +/- 1 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 149: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 150 dotyczy pakietu nr 27 poz. 1l:

Czy Zamawiający dopuszcza ręczniki celulozowe o wymiarach 30 cm x 30 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 150: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 151 dotyczy pakietu nr 27 poz. 1m:

Czy Zamawiający dopuszcza tufery wykonane z gazy 17-nitkowej o wymiarach 40 cm x 30 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 151: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 152 dotyczy pakietu nr 27 poz. 1n:

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję długości kleszczyków plastikowych +/- 1 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 152: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 153 dotyczy pakietu nr 27 poz. 1p:

Czy Zamawiający dopuszcza dren do ssaka 24 CH dł. 300 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 153: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 154 dotyczy pakietu nr 27 poz. 1s:

Czy Zamawiający dopuszcza pojemnik na igły i ostrza z podwójnym magnesem posiadający 30 miejsc?

Odpowiedź na pytanie nr 154: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 155 dotyczy pakietu nr 27 poz. 1s:

Czy Zamawiający dopuszcza pojemnik na igły i ostrza magnetyczno-piankowy posiadający 20 miejsc?

Odpowiedź na pytanie nr 155: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 156 dotyczy pakietu nr 27 poz. 1x:

Czy Zamawiający dopuszcza pojemnik plastikowy 1000 ml bez uchwytu?

Odpowiedź na pytanie nr 156: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 157 dotyczy pakietu nr 27 poz. 1y:

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę 2-warstwową o wymiarach 230 cm x 260 cm z przyklepionym otworem w kształcie litery „u” w rozmiarze 20 cm x 100 cm, bez wbudowanej osłony na krocze?

Odpowiedź na pytanie nr 157: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 158 dotyczy pakietu nr 27 poz. 1z:

Czy Zamawiający dopuszcza miskę nerkowatą o pojemności 800 ml w kolorze niebieskim?

Odpowiedź na pytanie nr 158: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 159 dotyczy pakietu nr 27 poz. 1ac:

Czy Zamawiający dopuszcza cewnik do odsysania dróg oddechowych CH 16 dł. 500mm?

Odpowiedź na pytanie nr 159: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 160 dotyczy pakietu nr 27 poz. 1ah:

Czy Zamawiający dopuszcza matę antypoślizgową o wymiarach 30,5 cm x 40,5 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 160: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 161 dotyczy pakietu nr 27 poz. 2b:

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stolik narzędziowy stanowiący również opakowanie zestawu o wymiarach 100 x 150 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 161: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 162 dotyczy pakietu nr 27 poz. 2e:

Czy Zamawiający dopuszcza groszki gazowe o wymiarach 9,5 cm x 9,5 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 162: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 163 dotyczy pakietu nr 27 poz. 2f:

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję długości kleszczyków plastikowych +/- 1 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 163: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 164 dotyczy pakietu nr 27 poz. 2k:

Czy Zamawiający dopuszcza tufery wykonane z gazy 17-nitkowej?

Odpowiedź na pytanie nr 164: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 165 dotyczy pakietu nr 27 poz. 1, 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zestawy z dwoma etykietami samoprzylepnymi?

Odpowiedź na pytanie nr 165: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 166 dotyczy pakietu nr 28 poz. 1a:

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę samoprzylepną o wymiarach 180 cm x 180 cm z dodatkowym padem chłonnym 25 cm x 60 cm wraz z organizerami przewodów?

Odpowiedź na pytanie nr 166: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 167 dotyczy pakietu nr 28 poz. 1b:

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę samoprzylepną 240 cm x 150 cm z dodatkowym padem chłonnym o wymiarach 60 cm x 25 cm wraz z organizerami przewodów?

Odpowiedź na pytanie nr 167: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 168 dotyczy pakietu nr 28 poz. 1c:

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę 90 cm x 75 cm z dodatkowym padem chłonnym o wymiarach 60 cm x 25 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 168: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 169 dotyczy pakietu nr 28 poz. 1g:

Czy Zamawiający dopuszcza ręczniki celulozowe o wymiarach 30 cm x 30 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 169: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 170 dotyczy pakietu nr 28 poz. 2a:

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stół narzędziowy stanowiącą również owinięcie zestawu o wymiarach 90 cm x 75 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 170: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 171 dotyczy pakietu nr 28 poz. 2b:

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę o wymiarach 75 cm x 50cm o średnicy 7 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 171: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 172 dotyczy pakietu nr 28 poz. 2d:

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję długości imadła chirurgicznego +/- 1 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 172: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 173 dotyczy pakietu nr 28 poz. 2h:

Czy Zamawiający dopuszcza tufery wykonane z gazy 17-nitkowej?

Odpowiedź na pytanie nr 173: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 174 dotyczy pakietu nr 28 poz. 3d:

Czy Zamawiający dopuszcza kleszczyki anatomiczne o długości 18 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 174: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 175 dotyczy pakietu nr 28 poz. 3g:

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję długości imadła chirurgicznego +/- 1 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 175: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 176 dotyczy pakietu nr 28 poz. 3l:

Czy Zamawiający dopuszcza pojemnik plastikowy 120 ml w kolorze niebieskim?

Odpowiedź na pytanie nr 176: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 177 dotyczy pakietu nr 28 poz. 4a:

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stół narzędziowy oraz stanowiącą owinięcie zestawu o wymiarach 120 cm x 90 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 177: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 178 dotyczy pakietu nr 28 poz. 4c:

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję długości imadła chirurgicznego +/- 1 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 178: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 179 dotyczy pakietu nr 28 poz. 4i:

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę samoprzylepną o wymiarach 45 cm x 45 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 179: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 180 dotyczy pakietu nr 28 poz. 4i:

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę o wymiarach 50 cm x 60 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 180: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 181 dotyczy pakietu nr 28 poz. 4j:

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę o wymiarach 120 cm x 150 cm z otworem przyklepnym o średnicy 10 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 181: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 182 dotyczy pakietu nr 28 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw owinięty w serwetę o wymiarach 50 cm x 50 cm (znajdącą się wewnątrz zestawu), bez owinięcia w papier krepowy?

Odpowiedź na pytanie nr 182: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 183 dotyczy pakietu nr 28 poz. 6:

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw zapakowany w rękaw papierowo – foliowy, z dołączonym do zestawu pojemnikiem 3-komorowym w ramach blistra oraz mogącym służyć jako pojemnik na płyny bądź odpady powstałe podczas zabiegu?

Odpowiedź na pytanie nr 183: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 184 dotyczy pakietu nr 28 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw zapakowany w rękaw papierowo – foliowy, z dołączonym do zestawu pojemnikiem 3-komorowym w ramach blistra oraz mogącym służyć jako pojemnik na płyny bądź odpady powstałe podczas zabiegu?

Odpowiedź na pytanie nr 184: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 185 dotyczy pakietu nr 29 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie, zapakowany w rękaw papierowo-foliowy z dołączonym pojemnikiem 3-komorowym w ramach blistra oraz mogący służyć jako pojemnik na płyny bądź odpady powstające podczas zabiegu:

1 x Chwytnak plastikowy 14cm (Kocher, Pean)

1 x Pęseta chirurgiczna metalowa, 1x2 ząbki 14,5cm

6 x Tupfer z gazy z nitką RTG 17N 15cm x 15cm

1 x Igłotrzymacz MAYO HEGAR metalowy 15cm

1 x Strzykawka 3-częściowa 10ml luer

- 1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)
- 1 x Igła iniekcyjna (0,8 x 40)
- 1 x Serweta chirurgiczna 45cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przyklepnym 6cm x 8cm
- 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa
- 1 x Nożyczki IRIS metalowe, proste 11,5cm
- 1 x Pojemnik PP 3-komorowy 19,5 x 13 x 3,5cm, przezroczysty?

Odpowiedź na pytanie nr 185: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 186 dotyczy pakietu nr 29 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie zapakowany w rękaw papierowo – foliowy:

- 1 x Chwytnik plastikowy 14cm (Kocher, Pean)
- 1 x Pęseta ADSON metalowa 12cm
- 6 x Tupfer z gazy bez nitki RTG, 17N 20cm x 20cm
- 1 x Igłotrzymacz Mayo Hegar metalowy 15cm
- 1 x Nożyczki IRIS proste metalowe 11,5cm
- 1 x Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer Lock
- 1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)
- 1 x Igła iniekcyjna (0,8 x 40)
- 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przyklepnym o śr. 6cm
- 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa?

Odpowiedź na pytanie nr 186: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 187 dotyczy pakietu nr 29 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuszcza igły oraz strzykawkę bez opakowania jednostkowego dzięki czemu zredukuje to odpady powstałe podczas zabiegu?

Odpowiedź na pytanie nr 187: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 188 dotyczy pakietu nr 29 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie zapakowany w rękaw papierowo-foliowy:

- 3 x Tupfer z gazy 17N 20cm x 20cm bez nitki RTG
- 1 x Pęseta ADSON metalowa 12cm
- 1 x Pęseta plastikowa niebieska 13cm
- 1 x Ostrze do ściągania szwów krótkie 6,5cm?

Odpowiedź na pytanie nr 188: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 189 dotyczy pakietu nr 29 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie, zapakowany w rękaw papierowo-foliowym z dołączonym do zestawu pojemnikiem 250 ml w ramach blistra oraz mogący służyć jako pojemnik na płyny bądź odpady powstałe podczas zabiegu:

- 1 x Ostrze do ściągania szwów krótkie 6,5cm
- 3 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm
- 1 x Pęseta ADSON metalowa 12cm
- 1 x Pęseta plastikowa zielona 13cm
- 1 x Pojemnik okrągły poj. 250ml?

Odpowiedź na pytanie nr 189: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 190 dotyczy pakietu nr 30 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy z dołączonym do zestawu pojemnikiem 250 ml w ramach blistra oraz mogącym służyć jako pojemnik na płyny bądź odpady powstałe podczas zabiegu?

Odpowiedź na pytanie nr 190: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 191 dotyczy pakietu nr 30 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie zapakowany w rękaw papierowo-foliowy:

1 x Pojemnik okrągły poj. 250ml

5 x Tupfer z gazy śr. 4cm (30cm x 30cm)

1 x Chwytnik plastikowy 23cm?

Odpowiedź na pytanie nr 191: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 192 dotyczy pakietu nr 30 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw z pojemnikiem plastikowym 500 ml bez uchwytu?

Odpowiedź na pytanie nr 192: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 193 dotyczy pakietu nr 30 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw z serwetą typu protect o wymiarach 75 cm x 90 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 193: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 194 dotyczy pakietu nr 30 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw z serwetą włókninową o wymiarach 45 cm x 45 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 194: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 195 dotyczy pakietu nr 30 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw zapakowany w rękaw papierowo – foliowy, z dołączonym do zestawu pojemnikiem 3-komorowym w ramach blistra oraz mogącym służyć jako pojemnik na płyny bądź odpady powstałe podczas zabiegu?

Odpowiedź na pytanie nr 195: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 196 dotyczy pakietu nr 30 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie:

1 x Serweta na stolik do instrumentarium 100cm x 150cm

5 x Kompres z włókniny 30G 4W 7,5cm x 7,5cm

5 x Tupfer z gazy z nitką RTG, 17N 25cm x 25cm

1 x Strzykawka 3-częściowa 5ml Luer

1 x Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer

1 x Igła iniekcyjna (0,7 x 50 / 22G x 2"), czarna

1 x Igła iniekcyjna (0,8 x 50 / 21G x 2"), ciemnozielona

1 x Serweta chirurgiczna 90cm x 120cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przylepnym o śr. 10cm

1 x Ostrze do ściągania szwów krótkie 6,5cm

1 x Igłotrzymacz MAYO-HEGAR metalowy 12cm

1 x Chwytnik plastikowy 18cm

1 x Czepek medyczny typu "beret", PP 18g, niebieski

1 x Maski medyczne trzywarstwowe z gumkami, typ II, niebieska

1 x Fartuch chirurgiczny STANDARD rozm. L

1 x Opatrunek foliowy z ramką, samoprzylepny, rozm. 10cm x 15cm

1 x Pojemnik okrągły poj. 250ml, przezroczysty, z podziałką?

Odpowiedź na pytanie nr 196: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 197 dotyczy pakietu nr 30 poz. 6:

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw z pojemnikiem plastikowym 500 ml bez uchwyty?

Odpowiedź na pytanie nr 197: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 198 dotyczy pakietu nr 31 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuszcza kompresy pakowane 2 x 500 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 198: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 199 dotyczy pakietu nr 31 poz. 6-14:

Czy Zamawiający dopuszcza kompresy pakowane w op. folia – papier?

Odpowiedź na pytanie nr 199: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 200 dotyczy pakietu nr 31 poz. 13:

Czy Zamawiający dopuszcza kompresy pakowane 1 x 10 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 200: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 201 dotyczy pakietu nr 31 poz. 15, 16:

Czy Zamawiający dopuszcza opaski o rozciągliwości min. 150%, o zawartości 55% przędzy bawełnianej?

Odpowiedź na pytanie nr 201: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 202 dotyczy pakietu nr 31 poz. 17:

Czy Zamawiający dopuszcza opaski o rozciągliwości min. 60%?

Odpowiedź na pytanie nr 202: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 203 dotyczy pakietu nr 31 poz. 17:

Czy Zamawiający dopuszcza opaski o dł. 4m z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 203: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 204 dotyczy pakietu nr 31 poz. 18-20:

Czy Zamawiający dopuszcza opaski o dł. 4m z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 204: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 205 dotyczy pakietu nr 31 poz. 18-20:

Czy Zamawiający dopuszcza opaski o rozciągliwości $\geq 80\%$?

Odpowiedź na pytanie nr 205: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 206 dotyczy pakietu nr 33 poz. 1-3:

Czy Zamawiający dopuszcza miękką włókninę bawełnopodobną o gramaturze 47g/m²?

Odpowiedź na pytanie nr 206: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 207 dotyczy pakietu nr 33 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuszcza bluzę z wykończoną przy szyi jak na zdjęciu poniżej lamówką w kolorze bluzy, dekolt wyposażony z przodu w zapięcie na biały nap, rozmiar XXL:



Odpowiedź na pytanie nr 207: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 208 dotyczy pakietu nr 33 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuszcza spodnie z 1 dużą kieszenią zapinaną na nap, rozmiar XXL?

Odpowiedź na pytanie nr 208: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 209 dotyczy pakietu nr 33 poz. 2, 3:

Czy Zamawiający dopuszcza włókninę SMS o gramaturze 35g/m², bluza przy szyi wykończona lamówką w kolorze bluzy, spodnie bez kieszeni. Spodnie i bluza pakowane razem, jako komplet?

Odpowiedź na pytanie nr 209: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 210 dotyczy pakietu nr 35 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuszcza osłonę na rękaw z laminatu włókniny i folii, o dł. 54 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 210: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 211 dotyczy pakietu nr 35 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuszcza rzep o wymiarach 2 x 22 cm, pakowaną a'100 szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 211: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 212 dotyczy pakietu nr 35 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuszcza osłonę o wymiarach 14 x 250 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 212: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 213 dotyczy pakietu nr 35 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuszcza kieszeń o wymiarach 30 x 40 cm, pakowaną a'250 szt z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 213: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 214 dotyczy pakietu nr 35 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuszcza torbę na płyny artroskopową o wymiarach 60 x 100 cm, z otworem samouszczelniającym, z portem do odsysania treści?



Odpowiedź na pytanie nr 214: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 215 dotyczy pakietu nr 37 poz. 1b:

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę ginekologiczną o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowaną z osłonami na kończyny, z przylepnym otworem o rozmiarze 10 cm x 15 cm, zachowując pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 215: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 216 dotyczy pakietu nr 37 poz. 1f:

Czy Zamawiający dopuszcza tupfery wykonane z gazy 17-nitkowej o wymiarach 40 cm x 30 cm umieszczone w misce transparentnej?

Odpowiedź na pytanie nr 216: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 217 dotyczy pakietu nr 37 poz. 1i:

Czy Zamawiający dopuszcza miskę plastikową 250 ml w kolorze niebieskim?

Odpowiedź na pytanie nr 217: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 218 dotyczy pakietu nr 37 poz. 1j:

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję kleszczyków plastikowych +/- 1 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 218: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 219 dotyczy pakietu nr 38 poz. 1c:

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę przylepną 240 cm x 150 cm z dodatkowym padem chłonnym o wymiarach 60 cm x 25 cm wraz z organizerami przewodów?

Odpowiedź na pytanie nr 219: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 220 dotyczy pakietu nr 38 poz. 1d:

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę przylepną w rozmiarze 180 cm x 180 cm z padem chłonnym o wymiarach 60 cm x 25 cm wraz z zintegrowanymi organizerami przewodów?

Odpowiedź na pytanie nr 220: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 221 dotyczy pakietu nr 38 poz. 1e:

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę przylepną 75 cm x 90 cm z padem chłonnym o wymiarach 25 cm x 60 cm wraz z zintegrowanymi organizerami przewodów?

Odpowiedź na pytanie nr 221: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 222 dotyczy pakietu nr 38 poz. 1f, g:

Czy Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny zapinany na rzep w okolicach szyi bez możliwości zapinania w dowolnym miejscu na plecach?

Odpowiedź na pytanie nr 222: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 223 dotyczy pakietu nr 38 poz. 1h:

Czy Zamawiający dopuszcza kieszeń przylepną o wymiarach 40 cm x 30cm?

Odpowiedź na pytanie nr 223: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 224 dotyczy pakietu nr 38 poz. 1i:

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję w wymiarach uchwytu rzepowego +/- 1 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 224: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 225 dotyczy pakietu nr 38 poz. 1j:

Czy Zamawiający dopuszcza ręcznik celulozowy o wymiarach 30 cm x 30 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 225: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 226 dotyczy pakietu nr 38 poz. 1k:

Czy Zamawiający dopuszcza chustę 20-nitkową 4-warstwową o wymiarach 45 cm x 45 cm z nitką RTG oraz tasiemką, po wstępnym praniu?

Odpowiedź na pytanie nr 226: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 227 dotyczy pakietu nr 38 poz. 1l:

Czy Zamawiający dopuszcza tufery wykonane z gazy 17-nitkowej o wymiarach 50 cm x 50 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 227: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 228 dotyczy pakietu nr 38 poz. 1n:

Czy Zamawiający dopuszcza miskę plastikową nerkowatą o pojemności 800 ml?

Odpowiedź na pytanie nr 228: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 229 dotyczy pakietu nr 38 poz. 1o:

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję długości kleszczyków plastikowych +/- 1 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 229: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 230 dotyczy pakietu nr 38 poz. 1p:

Czy Zamawiający dopuszcza skalpel jednorazowy bezpieczny nr 11P?

Odpowiedź na pytanie nr 230: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 231 dotyczy pakietu nr 39 poz. 1, 2:

Czy Zamawiający dopuści serwety 7N 4W, w pojedynczym opakowaniu papier-folia?

Odpowiedź na pytanie nr 231: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 232 dotyczy pakietu nr 39 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści serwety 45 x 70 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 232: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 233 dotyczy pakietu nr 39 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści serwety sterylizowane parą wodną?

Odpowiedź na pytanie nr 233: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 234 dotyczy pakietu nr 39 poz. 2-4:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wstępnego prania?

Odpowiedź na pytanie nr 234: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 235 dotyczy pakietu nr 40 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie, zapakowany w rękaw papierowo-foliowy, z dołączoną do zestawu miską nerkowatą w ramach blistra oraz mogącą służyć jako pojemnik na płyny bądź odpady powstające podczas zabiegu:

2 x Rękawice diagn. nitrylowe bezpudrowe rozm.M

1 x Serweta chirurgiczna 45cm x 75cm 2-warstwowa

1 x Chwytnik plastikowy 14cm (Kocher, Pean)

5 x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm
4 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 15cm x 15cm
1 x Pęseta plastikowa, niebieska 13cm
1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem 6cm x 8cm
1 x Miska nerkowata PVC 12cm x 18cm
osobno pakowane:

1 x Strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną 10 ml
1 x Żel poślizgowy 6 ml, ampułkostrzykawka?

Odpowiedź na pytanie nr 235: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 236 dotyczy pakietu nr 41 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuszcza kompres oczny włókninowy z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej, jałowy, nieprzylepny, owalny o wymiarach 5,5 x 7,5 cm, pakowany a'50 szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 236: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 237 dotyczy pakietu nr 41 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuszcza kompres oczny włókninowy z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej, niejaołowy, nieprzylepny, owalny o wymiarach 5,5 x 7,5 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 237: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 238 dotyczy pakietu nr 44 poz. 1a:

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stół narzędziowy stanowiącą również owinięcie zestawu o wymiarach 260 cm x 150 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 238: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 239 dotyczy pakietu nr 44 poz. 1b:

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę wykonaną z materiału typu SMS o wymiarach 200 cm x 260 cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie litery „U” 8,5 cm x 85 cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym, wąski pasek kleju?

Odpowiedź na pytanie nr 239: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 240 dotyczy pakietu nr 44 poz. 1d:

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę 2-warstwową o wymiarach 180 cm x 150 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 240: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 241 dotyczy pakietu nr 44 poz. 1f:

Czy Zamawiający dopuszcza osłonę na kończynę o wymiarach 30 cm x 80 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 241: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 242 dotyczy pakietu nr 44 poz. 1g:

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję w wymiarach uchwytu rzepowego do kabli +/- 1 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 242: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 243 dotyczy pakietu nr 44 poz. 1i:

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję długości kleszczyków plastikowych +/- 1 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 243: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 244 dotyczy pakietu nr 44 poz. 1o, 1p:

Czy Zamawiający dopuszcza miskę nerkowatą plastikową o pojemności 800 ml?

Odpowiedź na pytanie nr 244: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 245 dotyczy pakietu nr 44 poz. 1x:

Czy Zamawiający dopuszcza stapler skórny ze zszywkami o śr. 0,5mm, rozmiar zszywki po zastosowaniu: szer. 0,72cm x wys. 0,49cm (zamiast 0,65 x 0,47 cm)?

Odpowiedź na pytanie nr 245: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 246 dotyczy pakietu nr 44 poz. 1y:

Czy Zamawiający dopuszcza pudełko na zużyte igły i ostrza magnetyczne posiadające 30 miejsc, z funkcją bez dodatkowego ściągania ostrzy i trzonków 3 i 4?

Odpowiedź na pytanie nr 246: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 247 dotyczy pakietu nr 44 poz. 1z:

Czy Zamawiający dopuszcza ręcznik celulozowy o wymiarach 30 cm x 30 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 247: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 248 dotyczy pakietu nr 46 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuszcza kołnierz ocieplający z włókniny SMS o gramaturze 35g/m², niebędący wyrobem medycznym, wymiary 28 x 46 cm, średnica otworu 20 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 248: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 249 dotyczy pakietu nr 48 poz. 1a:

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę wykonaną z materiału typu SMS o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem wypełnionym folią chirurgiczną w rozmiarze 25 cm x 30 cm wraz z zintegrowanymi organizerami przewodów oraz padem chłonnym wokół otworu?

Odpowiedź na pytanie nr 249: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 250 dotyczy pakietu nr 48 poz. 1b:

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stół narzędziowy stanowiącą również owinięcie zestawu 190 cm x 150 cm ze wzmocnieniem o wymiarach 75 cm x 190 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 250: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 251 dotyczy pakietu nr 48 poz. 1d:

Czy Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny L wykonany z materiału SMS z rękawami tradycyjnymi, zapięciem w okolicach szyi na rzep bez możliwości zapięcia w dowolnym miejscu w górnej części fartucha oraz odpornością na rozrywanie sucho/mokro 80,6 / 76 kPa?

Odpowiedź na pytanie nr 251: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 252 dotyczy pakietu nr 48 poz. 1e:

Czy Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny XL wykonany z materiału SMS z rękawami tradycyjnymi, zapięciem w okolicach szyi na rzep bez możliwości zapięcia w dowolnym miejscu w górnej części fartucha oraz opornością na rozrywanie sucho/mokro 80,6/76 kPa?

Odpowiedź na pytanie nr 252: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 253 dotyczy pakietu nr 48 poz. 1g:

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję długości kleszczyków plastikowych do mycia pola operacyjnego +/- 1 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 253: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 254 dotyczy pakietu nr 48 poz. 1h:

Czy Zamawiający dopuszcza tufery wykonane z gazy 17-nitkowej o wymiarach 30 cm x 40 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 254: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 255 dotyczy pakietu nr 48 poz. 1k:

Czy Zamawiający dopuszcza miskę plastikową 250 ml transparentną?

Odpowiedź na pytanie nr 255: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 256 dotyczy pakietu nr 48 poz. 1l:

Czy Zamawiający dopuszcza dren do ssaka 24 CH dł. 300 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 256: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 257 dotyczy pakietu nr 48 poz. 1l:

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję w wymiarach uchwytu Velcro typu rzep +/- 1 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 257: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 258 dotyczy pakietu nr 51 poz. 1f:

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję długości peana plastikowego +/- 1 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 258: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 259 dotyczy pakietu nr 51 poz. 1h:

Czy Zamawiający dopuszcza kompres gazowy o wymiarach 10 cm x 10 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 259: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 260 dotyczy pakietu nr 51 poz. 1k:

Czy Zamawiający dopuszcza tufery gazowe o wymiarach 30 cm x 40 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 260: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 261 dotyczy pakietu nr 51 poz. 1k:

Czy Zamawiający dopuszcza tufery gazowe o wymiarach 50 cm x 50 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 261: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 262 dotyczy pakietu nr 51 poz. 1l:

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę operacyjną samoprzylepną o wymiarach 75 cm x 90 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 262: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 263 dotyczy pakietu nr 51 poz. 1n:

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę gazową w kolorze białym?

Odpowiedź na pytanie nr 263: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 264 dotyczy pakietu nr 51 poz. 1r:

Czy Zamawiający dopuszcza skalpel bezpieczny nr 11P?

Odpowiedź na pytanie nr 264: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 265 dotyczy pakietu nr 51 poz. 2b:

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę operacyjną wykonaną z włókniny typu SMS, wzmocnioną o wymiarach 200 cm x 260 cm z otworem w kształcie litery „U” w rozmiarze 8,5 cm x 85 cm o odporności na przenikanie cieczy 110 cm H₂O oraz odpornością na rozrywanie sucho/mokro 205,6/199,4 kPa?

Odpowiedź na pytanie nr 265: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 266 dotyczy pakietu nr 51 poz. 2c:

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę operacyjną o wymiarach 150 cm x 180 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 266: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 267 dotyczy pakietu nr 51 poz. 2e:

Czy Zamawiający dopuszcza bandaż tkany o wymiarach 8 cm x 5 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 267: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 268 dotyczy pakietu nr 51 poz. 2g:

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję długości peana plastikowego +/- 1 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 268: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 269 dotyczy pakietu nr 51 poz. 2i:

Czy Zamawiający dopuszcza kompres gazowy o wymiarach 10 cm x 10 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 269: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 270 dotyczy pakietu nr 51 poz. 2l:

Czy Zamawiający dopuszcza bandaż elastyczny o wymiarach 15 cm x 5 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 270: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 271 dotyczy pakietu nr 51 poz. 2m:

Czy Zamawiający dopuszcza tupfer gazowy o wymiarach 30 cm x 40 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 271: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 272 dotyczy pakietu nr 51 poz. 2m:

Czy Zamawiający dopuszcza tupfer gazowy o wymiarach 50 cm x 50 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 272: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 273 dotyczy pakietu nr 51 poz. 2n:

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę operacyjną o wymiarach 75 cm x 90 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 273: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 274 dotyczy pakietu nr 51 poz. 2r:

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę gazową w kolorze białym?

Odpowiedź na pytanie nr 274: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 275 dotyczy pakietu nr 51 poz. 2s:

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę gazową o wymiarach 45 cm x 45 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 275: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 276 dotyczy pakietu nr 51 poz. 2u:

Czy Zamawiający dopuszcza skalpel bezpieczny nr 11p?

Odpowiedź na pytanie nr 276: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 277 dotyczy pakietu nr 52 poz. 1b:

Czy Zamawiający dopuszcza pojemnik 500 ml bez uchwytu?

Odpowiedź na pytanie nr 277: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 278 dotyczy pakietu nr 52 poz. 2a:

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę wykonaną z materiały typu SMS o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem przylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną wraz z zintegrowanymi organizernami przewodów?

Odpowiedź na pytanie nr 278: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 279 dotyczy pakietu nr 52 poz. 2a:

Czy Zamawiający dopuszcza dołożenie do serwety dodatkowej torby na płyny z możliwością umieszczenia jej w dogodnym miejscu?

Odpowiedź na pytanie nr 279: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 280 dotyczy pakietu nr 52 poz. 2h:

Czy Zamawiający dopuszcza tufery o wymiarach 30 cm x 40 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 280: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 281 dotyczy pakietu nr 52 poz. 2h:

Czy Zamawiający dopuszcza tufery o wymiarach 50 cm x 50 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 281: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 282 dotyczy pakietu nr 52 poz. 2m:

Czy Zamawiający dopuszcza skalpel bezpieczny nr 11P?

Odpowiedź na pytanie nr 282: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 283 dotyczy pakietu nr 52 poz. 3c:

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę główną o wymiarach 150 cm x 200 cm z przylepnym wycięciem w kształcie litery „U” o wymiarach 6,5 cm x 65 cm z padem chłonnym o wymiarach 75 cm x 100 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 283: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 284 dotyczy pakietu nr 52 poz. 3m:

Czy Zamawiający dopuszcza pojemnik na igły w kolorze czerwonym?

Odpowiedź na pytanie nr 284: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 285 dotyczy pakietu nr 52 poz. 3p:

Czy Zamawiający dopuszcza tufery o wymiarach 50 cm x 50 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 285: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 286 dotyczy pakietu nr 52 poz. 3p:

Czy Zamawiający dopuszcza tufery o wymiarach 30 cm x 40 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 286: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 287 dotyczy pakietu nr 54 poz. 1b:

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę samoprzylepną o wymiarach 150 cm x 240 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 287: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 288 dotyczy pakietu nr 54 poz. 1e:

Czy Zamawiający dopuszcza pokrowiec na stół Mayo wykonany z czerwonej folii PE oraz niebieskiego wzmocnienia włókninowego?

Odpowiedź na pytanie nr 288: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 289 dotyczy pakietu nr 54 poz. 1h:

Czy Zamawiający dopuszcza ręcznik do rąk o wymiarach 30 cm x 30 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 289: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 290 dotyczy pakietu nr 54 poz. 1n:

Czy Zamawiający dopuszcza kubeczek plastikowy transparentny poj. 120 ml?

Odpowiedź na pytanie nr 290: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 291 dotyczy pakietu nr 54 poz. 1p:

Czy Zamawiający dopuszcza skalpel bezpieczny nr 20 z rękojeścią w kolorze czerwonym oraz suwakiem w kolorze szarym?

Odpowiedź na pytanie nr 291: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 292 dotyczy pakietu nr 54 poz. 1r:

Czy Zamawiający dopuszcza skalpel bezpieczny nr 11P?

Odpowiedź na pytanie nr 292: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 293 dotyczy pakietu nr 54 poz. 1u:

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję w wymiarach samoprzylepnego opatrunku +/- 1 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 293: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 294 dotyczy pakietu nr 54 poz. 1w:

Czy Zamawiający dopuszcza organizator na przewody typu rzep w kolorze białym?

Odpowiedź na pytanie nr 294: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 295 dotyczy pakietu nr 54 poz. 1x:

Czy Zamawiający dopuszcza pojemnik na igły w kolorze czerwonym?

Odpowiedź na pytanie nr 295: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 296 dotyczy pakietu nr 54 poz. 1y:

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę brzusznią 45 cm x 45 cm z kolorze białym?

Odpowiedź na pytanie nr 296: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 297 dotyczy pakietu nr 54 poz. 1aa:

Czy Zamawiający dopuszcza kieszeń samoprzylepną dwukomorową o wymiarach 40 cm x 30 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 297: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 298 dotyczy pakietu nr 54 poz. 1ab:

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję długości peana +/- 1 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 298: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 299 dotyczy pakietu nr 54 poz. 2a:

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę w kształcie litery 'T' o wymiarach 200/270 cm x 300 cm, dwuwarstwową wzmocnioną, z otworem przylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm oraz otoczonym dodatkowym padem chłonnym 60 cm x 60 cm, oraz odpornością na przenikanie cieczy 197 cm H₂O?

Odpowiedź na pytanie nr 299: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 300 dotyczy pakietu nr 54 poz. 2c:

Czy Zamawiający dopuszcza pokrowiec na stolik Mayo wykonany z czerwonej folii oraz niebieskiego wzmocnienia włókninowego?

Odpowiedź na pytanie nr 300: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 301 dotyczy pakietu nr 54 poz. 2g:

Czy Zamawiający dopuszcza pojemnik na igły w kolorze czerwonym?

Odpowiedź na pytanie nr 301: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 302 dotyczy pakietu nr 54 poz. 2h:

Czy Zamawiający dopuszcza skalpel bezpieczny nr 20 z rękojeścią w kolorze czerwonym oraz suwakiem w kolorze szarym?

Odpowiedź na pytanie nr 302: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 303 dotyczy pakietu nr 54 poz. 2j:

Czy Zamawiający dopuszcza skalpel bezpieczny nr 11P?

Odpowiedź na pytanie nr 303: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 304 dotyczy pakietu nr 54 poz. 2l:

Czy Zamawiający dopuszcza organizator przewodów typu rzep w kolorze białym?

Odpowiedź na pytanie nr 304: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 305 dotyczy pakietu nr 54 poz. 2l:

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję długości peana +/- 1 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 305: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 306 dotyczy pakietu nr 54 poz. 2m:

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję w wymiarach samoprzylepnego opatrunku +/- 1 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 306: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 307 dotyczy pakietu nr 54 poz. 2r:

Czy Zamawiający dopuszcza kubeczek plastikowy 120 ml?

Odpowiedź na pytanie nr 307: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 308 dotyczy pakietu nr 54 poz. 2t:

Czy Zamawiający dopuszcza końcówkę Yankauer 21CH z 4 otworami bocznymi dł. 26 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 308: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 309 dotyczy pakietu nr 54 poz. 2t:

Czy Zamawiający dopuszcza dren 24CH dł. 300 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 309: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 310 dotyczy pakietu nr 54 poz. 2w:

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę brzusznią z nitką RTG oraz trokiem w kolorze białym?

Odpowiedź na pytanie nr 310: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 311 dotyczy pakietu nr 60 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuszcza trzyczęściowy zestaw na ramię C zawierający:

- osłonę górną w rozmiarze 100 x 160cm
- osłonę dolną w rozmiarze 80 x 150cm
- 2 szt taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 3 x 100cm?

Oslony wykonane z folii o grubości 65 mikronów.

Odpowiedź na pytanie nr 311: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 312 dotyczy pakietu nr 61 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuszcza pokrowiec na osłonę tarczycy wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m², wyposażony w rzep umożliwiający dopasowanie, z przecięciem w części środkowej ułatwiającym założenie na osłonę, dł. 66 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 312: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 313 dotyczy pakietu nr 65 poz. 13:

Czy Zamawiający dopuszcza elastyczny opatrunek na oko z przezroczystą, wypukłą, okrągłą szybką w kształcie szkiełka zegarka, wykonany z elastycznej w poprzek tkaniny w kolorze cielistym, 70 wiskoza, 30 poliamid, szybka - przezroczysty poliwęglan, przyjazny dla skóry klej poliakrylanowy. Rozmiar 7,8 cm x 11,4 cm, średnica 5,1 cm, wysokość dysku 0,8 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 313: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 314 dotyczy pakietu nr 70 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuszcza ściereczkę jałową z włókniny spunlace, gramatura 56g/m², w rozmiarze 40 x 40 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 314: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 315 dotyczy pakietu nr 28 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestawy o zbliżonych składach:

Poz.1

- serweta 200x170cm dwuwarstwowa-62g, łata chłonna 37,5x70cm (w miejscu łaty chłonnej – min.120 g/m²), przylepiec 5x60cm - 1 szt.
- serweta 240x150cm dwuwarstwowa -62g, łata chłonna 37,5x70cm (w miejscu łaty chłonnej – min.120 g/m²), przylepiec 5x60cm - 1 szt.
- serweta 90x75cm dwuwarstwowa -62g, łata chłonna 37,5x70cm (w miejscu łaty chłonnej – min. 120 g/m²), przylepiec 5x90cm - 2 szt.
- serweta do nakrycia stolika o wymiarze min. 190x150 cm (owinięcie zestawu) - 1 szt.
- osłona na stolik prostokąt mayo 145x80cm z warstwą chłonną 76x85cm - 1 szt.
- taśma medyczna lepna 9x50cm - 1 szt.
- ręczniki celulozowe do rąk 40 x 30 cm - 4 szt.

opakowanie: torebka papierowo-foliowa + karton dispenser

Odpowiedź na pytanie nr 315: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 316 dotyczy pakietu nr 28 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści zestawy o zbliżonych składach:

poz. 2

- serweta 75 x 75 cm, laminat dwuwarstwowy 55 g/m² - 1 szt
- serweta 60x50cm, laminat dwuwarstwowy 55 g/m², z otworem o średnicy 5cm - 1 szt.
- nożyczki met 14cm proste ostro-tępe - 1 szt.
- kleszczyk met do igły 15cm mayo hegar prosty - 1 szt.
- pęseta met chirurgiczna 15cm - 1 szt.
- kleszczyk plast pean 13cm niebieski - 1 szt.
- opatrunek wyspowy 5x7,2cm - 1 szt.
- tupfer kula 17n 20x20cm - 2 szt.
- kompres włókninowy 40g 4w 7,5x7,5cm - 8 szt.

opakowanie: torebka papierowo-foliowa + karton dyspenser

Odpowiedź na pytanie nr 316: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 317 dotyczy pakietu nr 28 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści zestawy o zbliżonych składach:

poz. 3

- serweta 90 x 75 cm, 43 g/m² (owinięcie zestawu) - 1 szt
- serweta 90x75cm dwuczęściowa, laminat dwuwarstwowy 55 g/m², przylepna, z regulacją otworu - 1 szt.
- skalpel chirurgiczny nr 10 - 1 szt.
- kleszczyk met 20cm pean prosty - 1 szt.
- kleszczyk met 12,5cm halstead mosquito zagięty - 1 szt.
- pęseta met chirurgiczna 15cm - 1 szt.
- kleszczyk met do igły 15cm mayo hegar prosty - 1 szt.
- nożyczki met 14cm proste ostro-tępe - 1 szt.
- kompres gazowy 17n, 8 w, 10x10cm z nitką rtg - 15 szt.
- strzykawka plast 3-częściowa 20ml - 1 szt.
- igła iniekcyjna 21g x 2 (0,8x50mm) - 1 szt.
- pojemnik plast okrąg 60 ml, kolor niebieski - 1 szt.
- pojemnik plast okrąg 120ml, kolor czerwony- 1 szt
- szpatułka plastikowa z gąbką do dezynfekcji pola operacyjnego 14cm - 1 szt.
- opatrunek do mocowania kaniul 8x5,8cm - 1 szt.

opakowanie: torebka papierowo-foliowa + karton dyspenser

Odpowiedź na pytanie nr 317: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 318 dotyczy pakietu nr 28 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści zestawy o zbliżonych składach:

poz. 4

- serweta 55 g/m² na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) 100x90cm - 1 szt.
- nożyczki met 14cm proste ostro-tępe - 1 szt.
- kleszczyk met do igły 15cm mayo hegar prosty - 1 szt.
- pęseta met chirurgiczna 12,5cm adson - 1 szt.
- kleszczyk met 12,5cm halstead mosquito zagięty - 1 szt.
- pojemnik plast okrąg 60ml- 1 szt.

- szpatułka plastikowa z gąbką do dezynfekcji pola operacyjnego 14cm - 1 szt.
- kompres gazowy 17n, 8 w 7,5x7,5cm - 10 szt.
- serweta dwuwarstwowa 55g/m², 45x45cm, z przyklepcem - 2 szt.
- serweta dwuwarstwowa 55g/m² 240x180cm z otworem przyklepnym o śr. 10 cm (w 1/3 długości serwety)
- tufery kula 17n 50x50cm - 5 szt.

opakowanie: torebka papierowo-foliowa + karton dyspenser

Odpowiedź na pytanie nr 318: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 319 dotyczy pakietu nr 28 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści zestawy o zbliżonych składach:

poz. 5

- serweta 45x45cm dwuwarstwowa z przyklepcem 55 g/m² - 1 szt.
- szpatułka plastikowa z gąbką do dezynfekcji pola operacyjnego 14cm - 1 szt.
- kompres gazowy 17n, 8 w 7,5x7,5cm - 10 szt.
- tufery kula 17n 50x50cm - 5 szt.
- papier krepowy do owinięcia zestawu

opakowanie: torebka papierowo-foliowa + karton dyspenser

Odpowiedź na pytanie nr 319: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 320 dotyczy pakietu nr 28 poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści zestawy o zbliżonych składach:

poz. 6

- pęseta plast 13cm anatomiczna zielona - 1 szt.
- pęseta plast 13cm anatomiczna niebieska - 1 szt.
- tufery włókninowe 30g 20x20cm - 6 szt.

opakowanie typu blister z 3 wgłębieniami na płyny + karton dyspenser

Odpowiedź na pytanie nr 320: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 321 dotyczy pakietu nr 28 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści zestawy o zbliżonych składach:

poz. 7

- kleszczyk met 14cm kocher prosty - 1 szt.
- pęseta plast 13cm anatomiczna zielona - 1 szt.
- kompres gazowy 17n, 8 w, 7,5x7,5cm - 8 szt.
- tufier kula 17n 30x30cm - 5 szt.
- serweta włókninowa 45x40cm - 1szt.

opakowanie typu blister z 3 wgłębieniami na płyny + karton dyspenser

Odpowiedź na pytanie nr 321: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 322 dotyczy pakietu nr 28:

Czy Zamawiający dopuści pakowanie zestawów w 1 opakowanie transportowe?

Odpowiedź na pytanie nr 322: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 323 dotyczy pakietu nr 29 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o zbliżonych parametrach:

serweta 42 g/m² 60x50cm z otworem o śr. 8 cm i przyklepcem – 1 szt

kompres włókninowy 30g 4w 7,5x7,5cm – 5 szt.

tupfer kula 17n 20x20cm – 3 szt
kleszczyki met. do igły 13cm webster proste znaczone kolorem – 1 szt.
nożyczki met. 11cm iris proste ostro-ostre znaczone kolorem – 1 szt
pęseta met. chirurgiczna 12,5cm adson znaczone kolorem – 1 szt
pęseta plast 13cm anatomiczna zielona – 1 szt
serweta 42 g/m² 75x45cm – 1 szt
opakowanie typu blister z dwoma wgłębieniami

Odpowiedź na pytanie nr 323: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 324 dotyczy pakietu nr 29 poz. 2:

Czy zamawiający dopuści zestaw o zbliżonych parametrach:
kompres z gazy 17n 7,5x7,5cm 8w – 5 szt
pęseta met. anatomiczna 12,5cm adson znaczone kolorem – 1 szt
ostrze chirurgiczne do ściągania szwów 6,5cm – 1 szt
pęseta plast 13cm anatomiczna zielona – 1 szt
serweta 42 g/m² 45x38cm – 1 szt
opakowanie torebka-papierowo-foliowa.

Odpowiedź na pytanie nr 324: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 325 dotyczy pakietu nr 31 poz. 2 i 21:

Czy Zamawiający wykreśli te dwie pozycje z cennika, dzięki temu możliwe będzie złożenie konkurencyjnej oferty

Odpowiedź na pytanie nr 325: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 326 dotyczy pakietu nr 31 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane 2 x 500 szt?

Odpowiedź na pytanie nr 326: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 327 dotyczy pakietu nr 31 poz. 6-12:

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane w torebkę papierowo-foliową

Odpowiedź na pytanie nr 327: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 328 dotyczy pakietu nr 31 poz. 13:

Czy Zamawiający dopuści kompres a 20, pakowany w torebkę papierowo-foliową?

Odpowiedź na pytanie nr 328: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 329 dotyczy pakietu nr 31 poz. 14:

Czy Zamawiający dopuści kompres a 40, pakowany w torebkę papierowo-foliową?

Odpowiedź na pytanie nr 329: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 330 dotyczy pakietu nr 31 poz. 15, 16:

Czy Zamawiający dopuści opaskę o rozciągliwości 70%, wykonaną z bawełny (67%), jedwabiu poliamidowego i przędzy elastomerowej?

Odpowiedź na pytanie nr 330: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 331 dotyczy pakietu nr 31 poz. 17:

Czy Zamawiający dopuści bandaż w rozmiarze 6 cm x 4 m lub 8 cm x 4 m?

Odpowiedź na pytanie nr 331: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 332 dotyczy pakietu nr 31 poz. 18-20:

Czy Zamawiający dopuści bandaże o rozciągliwości ok 150% i długości 4 m. Pozostałe parametry zgodne.

Odpowiedź na pytanie nr 332: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 333 dotyczy pakietu nr 40 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o zbliżonym składzie:

- Serweta włókninowa podfoliowana rozmiar 45x75cm – 1 szt.
- Serweta z włókninowa podfoliowana z otworem i rozcięciem 60x60cm;Ø10cm– 1 szt.
- Rękawice nitrylowe M 2 szt.
- Tupfer kula – 4 szt.
- Kompresy z gazy, 13N, 8W rozmiar 7,5x7,5cm – 5 szt.
- Pęseta plastikowa 13 cm– 1 szt.
- Pean plastikowy 13 cm– 1 szt.
 - Strzykawka wypełniona jałową wodą z 10% gliceryną 10 ml – 1 szt.
 - Strzykawka wypełniona lubrykantem z lidokainą 6 ml – 1 szt.

Zestaw pakowany w twarde blister, następnie w torebkę papierowo-foliową. Elementy poza twarde blisterem (strzykawka wypełniona jałową wodą z 10% gliceryną 10 ml oraz Strzykawka wypełniona lubrykantem z lidokainą 6 ml) w worku foliowym (sposób pakowania ze względów technologicznych)

Odpowiedź na pytanie nr 333: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 334 dotyczy pakietu nr 40 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o zbliżonym składzie

- serweta z laminatu FB 50x60cm – 1 szt;
- serweta z laminatu FB z otworem 5 cm i rozcięciem, rozmiar 50x60cm – 1szt;
- rękawice nitrylowe M – 2 szt;
- tupfer kula 17n 20x20cm – 5 szt;
- kompresy z gazy 17N 8W 7,5cmx7,5cm – 8 szt;
- pęseta plastikowa 13cm – 1 szt;
- pean plastikowy 13cm – 1szt;
- pojemnik plastikowy 125ml – 1szt;
- strzykawka wypełniona jałową wodą z 10% gliceryną 10ml – 1szt;
- strzykawka wypełniona lubrykantem z lidokainą 6ml – 1szt.

Zestaw zapakowany w twarde blister

Odpowiedź na pytanie nr 334: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 335 dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do umowy klauzuli waloryzacyjnej o następującej treści: Zamawiający dopuszcza również zmianę w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na co najmniej 10% w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia zawarcia umowy. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o co najmniej 10%.

Odpowiedź na pytanie nr 335: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 336 dotyczy pakietu nr 1 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii bakteriobójczej o grubości 25 +/-5 µm i rozmiarze całkowitym 20x20cm a powierzchni lepnej 15x20cm, pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 336: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 337 dotyczy pakietu nr 1 poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii bakteriobójczej o grubości 25 +/-5 µm i rozmiarze całkowitym 40x40cm a powierzchni lepnej 34x40cm, pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 337: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 338 dotyczy pakietu nr 1 poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii bakteriobójczej o grubości 25 +/-5 µm i rozmiarze całkowitym 70x45cm a powierzchni lepnej 60x45cm, pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 338: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 339 dotyczy pakietu nr 7 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej w rozmiarze: powierzchnia całkowita 15cm x 36,5cm, a powierzchnia klejąca 15cm x 28cm, pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 339: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 340 dotyczy pakietu nr 7 poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej w rozmiarze: powierzchnia całkowita 28cm x 38,5cm, a powierzchnia klejąca 28cm x 30cm, pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 340: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 341 dotyczy pakietu nr 7 poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej w rozmiarze: powierzchnia całkowita 28cm x 53,5cm, a powierzchnia klejąca 28cm x 45cm, pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 341: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 342 dotyczy pakietu nr 7 poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej w rozmiarze: powierzchnia całkowita 56cm x 88,5cm, a powierzchnia klejąca 56cm x 80cm, pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 342: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 343 dotyczy pakietu nr 11 poz. 1 i 2:

Prosimy o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy podkładów na stół operacyjny o gramaturze podstawowej 240 g/m² (+/- 10%) i grubości folii polietylenowej min. 0,12 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 343: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 344 dotyczy pakietu nr 17 poz. 4:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepków chirurgicznych typu furażerka, ściągany gumką z tyłu, oddychający z możliwością wywijania, wykonany z wiskozy Spunlace, z szerokim przodem i elastycznym tyłem, o gramaturze 25 g/m². Dostępny pięciu kolorach: niebieskim, zielonym, białym, fioletowym i różowym. Produkowany zgodnie z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.

Odpowiedź na pytanie nr 344: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 345 dotyczy pakietu nr 66 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu laryngologicznego o składzie:

- 1x Serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm wzmocniona, grubość foli 50 µm (owinięcie zestawu)
- 1x Ręcznik chłonny 30x39 cm biały
- 1x Fartuch chirurgiczny XL 140 cm zapinany na rzep o długości min. 17 cm, rękawy klejone w obszarze krytycznym
- 1x Fartuch chirurgiczny XL 130 cm zapinany na rzep o długości min. 17 cm, rękawy klejone w obszarze krytycznym
- 1x Fartuch chirurgiczny L 120 cm zapinany na rzep o długości min. 17 cm, rękawy klejone w obszarze krytycznym
- 1x Serweta na stolik Mayo 80x142 cm wzmocniona
- 1x Kleszczyki Kocher 14,2 cm niebieskie
- 1x Końcówka typu Frazier o średnicy 9CH dł. 13 cm zaokrąglona na końcu
- 1x Licznik igieł o skali numerycznej 10 magnetyczno-piankowy z usuwaczem ostrzy, żółty
- 2x Kompres gazowy z nitką RTG 7,5x7,5 cm 12 W, 17 N, wiązany po 10 sztuk
- 1x Igła tępa 18G, 4 cm, czerwona
- 1x Strzykawka trzyczęściowa L/L 10ml przezroczysta
- 1x Kieliszek 60 ml przezroczysty skalowany
- 1x Miska 120 ml przezroczysta skalowana
- 1x Miska 250 ml czerwona skalowana
- 1x Miska 250 ml niebieska skalowana
- 1x Uchwyt na przewody typu rzep 2,5x14 cm
- 1x Serweta laparotomijna z nitką RTG 45x45 cm 4W 20N wstępnie prana biała z pętelką
- 1x Torebka papierowa
- 6x Tupfer gazowy z nitką RTG 20N śr. 5 cm po rozłożeniu 23,5x64,5 cm
- 1x Torba na narzędzia 2 komorowa 41x33 cm z foli PE przezroczysta
- 1x Dren do odsysania 30CH, długość 300 cm o śr. wew. 7 mm śr.zew. 30CH
- 1x Serweta przyklepna 100x100 cm bilaminat
- 1x Serweta do zabiegów laryngologicznych o wymiarach 228x300 cm +/- 2 cm z przyklepnym decentralnym otworem 12x16 cm wykonana z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max. 58 g/m² odpornego na przenikanie płynów > 178 cm H₂O, na rozerwanie na mokro/sucho min. 145 kPa, o niskim współczynniku pylenia ≤ 1,7 log₁₀. I klasa palności. Zestaw zgodny z normą PN-EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, kod kreskowy. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź na pytanie nr 345: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 346 dotyczy pakietu nr 66 poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu laryngologicznego o składzie:

- 1x Serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm wzmocniona, grubość foli 50 µm (owinięcie zestawu)
- 2x Ręcznik chłonny 30x39 cm biały
- 1x Fartuch chirurgiczny XL 140 cm zapinany na rzep o długości min. 17 cm, rękawy klejone w obszarze krytycznym
- 1x Fartuch chirurgiczny XL 130 cm zapinany na rzep o długości min. 17 cm, rękawy klejone w obszarze krytycznym

1x Fartuch chirurgiczny L 120 cm zapinany na rzep o długości min. 17 cm, rękawy klejone w obszarze krytycznym

1x Serweta na stolik Mayo 80x142 cm wzmocniona

1x Dren do odsysania 30CH, długość 300 cm o śr. wew. 7 mm śr.zew. 30CH

1x Końcówka typu Frazier o średnicy 9CH dł. 13 cm zaokrąglona na końcu

1x Kleszczyki Kocher 14,2 cm niebieskie

1x Licznik igieł o skali numerycznej 10 magnetyczno-piankowy z usuwaczem ostrzy, żółty

6x Tupfer gazowy z nitką RTG 20N śr. 5 cm po rozłożeniu 23,5x64,5 cm

1x Przylepna torba na narzędzia 2 komorowa 41x33 cm z folii PE przezroczysta

20x Kompres gazowy z nitką RTG 7,5x7,5 cm 12 W, 17 N

1x Skalpel bezpieczny nr 15

1x Strzykawka trzyczęściowa L/L 10ml przezroczysta

1x Strzykawka trzyczęściowa L/S 20ml przezroczysta

1x Miska 120 ml przezroczysta skalowana

1x Miska 250 ml czerwona skalowana

1x Miska 250 ml niebieska skalowana

1x Osłona foliowa na przewody 18x250 cm PE

1x Serweta przylepna 100x100 cm bilaminat

1x Serweta do zabiegów laryngologicznych 196 x 270 cm z decentralnym otworem przylepnym 7 x 12 cm wykonana z jednorodnego, chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen), pozbawiona pyłących i łatwopalnych włókien celulozy o niskim poziomie pylenia (współczynnik pylenia $\leq 1,9 \log_{10}$) o gramaturze max. 66 g/m². Materiał wytrzymały na rozciąganie wzdłużne na mokro i sucho (min. 60 N), odporny na przenikanie płynów min. 200 cm H₂O oraz ma, wytrzymały na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190 kPa), w obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne 51x65cm wytrzymałe na rozrywanie na mokro/sucho min. 570 kPa). I klasa palności. Zestaw zgodny z normą PN-EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, kod kreskowy. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź na pytanie nr 346: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 347 dotyczy pakietu nr 66 poz. 3:

Pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji "j" tupferów w kształcie kuli 23,5x64,5 cm ø5 cm, z nitką RTG w ilości 5 szt. zamiast 10 szt., pozostałe podpunkty w pozycji nr 3 zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 347: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 348 dotyczy pakietu nr 66:

W związku z faktem iż produkt, który chcemy zaoferować jest wyrobem o nietypowym składzie (nie katalogowym) zgodnym z indywidualnymi wymaganiami użytkownika i producent jego produkcję rozpoczyna wraz z informacją o wygranej przetargu, pragniemy zwrócić się z prośbą o możliwość dołączenia dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium RP tj. deklaracji zgodności, certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną, kopi powiadomienia bądź zgłoszenia do Rejestru wyrobów Medycznych wraz z oświadczeniem o dopuszczeniu do obrotu wraz z pierwszą dostawą produktu.

Odpowiedź na pytanie nr 348: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 349 dotyczy pakietu nr 5 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyspecyfikowanego opatrunku pakowanego po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 349: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 350 dotyczy pakietu nr 21 poz. 1-12:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów w których skład wchodzi serwety 2 warstwowe na całej powierzchni o gramaturze min. 49g/m² oraz w miejscu dodatkowych padów chłonnych o gramaturze min. 104 g/m²?

Odpowiedź na pytanie nr 350: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 351 dotyczy pakietu nr 21 poz. 1-12:

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu spełniającego definicje MDR oraz ustawy o wyrobach medycznych?

Odpowiedź na pytanie nr 351: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 352 dotyczy pakietu nr 21 poz. 1-7, 9, 11:

Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu medycznego, czy Zamawiający wymaga aby komponenty wykorzystywane do zabiegów z różnymi otworami w ciele pacjenta, dłuższych niż 60 min. wchodzące w skład zestawów m.in. rękawice chirurgiczne, tufery z gazy z RTG, chusty z gazy z RTG oraz kompresy z gazy z RTG, sklasyfikowane były jako wyroby medyczne w min. klasie II a?

Odpowiedź na pytanie nr 352: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 353 dotyczy pakietu nr 21 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego w którego składzie znajduje się opaska kohezyjna o rozciągliwości min. 80% zamiast 85%?

Odpowiedź na pytanie nr 353: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 354 dotyczy pakietu nr 21 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii stawu barkowego w którego składzie znajduje się uchwyt rzepowy do kabli typu Velcro min. 2 x 14 cm zamiast 2 x 23 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 354: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 355 dotyczy pakietu nr 21 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii stawu kolanowego w którego składzie znajduje się opaska kohezyjna o rozciągliwości min. 80% zamiast 85%?

Odpowiedź na pytanie nr 355: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 356 dotyczy pakietu nr 21 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do endoprotezy stawu biodrowego w którego składzie znajduje się uchwyt rzepowy do kabli typu Velcro min. 2 x 14 cm zamiast 2 x 23 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 356: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 357 dotyczy pakietu nr 21 poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zespołów w którego składzie znajduje się opaska kohezyjna o rozciągliwości min. 80% zamiast 85%?

Odpowiedź na pytanie nr 357: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 358 dotyczy pakietu nr 21 poz. 11:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu urazowego do biodra w którego składzie znajduje się uchwyt rzepowy do kabli typu Velcro min. 2 x 14 cm zamiast 2 x 23 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 358: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 359 dotyczy pakietu nr 23 poz. 1-10:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwet dwuwarstwowych wykonanych z laminatu o gramaturze min. 49g/m² ?

Odpowiedź na pytanie nr 359: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 360 dotyczy pakietu nr 23 poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania wyspecyfikowanej serwety z wycięciem „U” wykonanej z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 49g/m² z padem chłonnym o gramaturze w miejscu wzmocnienia min. 104 g/m²?

Odpowiedź na pytanie nr 360: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 361 dotyczy pakietu nr 24 poz. 1-2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawów w których skład wchodzi serwety dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu o gramaturze min. 49g/m² także dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) o gramaturze w obszarze krytycznym min. 104 g/m² oraz o chłonności w miejscu wzmocnienia min. 365 ml/m²?

Odpowiedź na pytanie nr 361: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 362 dotyczy pakietu nr 24 poz. 1-12:

Czy Zamawiający oczekuje zaferowania asortymentu spełniającego definicje MDR oraz ustawy o wyrobach medycznych?

Odpowiedź na pytanie nr 362: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 363 dotyczy pakietu nr 24 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu urazowego do operacji zastawek w którego składzie znajduje się uchwyt rzepowy do kabli typu Velcro min. 2 x 14 cm zamiast 2 x 23 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 363: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 364 dotyczy pakietu nr 24 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu sercowo-naczyniowego w którego składzie znajduje się uchwyt rzepowy do kabli typu Velcro min. 2 x 14 cm zamiast 2 x 23 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 364: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 365 dotyczy pakietu nr 25 poz. 1-4:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawów w których skład wchodzi serwety dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu o gramaturze min. 49g/m² także dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) o gramaturze w obszarze krytycznym min. 104 g/m² oraz o chłonności w miejscu wzmocnienia min. 365 ml/m²?

Odpowiedź na pytanie nr 365: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 366 dotyczy pakietu nr 25 poz. 1-4:

Czy Zamawiający oczekuje zaferowania asortymentu spełniającego definicje MDR oraz ustawy o wyrobach medycznych?

Odpowiedź na pytanie nr 366: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 367 dotyczy pakietu nr 26 poz. 1-6:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów w których skład wchodzi serwety dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu o gramaturze min. 49g/m² także dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) o gramaturze w obszarze krytycznym min. 104 g/m² oraz o chłonności w miejscu wzmocnienia min. 365 ml/m²?

Odpowiedź na pytanie nr 367: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 368 dotyczy pakietu nr 26 poz. 1-6:

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu spełniającego definicje MDR oraz ustawy o wyrobach medycznych?

Odpowiedź na pytanie nr 368: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 369 dotyczy pakietu nr 26 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do pobrań narządów w którego składzie znajduje się uchwyt rzepowy do kabli typu Velcro min. 2 x 14 cm zamiast 2 x 23 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 369: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 370 dotyczy pakietu nr 26 poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do angiografii w którego składzie znajduje się uchwyt rzepowy do kabli typu Velcro min. 2 x 14 cm zamiast 2 x 23 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 370: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 371 dotyczy pakietu nr 27 poz. 1-2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów w których skład wchodzi serwety dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu o gramaturze min. 49g/m² także dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) o gramaturze w obszarze krytycznym min. 104 g/m²?

Odpowiedź na pytanie nr 371: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 372 dotyczy pakietu nr 27 poz. 1-2:

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu spełniającego definicje MDR oraz ustawy o wyrobach medycznych?

Odpowiedź na pytanie nr 372: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 373 dotyczy pakietu nr 28 poz. 1-7:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów w których skład wchodzi serwety dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu o gramaturze min. 49g/m² także dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) o gramaturze w obszarze krytycznym min. 104 g/m²?

Odpowiedź na pytanie nr 373: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 374 dotyczy pakietu nr 28 poz. 2-7:

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu spełniającego definicje MDR oraz ustawy o wyrobach medycznych?

Odpowiedź na pytanie nr 374: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 375 dotyczy pakietu nr 29 poz. 1-2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów w których skład wchodzi serwety dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu o gramaturze min. 49g/m² także dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) o gramaturze w obszarze krytycznym min. 104 g/m²?

Odpowiedź na pytanie nr 375: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 376 dotyczy pakietu nr 29 poz. 1-2:

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu spełniającego definicje MDR oraz ustawy o wyrobach medycznych?

Odpowiedź na pytanie nr 376: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 377 dotyczy pakietu nr 29 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zdejmowania szwów w którego składzie znajdują się tufery włókninowe wielkości śliwki zamiast wielkości jajka?

Odpowiedź na pytanie nr 377: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 378 dotyczy pakietu nr 30 poz. 1-6:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów w których skład wchodzi serwety dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu o gramaturze min. 49g/m² także dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) o gramaturze w obszarze krytycznym min. 104 g/m²?

Odpowiedź na pytanie nr 378: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 379 dotyczy pakietu nr 30 poz. 1-6:

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu spełniającego definicje MDR oraz ustawy o wyrobach medycznych?

Odpowiedź na pytanie nr 379: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 380 dotyczy pakietu nr 33 poz. 1-3:

Czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowane ubiory pakowane były w praktyczne dyspensery, które optymalizują wykorzystanie przestrzeni magazynowej oraz chronią wyroby przed ich zanieczyszczeniem?

Odpowiedź na pytanie nr 380: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 381 dotyczy pakietu nr 35 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania uchwytu rzep typu Velcro w rozmiarze 2,5 x 14 cm pakowanego po 130 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 381: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 382 dotyczy pakietu nr 35 poz. 7:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowana torba do artroskopii pakowana była w opakowanie dodatkowe – papier krepowy?

Odpowiedź na pytanie nr 382: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 383 dotyczy pakietu nr 36 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu w którego skład wchodzi serwety dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu o gramaturze min. 49g/m² także dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) o gramaturze w obszarze krytycznym min. 104 g/m²?

Odpowiedź na pytanie nr 383: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 384 dotyczy pakietu nr 36 poz. 1:

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu spełniającego definicje MDR oraz ustawy o wyrobach medycznych?

Odpowiedź na pytanie nr 384: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 385 dotyczy pakietu nr 37 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu w którego skład wchodzi serwety dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu o gramaturze min. 49g/m² także dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) o gramaturze w obszarze krytycznym min. 104 g/m²?

Odpowiedź na pytanie nr 385: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 386 dotyczy pakietu nr 37 poz. 1:

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu spełniającego definicje MDR oraz ustawy o wyrobach medycznych?

Odpowiedź na pytanie nr 386: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 387 dotyczy pakietu nr 38 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu w którego skład wchodzi serwety dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu o gramaturze min. 49g/m² także dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) o gramaturze w obszarze krytycznym min. 104 g/m²?

Odpowiedź na pytanie nr 387: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 388 dotyczy pakietu nr 38 poz. 1:

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu spełniającego definicje MDR oraz ustawy o wyrobach medycznych?

Odpowiedź na pytanie nr 388: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 389 dotyczy pakietu nr 38 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do VAC i refiksacji w którego składzie znajduje się uchwyt rzepowy do kabli typu Velcro min. 2 x 14 cm zamiast 2 x 23 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 389: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 390 dotyczy pakietu nr 39 poz. 1-2:

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania jałowych serwet z gazy z elementem RTG w kolorze zielonym? Zielone serwety operacyjne jest łatwiej odróżnić od otaczających tkanek organizmu, minimalizując ryzyko pozostawienia serwety w ciele Pacjenta.

Odpowiedź na pytanie nr 390: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 391 dotyczy pakietu nr 40 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu w którego skład wchodzi serwety dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu o gramaturze min. 49g/m² także dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) o gramaturze w obszarze krytycznym min. 104 g/m²?

Odpowiedź na pytanie nr 391: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 392 dotyczy pakietu nr 40 poz. 1:

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu spełniającego definicje MDR oraz ustawy o wyrobach medycznych?

Odpowiedź na pytanie nr 392: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 393 dotyczy pakietu nr 44 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów w okolicy ramienia w którego składzie znajduje się uchwyt rzepowy do kabli typu Velcro min. 2 x 14 cm zamiast 2 x 23 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 393: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 394 dotyczy pakietu nr 45 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu w którego skład wchodzi serwety dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu o gramaturze min. 49g/m² także dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) o gramaturze w obszarze krytycznym min. 104 g/m²?

Odpowiedź na pytanie nr 394: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 395 dotyczy pakietu nr 45 poz. 1:

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu spełniającego definicje MDR oraz ustawy o wyrobach medycznych?

Odpowiedź na pytanie nr 395: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 396 dotyczy pakietu nr 48 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zapakowanego w wytrzymałą torbę foliową w którego skład wchodzi serwety dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu o gramaturze min. 49g/m² oraz o odporności na penetrację płynów min. 150 cm H₂O, o chłonności włókniny min. 110 ml/m²?

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 396: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 397 dotyczy pakietu nr 48 poz. 1:

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu spełniającego definicje MDR oraz ustawy o wyrobach medycznych?

Odpowiedź na pytanie nr 397: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 398 dotyczy pakietu nr 48 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu laryngologicznego w którego składzie znajduje się uchwyt rzepowy do kabli typu Velcro min. 2 x 14 cm zamiast 2 x 23 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 398: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 399 dotyczy pakietu nr 11 poz. 1:

Zwracamy się o możliwość złożenia oferty - Jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAP. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego niebieskiego laminatu. Wymiary prześcieradła 101 cm (+/- 2 cm) x 228 cm (+/- 2 cm). Warstwa chłonna o wymiarach - długość 190 cm (+/- 1cm) i szerokość 50 (+/- 1 cm). Wchłanianość co najmniej 5600 g/m² potwierdzona badaniami akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzone nazwą produktu lub wytwórcy - Ecolab). Wyprodukowany zgodnie z normą ISO13485, potwierdzone certyfikatem. Produkt w zestawie z niepylącym prześcieradłem transportowym przebadanym na rozdieranie zgodnie z metodą ASTM D5733 o wymiarach 86 cm x 168 cm i udźwigu minimum 220 kg o gramaturze min .60 g/m² oraz 2 osłonami na podramienniki o wymiarach 33 cm x 76 cm posiadającymi opaskę o długości 81cm (+/-1 cm) i szerokości 4 cm o regulowanej średnicy, pozwalające na utrzymywanie przedramienia pacjenta i osłoną na zagłówek. Okres przydatności do użycia: 5 lat Wyrób medyczny kl.I. Opakowanie 24 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 399: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 400 dotyczy pakietu nr 11 poz. 2:

Zwracamy się o możliwość złożenia oferty - Jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAP. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego niebieskiego laminatu. Wymiary prześcieradła 101 cm (+/- 2 cm) x 228 cm (+/- 2 cm). Warstwa chłonna o wymiarach - długość 190 cm (+/- 1cm) i szerokość 50 (+/- 1 cm). Wchłanianie co najmniej 5600 g/m² potwierdzona badaniami akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzone nazwą produktu lub wytwórcy - Ecolab). Wyprodukowany zgodnie z normą ISO13485 potwierdzone certyfikatem. Opakowanie 42 szt. Okres przydatności do użycia: 5 lat Wyrób medyczny kl.I.

Odpowiedź na pytanie nr 400: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 401 dotyczy pakietu nr 11:

Zwracamy się o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/ EWG i 93/42/EWG, przedstawienia certyfikatu zarządzania jakością z normą dedykowaną wyrobom medycznym EN ISO 13485:2016 lub równoważną?

Odpowiedź na pytanie nr 401: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 402 dotyczy pakietu nr 60:

Zwracamy się o możliwość złożenia oferty - Sterylny zestaw do zabezpieczenia ramienia C umożliwiający pracę podczas zabiegów na stole wyciągowym. Skład: 2 x osłona wykonana z mocnej bezbarwnej folii PE, w kształcie kwadratu o wym. 127x64 cm w , krawędź obszyta elastyczną gumką, 1x osłona ramienia C wykonana z mocnej bezbarwnej folii PE o wymiarach 50 x 250 cm, wyposażona w sześć zintegrowanych plastikowych U kształtnych klamer, pozwalających na zabezpieczenie ramienia C zgodnie z zasadami aseptyki. Zestaw umieszczony w trójdzielnej kieszeni, która po otwarciu opakowania sterylne zabezpiecza elementy przed wysunięciem. Wyrób medyczny klasy I sterylne.

Odpowiedź na pytanie nr 402: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 403 dotyczy §1 ust. 11 umowy załącznik nr 3 do SWZ:

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w zakresie §1 ust. 11 na następujący:

Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem (na nr tel. 261 660 463) z 5-dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

Odpowiedź na pytanie nr 403: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 404 dotyczy §9 ust. 2 umowy załącznik nr 3 do SWZ:

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w zakresie §9 ust. 2 na następujący:

W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższą niż wynika z cennika, zawartego w §11 niniejszej umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy kwot cenę w terminie 10 dni roboczych od daty wezwania. Różnica ta nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego towaru z umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 404: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 405 dotyczy §10 umowy załącznik nr 3 do SWZ:

Dot. §10 umowy załącznik nr 3 do SWZ

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów umów poprzez dodanie ust. 5 następującej treści:
W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów zastępczych.

Odpowiedź na pytanie nr 405: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 406 dotyczy pakietu nr 29, 40:

Czy Zamawiający dopuści pakowanie zestawów w 1 opakowanie transportowe?

Odpowiedź na pytanie nr 406: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 407 dotyczy pakietu nr 26:

Czy Zamawiający dopuści we wszystkich zestawach w pakiecie 26:

Czy Zamawiający dopuści obłożenia wykonane z materiału 2-warstwowego z padem chłonnym w obszarze krytycznym, zawierające w swoim składzie również wiskozę, o gramaturze 55g/m², a w miejscu padów chłonnych 124 g/m²?

Odpowiedź na pytanie nr 407: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 408 dotyczy pakietu nr 26:

Czy Zamawiający dopuści we wszystkich zestawach w pakiecie 26:

- serwety na stolik Mayo nie składane teleskopowo, ale których sposób złożenia gwarantuje aseptyczną aplikację;
- ręczniki do rąk w rozmiarze większym niż 30 x 33 cm;
- uchwyt Velcro w rozmiarze 2,5 x 30 cm.

Odpowiedź na pytanie nr 408: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 409 dotyczy pakietu nr 26:

W zestawie do żylaków (26 pozycja 1):

- serwetę „U” o wymiarze 200 x 280 cm zamiast 225 x 280 cm.

Odpowiedź na pytanie nr 409: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 410 dotyczy pakietu nr 26:

W zestawie do tętniaków (26 pozycja 2):

- serwetę główną w rozmiarze 260 x 350 cm zamiast 260 x 365 cm.

Odpowiedź na pytanie nr 410: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 411 dotyczy pakietu nr 26:

W zestawie do pobrań narzędzi (26 pozycja 3):

- dodatkowy pad chłonny na serwecie głównej w obszarze krytycznym.

Odpowiedź na pytanie nr 411: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 412 dotyczy pakietu nr 26:

W zestawie Uniwersalnym (26 pozycja 4):

- serwetę „U” o wymiarach 200 x 280 cm zamiast 225 x 280 cm;
- opatrunek pooperacyjny 10 x 15 cm zamiast 8 x 15 cm.

Odpowiedź na pytanie nr 412: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 413 dotyczy pakietu nr 26:

W zestawie do angiografii (26 pozycja 6):

- serwetę główną o wymiarach 220 x 450 cm zamiast 254 x 450 cm.

Odpowiedź na pytanie nr 413: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 414 dotyczy postępowania:

Czy wykonawca dobrze rozumie, że jeśli producent nie przewidział konieczności transportowania wyrobów medycznych w warunkach kontrolowanych, to informacja o tym powinna być umieszczona w dokumencie przewozu lub dokumentacji zakupu tych produktów?

Odpowiedź na pytanie nr 414: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 415 dotyczy pakietu nr 5 poz. 1:

Proszę o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach po 50 sztuk.

Odpowiedź na pytanie nr 415: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 416 dotyczy pakietu nr 6 poz. 1:

Proszę o dopuszczenie czepków wykonanych z włókniny polipropylenowej o gramaturze 18 gr/m²

Odpowiedź na pytanie nr 416: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SWZ bez zmian.

Pytanie nr 417 dotyczy pakietu nr 6 poz. 2:

Proszę o dopuszczenie czepków na bokach wykonanych z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45 g/m² w kolorze niebieskim oraz górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m² w kolorze białym.

Odpowiedź na pytanie nr 417: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 418 dotyczy pakietu nr 6 poz. 4:

Proszę o dopuszczenie opatrunku o wymiarach 8 x 20 cm zamiast 10 x 20 cm.

Odpowiedź na pytanie nr 418: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 419 dotyczy pakietu nr 17 poz. 1:

Proszę o dopuszczenie maseczek o parametrach:

- jednorazowego użytku
- hypoalergiczna (nie powodująca uczuleń i podrażnień), nie zawiera włókien szklanych oraz metali ciężkich
- wykonana z trzech warstw włókniny (odporna na przesiąkanie), 25 g/m² +25 g/m² +25 g/m²
- pełnobarierowa, skuteczność filtracji bakterii: BFE >98% zgodnie z EN 14683 (TYPE II)
- z wkładką modelującą na nos, posiada w części środkowej zakładkę umożliwiającą dopasowanie do twarzy
- bezzapachowa
- wyprodukowana z zachowaniem czystości bakteryjnej, zgodnie z normą EN 14683:2019+ AC:2019 Annex D I EN ISO 11737-1:2018
- mocowana na troki o długości 38 cm
- wymiary 17,5 cm x 9,5 cm
- Kolor: niebieski
- pakowana w kartonik w formie podajnika po 50 szt

Odpowiedź na pytanie nr 419: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 420 dotyczy pakietu nr 17 poz. 2:

Proszę o dopuszczenie maseczek chroniących nos i usta z pianką zapobiegającą parowaniu okularów oraz plastikowym elementem chroniącym oczy o parametrach:

- maska posiada 3 warstwy
- wiązana na troki
- wkładka modelująca umożliwiająca dopasowanie do kształtu nosa
- kolor zielony/niebieski
- przezroczysta osłona na oczy
- niesterylne
- rozmiar: uniwersalny
- pełnobarierowa, bezzapachowa, nie podrażniająca skóry
- opakowanie zapewniające pojedyncze wyjmowanie

Odpowiedź na pytanie nr 420: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 421 dotyczy pakietu nr 17 poz. 3:

Proszę o dopuszczenie maseczek 3 warstwowych.

Odpowiedź na pytanie nr 421: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 422 dotyczy pakietu nr 17 poz. 3:

Proszę o dopuszczenie maseczek typu II zamiast IIR.

Odpowiedź na pytanie nr 422: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 423 dotyczy pakietu nr 17 poz. 3:

Proszę o dopuszczenie maseczek w kolorze niebieskim.

Odpowiedź na pytanie nr 423: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SWZ bez zmian.

Pytanie nr 424 dotyczy pakietu nr 17 poz. 3:

Proszę o dopuszczenie maseczek w kolorze zielonym.

Odpowiedź na pytanie nr 424: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SWZ bez zmian.

Pytanie nr 425 dotyczy pakietu nr 17 poz. 4:

Proszę o dopuszczenie czepka w kształcie furażerka z gumką w tylnej części

- Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m² w kolorze niebieskim
- Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m² w kolorze białym
- Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia
- Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk

Odpowiedź na pytanie nr 425: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SWZ bez zmian.

Pytanie nr 426 dotyczy pakietu nr 17 poz. 5:

Proszę o dopuszczenie czepka tylko w kolorze niebieskim.

Odpowiedź na pytanie nr 426: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 427 dotyczy pakietu nr 47 poz. 1:

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje ubrań spełniających normę EN 13795-2 tj. ściśle przylegające do szyi, posiadające długie rękawy, rękawy i nogawki zakończone ściągaczem, ponieważ tylko tak skonstruowane ubrania są zgodne normą EN 13795-2? Według stanowiska URPLW MiPB wydanego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie

wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), w którym URPL stwierdza, że wyrobami medycznymi są wyłącznie wyroby sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, spełniające normę EN 13795. URPL podkreśla, że ubrania spełniające wspomnianą normę muszą posiadać długi rękaw oraz nogawki zakończone ściągaczami, a także okrągłe wycięcie na poziomie szyi. Brak tych elementów powoduje, że pacjent nie jest należycie chroniony przed mikroorganizmami przenoszonymi na złuszczonej naskórku personelu medycznego.

Odpowiedź na pytanie nr 427: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ – załącznik nr 2 pakiet 47 poz. 1 poprzez zmianę kodu CPV z 33199000-1 na 35113400-3 i wymaga zastosowania 23% stawki podatku VAT. Zapis otrzymuje brzmienie:

Pakiet nr 47 UBRANIA JEDNORAZOWE CPV35113400-3										
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Parametry dodatkowe	ilości w zestawie	Jednostka miary	Wartość jednostkowa netto (zł)	% VAT	Ilość	Wartość netto (zł)	Cena brutto (zł)	Nazwa kod producenta
1	Komplet jednorazowego użytku (bluza i spodnie) przeznaczony do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego, wykonany z hydrofobowej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2, nieprześwitujący, oddychający. Bluza z krótkim rękawem, z dekoltem 'V' wykończonym lamówką, wyposażona w 3 kieszenie W pasie troki do wiązania. Pakowane indywidualnie w torebkę foliową. Kolor niebieski lub zielony.	Rozmiar XS- XXL	x	komplet			60 000			
Razem pakiet nr 47										

Pytanie nr 428 dotyczy pakietu nr 47 poz. 1:

Zgodnie z normą EN 13795-2 ubrania takie jak opisane przez Zamawiającego, a więc z krótkimi rękawami i spodniami bez ściągaczy to jedynie „roboczy wyrób odzieżowy dla personelu Sali operacyjnej, co do którego nie ma konieczności spełnienia wymagań dotyczących odzieży dla bloków operacyjnych. Kitel [ang. - Scrub Suit, który pojawia się w deklaracjach oraz na opakowaniach ubrań wykonawców] nie jest zasadniczo przeznaczony do zapobiegania rozprzestrzenianiu się czegokolwiek drogą powietrzną od personelu medycznego”

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania ubrań higienicznych z bluzą z krótkimi rękawami, oraz spodniami bez ściągaczy ?

Odpowiedź na pytanie nr 428: Tak, zgodnie z modyfikacją SWZ – odpowiedź na pytanie nr 427.

Pytanie nr 429 dotyczy pakietu nr 47 poz. 1:

Czy w związku z Wiążącymi Informacjami Stawkowymi nr WIS 0115-KDST2-1.450.1201.2020.18.AW, oraz WIS 0115-KDST2-1.450.1205.2020.23.MDO które wprost mówią, że ubrania takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, nie mogą być więc wyrobem medycznym, Zamawiający wymaga ubrań objętych 23% stawką VAT ?

Odpowiedź na pytanie nr 429: Tak, zgodnie z modyfikacją SWZ – odpowiedź na pytanie nr 427.

Pytanie nr 430 dotyczy pakietu nr 17 poz. 5:

Proszę o dopuszczenie opatrunku poiniekcyjnego o średnicy 36 mm z podkładką hemostatyczną o średnicy 16 mm i grubości 3 mm. Dostępny w kolorze białym i kolorze skóry. Pakowane pojedynczo w higieniczne opakowanie, warstwa klejąca plastra jest umocowana na opakowaniu, a złożona mała podkładka antyadhezyjna jest łatwa do trzymania, co ułatwia użytkownikom używanie zarówno bez

dotykania podkładki i powierzchni samoprzylepnej. Sterylne, pakowane po 100 sztuk w opakowanie zbiorcze.

Odpowiedź na pytanie nr 430: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 431 dotyczy pakietu nr 22 poz. 4:

Czy zamawiający w pakiecie 22 poz. 4 dopuści klej naniesiony równomiernie pozostałe parametry zgodnie z SWZ ?

Odpowiedź na pytanie nr 431: Zgodnie z SWZ.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 88 ust. 1 Pzp przekazuje treść zmian ogłoszenia o zamówieniu o których mowa w art. 90 ust. 1 Pzp.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ lub modyfikacji SWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data wyjaśnień lub modyfikacji i nr pytania).

Z upoważnienia KOMENDANTA
4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
SP ZOZ we Wrocławiu
mgr Piotr STRĄK
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych