



Wałbrzych, dnia 08.08.2019r.

DZPZ-530-Zp/42/PN-40/19

**Wykonawcy – wszyscy**

Dotyczy: **"Dostawa materiałów medycznych" - Zp/42/PN-40/19**

Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 1. Dotyczy pakietu nr 12**

1. Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści łyżki jednorazowego użytku w opakowaniu folia papier, bez kodowania kolorami i spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

**Odp. NIE, Zamawiający wymaga oznaczenia kolorystycznego i numerycznego.**

2. Czy w pozycji 2 Zamawiający dopuści laryngoskop jednorazowego użytku, dostępny w postaci osobnej łyżki i rękojeści z wbudowanymi bateriami, bez kodowania kolorami ?

**Odp. NIE, Zamawiający wymaga kompletnego jednorazowego laryngoskopu gotowego do natychmiastowego użycia.**

**Pytanie 2. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1**

1. Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,3 x 13 mm lub 0,45x12mm?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

2. W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o dopuszczenie igieł innego producenta, niż igły zaoferowane w poz. 2-8.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza igieł innego producenta.**

**Pytanie 3. Dotyczy pakietu nr 6 poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści łącznik z PCV sterylny gładki do łączenia drenów obwodów oddechowych o wymiarach 22M/15F na 15F

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**





**Pytanie 4. Dotyczy Pakietu nr 12 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści łyżki bez oznakowania kolorystycznego, spełniające pozostałe wymagania?

**Odp. NIE, Zamawiający wymaga oznaczenia kolorystycznego i numerycznego.**

**Pytanie 5. Dotyczy Pakietu nr 12 poz. 2**

Czy Zamawiający, mając na względzie zasady zachowania uczciwej konkurencji i możliwość uzyskania

najlepszej oferty, dopuści w powyższym zakresie rękojeść światłowodową wykonaną z niemagnetycznego lekkiego stopu aluminium do laryngoskopu (ze źródłem światła), oraz jednorazowe łyżki do laryngoskopu, z wysokiej jakości tworzywa sztucznego-poliwęglanu, jako komplet, przy zachowaniu pozostałych wymagań? Obecny opis ogranicza bowiem ilość złożonych ofert naraża tym samym Zamawiającego na nieracjonalne gospodarowanie środków publicznych przy jednoczesnym zakupie przedmiotu niekoniecznie wysokiej jakości.

**Odp. NIE, Zamawiający wymaga kompletnego jednorazowego laryngoskopu gotowego do natychmiastowego użycia.**

**Pytanie 6. Dotyczy Pakietu nr 12 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestawy bez oznakowania kolorystycznego,

**Odp. NIE, Zamawiający wymaga oznaczenia kolorystycznego i numerycznego.**

**Pytanie 7. Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne z nadmuchiwanym mankietem?

**Odp. NIE, Zamawiający wymaga mankieta bez nadmuchiwania.**

**Pytanie 8. Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby maski posiadały bliżej nieokreśloną „wewnętrzną stabilizację części nosowej mankieta”?

**Odp. Zamawiający nie odstąpi.**

**Pytanie 9. Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1, 2**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby maski pozbawione były DEHP i dopuści maski ze śladową ich ilością, spełniające wszystkie normy jakościowe dopuszczające te produkty do stosowania na terenie UE, bez zawartości lateksu. Pragniemy dodatkowo zauważyć, że wyroby te nie są wyrobami pozostającymi w kontakcie z krwią ani z płynami przeznaczonymi do iniekcji (dożylniej) a więc szkodliwość chociażby ftalanów jest w tym przypadku znikoma.


**Odp. Zamawiający nie odstąpi.**

**Pytanie 10. Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści maski w rozmiarach 0-5?

**Odp. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.**





**Pytanie 11. Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,9999%, spełniający pozostałe wymagania?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 12. Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy, antibakteryjny, antywirusowy, hydrofobowy o plisowanej wkładce filtracyjnej, mechaniczny (bez warstwy elektrostatycznej) o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999999%, skuteczny wobec HIV, WZW, Tbc, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 40 g, filtr z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 34,2 mg H<sub>2</sub>O przy VT=500 ml, dla objętości oddechowej 200-1500 ml, filtr wyposażony w złącze proste, sterylne, jednorazowy, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo papier/folia?

**Odp. NIE, Zamawiający wymaga karbowanego łącznika do bronchoskopu.**

**Pytanie 13. Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści obwód składający się z trzech rur o długości 180 cm, spełniający pozostałe wymagania?

**Odp. NIE, Zamawiający wymaga rur o długości 200 cm.**

**Pytanie 14. Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści obwód składający się z trzech rur o długości 180 cm, spełniający pozostałe wymagania?

**Odp. NIE, Zamawiający wymaga rur o długości 300 cm.**

**Pytanie 15. Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści obwód z trzecią rurą i workiem niepołączone, spełniający pozostałe wymagania?

**Odp. NIE, Zamawiający wymaga rury zakończonej workiem.**

**Pytanie 16. Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co zwiększy konkurencyjność złożonych ofert?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 17. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,30 x 12 mm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.


**Odp. NIE, Zamawiający oczekuje sprzętu zgodnie z opisem w SIWZ.**

**Pytanie 18. Dotyczy pakietu nr 5 poz. 1**

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogów SIWZ takie uprofilowanie kopuły maski, które nie wymaga dodatkowych elementów antypoślizgowych?

**Odp. NIE.**





**Pytanie 19. Dotyczy pakietu nr 5 poz. 2**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie masek wykonanych z medycznego PCV

**Odp. Zamawiający dopuści jeżeli nie zawierają lateksu i DEHP.**

**Pytanie 20. Dotyczy wzoru umowy:**

**1. Dotyczy §2 ust. 2**

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. punktu na: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, o ile część niezrealizowana nie przekroczy 20% całkowitej wartości umowy”.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**2. Dotyczy §6 ust. 5**

Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisu na: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen brutto tylko i wyłącznie w przypadku zmiany stawek podatku VAT.”

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**3. Dotyczy §8 ust. 1 a))**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację ww. zapisu na: „0,5 % wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru”

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**4. Dotyczy §8 ust. 1 b)**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację ww. zapisu na: „10% wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.”. W ustępie 2 Zamawiający przewiduje dla siebie karę we własnie takiej wysokości w przypadku rozwiązania umowy z winy Zamawiającego. Dodatkowo naliczanie kary od wartości umowy już należycie wykonanej jest nadużyciem.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**5. Dotyczy §8 ust. 3.**

Zwracam się z prośbą o zmianę zapisów §8 ust. 3 na: „Stronom przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.”.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**6. Dotyczy §9 ust. 3**

Zwracam się z prośbą o zmianę zapisów §9 ust. 3 na: „W przypadku rażącego i uporczywego nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.”.


**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 21, Pakiet nr 4, pozycja 1**

Czy zamawiający odstąpi od zapisu „z zabezpieczeniem chroniącym przed możliwością zaklinowania nagłośni w postaci użebrowania”? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Zamawiający nie odstąpi.**





**Pytanie nr 22, Pakiet nr 4, pozycja 1**

Czy zamawiający wydzieli pozycję 1 do oddzielnego pakietu? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. NIE, Zamawiający nie wydziela pozycji.**

**Pytanie nr 23, Pakiet nr 5, pozycja 1**

Czy zamawiający dopuści kodowanie kolorystyczne na pierścieniu oraz numeryczne na opakowaniu jednostkowym? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Nie, maska ma być kodowana numerycznie i kolorystycznie.**

**Pytanie nr 24, Pakiet nr 5, pozycja 2**

Czy zamawiający dopuści kodowanie kolorystyczne na pierścieniu oraz numeryczne na opakowaniu jednostkowym? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Nie, maska ma być kodowana numerycznie i kolorystycznie.**

**Pytanie nr 25, Pakiet nr 11, pozycja 8**

Czy zamawiający wydzieli pozycję 8 do oddzielnego pakietu? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. NIE, Zamawiający nie wydziela pozycji.**

**Pytanie nr 26, Pakiet nr 11, pozycja 8**

Czy zamawiający dopuści podwójnie obrotowy łącznik o kącie 45°? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. NIE, Zamawiający wymaga łącznika o kącie 120°.**

**Pytanie nr 27, Pakiet nr 11, pozycja 8**

Czy zamawiający dopuści 2 boczne otwory? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. NIE, Zamawiający wymaga 4 otworów.**

**Pytanie nr 28, Pakiet nr 11, pozycja 8**

Czy zamawiający dopuści przesuwającą mechaniczną zastawkę dostępu cewnika do pacjenta? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Tak.**

**Pytanie nr 29, Pakiet nr 11, pozycja 8**

Czy zamawiający odstąpi od zapisu „kapturek umożliwiające wykonanie bronchoskopii”? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. NIE.**

**Pytanie nr 30, Pakiet nr 11, pozycja 8**

Czy zamawiający dopuści czas użytkowania do 72 h? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. TAK.**

**Pytanie nr 31, Pakiet nr 12, pozycja 1**

Czy zamawiający dopuści kodowanie numeryczne zamiast kolorami? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. NIE, Zamawiający wymaga oznakowania kolorystycznego i numerycznego.**





**Pytanie nr 32, Pakiet nr 12, pozycja 2**

Czy zamawiający dopuści kodowanie numeryczne zamiast kolorami? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. NIE, Zamawiający wymaga oznakowania kolorystycznego i numerycznego**

**Pytanie nr 33, Pakiet nr 12, pozycja 2**

Czy zamawiający dopuści osobno pakowaną rękojeść i osobną pakowaną łyżkę? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. NIE, Zamawiający wymaga kompleksowego jednorazowego laryngoskopu, gotowego do natychmiastowego użycia.**

**Pytanie nr 34, Pakiet nr 3:**

Pyt. 1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki Foley mają być wyposażone w plastikową zastawkę, która lepiej dopasowuje się i przylega do końca strzykawki oraz lepiej zabezpiecza przed przypadkowym opróżnieniem balonu?

**Odp. Tak, mają być wyposażone w plastikową zastawkę**

Pyt. 2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy na zakończeniu kanału ze sztywną zastawką w Cewniku Foley ma się znajdować logo marki, informacja o materiale z jakiego wykonany jest cewnik, rozmiar, średnica zewnętrzna cewnika oraz pojemność balonu?

**Odp. Na zakończeniu kanału ze sztywną zastawką ma się znajdować rozmiar, śr. zewnętrzna cewnika oraz pojemność balonu.**

Pyt. 3. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki foley mają być pakowane w opakowanie jednostkowe papier folia, w środku opakowanie wewnętrzne foliowe PE z trzema nacięciami do otwarcia – jedno poziomo wzdłuż całego opakowania, i dwa pionowo przy obu końcach opakowania?

**Odp. TAK. Minimum dwa nacięcia do otwarcia w opakowaniu wewnętrznym foliowym.**

**Pytanie nr 35, Pakiet nr 5 poz. 1:**

Prosimy o dopuszczenie maski anestetycznej, jednorazowego użytku, biologicznie czysta, z miękkim mankietem nie wymagającym zewnętrznego uszczelniania, umożliwiającym szczelne dopasowanie do twarzy pacjenta. rozmiar maski kodowany barwą mankieta oraz oznaczony numerycznie na części ustnej korpusu. Korpus maski o anatomicznym kształcie zapewniającym dokładne dopasowanie do twarzy pacjenta oraz zmniejszającym „przestrzeń martwą”, wykonany z przezroczystego materiału, zakończony łącznikiem wyposażonym w pierścień mocujący. Maski anestetycznej pozbawiona PCV, ftalanów i lateksu, kompatybilna ze środowiskiem MRI. Na etykiecie jednostkowej nazwa w języku polskim, rozmiar, data produkcji, data ważności, piktogram, instrukcja użycia, oznaczenie braku DEHP, BPA i kompatybilności z MRI.

**Odp. Zamawiający dopuści, jeżeli na zewnętrznej powierzchni maski są elementy antypoślizgowe ułatwiające uchwyt maski.**

**Pytanie nr 36, Pakiet nr 5 poz. 2:**

Prosimy o dopuszczenie maski anestetycznej jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem,







SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



w rozmiarach wiekowych od 1-7 odpowiednio: noworodek / niemowlę / małe dziecko / dziecko / dorosły mały / dorosły średni / dorosły duży - analogicznie do zakresu rozmiarów 0 – 6, pozostałe parametry jak w siwz.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 37, Pakiet nr 9:**

Czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty badań klinicznych, dotyczących oceny bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni?

**Odp. TAK.**

**Pytanie nr 38, Pakiet nr 11 poz. 1:**

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie rurki pochodziły od jednego producenta?

**Odp. TAK**

**Pytanie nr 39, Pakiet nr 11 poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści:

Rurka intubacyjna z balonem niskociśnieniowym do długotrwałej wentylacji

- sterylna
- oznaczenie głębokości
- nadruk rozmiaru na rurce, łączniku i baloniku kontrolnym,
- linia kontrastowa RTG
- balon kontrolny z samoczynnie zamykającym się zaworem
- mankiet rurki typu „duża objętość- niskie ciśnienie”
- z wbudowanym dodatkowym kanałem umożliwiającym dostęp i drenaż okolicy podgłośniowej
- łącznik 15 mm
- średnica drenu do odsysania min. 4mm
- w rozmiarach od 6,0 do 9,0 (co 0,5)

**Odp. Dopuszcza, jeżeli mankiet jest w kształcie stożka od góry zwężający się ku dołowi.**

**Pytanie nr 41, Pakiet nr 11 poz. 3:**

Czy Zamawiający dopuści:

Rurka intubacyjna z balonem niskociśnieniowym do długotrwałej wentylacji:

- sterylna
- oznaczenie głębokości
- nadruk rozmiaru,
- linia kontrastowa RTG
- w rozmiarach 6,0 do 9,0

**Odp. Dopuszcza, jeżeli posiada automatyczny system kontroli ciśnienia w mankiecie samoczynnie utrzymujący ciśnienie.**

**Pytanie nr 42, Pakiet nr 11 poz. 4:**

Czy Zamawiający wymaga łączników z zaciskami?

**Odp. NIE.**

**Pytanie nr 43, Pakiet nr 11 poz.7:**

Czy Zamawiający dopuści:

System zamknięty pediatryczny do odsysania do rurek intubacyjnych



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowe.walbrzych.pl](http://www.zdrowe.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



- zastawka kontroli ssania
- nietraumatyzujący cewnik z otworami: centralnym oraz 2 bocznymi; ze znacznikiem głębokości
- port do płukania zestawu
- mechaniczna zastawka dostępu cewnika do pacjenta
- min. 2 łączniki do rurek w zestawie
- czas użytkowania do 72 h
- w rozmiarach 5CH ;6CH;7CH;8CH.

**Odp. Dopuszcza, jeżeli posiada mechaniczną obrotową zastawkę dostępu cewnika do pacjenta.**

**Pytanie nr 44, Pakiet nr 11 poz.8:**

Czy Zamawiający dopuści:

- System zamknięty do odsysania dorosłych do rurek intubacyjnych:
- podwójnie obrotowy łącznik
- zastawka kontroli ssania
- nietraumatyzujący cewnik o z otworami: centralnym oraz 2 bocznymi; ze znacznikiem głębokości
- port do płukania zestawu
- mechaniczna zastawka dostępu cewnika do pacjenta
- czas użytkowania do 72 h

**Odp. NIE, Zamawiający wymaga 4 bocznych otworów cewnika.**

**Pytanie 45 , Pakiet nr 5 Maski anestetyczne jednorazowego użytku niezbędne do prowadzenia znieczuleń w odcinku anestezjologii.**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaferowania masek dwuczęściowych, Pozostałe zgodnie z siwz.

**Odp. NIE, zamawiający wymaga maski jednoczęściowej.**

**Pytanie 46, Pakiet nr 6 poz.3 Filtry antybakteryjne, antywirusowe – sterylne, obwody oddechowe – sterylne, łączniki sterylne**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaferowania filtrów mechanicznych najwyższej klasy medycznej HEPA13 o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,99999% , przeciwprątkowej 99.999%. pozostałe zgodnie z siwz.

**Odp. Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 47, Pakiet nr 6 poz.6 Filtry antybakteryjne, antywirusowe – sterylne, obwody oddechowe – sterylne, łączniki sterylne**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaferowania łączników o długości przestrzeni martwej regulowanej w zakresie 7-15 cm (zamiast 7 -16) . Pozostałe zgodnie z siwz.

**Odp. Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 48, Pakiet nr 6 poz.8 Filtry antybakteryjne, antywirusowe – sterylne, obwody oddechowe – sterylne, łączniki sterylne**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaferowania obwodów wyposażonych w port capno (Zamiast portów temperatury/ ciśnienia). Pozostałe zgodnie z siwz.

**Odp. NIE, Zamawiający wymaga portu temperatury/ciśnienia.**

**Pytanie 49, Pakiet nr 6 poz.11 Filtry antybakteryjne, antywirusowe – sterylne, obwody oddechowe – sterylne, łączniki sterylne**







SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania obwodów o długości rur : dwie 180cm, jedna do worka 120cm.

**Odp. NIE, Zamawiający wymaga rur o długości 200 cm.**

**Pytanie 50, Pakiet nr 6 poz.12 Filtry antybakteryjne, antywirusowe – sterylne, obwody oddechowe – sterylne, łączniki sterylne**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania obwodów o długości rur : dwie 180cm, jedna do worka 120cm.

**Odp. NIE, Zamawiający wymaga rur o długości 300 cm.**

**Pytanie 51, Dotyczy Pakiet Nr 12 poz.1**

1. Prosimy o potwierdzenie, że należy zaoferować łyżki wykonane ze stopu stali nierdzewnej, niemagnetycznej.

**Odp. TAK.**

2. Prosimy o doprecyzowanie wymaganych rozmiarów : macintosh 0,1,2,3,4,5.

**Odp. Do wyboru 0 - 5 w zależności od potrzeb Zamawiającego.**

**Pytanie 52, Dotyczy Pakiet Nr 12 poz.2**

1. Prosimy o potwierdzenie, że należy zaoferować laryngoskopy z łyżką wykonaną ze stopu stali nierdzewnej oraz ze źródłem światła LED na końcu łyżki.

**Odp. TAK.**

2. Prosimy o doprecyzowanie wymaganych rozmiarów : macintosh 2,3,4.

**Odp. Macintosh 2-4.**

**Pytanie 53, Dotyczy Pakiet nr 4 poz.1**

**Pakiet 4 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę krtaniową z medycznego PCV renomowanej firmy, ze wzmocnionym koniuszkiem nie podwijającym się w trakcie zakładania maski, blokującym ponadto górny zwieracz przełyku, rurka i mankiet uformowane jako jedna całość dla większego bezpieczeństwa, poślizgowa powierzchnia mankieta ułatwiająca zakładanie, wyjątkowo miękki mankiet zapewnia doskonałe przyleganie przy minimalnym nacisku na śluzówkę, balonik kontrolny identyfikujący rozmiar maski oraz zapewniający precyzyjne określenie stopnia wypełnienia mankieta metodą dotykową, znaczniki głębokości kontrolujące prawidłową pozycję maski, kodowana kolorem torebka z zamieszczoną instrukcją użycia, dostępność w 8 rozmiarach dla pełnego zakresu pacjentów, bezpieczeństwo w środowisku MR, nie zawiera ftalanów?



**Odp. Zamawiający nie dopuści.**

**Pytanie 54, Pakiet 4 poz.2,3**

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie jako równoważnych masek krtaniowych renomowanej firmy Ambu z bardzo miękkim, atraumatycznym nie powodującym podrażnień i



**DOLNY  
SLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowe.walbrzych.pl](http://www.zdrowe.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



uszkodzeń mankietem powietrznym w rozmiarach od 1 do 6, anatomicznej 90 stopniowej krzywiznie rurki oddechowej, z wbudowaną blokadą zgryzu, z mocno uwypukloną kopułą zapobiegającą wklonowaniu nagłośni, z dużym kanałem gastrycznym (możliwość umieszczenia sondy sondy 16 Fr dla masek rozmiar 3, 4, 5, 6) z możliwością wykonania intubacji poprzez rurkę maski, charakteryzującą się wysokim ciśnieniem uszczelnienia udokumentowanym badaniami, osiągającym 40 cm H<sub>2</sub>O, produkt pozbawiony wszystkich szkodliwych ftalanów (w tym DEHP, DBP, BBP, DIBP, DMEP, DIPP, DHNUP, DPP)-informacja zamieszczona na opakowaniu jednostkowym.



**Odp. NIE, Zamawiający wymaga dwóch różnych masek.**

**Pytanie 55, Pakiet 4**

Czy Zamawiający oczekuje masek w pełni bezpiecznych w środowisku MR co oznacza, że maski krtaniowe mają być pozbawione wszelkich metalowych elementów, dzięki czemu nie będą stwarzać dodatkowego ryzyka dla pacjenta podczas badania MR jak i nie będą wpływać na jakość obrazowania?

**Odp. Dla pozycji nr 1 i nr 3.**

**Pytanie 56, Pakiet 5 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści równoważne maski anestetyczne bez dodatkowej wewnętrznej stabilizacji części nosowej mankietu, spełniające pozostałe zapisy?

**Odp. NIE, Zamawiający wymaga dodatkowej wewnętrznej stabilizacji części nosowej.**

**Pytanie 57, Pakiet 5 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne maski anestetyczne kodowane kolorystycznie i numerycznie na etykiecie, bez elementów metalowych co czyni je w pełni bezpieczne w środowisku MR, spełniające pozostałe zapisy?

**Odp. Zamawiający wymaga maski oznaczonej kolorystycznie i numerycznie.**

**Pytanie 58, Pakiet 6 poz.3**


Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr oddechowy, elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, zakres objętości oddechowych 150-1500ml, posiadający wysoką skuteczność przeciwbakteryjną 99,9999% i p/wirusową 99,999%, waga 21g, przestrzeń martwa 33 ml, o niskich



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowe.walbrzych.pl](http://www.zdrowe.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



oporach przepływu wynoszących 1,4 cmH<sub>2</sub>O przy 60l/min z portem do kapnografii zabezpieczonym koreczkiem luer lock zintegrowanym na lince, pakowany pojedynczo, sterylny?

**Odp. NIE, Zamawiający wymaga filtra mechanicznego.**

**Pytanie 59, Pakiet 6 poz.4**

Czy Zamawiający dopuści filtr o bardzo wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności filtracji wirusowej >99,999% z barierą mechaniczną w postaci membrany filtracyjnej i metodzie filtracji ładunków elektrostatycznych, sterylny, o następujących parametrach: objętość oddechowa V<sub>t</sub> 150-1500ml, poziom nawilżania 37mg H<sub>2</sub>O przy V<sub>t</sub> 500 ml, waga 35,6 g, opór przepływu przy 60l/min-2,14 cm H<sub>2</sub>O, przestrzeń martwa 55 ml z portem kapno luer-lock ze szczelnie wkręcanym koreczkiem?

**Odp. Zamawiający nie dopuści.**

**Pytanie 60, Pakiet 6 poz.6**

Czy Zamawiający dopuści równoważny łącznik karbowany z zewnątrz, gładki w środku, sterylny o stałej długości, 22mmF - 22mm/15mmF, produkt pozbawiony ftalanów?

**Odp. NIE, Zamawiający wymaga łącznika regulowanego.**

**Pytanie 61, Pakiet 6 poz.11**

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy dla dorosłych, dł. 180 cm, rury gładkie wewnątrz 22mm, trójnik Y z 2 portami, kolanko z portem CO<sub>2</sub>, dodatkowa rura dł. 90 cm, worek oddechowy bezlateksowy 2 litry, sterylny, produkt pozbawiony szkodliwych ftalanów?

**Odp. NIE, Zamawiający wymaga rur o długości 200 cm.**

**Pytanie 62, Pakiet 6 poz.12**

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy dla dorosłych, dł 240 cm rury karbowane 22mm, trójnik Y z 2 portami, kolanko z portem CO<sub>2</sub>, dodatkowa rura dł. 160 cm, worek oddechowy bezlateksowy 2 litry, czysty mikrobiologicznie, produkt pozbawiony ftalanów?

**Odp. NIE, Zamawiający wymaga rur o długości 300 cm.**

**Pytanie 63, Pakiet 6 poz.1-13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu co umożliwi złożenie oferty renomowanemu dostawcy produktów z zakresu obwodów oddechowych i filtrów?

**Odp. Zamawiający nie wydziela pozycji.**

**Pakiet 4 poz.73**

Czy zamawiający dopuści jako równoważną maskę dla dorosłych z rezerwuarem z drenem tlenowym o dł.200 cm, dodatkowo produkt pozbawiony jest szkodliwych ftalanów.

**Odp. Nie dotyczy – brak poz. 73**

**Pakiet 9, poz.3**

Czy zamawiający dopuści jako równoważny filtr oddechowych elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dzieci, objętość oddechowa VT 70-600ml, jałowy, przestrzeń martwa 22 ml



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowe.walbrzych.pl](http://www.zdrowe.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



skuteczność filtracji dla wirusów >99,999%, bakterii >99,9999%, poziom nawilżania 32 mg/l przy VT 500ml, waga filtra 17 g?

**Odp. Nie dotyczy – brak poz. 3**

#### **Pakiet 9, poz.4**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr bakteryjno-wirusowy, sterylny, zakres objętości oddechowej 20-70ml, obj. wewnętrzna 10ml, masa 15g, skuteczność filtracji bakterii >99,9999% i skuteczność filtracji wirusowej >99,999%.

**Odp. Nie dotyczy – brak poz. 4**

#### **Pakiet 9, poz.6**

Czy Zamawiający dopuści filtr o bardzo wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności filtracji wirusowej >99,999% z barierą mechaniczną w postaci membrany filtracyjnej i metodzie filtracji ładunków elektrostatycznych, sterylny, objętość oddechowa Vt 150-1500ml, waga 35,6 g, przestrzeń martwa 55 ml z portem kapno luer-lock z koreczkiem zintegrowanym na lince, opakowanie papier/folia?

Prosimy o odstąpienie od parametru skuteczność filtracji wg NaCl gdyż podaje ten parametr tylko jeden producent.

**Odp. Nie dotyczy – brak poz. 6**

#### **Pakiet 61**

1. Czy zamawiający oczekuje żeby maski krtaniowe posiadały wzmocniony koniuszek mankieta nie podwijający się podczas zakładania maski, blokujący ponadto górny zwieracz przełyku?
2. Czy zamawiający oczekują żeby w masce krtaniowej rurka i mankieta uformowane były jako pozbawiona łączy całość dla większego bezpieczeństwa użytkownika?
3. Czy zamawiający oczekuje aby rurka maski krtaniowej była usztywniona i wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła pod kątem około 70° przez co zakładanie maski jest dużo łatwiejsze?

**Odp. Nie dotyczy – brak pakietu 61**

#### **Pakiet 66: Elektrody do aparatu EMG, poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie wysokiej jakości elektrody igłowej, koncentrycznej, jednorazowej EMG uznanego europejskiego producenta Ambu, w której zewnętrzna powierzchnia nie jest pokryta silikonem, ale charakteryzuje się wyjątkową gładkością, rdzeń wykonany jest z doskonale przewodzącego srebra, a wymiary elektrody wynoszą 38 mm (długość) x 0,45 mm (średnica).

**Odp. Nie dotyczy – brak pakietu 66.**

#### **Pakiet 66: Elektrody do aparatu EMG, poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie wysokiej jakości jednorazowej nieżelowanej elektrody powierzchniowej Ag/AgCl, uznanego europejskiego producenta Ambu, w której czujnik ma powierzchnię 7x4mm (28 mm<sup>2</sup>), a długość kabla (z wtykiem typu TP 0,7 mm) wynosi 10 cm.

**Odp. Nie dotyczy – brak pakietu 66.**

#### **Pakiet 3 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny przyrząd na strzykawkę/adapter strzykawki pasujący do wszystkich powszechnie używanych strzykawk z zakończeniem Luer Lock. Zestawieni adaptera strzykawki z powszechnie dostępnymi strzykawkami Luer Lock gwarantuje powstanie szczelnego połączenia umożliwiającego pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiolki w systemie zamkniętym CSTD potwierdzonym kodem ONB/FDA, umożliwiającą bezpieczne przeniesienie w strzykawkę i





SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



podania do worka /butelki plastikowej z płynem infuzyjnym, podanie w miejsce wkłucia i.v. lub przez adapter dopęcherzowo. Przyrząd wyposażony w dźwiękowy sygnał „click” potwierdzający bezpieczeństwo połączenia z pozostałymi elementami w systemie zamkniętym potwierdzonym kodem ONB, posiadający zabezpieczoną igłę o średnicy 16 G, koreczek zabezpieczający w komplecie, przyrząd całkowicie zabezpiecza przed przypadkowym zakłuciem się, kompatybilny z poz.2, 3, 4, wyrób sterylny, pakowany oddzielnie, wolny od lateksu i DEHP, kompatybilny z lekami cytostatycznymi-

Element jest częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA  
Opakowanie zbiorcze 50szt.



**Odp. Nie dotyczy – pakiet nr 3 dotyczy Cewników Foley**

### **Pakiet 3 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne urządzenie do pobierania leku z fiolki w bezpiecznym systemie zamkniętym z certyfikatem CE i kodem ONB/FDA (potwierdzającym rejestrację jako system zamknięty CSTD), umożliwiające rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobieranie roztworu z fiolki do strzykawki, wyrównujące różnicę ciśnień wewnątrz fiolki do dowolnej wartości przez system filtrów Toxi -Guard – aktywowany filtr węglowy -adsorbujący związki organiczne przed wydostaniem się na zewnątrz fiolki + filtr hydrofobowy chroniący zawartość fiolki przed zanieczyszczeniami z zewnątrz wbudowanymi w adapterze. Adapter z ostrzem bezigłowym dostępny w rozmiarach: **na fiolkę o średnicy korka 20 mm, (pakowany razem z konwerterem na fiolki o średnicy 13 mm), na fiolkę o średnicy 28 mm** do wyboru przez Zamawiającego, przyrząd całkowicie zabezpiecza przed wyciekami oraz uwalnianiem aerozoli, oparów niebezpiecznych substancji – potwierdzone badaniami klinicznymi zatwierdzonymi przez NIOSH z lekami cytostatycznymi, urządzenie kompatybilne z adapterem z poz. 1, sterylny, pakowane po 1 szt, wolne od lateksu i DEHP, przyrząd wyposażony w dźwiękowy sygnał „click” potwierdzający bezpieczeństwo połączenia z adapterem strzykawki, oraz adaptera z fiolką, kompatybilny z lekami cytostatycznymi?

Element jest częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA.

Opakowanie zbiorcze 50 szt.



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowe.walbrzych.pl](http://www.zdrowe.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742





SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



**Odp. Nie dotyczy – pakiet nr 3 dotyczy Cewników Foley**

**Pakiet 3 poz.3**

Czy Zamawiający dopuści jako urządzenie równoważne adapter typu Luer lock męski, pozwalający na zmianę każdego standardowego portu żeńskiego w element systemu zamkniętego, umożliwiający bezpieczne podanie leku ze strzykawki dożylnie, do cewnika i do innych punktów dostępu. Posiada dźwiękowe połączenie „click” z kompatybilnym adapterem strzykawki. Element jest częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB wydany przez FDA, z możliwością przecierania alkoholem. niewielki rozmiar ułatwia podawanie leku, bez lateksu i DEHP, sterylne, pakowane pojedynczo.

Urządzenie umożliwiające transfer leku do 10 podań.

Element jest częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydany przez FDA.

Opakowanie zbiorcze 100 szt.



**Odp. Nie dotyczy – pakiet nr 3 dotyczy Cewników Foley**

**Pakiet 3 poz.4(w formularzu a/c poz.5)**

Czy Zamawiający dopuści jako urządzenie równoważne, bezigłowy przyrząd z portem igłowym do worka infuzyjnego z wbudowanym łączem, kompatybilny z adapterem strzykawki z pozycji 1.

Kompatybilny z powszechnie dostępnymi workami i plastikowymi butelkami infuzyjnymi.

Zakończenie portu igłowego Luer Lock (męski lub żeński do wyboru przez zamawiającego) z korkiem "Flow Stop" zapobiegającym wyciekom. Przyrząd posiadający zacisk w postaci przesuwnej kłamy, zatyczkę zabezpieczającą na ostrze. Kompatybilny ze wszystkimi liniami infuzyjnymi z zakończeniem Luer Lock żeński i Luer lock męski (2 modele).Dźwiękowy sygnał „click” potwierdzający bezpieczeństwo połączenia, w systemie zamkniętym z adapterem strzykawki z poz.1. Ergonomiczny uchwyt portu igłowego umożliwiający łatwe wkłucie do worka infuzyjnego. Całkowita długość 40 cm.

, element jest częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB wydany przez FDA, wolny od lateksu i DEHP? Opakowanie zbiorcze 100 szt.



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowe.walbrzych.pl](http://www.zdrowe.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742





SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001

---

**Lub w zależności od preferencji zamawiającego:**

Bezigłowy przyrząd z portem igłowym do worka infuzyjnego z wbudowanym łączem, kompatybilny z adapterem strzykawki. Kompatybilny z powszechnie dostępnymi workami i plastikowymi butelkami infuzyjnymi. Zakończenie portu igłowego kompatybilne z większością zestawów do podawania leków infuzyjnych typu grawitacyjnego lub pompowego posiadających port igłowy. Posiada zacisk klipsowy, zakończenie typu Twist off oraz zatyczkę zabezpieczającą na ostrze. Dźwiękowy sygnał potwierdzający bezpieczeństwo połączenia z łącznikiem na strzykawkę w systemie zamkniętym. Ergonomiczny uchwyt portu igłowego umożliwiające łatwe wkłucie do worka infuzyjnego. Całkowita długość 12 cm. Bez Latexu i DEHP. Sterylny, pakowany pojedynczo. Element jest częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA. Opakowanie zbiorcze 100 szt.



**Odp. Nie dotyczy – pakiet nr 3 dotyczy Cewników Foley**