

3	<p><b>STERYLNÝ ZESTAW UNIERSALNY PEDIATRYCZNY</b></p> <p>1. serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm ( owinięcie zestawu )- 1 szt</p> <p>2. ręczniki 30 x 40 cm- 2 szt</p> <p>3. taśma samoprzylepna włókninowa 9 x 50cm- 1 szt</p> <p>4. osłona na stół Mayo o wymiarze 80 x 145 cm- 1 szt</p> <p>5. serweta samoprzylepna o wymiarze 75 x 90 cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2-2 szt</p> <p>6. serweta samoprzylepna dolna o wymiarze 175x180cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2 ( pasek samoprzylepny na dłuższym boku długości 80cm)-1 szt</p> <p>7. serweta samoprzylepna anestetyczna o wymiarze 150 x 240 cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2 ( pasek samoprzylepny na dłuższym boku długości 80 cm)-1 szt</p> <p>Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy, zdolność absorpcji płynów laminatu 200 ml/ m2. Odporność na wypychanie wg EN ISO 13938-1 na sucho/ mokro odpowiednio: 175/185 kPa</p> <p>Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką. Taśma samoprzylepna na serwetach o szerokości 3 cm wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego, klej umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału.</p> <p>Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania oraz min. dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie. Sterylizacja tlenkiem etylenu.</p>	zestaw	1200	31,90	38 280,00	8%	41 342,40	33 330	Is	KFE 0802-10
4	<p><b>Obłożenie pola operacyjnego przy operacji dłoni</b></p> <p>Skład zestawu:</p> <p>a) 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm</p> <p>b) 1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm</p> <p>c) 1 serweta operacyjna wzmocniona do operacji ręki w kształcie litery "T" 370/175 cm x 365 cm z poszerzonym ekranem anestetycznym oraz samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm i zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów</p> <p>Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m2 (+/-0,5g/m2). Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach (100 cm x 65 cm, +/- 1 cm ). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2 (+/-0,5g/m2), odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 170 H<sub>2</sub>O, odporność na wypychanie sucho/mokro w strefie krytycznej odpowiednio min. 280/270 kPa.</p> <p>Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stół instrumentariuszki. Zestaw sterylizowany ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.</p>	zestaw	2450	40,00	98 000,00	8%	105 840,00	33 349	Is	KFE 0802-10