

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|------|--------------|------------|----|------------|--------|----|-------------|
| 5 | STERYLNY ZESTAW UNIWERSALNY 1. serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm (owinięcie zestawu)- 1 szt 2. ręczniki 30 x 40 cm- 2 szt 3. osłona na stolik Mayo o wymiarze 80 x 145 cm- 1 szt 4. serweta samoprzylepna o wymiarze 75x90 cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2- 2 szt 5. serweta samoprzylepna dolna o wymiarze 175x180 cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2 (pasek samoprzylepny na dłuższym boku długości 80 cm) –1 szt 6. serweta samoprzylepna anestetyczna o wymiarze 150x240 cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2 (dzielony pasek samoprzylepny na dłuższym boku 15+70+15 cm) –1 szt Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy, zdolność absorpcji płynów laminatu 200 ml/ m2. Odporność na wypychanie wg EN ISO 13938-1 na sucho/ mokro odpowiednio: 175/ 185 kPa Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką. Taśma samoprzylepna na serwetach o szerokości min. 5 cm wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego, klej umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz min. dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 wymagania wysokie. Sterylizacja tlenkiem etylenu. | zestaw | 1550 | 29,90 | 46 345,00 | 8% | 50 052,60 | 33 301 | Is | KFE 0802-10 |
| 6 | STERYLNA SERWETA NA STOLIK MAYO: o wymiarach 80 x 145 cm wykonana z worka z polietylenu ze wzmocnieniem włókninowym o wymiarach 75 x 90 cm, bez zawartości wiskozy i celulozy, gramatura min. 83 g/m2 | szt. | 300 | 6,93 | 2 079,00 | 8% | 2 245,32 | 33 093 | Is | KFE 0802-10 |
| | | | | RAZEM | 190 724,00 | | 205 981,92 | | | |

Zamawiający wymaga spełnienia normy PN-EN 13795-1,2,3, dla wyrobów sterylnych. W celu weryfikacji spełnienia podanych przez Zamawiającego parametrów wymagane jest dołączenie wyników badań technicznych przeprowadzanych na gotowym wyrobie po sterylizacji, w postaci karty technicznej wystawionej przez producenta wyrobu gotowego

podpisano podpisem
elektronicznym