



Nasz znak: ZOZ.V.010/DZP/14/19

Sucha Beskidzka, dnia 27.03.2019r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa sprzętu medycznego dla oddziału Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - Położniczego wraz z Blokiem Porodowym (II)

w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629/17 pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno – Położniczego wraz z Blokiem Porodowym” złożony w postępowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Dotyczy Załącznik nr 1a – Pakiet nr 1 PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

Łóżka szpitalne 23 sztuki

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka szpitalne ze zintegrowanym sterowaniem w barierkach bocznych regulującym: wysokość leża, regulacja sekcji oparcia pleców, regulacja sekcji oparcia nóg, pozycja do zejścia z łóżka, włączenie/wyłączenie podświetlenia nocnego?

Odp. Zamawiający dopuszcza, parametry poszczególnych wymienionych elementów są określone szczegółowo w SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka szpitalne z leżem wykonanym z trwałych paneli ABS?

Odp. Zamawiający dopuszcza w leżu tworzywo ABS, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań określonych w pkt. 6

3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka szpitalne z regulacją podudzia w zakresie 0 – 28 °?

Odp. Zgodnie z SIWZ, parametr oceniany

4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka szpitalne ze wskaźnikiem konieczności przeprowadzenia konserwacji serwisowej po określonej ilości godzin?

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

5. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka szpitalne z barierkami bocznymi o wysokości 380 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów pkt 13.

6. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka szpitalne z sześcioma uchwytami podtrzymującymi materac?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Szafka przyłóżkowa

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości szafki przyłóżkowej wg następujących parametrów?

- Dwustronna szafka przyłóżkowa z dwiema szufladami wysuwanymi spod blatu i z komorą główną w postaci wysuwanej szuflady.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Konstrukcja szafki umożliwia jej swobodne ustawienie zarówno z lewej jak i prawej stronie łóżka.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Szafka przyłóżkowa wykonana bezspoinowo z wysoko gatunkowego polietylenu, który w swojej strukturze nie zawiera porów i mikroporów, co zapobiega wnikaniu warstw brudu, kurzu, tłuszczu i wody w głąb szafki, a tym samym ułatwia utrzymanie czystości przez długi okres użytkowania.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Szafka wyposażona w ochronę antybakteryjną zapewniającą ochronę przed osadzaniem oraz wnikaniem bakterii, wirusów i grzybów.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Szuflada dolna z zabezpieczeniem przed przecięciem

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Szuflady górne o udźwigu do 3 kg.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Szuflada dolna o udźwigu do 7 kg.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Wyprofilowane krawędzie blatu szafek zapobiegają rozlewaniu się płynów i spadaniu przedmiotów.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że wyprofilowane krawędzie blatu spełniają wymagania ograniczników.

- Spód szafki zawiera otwory umożliwiające cyrkulację powietrza.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Tylna część szafki przyłóżkowej wyposażona jest w uchwyt na ręcznik wykonany z tego samego tworzywa co szafka i uchwyt na dwie butelki o pojemności do 1,5 litra, wykonany z tego samego materiału co szafka.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Podstawa szafek opiera się na czterech kołach o średnicy 50 mm, dwa z nich posiadają hamulce.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Wymiary zewnętrzne: wysokość: max. 860 mm, szerokość: max. 450 mm, głębokość szafki: max. 470 mm, głębokość części z blatem: max. 530 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Głębokość szuflad górnych: około 90 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Możliwość dostawienia zarówno po lewej jak i prawej stronie do szafki przyłóżkowej dwóch rodzajów blatów bocznych: z miejscem na butelki, i bez miejsca na butelki. Blaty wykonane z tego samego tworzywa co szafka.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiający wymaga blatu bocznego do podawania posiłków, regulowany za pomocą sprężyny gazowej.

- Dostawienie i odjęcie blatu następuje bez użycia narzędzi.

Odp. Parametr oceniany..

Łóżka szpitalne 26 sztuk

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka szpitalne o wymiarach zewnętrznych: 2220 x 1005 mm, wymiary leża: 1960 mm x 870 mm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka szpitalne z leżem wykonanym z trwałych paneli ABS?

Odp. Zamawiający dopuszcza w leżu tworzywo ABS, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań określonych w pkt. 26

Szafka przyłóżkowa

- Szafka przyłóżkowa z możliwością dwustronnego ustawienia.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Rama szafki wykonana ze stali pokrytej lakierami epoksydowanymi, odporna na działanie środków wywołujących korozję.

Odp. Parametr oceniany.

- Szafka na czterech kołkach w tym dwa z niezależnymi hamulcami, wyposażona w szufladę, komorę główną i blat boczny.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Szerokość całkowita: 500 mm

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Długość całkowita: 430 mm

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Wysokość całkowita: 880 mm

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Blat szafki wykonany z termoformowanego, wstrząsoodpornego i odpornego na zarysowania tworzywa ABS, w którym podniesione krawędzie zapobiegają rozlewaniu się płynów.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że wyprofilowane krawędzie blatu spełniają wymagania ograniczników.

- Fronty szuflad i drzwi wykonane są z jednolitych paneli drewnianych o grubości 20 mm, pokrytych laminatem z tworzywa sztucznego o grubości 0,9 mm. Fronty wyposażone w gładkie uchwyty.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Krawędzie szafki wzmacniane tworzywem ABS.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem mocowania na profilach.

- Szuflada szafki wyposażona w tworzywowy wkład.

Odp. Zamawiający dopuszcza, wyposażoną w podziałki (jak w SIWZ)

- Blat boczny składany do boku szafki z możliwością regulacji wysokości oraz kąta pochylecia.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Rama blatu bocznego wykonana ze stali nierdzewnej, blat boczny wykonany z tworzywa ABS z podniesionymi krawędziami.

Odp. Parametr oceniany.

- Regulacja blatu bocznego za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: 615 – 915 mm

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Szerokość szafki przy całkowicie rozłożonym blacie bocznym: 1280 mm

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Wymiar blatu bocznego: długość: 590 mm, szerokość: 360 mm

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Wysokość wolnej przestrzeni między szufladą a komorą główną 128 mm

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Szafka wyposażona w cztery koła o średnicy 50 mm, w tym 2 z blokadą.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Szafka wyposażona w uchwyt na ręcznik.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Załącznik nr 1c – Pakiet nr 3

1. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 3 Foteli ginekologicznych 3 sztuki oraz wózków do transportu chorych – 2 szt.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy łóżek szpitalnych, szafek przyłóżkowych, foteli ginekologicznych, wózków do transportu chorych z 4 tygodni do 6 tygodni od dnia podpisania umowy lub złożenia zamówienia.

Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.

Dotyczy Załącznik nr 1c – Pakiet nr 3 PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE poz. 2 Fotel ginekologiczny

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości fotele ginekologiczne wg następującej konfiguracji?

- Wysokiej jakości fotel przeznaczony do przeprowadzania badań i zabiegów ginekologicznych i urologicznych.

Odp. Zamawiający dopuszcza fotel spełniający wymagania określone w SIWZ.

- Fotel opiera się na podstawie krzyżakowej wykonanej ze stali lakierowanej lakierami epoksydowanymi.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Mobilna podstawa wyposażona w dwa koła znajdujące się w tylnej części obudowy. Koła o średnicy 100 mm.

Odp. Koła wysuwane z podstawy dźwignią nożną umożliwiającą łatwe przemieszczenie stołu (w razie potrzeby z pacjentką) bez konieczności podnoszenia stołu (zamawiający sugeruje wyposażenie stołu w 4 koła).

- Konstrukcja fotela wykonana ze stali lakierowanej proszkowo lakierami epoksydowanymi.

Odp. KONSTRUKCJE TAK – PRZY SPEŁNIENIU POZOSTAŁYCH ZAPISÓW

- Fotel ginekologiczny trzysegmentowy: oparcie pleców, siedzisko, oparcie nóg.
Odp. Zamawiający wymaga blatu stołu 3 segmentowego, tapicerowanego, ruchomego.
- Fotel wyposażony w dwa siłowniki elektryczne do regulacji funkcjami fotela.
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ (BRAK INFORMACJI JAKICH FUNKCJI)
- Elektryczna regulacja wysokości sterowana za pomocą konsoli nożnej.
Odp. Tak, zgodnie z opisem w pkt.42.
- Oparcie pleców regulowane za pomocą sprężyny gazowej.
Odp. Zamawiający dopuszcza.
- Oparcie nóg regulowane za pomocą mechanizmu zapadkowego.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza mechanizmu zapadkowego. (TRUDNE DO DEZYFEKCJI)
- Fotel 3 – segmentowy, wszystkie segmenty fotela zamocowane na stałe.
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
- Segment nóg posiadający funkcję opuszczania w dół (- 90°).
Odp. Zamawiający dopuszcza.
- Segmenty fotela tapicerowane bezszwowo, wypełnione pianką poliuretanową, pokryte tkaniną zmywalną, ognioodporną, odporną na działanie środków czyszczących.
Odp. Zamawiający dopuszcza.
- Siedzisko z wycięciem ginekologicznym, spod którego wysuwana jest miska ginekologiczna wykonana ze stali nierdzewnej.
Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zaoferowania pełnego wyposażenia określonego w pkt. 48.

Zakres elektrycznych regulacji:

a) regulacja wysokości fotela: 570 mm – 920 mm

Odp. Parametr oceniany.

Pozostałe regulacje:

a) regulacja oparcia pleców: 0 - 65°

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w pkt. 37.

b) możliwość ustawienia fotela w pozycji leżanki, w którym trzy sekcje ustawione są w poziomie.

- Wymiar zewnętrzny fotela w pozycji poziomej: długość x szerokość: 1820 mm x 650 mm

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Wymiar oparcia pleców: długość x szerokość x wysokość: 870 mm x 650 mm x 70 mm

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Wymiar siedziska: długość x szerokość x wysokość: 490 mm x 650 mm x 70 mm

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Wymiar oparcia nóg: długość x szerokość x wysokość: 460 mm x 650 mm x 70 mm

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Wszystkie elementy stalowe pokryte warstwą lakieru z dodatkiem antybakteryjnej substancji zapobiegającej namnażaniu się bakterii, wirusów i grzybów

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Dopuszczalne obciążenie: 190 kg

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Wyposażenie:

- a) podkolanniki wykonane z tego samego materiału co tapicerka fotela, podkolanniki łatwo odejmowane od fotela bez użycia narzędzi,
Odp. Zamawiający dopuszcza.
- b) uchwyty rąk wykonane z poliuretanu, odejmowane,
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
- c) wysuwana miska na odpady ze stali nierdzewnej,
Odp. Zamawiający dopuszcza.
- d) uchwyt na rolkę ręcznika papierowego umieszczony w tylnej części fotela, uchwyt chromowany,
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
- e) wieszak kroplówki.
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.



Dotyczy Załącznik nr 1c – Pakiet nr 3 PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE poz. 4 Wózek do transportu chorych

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości wózki transportowe wg następującej specyfikacji?

- Wózek do transportu chorych przeznaczony na różne oddziały szpitalne w tym do transportu z sal operacyjnych oraz na oddziały SOR
Odp. Zamawiający dopuszcza.
- Leże pacjenta dwusekcyjne, wykonane ze stalowej, ocynkowanej, łatwo odejmowanej siatki, usprawniającej procesy czyszczenia i dezynfekcji

leża. Nie dopuszcza się siatki wmontowanej na stałe. Możliwość zastosowania płyty HPL w leżu pacjenta w tych samych wózkach.

Odp. Zamawiający prosi o sprecyzowanie pytania.

- Regulacja oparcia pleców sprężyną gazową za pomocą dźwigni umieszczonej pod leżem od strony sekcji oparcia pleców.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Wózek oparty na systemie hydrauliczno-cyrklowym.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Rama wózka wykonana z elementów stalowych pokrytych wysokiej jakości lakierem epoksydowym przeznaczonym do obszarów medycznych, odpornym na zadrapania i środki dezynfekcyjne.

Odp. Zamawiający dopuszcza

- Wózek wyposażony w dodatkową ochronę antybakteryjną poprzez wzbogacenie wszystkich elementów stalowych pokrytych warstwą lakieru epoksydowanego substancją antybakteryjną, zapewniającą ochronę przed osadzaniem oraz wnikaniem bakterii, wirusów i grzybów.

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

- Wózek wyposażony w listwy odbojowe w narożnikach leża.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ wózek wyposażony w krążki odbojowe.

- Pokryte warstwą lakieru epoksydowanego dwa uchwyty do prowadzenia wózka umieszczone od strony nóg pacjenta i od strony głowy.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Chromowany uchwyt na rolkę ręcznika jednorazowego użytku umieszczony od strony sekcji oparcia pleców.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Tworzywowa obudowa wózka.

Odp. Zamawiający dopuszcza

- W obudowie znajdują się oddzielne 2 miejsca na prywatne rzeczy pacjenta.

Odp. Zamawiający dopuszcza

- Opuszczane poręcze boczne wykonane ze stali pokrytej lakierem epoksydowym. Poręcze boczne zakończone dwustronnie uchwytami wykonanymi z tworzywa sztucznego. Opuszczenie poręczy bocznych ze względów bezpieczeństwa za pomocą dwóch rąk, zwolnienie dźwigni oznaczonej odróżniającym się kolorem od ramy leża powoduje opuszczenie.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

- Regulacja wysokości nożną pompą oleodynamiczną, za pomocą pedała hydraulicznego umieszczonego od strony nóg pacjenta.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

- Wózek na 4 kołach o średnicy 200 mm. Blokada centralna i kierunkowa na kołach od strony nóg. Nie dopuszcza się wózków na kołach o średnicy mniejszej niż 200 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

- Wymiary zewnętrzne wózka: długość 2040 mm x szerokość 700

Odp. Zamawiający dopuszcza

- Powierzchnia leża: długość 1980 mm x szerokość 580 mm

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

- Regulacja wysokości: 530 – 900 mm

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

- Wózek wyposażony w stojak na kroplówkę.

Odp. Zamawiający dopuszcza

- Regulacja sekcji oparcia pleców: 0-80°

Odp. Parametr oceniany.

- Wózek z materacem. Pokrowiec materaca odporny na ciecze, materac o grubości 8 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza


- Wózek z pasem pacjenta pozwalającym na zapięcie pacjenta znajdującego się na wózku.

Odp. Zamawiający dopuszcza

- Udźwig wózka: 170 kg

Odp. Parametr oceniany.

Z poważaniem:


Z-ca DYREKTORA
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr Janusz Baczeński


Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
Sabina Steczek