

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania

„Dostawa masek, bolusów, znaczników do radioterapii dla Zakładu Radioterapii”

Znak sprawy: ZP/85/ZCO/2023

Działając zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Zestaw nr 1

Pytanie nr 1

Pakiet 3 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści bolus grubości 0,48mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zestaw nr 2

Pytanie nr 1

1. Dotyczy pakietu nr 1, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania maski termoplastyczne 3pkt na głowę i szyję o grubości 2mm, które spełniają wszystkie pozostałe wymagane przez Zamawiającego parametry. Biorąc pod uwagę fakt, iż w punkcie 3 tego samego pakietu Zamawiający dopuszcza maski w grubości 2 lub 2,4 mm wnioskujemy, że w pozycji 1 nastąpiła omyłka pisarska i również powinien znaleźć się zapis o wymaganej grubości 2 lub 2,4 mm. Dopuszczenie masek o grubości 2mm pozwoli Zamawiającemu na pozyskanie większej ilości ofert, a co za tym idzie da większą możliwość wyboru Zamawiającemu najkorzystniejszej z nich.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2

2. Dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie do osobnego pakietu pozycji nr 2 z pakietu nr 3 tj. bolusu silikonowego w rozmiarze 30 x 30 x 0,5 cm. Pozycja 1 i pozycja 2 z tego zadania dotyczą bolusów produkowanych w odrębnych technologiach oraz przez różnych producentów, a więc możliwość zaoferowania ich w jednym zadaniu jest praktycznie niemożliwa. Wyodrębnienie tej pozycji do odrębnego pakietu pozwoli Zamawiającemu na pozyskanie większej ilości ofert, co zwiększy konkurencyjność i pozwoli na wybranie najkorzystniejszej dla Zamawiającego oferty

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych w Pakiecie nr 3 (jest to niemożliwe również z powodu formalnego – brak takiej możliwości w formularzu ogłoszenia o zamówieniu i jego zmiany).

Treść udzielonych odpowiedzi stanowi integralną część SWZ.

Zamawiający informuje, iż Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić składane formularze zgodnie z udzielonymi odpowiedziami oraz modyfikacjami opisu przedmiotu zamówienia i adekwatnie do oferowanych produktów.

Zatwierdził:
Kierownik Zamawiającego
p.o. Dyrektor Marzena Kula