

Miechów, dnia 7 grudnia 2020 r.

/wszyscy uczestnicy postępowania/

Nr sprawy: 35/2020 - Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala św. Anny w Miechowie w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – **pakiet medyczny 2**” dla działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, poddziałania 9.2.1 usługi społeczne i zdrowotne w regionie – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – **Pakiet Medyczny 2**.

Informacja o odrzuceniu oferty

Zamawiający informuje, że oferta złożona do **zadania nr 13** przez Wykonawcę OPTOtech Medical Sp. z o.o. sp.k. została odrzucona z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych z uwagi na to, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp.

Wykonawca **OPTOtech Medical Sp. z o.o. sp.k.** załączył do oferty wymagany Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ w którym to, nazwa lampy brzmi: *Lampa przepływowa UV-C 72 W UVgun*, a typ, model: *UVgun Floor TSS* natomiast nazwy podane w deklaracji zgodności ww. urządzenia to: *UVG02BG, UVG02WW, UVG02BGT, UVG02WWT, UVG02BGWifi, UVG02WWWifi, UVG02BGTWifi, UVG02WWTWifi*.

Stwierdzona niezgodność nie może zostać poprawiona w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, gdyż braki w ofercie nie mają charakteru omyłki. Wskazać bowiem należy, iż art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, nakazuje odrzucić ofertę, której treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podpis elektroniczny