



Gdynia, dnia 25-06-2024 r.

Wykonawcy  
ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w trybie przetargu nieograniczonego na:

***Zakup lasera siatkówkowego, lasera okulistycznego oraz aparatów USG w ramach projektu „Przebudowa pomieszczeń Budynku nr 28(ul. Huzarska 1 ) na potrzeby Kompleksu Poradni Przychodni z centralną rejestracją w Szpitalu Morskim im. PCK - Szpital Pomorskie Sp. z o.o.”***

***Nr sprawy - D25M/251/N/20-40rj/24***

I. Zamawiający – Szpital Pomorski Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

1. (zadanie nr 1, zał. nr 2 do SWZ, pkt 3) Czy Zamawiający dopuści tryby pracy lasera: podprogowy, ciągły oraz pracę w trybie pojedynczym (singlespot) oraz wielopunktowym (multispot)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

2. (zadanie nr 1, zał. nr 2 do SWZ, pkt 4) Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji mocy wyjściowej lasera: 50-1500 mW (nominalnie 3000 mW, ograniczone do 1500 mW)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

3. (zadanie nr 1, zał. nr 2 do SWZ, pkt 6) Czy Zamawiający dopuści czas trwania impulsu w trybie SingleSpot w zakresie 10-650 ms?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

4. (zadanie nr 1, zał. nr 2 do SWZ, pkt 7) Czy Zamawiający dopuści czas trwania impulsu w trybie podprogowym w zakresie 1-10  $\mu$ s?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

5. (zadanie nr 1, zał. nr 2 do SWZ, pkt 8) Czy Zamawiający dopuści czas trwania impulsu w trybie MultiSpot w zakresie 10-30 ms?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

6. (zadanie nr 1, zał. nr 2 do SWZ, pkt 9) Czy Zamawiający dopuści przerwę między impulsami w większym zakresie: 0-640 ms?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

7. (zadanie nr 1, zał. nr 2 do SWZ, pkt 10) Czy Zamawiający dopuści czas trwania impulsów w trybie podprogowym w zakresie 1-10  $\mu$ s, duty cycle 5-50%?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

---

### **Szpital Pomorski Sp. z o.o.**

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201  
| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148  
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | [szpitalpomorskie.eu](http://szpitalpomorskie.eu)



8. (zadanie nr 1, zał. nr 2 do SWZ, pkt 12) Czy Zamawiający dopuści możliwość kontroli bezpiecznej odległości od plamki z polem niepoddawany zabiegowi zaznaczonym przy pomocy fiksatora z możliwością zmiany ustawienia odległości patternu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

9. (zadanie nr 1, zał. nr 2 do SWZ, pkt 13) Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjny sterownik nożny pozwalający na wyzwalanie impulsów, a także natychmiastowe przerwanie pracy lasera?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

10. (zadanie nr 1, zał. nr 2 do SWZ, pkt 16) Czy Zamawiający dopuści przewodowy wielofunkcyjny mikromanipulator, zapewniający intuicyjne sterowanie bez odrywania oczu od biomikroskopu z możliwością kontroli: wyboru wzorca, rozmiaru wzorca, mocy lasera, rotacji wzorca, położenia wzorca na siatkówce (mikromanipulator)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

11. (zadanie nr 1, zał. nr 2 do SWZ, pkt 18) Czy Zamawiający dopuści możliwość ponownego wyzwalania nowego impaktu w trybie multispot po przerwaniu laserowania?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

12. (zadanie nr 1, zał. nr 2 do SWZ, pkt 20) Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy o zintegrowany tor wizyjny, umożliwiający tworzenie bazy pacjentów, zapis obrazów i filmów oraz tworzenie raportów z możliwością podłączenia na sieci za pomocą WLAN?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

13. (zadanie nr 1, zał. nr 2 do SWZ, pkt 21) Czy Zamawiający zamiast sterownika bezprzewodowego dopuści przewodowy?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

14. (zadanie nr 1, zał. nr 2 do SWZ, pkt 22) Czy poprzez słowo „opcjonalnie” wbudowany port LIO, Zamawiający rozumie możliwość dostawy w przyszłości?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wskazuje, że słowo opcjonalnie Zamawiający rozumie możliwość wbudowania portu LIO w dowolnym momencie.

15. (zadanie nr 1, zał. nr 2 do SWZ, pkt 21-22) Czy Zamawiający odstąpi od wymagań określonych w punktach 21, 22?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający odstępuje.

16. (zadanie nr 1) Czy Zamawiający wymaga możliwości projekcji parametrów mocy lasera zarówno na ekranie, jak i na siatkówce za pomocą lasera celowniczego?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.

17. (zadanie nr 2, zał. nr 2 do SWZ, pkt 3) Czy Zamawiający dopuści większy zakres regulacji energii w zakresie 0,3-12 mJ regulowana bezstopniowo?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

---

### Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201  
| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148  
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | [szpitalpomorskie.eu](http://szpitalpomorskie.eu)



18. (zadanie nr 2, zał. nr 2 do SWZ, pkt 4) Czy Zamawiający dopuści większą maksymalną energię 32 mJ w potrójnym impulsie?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza .

19. (zadanie nr 2, zał. nr 2 do SWZ, pkt 7) Czy Zamawiający dopuści maksymalną energię 3 Hz w pojedynczym pulsie?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

20. (zadanie nr 2, zał. nr 2 do SWZ, pkt 8) Czy Zamawiający dopuści większą wielkość ogniska 10 mikronów?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

21. (zadanie nr 2, zał. nr 2 do SWZ, pkt 9) Czy Zamawiający dopuści przesunięcie ogniskowania (offset) w zakresie +/- 300 µm dla trybu Anterior i Posterior?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

22. (zadanie nr 2, zał. nr 2 do SWZ, pkt 11) Czy Zamawiający dopuści wiązkę celowniczą 635 nm z regulowaną intensywnością?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

23. (zadanie nr 2, zał. nr 2 do SWZ, pkt 14) Czy Zamawiający dopuści regulację energii 0,3-2,0 mJ regulowaną bezstopniowo?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

24. (zadanie nr 2, zał. nr 2 do SWZ, pkt 16) Czy Zamawiający dopuści maksymalną częstość powtarzania 3 Hz?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

25. (zadanie nr 2, zał. nr 2 do SWZ, pkt 21-27) Czy Zamawiający dopuści lampę szczelinową o następujących parametrach: soczewka okularu 12,5x, regulacja dioptrii w zakresie +/- 8D, powiększenia 6x, 10x, 16x, 25x, 40x, regulacja dystansu między źrenicami w zakresie 50-80 mm, dystans roboczy 68 mm, regulacja szczeliny 0-14 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

26. (zadanie nr 2, zał. nr 2 do SWZ, pkt 28) Czy Zamawiający dopuści joystick przystosowany do wyzwalania wiązki laserowej oraz sterowania przesuwem lasera w 3 osiach oraz pokrętła, umieszczone po obu stronach korpusu lasera do płynnego sterowania mocą lasera?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza .

27. (zadanie nr 2, zał. nr 2 do SWZ, pkt 30) Czy Zamawiający dopuści kolorowy, dotykowy wyświetlacz 7" z możliwością umieszczenia po obu stronach lasera dla większego komfortu operatora, umożliwiający wybór trybu pracy YAG lub SLT oraz zaznaczenie na mapie w trybie SLT miejsca rozpoczęcia terapii, kierunku prowadzenia zabiegu indywidualnie dla każdego pacjenta? ]

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

28. (zadanie nr 2, zał. nr 2 do SWZ, pkt 31) Czy Zamawiający dopuści wskazanie aktualnej mocy oraz trybu pracy na dotykowym wyświetlaczu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza .

---

### **Szpital Pomorskie Sp. z o.o.**

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201  
| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148  
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | [szpitalpomorskie.eu](http://szpitalpomorskie.eu)



29. (zadanie nr 2, zał. nr 2 do SWZ, pkt 33) Czy Zamawiający odstąpi od punktu 33?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie odstępuje.

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem

Sekretarz Komisji Przetargowej

**Małgorzata Brancewicz-Malec**

Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych

*Małgorzata Brancewicz-Malec*

---

**Szpital Pomorski Sp. z o.o.**

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201  
| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148  
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | [szpitalpomorskie.eu](http://szpitalpomorskie.eu)