

DAG.261.6.2022

Koszalin, dnia 21.01.2022 r.

## WYKONAWCY

Zamawiający Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie odpowiada na pytania wykonawców w postępowaniu na Dostawę łóżek rehabilitacyjnych:

### Zapytanie Wykonawcy

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodrożynowy o gęstości pianki 25kg/m<sup>3</sup> ? Jest to standardowa gęstość przy materacach przeciwodrożynowych typu "gofer", która sprawdza się najlepiej przy profilaktyce przeciwodrożynowej.

### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza materac o gęstości pianki od 25kg/m<sup>3</sup> do 30kg/m<sup>3</sup>.

Zamawiany produkt to materac podkładowy płaski (wyklucza się typ: „gofer”, „jeżowy itp.), w nieprzemakalnym pokrowcu do pełnej dezynfekcji i mycia powierzchni (całkowicie zmywalny), wspomagający leczenie odleżyn. Wymiary: 90x200x12cm.