



Stargard, dn. 12.03.2019 r.

Dotyczy: Przetarg nieograniczony nr 8/PN/D/UE/2019 na dostawy do SPWZOZ w Stargardzie artykułów i materiałów medycznych jednorazowego użytku w podziale na 30 pakietów.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 22 - Pakiet 24 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści osłonę na uchwyty lamp operacyjnych, jałowa, jednorazowa, pakowaną. Pojedynczo, do uchwytów 20-40mm, średnica dysku 11,8cm reszta siwz bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 23 - Pakiet 4 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści hydrożel w strzykawce o pojemności 20g z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24 - Pakiet 8

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 45 x 57 cm (powierzchnia całkowita), 45 x 50 cm (powierzchnia lepna).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25 - Pakiet 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu w następującym składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach (100 cm x 50 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109,5 g/m².

Odporność na penetrację płynów powyżej 125 cm H₂O, współczynnik chłonności 370%. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26 - Pakiet 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu w następującym składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm
 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
 1 serweta operacyjna samoprzylepna 75 cm x 75 cm
 1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm
 1 serweta na kończynę wzmocniona 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów
 Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach 100 cm x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109,5 g/m². Odporność na penetrację płynów powyżej 125 cm H₂O, współczynnik chłonności 370%. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27 - Pakiet 8


Czy Zamawiający wymaga, aby folie chirurgiczne wykonane były z folii poliuretanowej zabezpieczonej papierem silikonowym, brzegi folii posiadały kolorowe fingerlifty o szerokości 35 mm ułatwiające aplikację wyrobu na wyznaczone pole operacyjne, sterylizowane w tlenku etylenu?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28 - Pakiet 18 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zapakowany w twardej blister o składzie:

- Pęseta plastikowa 12,5 cm,
- Kleszczyki metalowe 13 cm,
- Kleszczyki plastikowe 14 cm,
- Nożyczki metalowe chirurgiczne 11 cm,
- Igła 1,2x40 mm,
- Igła 0,8x40 mm,
- Strzykawka Luer-Lock 10 ml,
- Tupfery z gazy 17N 20x20 6 szt,
- Serweta 60x50 cm,
- Serweta 75x45 z otworem ø8 cm.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29 - Pakiet 18 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zapakowany w blister o składzie:

- Tupfery z gazy 17N 20x20 – 4 szt,
- Pęseta anatomiczna metalowa 12 cm,
- Pęseta plastikowa 12,5 cm,
- Ostrze skalpel zapakowane.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30 - Pakiet 18 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zapakowany w twardej blister o składzie:


- Kompresy włókninowe 30 g/m² 4W 7,5x7,5 – 2szt,
- Kompresy z gazy 17N 20x20 – 6 szt,
- Ostrze nr 11,
- Pęsety plastikowe (zielona, niebieska) – 2 szt,
- Worek na odpady.

2 □ 30 g/m² ● 4 ≙ 7,5x7,5

1  nr 11

6 ● 17 ● 20x20

2  13cm

1  PE 240x270

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 31 - Pakiet 18 poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zapakowany w twardej blister o składzie:

Rękawice lateksowe	L	2
Tupfer kula 17N	20x20cm	5
Kleszczyki KORCANG	typu 19cm (+/- 0,3)	1

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 32 - Pakiet 16 poz. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek jednorazowego użytku o obwodzie w pasie 40-60cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 33 - Pakiet 16 poz. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluszek z oznaczeniem 16+kg? Spełniają one wszystkie wymagania opisane w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 34 - Pakiet 16 poz. 1-3:

Czy Zamawiający wymaga, aby osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego były skierowane na zewnątrz? Z doświadczenia użytkowników, pieluchy posiadające osłonki skierowane na zewnątrz zapobiegają wyciekom oraz zapewniają dobre dopasowanie pieluchomajtki do ciała pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 35 - Pakiet 16 poz. 1-2:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania?

Na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg oferenta mają maksymalny obwód 160cm. W wyniku czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania szerokości produktu w części tylnej i przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał



dyskomfort i ucisk. Wtenczas zaleca się rozmiar o większym obwodzie. Dlatego, jak wynika z opisu przedmiotu zamówienia, zawartym w SIWZ, zakres obwodów różnych produktów jest inny i częściowo na siebie zachodzi, w celu optymalnego dopasowania i komfortu użytkującego.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 2 różnych produktów o różnych zakresach obwodów.

Pytanie 36 - Pakiet 16 poz. 7:

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia 1 szt. pieluszek, czy Zamawiający miał na myśli 1 opakowanie (w takim przypadku prosimy o podanie ilości sztuk w opakowaniu handlowym)?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dostarczenia 1 sztuki.

Pytanie 37 - Projekt Umowy

Pytanie dot. projektu umowy:

1. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku, gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 38 – Projekt Umowy

Pytanie dot. projektu umowy: na zmianę § 7 umowy i nadanie następującej treści:

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną, z tytułu:

1) odstąpienia od całości bądź części umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 5 % wartości brutto wynagrodzenia, przewidzianego dla tej części zamówienia od której wykonania odstąpiono,

2) opóźnienia w dostarczeniu partii towaru, w wysokości 0,2% wartości brutto partii zamówienia, z którego realizacją pozostaje w zwłoce, wyliczonej zgodnie z załącznikiem A do SIWZ, za każdy dzień opóźnienia,

3) opóźnienia w uzupełnieniu ilości towaru lub opóźnienia w wymianie wadliwego towaru na wolny od wad, w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwej partii zamówienia, wyliczonej zgodnie z załącznikiem A do SIWZ, za każdy dzień opóźnienia,

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, które przewyższa kary umowne.

3. Strony ustalają, że w razie naliczenia kar umownych zgodnie z ust. 1 Zamawiający jest upoważniony do potrącenia kwoty tych kar z faktur Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 39 - Pakiet 1. Pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie sterylonego, całkowicie poliuretanowego, przezroczystego (nieposiadającego wzmocnienia włókniną) opatrunku spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 40 - Pakiet 9, pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie obłożenia operacyjnego do operacji kończyn o następującym składzie:

- 2 x serweta na stół narzędziowy 152 x 190 cm, wzmocnienie 74x190 cm
- 1 x serweta na stół Mayo 80x142 cm wzmocnienie 88x55cm
- 1 x stokineta 36,5x72 cm 2-warstwowa
- 1 x taśma przyklepna 9 x 50 cm
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm
- 1 x serweta do operacji kończyny 200x300 cm, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem \varnothing 5 cm, wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen) bez zawartości pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 58g/m² odpornego na



przenikanie płynów ($> 200\text{cm H}_2\text{O}$, odpornego na rozrywanie na sucho/mokro ($>195\text{kPa}$). Zdolność absorpcji $>250\%$. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 41 - Pakiet 24 poz.1

Prosimy o dopuszczenie osłony uchwytu lampy operacyjnej wykonanej z plastikowego pierścienia o średnicy 115mm w rozmiarze uniwersalnym dla uchwytów o długości 15,5 +/-1 cm. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 42 - Pakiet 20 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania ostrzy standardowych o szerokości strzyżenia co najmniej: 45 mm, wysokość strzyżenia: 0,5-1,5 mm kompatybilnych ze strzygarką chirurgiczną z nieruchomą głowicą, bezprzewodową, akumulatorową, ładowaną indukcyjnie, z zakładanymi ostrzami jednorazowego użytku, ergonomiczną, lekką, poręczną, z wbudowanym wskaźnikiem ładowania baterii, o czasie pracy po maksymalnym naładowaniu ok. 2 godziny. Możliwość dezynfekcji przez zanurzenie- klasa szczelności IPX7. Gwarancja 24 miesiące.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 43 - Pakiet 20 poz.1

Czy Zamawiający w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zmniejszenia ryzyka zacięcia skóry wymaga, aby ruchoma część ostrza znajdowała się powyżej części nieruchomej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44 - Pakiet 22, pozycja 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła w rozmiarze 210x160 – dotyczy pakietu nr 22 poz. nr 8.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 45 – Wzór umowy

Prosimy Zamawiającego o zmianę w paragrafie nr 7 pkt. 2) Umowy i wykreślenie z tego punktu zapisu „jednak nie mniej niż 50zł za dzień”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 46 – Wzór umowy

W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.



Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

Pytanie 47 – Wzór umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o zmianę zapisu w § 4 ust. 3 projektu umowy: „Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 5 dni licząc od daty powiadomienia o braku lub wadzie oraz uzupełnienia ilościowego lub wymiany wadliwych towarów na pozbawione wad w terminie 5 dni roboczych od daty uznania reklamacji”.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

**Dyrektor
Krzysztof Kowalczyk**

Centrala: 91/ 577 63 55

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 577 04 23

e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 000000017670