



**Wojewódzki Specjalistyczny Szpital**  
**im. dr Wł. Biegańskiego**  
**91-347 Łódź, ul. Kniaziewiczza 1/5**



Informacja: tel. 42 251-60-11, 251 60-50, FAX. 42 251-60-55; Sekretariat Dyrektora: tel. 42 251-61-55, 42 251-60-59;  
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych: tel. 42 251-60-60; Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa: tel. 42 251-62-50;  
Główna Księgowa: tel. 42 251-61-45; NIP 726-22-34-808; Regon 471219736.

WSSz - NZP – 411/ 19

Łódź, dn. 19. 08. 2019r.

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA  
PRZETARGOWEGO**

**dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 EURO na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, sprawa ZP 22/19**

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi zawiadamia o **odrzućeniu** z postępowania:

1) oferty nr 10 **ELMIKO Medical Sp. z o.o., ul. Poleczki 29, 02-822 Warszawa** w zakresie **pakietu nr 7**.

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP - Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 2 do SIWZ Formularz cenowy Zamawiający w pakiecie nr 7 „Czepek do mycia głowy pacjenta (...)” wymagał zaoferowania produktu zawierającego w składzie simetikon. Na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów Zamawiający stwierdził, że oferowany asortyment nie posiada w składzie ww. substancji.

W związku z powyższym Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę Wykonawcy ELMIKO Medical Sp. z o.o. z przedmiotowego postępowania w części dotyczącej pakietu nr 7.

2) oferty nr 41 **TESA Teresa Woźniewska**, Kuźnicy Kołłątajowskiej 32, 02-495 Warszawa w zakresie **pakietu nr 10**.

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP - Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 2 do SIWZ Formularz cenowy Zamawiający w pakiecie nr 10 „Igła kolonoskopowa do ostrzykiwania krwawień (...)” wymagał zaoferowania sprzętu z igłą o długości ostrza 4 mm. Ze złożonych przez Wykonawcę dokumentów wynika, że oferowany asortyment zawiera igłę długości 5 mm, a więc niezgodnie z wymogami Zamawiającego.

W związku z powyższym Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę Wykonawcy TESA Teresa Woźniewska z przedmiotowego postępowania w części dotyczącej pakietu nr 10.

Z poważaniem

*Wersja elektroniczna dokumentu.*

*Dokument podpisany w oryginale przez Z-cę Dyrektora ds. Lecznictwa  
Arkadiusza Tomasza Olędzkiego*