



Znak: AE/ZP-27-61/24

Tarnów, 27-06-2024

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 221.000 EURO) na dostawy zestawów do protezowania dróg żółciowych, przewodnic, gastrostomii wymiennej i przezskórnej, stentów do dróg żółciowych i przelyku.**

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1** - Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie zestawów fabrycznie zmontowanych zawierających cewnik prowadzący i cewnik popychający złożone razem oraz zamontowaną protezę dla średnicy 8,5 Fr i 10 Fr, dla średnicy 7 Fr w zestawie cewnik popychający i proteza dostarczane w jednym opakowaniu, zestawy bez mechanizmu korekty położenia w przód i tył.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1** - Czy zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie gastrostomii wymiennej w rozmiarze 12 Fr, 14 Fr, 16 Fr, 18 Fr, 20 Fr, 22 Fr, 24 Fr.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2** - Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie stentów samorozprężalnych do przelyku, wykonanych z nitinolu, z systemem aplikacji zgodnym z wymaganiami, kompatybilnych z opisaną przez Zamawiającego prowadnicą, długości stentów 60 mm, 80 mm, 100-140 mm w wersji bez zastawki oraz 90 mm, 100-140 mm w wersji z zastawką antyrefluksową – wybór co najmniej pięciu długości stentów z każdego rodzaju, średnice stentów 18 mm i 20 mm w wersji bez zastawki oraz 20 mm i 22 mm w wersji z zastawką antyrefluksową.

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad. 1**

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 1 poz. 1.**

**Ad. 2**

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 2 poz. 1.**

**Ad. 3**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 2** stentów samorozprężalnych do przelyku opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Otrzymują:  
Platforma Zamawiającego  
a/a

Zastępca Dyrektora

*mgr Danuta Nosek*

