



Grudziądz, dnia 27.09.2023 r.

ZP-2012/23

## Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy asortymentu medycznego jednorazowego użytku na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/70/PN/23).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**dostawy asortymentu medycznego jednorazowego użytku na okres 24 miesięcy**” (znak sprawy: **Z/70/PN/23**), wpłynęły zapytania do postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

### Zapytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 11 światowego lidera włączyć centralnych ARROW, w miejsce aktualnych zapisów SWZ prosimy o dopuszczenie wg opisów: Poz.1.a,b,c,d,e. Zestawy do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera o następujących parametrach: cewnik wykonany z poliuretanu nietrombogenny, apirogenny z miękką, atraumatyczną końcówką, prowadnicą drucianą odporną na zaginanie z końcówką J, bez elementu łączącego z systemem EKG i igły V, zestaw posiadający rozszerzadło, strzykawkę, igłę ostrą cienkościenną 18Ga 6,35 cm, ukośnie ściętą, skrzydełka mocujące, zaciski ślizgowe na drenikach, kanały oznakowane kolorystycznie. Zestaw dwuświatłowy w rozmiarze 16cm/7FR/18,14Ga i 20cm/7FR/16,16Ga, zestaw trójświatłowy w rozmiarze wymaganym przez Zamawiającego o długości 16 i 20 cm, zestaw czteroświatłowy: 16 i 20cm /8,5 Fr 18,14,18,16G, zestaw 5-światłowy: 16cm/9,5 FR/16,14,18,18,18.

Poz.2 a,b Zestawy do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera o następujących parametrach: cewnik wykonany z poliuretanu nietrombogenny, apirogenny z miękką, atraumatyczną końcówką, prowadnicą drucianą odporną na zaginanie z końcówką J. Zestaw posiadający rozszerzadło, strzykawkę, igłę ostrą cienkościenną 18Ga 6,35 cm, ukośnie ściętą, skrzydełka mocujące, zaciski ślizgowe na drenikach, kanały oznakowane kolorystycznie. Zestawy w rozmiarze oczekiwanym przez Zamawiającego o długości 16,20 cm.

Poz.3 a,b Zestawy do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera o następujących parametrach: cewnik z powłoką antybakteryjną (chlorheksydyna, sulfadiazyna srebra), bez elementu łączącego z systemem EKG z igłą punkcyjną 18 GA/6,35, strzykawką z otworem w tłoku 5 ml, rozszerzaczem, skrzydełkami mocującymi, igłą do kontroli ciśnienia. Rozmiary zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego o długości 16cm i 20cm.





### ***ODPOWIEDŹ***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

### **Zapytanie nr 2**

*W celu zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy o wyłączenie z pakietu nr 11 poz 1e wkłuc 5-swiatłowych 12Fr/16,18,18,12/15cm. Obecnie przy takich parametrach do przetargu przystąpić tylko jedna firma.*

### ***ODPOWIEDŹ***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

### **Zapytanie nr 3**

*Czy w pakiecie nr 11 poz 3 Zamawiający ma na myśli powłokę antybakteryjną i przeciwgrzybiczą zgodną z zaleceniami europejskimi oraz CDC .*

### ***ODPOWIEDŹ***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że w zadaniu nr 11 poz. 3 wymaga zaoferowania Zestawu do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera z powłoką antybakteryjną opisanego w Załączniku nr.2 do SWZ, gdzie Zamawiający określił minimalne parametry, które musi spełnić wymagany produkt. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem Rozdziału IV ust. 6 SWZ: Wykonawca powinien zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z określonymi przez Zamawiającego parametrami. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający nie określił wprost wymiaru lub innego parametru, leży to w gestii Wykonawcy.